Asunción, 6 de noviembre de 2019

ADENDA Nº 1
LPN 05/2019
"Adquisición de de Materiales Traumatológicos Pediátricos y Otros"
ID. 370.219

1- Los montos mínimos y máximos de los lotes 4 y 5, establecidos en el punto número 1 "Especificaciones Técnicas", de la Sección III "Suministros Requeridos", quedan establecidos de la siguiente manera:

(4) Adquisición de Gasa para Injerto								
Lote	Ítem	Descripción	Especificaciones	U.M.	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo
4	1	Apósito transparente	GASA RECEPTORA DE INJERTO PARA QUEMADURAS Gasa Porta Micro Injerto Compuesta Por Tela Tipo Organdí Con Base De Alumino, Capacidad De Radio De Expansión 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, 1:9; Con Base De Corcho Para Realizar Cortes. Envase Estéril Individual.	Unidad	Unidad	1	1.100.000.000	2.200.000.000

(5) Adquisición de Equipo de Estereotaxia								
Lote	Ítem	Descripción	Especificaciones	U.M.	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo
5	1	EQUIPO DE ESTEREOTAXIA	Cánula para biopsia cerebral, drenaje de hematomas y cirugía guiada por estereotaxia con software, incluido para cada procedimiento. cada kit de cánula de biopsia cerebral deberá contener: 1 cánula/madril de aspiración con ventana, 3 bujes adaptadores de ajuste rápido para fijación al equipo de estereotaxia, 9 tornillos estandar (4 tornillos de 70 mm, 4 tornillos de 48 mm y 1 tornillo de 31 mm) correspondientes para fijación craneana y 1 extensión con luelock para aspiración. la longitud de la cánula debe ser de 243 mm, diámetro de 2.1 mm, ventana de biopsia de 10 mm. estéril de un solo uso.	Unidad	Unidad	1	450.000.000	900.000.000

2- Los montos mínimos y máximos de los lotes 4 y 5, quedan establecidos en el SICP.

Carmelo Torres Mareeos
Dirección de Contrataciones Públicas
DIBEN