PAC N°: 366.840

NOTA ACLARATORIA N° 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 72/2019 "ADQUISICION DE INSTRUMENTALES VARIOS PARA EL MSP Y BS** LAS SIGUIENTES RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS:

CONSULTA 1:

ÍTEM 22 DERMÁTOMO ELÉCTRICO
Según las especificaciones técnicas están solicitando un dermatomo del tipo MANUAL y no eléctrico. Así mismo el precio referencial es de un dermatomo MANUAL.
Se solicita aclarar si lo solicitado corresponde a un dermatomo MANUAL o ELÉCTRICO. En el caso de solicitar el dermatomo eléctrico solicitamos a la convocante agregar las especificaciones técnicas correspondientes como ser: el ancho de corte, la variación del espesor, que incrementos de grosor debe tener, los accesorios y cantidad de accesorios que solicita. También solicitamos considerar la presentación de catálogos que demuestren el cumplimiento con las especificaciones técnicas, ya que el costo de dicho equipo es elevado.
En el caso de querer adquirir un dermatomo eléctrico, solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia con lo solicitado.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 2:

Donde dice:

2- Plan de Entrega

La entrega se realizará dentro del Parque Sanitario del MSP y BS, donde indique la Orden de Compra.

Consulta:
Solicitamos a la convocante la posibilidad de entregar los instrumentales en el Parque Sanitario y que distribución de los mismos se realicen mediante el MSPYBS para los diferentes servicios.

Donde dice:

Plazos de Entrega	
1ra. Entrega 50% de la Cantidad Mínima	El oferente tendrá un plazo de hasta 15(quince) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos.

Consulta:
Tratándose de productos importados, solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a 30 días corridos para dar oportunidad a la participación a mas oferentes.
Consulta:
Solicitamos a la convocante establecer cronogramas de entregas para los instrumenta ya que actualmente las ordenes de compras de insumos médicos se solicitan en cantidades mínimas.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 3:

Solicitamos a la Convocante eliminar el pedido de muestras para los ítems cuyas cantidades máximas sean hasta 10 unidades y sean verificados por catálogos correspondientes.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP Y BS

RESPUESTA:

Para todos los ítems, deberán presentar catálogo del instrumental ofertado identificado con resaltador y mencionando el número del código del catálogo del producto.

CONSULTA 4:

Solicitamos la posibilidad de presentar un Set de muestras (entre 5 a 10 instrumentales de diferentes modelos pero de la misma marca y procedencia) a los efectos de realizar la evaluación por parte del comité. Realizamos esta petición teniendo en cuenta la gran variedad de instrumentales solicitados y la imposibilidad de tener todos en existencia por el alto costo que demandan. En contra parte la empresa oferente puede realizar una declaración jurada de que los productos ofertados serán entregados con la misma marca, procedencia y especificaciones técnicas detalladas en su oferta, con los certificados de calidad internacional que garanticen la resistencia, durabilidad y alta calidad de lo ofertado, además del catálogo correspondiente.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 5:

ÍTEM 21 Compas quirúrgico
Consulta N° 3
¿Es correcta la descripción de 200mm, no debería ser 20mm?

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que es componente de la Caja de cirugía de mama (CENQUER).

CONSULTA 6:

ÍTEM 32 Curetas quirúrgicas
Consulta N° 4
¿Podrían otorgar un margen de +/- 1cm en la longitud?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 7:

ÍTEMS 61, 62, 63, 64 Osteotomo
Consulta N° 5
¿Podrían otorgar un margen de +/-2cm en las longitudes?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 8:

ÍTEMS 71 Raspa quirúrgica
Consulta N° 6
¿Podrían otorgar un margen de +/-2cm en la longitud?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 9:

ÍTEMS 90 Martillo quirúrgico
Consulta N° 7
¿Podrían otorgar un margen de +/-2cm en la longitud y entre 200 a 260gr de peso?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO OPERATIVA DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES
ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 10:

ÍTEMS 139 Pinza BABCOCK
Consulta N° 8
¿Podrían otorgar un margen de +/-2cm en la longitud?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 11:

ÍTEM 229, 230, 231, 232, 233, 234 Pinza de disección
Consulta N° 9
¿Podrían otorgar un margen de +/-2cm en la longitud?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 12:

ÍTEM 280 Pinza hemorroidal
Consulta N° 10
¿Podrían otorgar un margen de +/-20mm en la longitud?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 13:

ÍTEM 345 Porta aguja Castroviejo
Consulta N° 11
¿Podrían aclara si realmente se refiere a un porta agujas o a un compás?

RESPUESTA: Se aclara que lo solicitado en el ítem 345 es un Porta agujas.

CONSULTA 14:

ÍTEMS 438, 439, 440, 441, 442, 443 Separador para cirugía
Consulta N° 12
Favor aclarar si con PAR se refieren a que deben contar con 2 valvas, 1 fija y la otra móvil.

RESPUESTA: Se aclara que debe ser en PAR y se refiere a que deben contar con dos valvas, una fija y otra móvil.

CONSULTA 15:

ÍTEMS 487, 488, 489, 490, 491, 492 Separador para cirugía
Consulta N° 13
Favor excluir la palabra "MARCA REDA", con ello están limitando una marca exclusiva.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 16:

ÍTEMS 526 Aplicador de clips
Consulta N° 14
¿Podrían brindar mayores especificaciones del aplicador solicitado, como longitud, diámetro, uso que se pretende darle, etc.,? considerando que existen de muchos tipos

RESPUESTA: El aplicador de clips solicitado es para uso en neurocirugía.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 17:

2- Plan de Entregas
Consulta N° 15
Solicitamos ampliar el plazo de entrega, en todos los casos, a por lo menos 45 días, desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, considerando la gran cantidad de instrumentos que se solicitan en la mayoría de los ítems y la imposibilidad de tener todos en stock.

RESPUESTA: Ya fue respondida

CONSULTA 18:

Procedimientos de Control de Calidad de los instrumentales quirúrgicos – Pagina 11 del PBC
En los puntos;

2- **Traslado al Servicio de Esterilización del Hospital Nacional u Hospital del Trauma donde se realizaran:**

2.1. **Lavado con agua detergente enzimático o jabón de Iodopovidona al 7,5%.**
2.2. **Esterilización a calor seco de 180° C con una frecuencia de 3 veces al día durante 5 días.**

Solicitamos a la convocante la modificación de los puntos 2.1 y 2.2 con respecto al proceso de esterilización que se llevará a cabo para las muestras de instrumentos que las empresas interesadas deben proporcionar a la convocante para que las mismas sean sometidas a un proceso de evaluación, debido a que éste procedimiento no está alineado con las distintas normas de manejo, esterilización y cuidado del instrumental quirúrgico, tal como lo podemos observar en el Manual de Esterilización de la OPM/OMS – USAID, WASHINGTON DC 2008 (ISBN 978-92-75-32926-9).
El proceso que la convocante propone para la evaluación es someter los instrumentos a 180° en estufa por 3 veces al día, siendo sumamente agresivo para el instrumento, tomando en cuenta que el exceso de calor lo único que produce es un debilitamiento del material, adicionalmente se plantea el lavado con Iodopovidona, químico que no es indicado para este tipo de procedimientos, ya que este producto puede ser utilizado únicamente en pacientes con aplicación tópica.
Con estos antecedentes le solicitamos a la convocante utilizar únicamente los procesos avalados internacionalmente en esterilización para la evaluación de los instrumentos.
La manera más idónea de evaluación de la calidad de los instrumentos quirúrgicos es en base a todas las certificaciones de calidad otorgadas al fabricante por los organismos de control habilitados.
Por tal razón solicitamos a la convocante asegurar que todos los ofertantes tengan las siguientes certificaciones internacionales, las cuales constituyen un aval fundamental para cerciorarse de la calidad de los instrumentos solicitados dentro de este llamado.

- Certificado C.E. N° G1 14 05 10066 366 concedido por el organismo de certificación de TUV PRODUCT SERVICE GMBH, de conformidad con las directivas europeas para el diseño, fabricación y control de los productos/categorías siguientes:
  - ✓ Instrumentos quirúrgicos, diagnóstico y dentales
  - ✓ Implantes para articulaciones (p.e. cadera, rodilla, hombro)
  - ✓ Implantes de osteosíntesis
  - ✓ Implantes vasculares neuroquirúrgicos Sistema de motores
  - ✓ Contenedores de esterilización y accesorios
  - ✓ Dispositivos de cirugía de alta frecuencia
  - ✓ Sistemas endoscópicos
  - ✓ Bombas de succión quirúrgicas
  - ✓ Esterilizadores de aire caliente y autoclaves
  - ✓ Instrumentación veterinaria y clippers para animales
  - ✓ Maquina cortapelo
  - ✓ Material de sutura quirúrgica y juegos especiales de sutura
  - ✓ Implantes para sustitución de tejido conjuntivo
  - ✓ Adhesivos para tejidos
  - ✓ Prótesis vasculares y accesorios
  - ✓ Hemostático local
  - ✓ Otros accesorios quirúrgicos

- Normas DIN (14.021, 14.024, 14.034, 14.116, 14.117).
- Normas de calidad de Acero Quirúrgico 18/10.
- Certificado de Inspección de Calidad que cumplan las siguientes normas:
  a. EN ISO 13485:2003.
  b. Directica 93/42 EEC de 14 de Junio 1993 sobre productos sanitarios.
  c. ISO 7153-1 (Instrumentos quirúrgicos – materiales metálicos: parte 1: Acero Inoxidable).
- Resistencia a la Corrosión: cumplimiento de la norma DIN EN ISO 13402.

ABG. PABLO LEZCANO
DIRECTOR

Adicionalmente se debe incluir en el PBC la visita por parte del personal técnico que lleva a cabo el cuidado y mantenimiento del instrumental a las plantas de fabricación en el extranjero, a fin de corroborar la calidad de los materiales utilizados en los procesos de fabricación de los instrumentos.

RESPUESTA: Ya fue respondida en punto anterior.

CONSULTA 19:

ITEM 3 - ANOSCOPIO: ANOSCOPIO NIÑOS. Adulto
Donde dice: "Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad"
Se consulta: Se solicita a la convocante aclarar si precisan ANOSCOPIIO para NIÑOS el cual tiene una medida de 17x55mm o ADULTOS de medida 23x55mm.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 20:

ITEM 7 - BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES: BANDEJA TAMIZ O CESTILLA CON ASA
Donde dice: "MEDIDA60cm X 45 cm (+- 5 cm) Acero Inoxidable, lisa con seguro, marcación INC"
Se consulta: ¿Se puede cotizar CESTILLA CON ASA DE ACERO INOXIDABLE con medidas de 54cm x 25,3cm x 4,4cm de altura? La misma cumple plenamente la función y no implica cambios en el procedimiento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 21:

ITEM 8 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGIA
Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 30 CM X 27 CM X 5 CM (+- 5 CM)"
Se consulta: ¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO con medidas 30 cm x 27,4cm x9cm tapa fenestrada y cubeta NO FENESTRADA?

Esto tomando en cuenta que los contenedores solicitados son de una generación anterior, actualmente los contenedores que se utilizan en los países del primer mundo y en la mayoría de países de América únicamente utilizan contenedores con cubetas no fenestradas y tapas con filtros reutilizables de PTFE que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, lo cual constituye un ahorro considerable de recursos para la institución.

Se solicita aumentar el precio referencial un 50% tomando en cuenta que el precio actual del mercado no se ajusta al PBC, esto debido a las constantes variaciones en el tipo de cambio que sufre el país.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.



RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Se aclara que debe ser totalmente fenestrada, según requerimiento de los profesionales de quirófano.

CONSULTA 22:

ITEM 12 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE ACERO INOXIDABLE

- **Donde dice:** "CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA PARA , CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 20 CM DE LARDO X 10 CM DE ANCHO X 4 CM DE ALTO (+- 2 CM)"
  Se consulta: ¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO ANODIZADO de 31cm de largo por 13.2cm ancho y 3 cm de altura con tapa fenestrada y cubeta NO FENESTRADA?

  Esto tomando en cuenta que el material a cotizar es totalmente compatible con los equipos que cuenta actualmente la institución, por lo que no existe ningún impedimento técnico para su uso y aplicación. A su vez el material cotizado implica un ahorro de costes ya que no precisarían utilizar filtros en la Cubeta.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Se aclara que debe ser totalmente fenestrada según requerimiento de los profesionales de quirófano.

CONSULTA 23:

ITEM 17 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS.
Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 40 cm largo x 20 cm ancho x 8 cm alto (+- 5 CM)"
Se consulta: ¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO ANODIZADO de 47 CM DE LARGO x 27,4 CM DE ANCHO Y 90 CM DE ALTURA con tapa fenestrada y cubeta NO FENESTRADA?

Esto tomando en cuenta que el material a cotizar es totalmente compatible con los equipos que cuenta actualmente la institución, por lo que no existe ningún impedimento técnico para su uso y aplicación. A su vez el material cotizado implica un ahorro de costes ya que no precisarían utilizar filtros en la Cubeta.

RESPUESTA: Ya fue respondida en punto anterior.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
ARQ. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 24:

ITEM 20- CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA PEQUEÑA PARA CURACION
Donde dice: "30 x 13 x 5 cm Caja Metálica C/Tapa Acero Inoxidable. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas"
Se consulta:
¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO ANODIZADO?
Esto tomando en cuenta que el material a cotizar es totalmente compatible con los equipos que cuenta actualmente la institución, por lo que no existe ningún impedimento técnico para su uso y aplicación.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, según requerimiento del profesional de quirófano.

CONSULTA 25:

ITEM 3 - ANOSCOPIO: ANOSCOPIO NIÑOS. Adulto
Donde dice: "Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad"
Se consulta: Se solicita a la convocante aclarar si precisan ANOSCOPIIO para NIÑOS el cual tiene una medida de 17x55mm o ADULTOS de medida 23x55mm.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 26:

ITEM 7 - BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES: BANDEJA TAMIZ O CESTILLA CON ASA
Donde dice: "MEDIDA60cm X 45 cm (+- 5 cm) Acero Inoxidable, lisa con seguro, marcación INC"
Se consulta: ¿Se puede cotizar CESTILLA CON ASA DE ACERO INOXIDABLE con medidas de 54cm x 25,3cm x 4,4cm de altura? La misma cumple plenamente la función y no implica cambios en el procedimiento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 27:

ITEM 7 - BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES: BANDEJA TAMIZ O CESTILLA CON ASA
Donde dice: "MEDIDA60cm X 45 cm (+- 5 cm) Acero Inoxidable, lisa con seguro, marcación INC"
Se consulta: ¿Se puede cotizar CESTILLA CON ASA DE ACERO INOXIDABLE con medidas de 54cm x 25,3cm x 4,4cm de altura? La misma cumple plenamente la función y no implica cambios en el procedimiento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
ABG. PABLO VEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 28:

ITEM 8 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGIA

Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 30 CM X 27 CM X 5 CM (+- 5 CM)"

Se consulta: ¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO con medidas 30 cm x 27,4cm x9cm tapa fenestrada y cubeta NO FENESTRADA?

Esto tomando en cuenta que los contenedores solicitados son de una generación anterior, actualmente los contenedores que se utilizan en los paises del primer mundo y en la mayoria de paises de América únicamente utilizan contenedores con cubetas no fenestradas y tapas con filtros reutilizables de PTFE que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, lo cual constituye un ahorro considerable de recursos para la institución.

Se solicita aumentar el precio referencial un 50% tomando en cuenta que el precio actual del mercado no se ajusta al PBC, esto debido a las constantes variaciones en el tipo de cambio que sufre el país.



RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Se aclara que debe ser totalmente fenestrada, según requerimiento de los profesionales de quirófano.

CONSULTA 29:

ITEM 12 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE ACERO INOXIDABLE

Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA PARA , CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 20 CM DE LARDO X 10 CM DE ANCHO X 4 CM DE ALTO (+- 2 CM)"

Se consulta: ¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO ANODIZADO de 31cm de largo por 13.2cm ancho y 3 cm de altura con tapa fenestrada y cubeta NO FENESTRADA?

Esto tomando en cuenta que el material a cotizar es totalmente compatible con los equipos que cuenta actualmente la institución, por lo que no existe ningún impedimento técnico para su uso y aplicación. A su vez el material cotizado implica un ahorro de costes ya que no precisarían utilizar filtros en la Cubeta.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Se aclara que debe ser totalmente fenestrada según requerimiento de los profesionales de quirófano.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP Y BS.

CONSULTA 30:

ITEM 17 – CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS.
Donde dice: "CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 40 cm largo x 20 cm ancho x 8 cm alto (+- 5 CM)"
Se consulta: ¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO ANODIZADO de 47 CM DE LARGO x 27,4 CM DE ANCHO Y 90 CM DE ALTURA con tapa fenestrada y cubeta NO FENESTRADA?

Esto tomando en cuenta que el material a cotizar es totalmente compatible con los equipos que cuenta actualmente la institución, por lo que no existe ningún impedimento técnico para su uso y aplicación. A su vez el material cotizado implica un ahorro de costes ya que no precisarían utilizar filtros en la Cubeta.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Se aclara que debe ser totalmente fenestrada, según requerimiento de profesional de quirófano.

CONSULTA 31:

ITEM 20- CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA PEQUEÑA PARA CURACION
Donde dice: "30 x 13 x 5 cm Caja Metálica C/Tapa Acero Inoxidable. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas"
Se consulta:
¿Se puede cotizar CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ALUMINIO ANODIZADO?
Esto tomando en cuenta que el material a cotizar es totalmente compatible con los equipos que cuenta actualmente la institución, por lo que no existe ningún impedimento técnico para su uso y aplicación.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, según requerimiento del profesional de quirófano.

CONSULTA 32:

ITEMS 23, 24 y 25 – DERMATOMO MANUAL: DERMATOMO MANUAL TIPO BLAIR
Donde dice:
TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS 0,2 DE 3 ORIFICIOS
TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS 0,25 DE 3 ORIFICIOS
TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS 0,3 DE 3 ORIFICIOS

Se consulta: Solicitamos a la convocante definir a que se refiere la especificación técnica "0.2", o en su defecto informarnos si podemos ofertar un dermatomo de las siguientes características:
DERMATOMO MANUAL, 300 mm con tres perforaciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 33:

ITEM 26 - GANCHO DE GILLIES: GANCHO SIMPLE GILLIES
Donde dice: "15 cm de acero quirúrgico, Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad esterilizable a autoclave, agudo, estándar"
Se consulta: ¿Se puede cotizar GANCHO DE 160MM? Es decir aumentar la variación a +-3cm, la misma no afectará ni cambiará el procedimiento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 34:

ITEM 37 - ESCOPLO QUIRURGICO: ESCOPLO
Donde dice: "17 mm (+-1) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE."
Se consulta: Solicitamos a la convocante aumentar la tolerancia de +-1mm a +-2mm. Esto tomando en cuenta que el material a cotizar no tendría impedimento técnico para su uso.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 35:

ITEM 41 - ESCOPLO QUIRURGICO: ESCOPLO STILLE CINCEL
Donde dice: "Ancho 20 cm (+-1), LONGITUD 15 mm. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE."
Se consulta: ¿Se puede cotizar CINCEL BISELADO STILLE 15mm de ancho y 20, 5cm de Longitud?" Es decir aumentar la variación a +-1,5cm

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 36:

ITEM 45- ESPECULO VAGINAL: ESPECULO VAGINAL
Donde dice: "ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO 65 mm x 20mm"
Se consulta: ¿Se puede cotizar ESPECULO VAGINAL CUSCO de 75X17MM? Esto tomando en cuenta que el material a cotizar no tendría impedimento técnico para su uso.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 37:

ITEM 51- LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO: LEGRA OBEGWESER
Donde dice: "ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO 65 mm x 20mm"
Se consulta: ¿Se puede cotizar material con un rango de tolerancia +-4mm? Esto teniendo en cuenta que la diferencia es mínima, no se tendrá variación para el procedimiento.

RESPUESTA: La consulta formulada no corresponde al ítem

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 38:

ITEM 57 - PERIOSTOTOMO: PERIOSTOTOMO FREER DOBLE PUNTA
Donde dice: "Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 4,5 mm CORTANTE ROMA 20 cm"
Se consulta: ¿Se puede cotizar material con un rango de tolerancia +-2mm de longitud Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 39:

ITEM 66 - RASPA QUIRURGICA: LEGRA DE FARABEU
Donde dice: "Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.15 cm"
Se consulta: ¿Se puede cotizar RASPADOR FARABEUF CRV.ANCHO de 12,5MM? Esto teniendo en cuenta que la diferencia es minima, no se tendrá variación para el procedimiento.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 40:

ITEM 78 - MANGO DE BISTURI: MANGO DE BISTURÍ
Donde dice: "N° 3 de 18 cm. De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm"
Se consulta: ¿Se puede cotizar MANGO BISTURI NO.3 de 21cm? Es decir aumentar la variante a +-3cm. Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 41:

ITEM 81 - MANGO DE BISTURÍ: MANGO DE BISTURÍ
Donde dice: "N° 4 de 18 cm De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm"
Se consulta: ¿Se puede cotizar MANGO BISTURI NO.4 de 21,5 cm? Es decir aumentar la variante a +-3cm. Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 42:

ITEM 88 - MARTILLO QUIRURGICO: MARTILLO DE COTTLE
Donde dice: "300 G., LONGITUD 19 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía"
Se consulta: ¿Se puede cotizar Martillo Quirúrgico con un rango de tolerancia de +-1 cm? Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 43:

ITEM 89 - MARTILLO QUIRURGICO: MARTILLO MEAD PLACAS
Donde dice: "17 cm. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía"
Se consulta: ¿Se puede cotizar MARTILLO MEAD de 19 cm? Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento ya que el aumento es de tan solo 2cm.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 44:

ITEM 90 - MARTILLO QUIRURGICO: MARTILLO LUCAE
Donde dice: "19 cm, SOLIDO 260 G Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía"
Se consulta: ¿Se puede cotizar MARTILLO QUIRURGICO de 24,5cm? Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 45:

ITEM 93 - OSTEOTOMO: OSTEOTOMOS CURVOS MEDIANOS
Donde dice: "de 16 cm, curvo Acero Inoxidable de alta calidad"
Se consulta: ¿Se puede cotizar OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO con medidas de 18MM?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 46:

ITEM 94 - OSTEOTOMO: OSTEOTOMOS RECTOS, MEDIANOS
Donde dice: "de 18 cm, recto Acero Inoxidable de alta calidad"
Se consulta: ¿Se puede cotizar OSTEOTOMO LAMBOTTE Recta medidas de 18MM?

RESPUESTA: Ajustarse al PBC

CONSULTA 47:

ITEM 95 - CURETA QUIRURGICA: PALANCA AUDITIVA DE ZAUFAL
Done dice: "DE 14,5 CM DE LONGITUD Removedor De Cera Auditiva, De Acero Inoxidable de alta calidad"
Se consulta: ¿Se puede cotizar ELEV.CUERPOS EXTR.ZAUFAL 150MM? Es decir tener un rango de tolerancia de +-1cm. Esto tomando en cuenta que el material a cotizar no tendría impedimento técnico para su uso.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS

CONSULTA 48:

ITEM 106 - PINZA ANATOMICA: PINZA ANATOMICA CON DIENTE
Donde dice: "22CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-"
Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA QUIRURGICA con medida de 25CM? Es decir aumentar la variación a +- 3cm, Esto tomando en cuenta que el material a cotizar no tendría impedimento técnico para su uso.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 49:

ITEM 107 - PINZA ANATOMICA: PINZA ANATOMICA SIN DIENTE
Donde dice: "DE 22CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-"
Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA ANATOMINCA con medida de 25CM? Es decir aumentar la variación a +-3cm, Esto tomando en cuenta que el material a cotizar no tendría impedimento técnico para su uso.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 50:

ITEM 112 - PINZA ALLIS: PINZA LOCKWOOD ALLIS DUODENAL
Donde dice: "DE 16 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas"
Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA INTESTINAL LOCKWOOD de 20 cm? Es decir aumentar la variación a +-4cm en las medidas. Esto tomando en cuenta que el material a cotizar no tendría impedimento técnico para su uso.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 51:

ITEM 115 - PINZAS ALLIS: PINZA ALLIS
Donde dice: "DE 20 CM De Acero Inoxidable Sanitario. de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas"
Se consulta: Solicitamos a la convocante ampliar la posibilidad de oferta de este producto a "PINZA ALLIS con medidas de 20 cm (+-2cm). Teniendo en cuenta que tamaño del producto no varía el uso para el cual es destinado. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS

CONSULTA 52:

ITEM – 117 PINZA ADSON: PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE
Donde dice: "10 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas"
Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA ADSON con medidas de 12 cm? Es decir aumentar la variación de +-2cm. Teniendo en cuenta que tamaño del producto no varia el uso para el cual es destinado. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 53:

ITEM – 126 PINZA ARO: PINZA DE ARO
Donde dice: "20 cm recta Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas"
Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA PORT.ESPO.FOERSTER-BALLENGER de 180 cm? Es decir aumentar la variación de +-2cm. Teniendo en cuenta que tamaño del producto no varia el uso para el cual es destinado. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 54:

ITEM – 127 PINZA ARO: PINZA DE ARO RECTA
Donde dice: "DE 22 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas3 años de garantia"
Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA PORT.ESPON.FOERSTER BOC.ESTR.24,5 cm? Es decir aumentar la variación a +- 3cm, Teniendo en cuenta que tamaño del producto no varia el uso para el cual es destinado. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 55:

ITEM – 128 PINZA ARO: PINZA ARO RECTA
Donde dice: "DE 25 cm Curva Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medida"
Se consulta: Se solicita a la convocante aclarar si requieren PINZA RECTA o CURVA.

RESPUESTA: Se aclara que lo solicitado es Pinza de Aro curva estriada 25 cm curva, variación +-1 cm en la medida.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO VEZZANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
M.S.P. Y B.S.

CONSULTA 56:

~~CONSULTA N° 55~~

ITEM – 132 PINZA BACKAUS: PINZA DE CAMPO BACKAUS

Donde dice: "DE 15 CM. Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA CAMPO BACKHAUS 13,5 cm? Es decir aumentar la variante de de +-2cm. Teniendo en cuenta que tamaño del producto no varía el uso para el cual es destinado. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 57:

ITEM – 147 PINZA BENGOLEA: PINZA BENGOLEA CURVA

Donde dice: "26 CM 1X2 DIENTES De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas"

Se consulta: Se solicita a la convocante aclarar si precisan CON dientes teniendo en cuenta que las Pinzas BENGOLEAS no tienen dientes.

RESPUESTA: Se aclara que lo solicitado es Pinza Bengolea curva 26 cm sin dientes con variante + - 1 cm en la medida.

CONSULTA 58:

ITEM – 149 PINZA PARA BIOPSIA: PINZA P/BIOPSIA DE CUELLO UTERINO

Donde dice: "Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad 25 cm. 3 años de garantía"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA BIOPSIA SEIL de 24 cm? Es decir considerar una variante de +-1cm. Teniendo en cuenta que tamaño del producto no varía el uso para el cual es destinado. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 59:

ITEM – 150 PINZA PARA BIOPSIA: PINZA P/BIOPSIA DE CUELLO UTERINO TIPO BABY TISCHLER

Donde dice: "De 18 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Ectocervical Con Variante De (+) (-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA D.BIOPS.TISCHLER 5X6X3MM 21 cm? Es decir aumentar la variante de +-3cm en el largo de la pinza. Teniendo en cuenta que tamaño del producto no varía el uso para el cual es destinado. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP Y BS.

CONSULTA 60:

ITEM – 151 PINZA PARA BIOPSIA: PINZA PARA BIOPSIA WITTER

Donde dice: "23 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA P.PLACENTA WINTER CURVA de 29 cm? Teniendo en cuenta que tamaño del producto no varía el uso para el cual es destinado. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la ampliación en los requerimientos de rangos.

RESPUESTA: AJUSTARSE AL PBC.

CONSULTA 61:

ITEM – 178 PINZA CLAMP QUIRURGICA: CLAMP DE BAKEY- DERRA VASCULAR

Donde dice: "CURVO 6 cm 2 1/4". Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía"

Se consulta: Se puede ofertar PINZA BABY-RRA MOLO PEQUENO 20/170MM, tomando en cuenta que los clamps de Bakey no existen del tamaño solicitado.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 62:

ITEM – 182 PINZA CLAMP QUIRURGICA: CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH,

Donde dice: "Largo: 50mm, punta curva de 8mm. Acero Inoxidable3 años de garantía"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA BULLDOG DIETHRICH con medidas de 10mm para la punta que sujeta el vaso y de 48MM de largo total del clamp, lo que significa 2mm adicionales? Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 63:

ITEM – 183 PINZA CLAMP QUIRURGICA: CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH,

Donde dice: "Largo 50mm, punta recta de 12cm Acero Inoxidable3 años de garantía"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA BULLDOG DIETHRICH con medidas de 13mm para la punta que sujeta el vaso y de 48MM de largo total del clamp, lo que significa 1mm adicional en la punta y 2mm menos en el largo total de la pinza. Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
M.S.P. Y B.S.

CONSULTA 64:

ITEM – 184 PINZA CLAMP QUIRURGICA: CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH

Donde dice: "Largo: 50mm, punta curva de 12mmAcero Inoxidable3 años de garantía"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA BULLDOG DIETHRICH con medidas de 13mm para la punta que sujeta el vaso y de 48MM de largo total del clamp, lo que significa 1mm adicional en la punta y 2mm menos en el largo total de la pinza. Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 65:

ITEM – 185 PINZA CLAMP QUIRURGICA: CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH

Donde dice: "Largo: 50mm, punta recta de 20mmAcero Inoxidable3 años de garantía"

Se consulta: ¿Se puede cotizar MICRO PINZA BULLDOG ATR.RCT.20/60MM? Es decir tener una variación de +-10mm de longitud de la pinza. Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 66:

ITEM 186 – PINZA CLAMP QUIRURGICA: CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH

Donde dice: "Largo: 50mm punta curva de 20mmAcero Inoxidable3 años de garantía"

Se consulta: ¿Se puede cotizar MICRO PINZA BULLDOG ATR.ACOD.20/55MM? Es decir tener una variación de +-5mm en el largo total del clamp. Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 67:

ITEM 187 – PINZA CLAMP QUIRURGICA: CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH

Donde dice: "De 14 mm de abertura de la mordaza, 4 mm longitud de la mandíbula 4 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad."

Se consulta: ¿Se puede cotizar MICR.PINZ.BULLDOG DIETHRICH ACOD.13/48MM? Es decir tener una variación de +-1mm en la mandíbula del clamp. Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 68:

ITEM 240 – PINZA DE DUVAL: PINZA DE DUVAL

Donde dice: "12 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC"

Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA INTESTINAL Y PARA TEJIDO de COLLIN, 140 mm? Que es exactamente la misma pinza que la solicitada, pero con otro autor tomando en cuenta que cada fabricante tiene su propio nombre comercial, sin embargo la forma e indicación de este instrumento es exactamente igual al Duval.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 69:

ITEM 306 - PINZA MIXTER RECTA: PINZA (CISTICA) HEMOSTÁTICA MIXTER
Donde dice: "DE 14 CM Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario de alta calidad"
Se consulta: Se solicita a la convocante confirmar si desea PINZA MIXTER CURVA de 14 cm teniendo en cuenta que ese modelo no tiene versión RECTA.

RESPUESTA: Lo solicitado es Pinza Cística Hemostática Mixter Curva 14 cm +- 1

CONSULTA 70:

ITEM 307 - PINZA MIXTER RECTA: PINZA CISTICA MIXTER
Donde dice: "DE 16 CM Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario de alta calidad"
Se consulta: ¿Se puede cotizar PINZA DISEC.BABT-MIXTER 18 CM curva? Es decir aumentar la variante a +-2 cm teniendo en cuenta que ese modelo no tiene versión RECTA.

RESPUESTA: Lo solicitado es Pinza Cística Curva 16 cm. + - 2 cm. Debe ser con angulación de 90° o Pico de loro

CONSULTA 71:

ITEM 339 - PORTA AGUJAS DEBAKEY: PINZA DE DEBACKEY PARA AORTA 60" LONGITUD DE MANDIVULA 30 mm
Donde dice: "De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía"
Se consulta: Se solicita aclarar a la convocante si precisan PORTA AGUJAS o PINZA.

RESPUESTA: Lo solicitado es Pinza Porta aguja Debakey para Aorta 60° longitud de mandíbula 30 mm + - 1 cm en la medida.

CONSULTA 72:

ITEM 340 - PORTA AGUJA CASTRO VIEJO: PORTA AGUJA CASTRO VIEJO CURVO SIN TRABA
Donde dice: "14 cm De acero Inoxidable de alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía"
Se consulta: ¿Se puede cotizar un PORTA AGUJA CASTRO VIEJO CURVO con TRABA? Tomando en cuenta que el instrumento es utilizado en procedimientos de alta complejidad que requieren seguridad en la fijación de la aguja al instrumento.

RESPUESTA: Ajustarse al Pliego de bases y Condiciones.

CONSULTA 73:

ITEM 358 - PINZA PORTA-AGUJAS: PORTA AGUJAS DE GILLIES,
Donde dice: "(13cm) De acero Inoxidable alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,"
Se consulta: ¿Se puede cotizar PORTAAGUJAS GILLIES C/TIJERA 15 cm? Es decir aumentar la variante a +-2cm. Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 74:

ITEM 367 - PINZA PARA RESTOS OVULARES: PINZA PARA RESTOS OVULARES
Donde dice: "27 cm De acero Inoxidable. Alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,"
Se consulta: ¿PINZA PARA PLACENTA de WINTER de 29 cm? Es decir aumentar la variante a +-2cm. Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 75:

ITEM 448 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR 2 GARFIOS ROMO, MODELO FINO
Donde dice: "110 a 120 mm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC"
Se consulta: ¿Se puede cotizar GANCHO TRAQUEAL, 2 DIENTE, ROMO, 18 cm?

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 76:

ITEM 468 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON
Donde dice: "15 x 33 CM Maleable OCHSNER RIBBON. Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-"
Se consulta: ¿Se puede cotizar ESPATULA ABDOM.Y INTEST. Con medidas de 25X33cm? Esto no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 77:

ITEM 470 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR RICHARDSON
Donde dice: "DE 24 CM X 29 X 32 mm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad.. Garantía mínima 3 años.-"
Se consultas: ¿Se puede cotizar SEPARADOR RICHARDSON MEDIANO con medidas de 24 cmx30mmX29MM? Es decir 2mm menos, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 78:

ITEM - 471 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR RICHARDSON DE
Donde dice: "24 CM X 20 X 25 mm Acero inoxidable quirúrgico., de alta calidad., de alta calidad. Garantía mínima 3 años.- (+ - 1 cm)"
Se consulta: ¿Se puede cotizar SEPARADOR RICHARDSON con medidas de 24cm x20X23MM? Es decir 2mm menos, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 79:

ITEM – 472 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR RICHARDSON
Donde dice: "24 cm, 42X21 mm De acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Garantía mínima 3 años.-"
Se consulta: ¿Se puede cotizar SEPARADOR RICHARDSON con medidas de 24 cm x 47X21MM? Es decir 5mm más, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 80:

ITEM – 483 SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR de VOLKMAN DE 6 GARFIOS ROMOS
Donde dice: "11, 5 cm De acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,"
Se consulta: ¿Se puede cotizar SEPARADOR .VOLKMANN 6 GARFIOS ROMO con medidas de 8,5cm? Es decir 3mm más, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 81:

ITEM 506 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADORES, LANGENBECK,
Donde dice: "22cm, 50 mm x 11 mm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,"
Se consulta: ¿Se puede cotizar SEPARADOR KOCHER-LANGENBECK 55X11MM? Es decir aumentar la variante de +-5mm, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 82:

ITEM 508 - SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADORES KNAPP
Donde dice: "DE 13,2cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,"
Se consulta: ¿Se puede cotizar SEPARADOR de KLAPP, 4 GARFIOS, ROMOS con medida de 17,5cm? Es decir aumentar la variante de +-5cm, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 83:

ITEM 526 - CLIPADORA: APLICADOR DE CLIP
Donde dice: "Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 3 años de garantía mínima."
Se consulta: Se solicita a la convocante especificar MEDIDAS del CLIP y USO de tal modo a cotizar el material correcto.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

CONSULTA 84:

ITEM 527 - CLIPADORA: APLICADOR PARA CLIP DE VENA
Donde dice: "14,6cm (+-1,5cm) Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 3 años de garantia minima."
Se consulta: Se solicita a la convocante especificar las Medidas del CLIP a utilizarse y uso de la misma.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 85:

ITEM 547 - TIJERA METZEMBAUM: TIJERA METZEMBAUM PEQUEÑA
Donde dice: "CURVA 12 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantia minima.-"
Se consulta: ¿Se puede cotizar TIJERA METZENBAUM FINA CURVA con medidas de 14,5CM? Es decir aumentar la variación a +-3cm, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 86:

ITEM 574 - TIJERAS METZEMBAUM: TIJERA DE METZEMBAUM, CHICA
Donde dice: "Recta (13cm) Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantia mínima.-"
Se consulta: ¿Se puede cotizar TIJERA METZENBAUM RECTA con medidas de 14,5cm? Es decir aumentar la variación en la medida a +-1,5cm, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 87:

ITEM 592 - VALVA GINECOLOGICA: VALVA MALEABLE RIBBON
Donde dice: "20 cm X 200 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantia mínima.-"
Se consulta: ¿Se puede cotizar ESPATULA ABDOM.Y INTEST.FLEXI.25X330MM? lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 88:

ITEM 594 - VALVA GINECOLOGICA: VALVA VAGINAL GRANDE
Donde dice: "35 cm x 55mmAcero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantia mínima.-"
Se consulta: ¿Se puede cotizar VALVA VAGINAL DOYEN con medidas de 35x60MM? Es decir aumentar la variación a +-5mm, lo que no afecta en absoluto el procedimiento donde está indicado este instrumento.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 89:

Para los ítems: 2, 3, 8, 17, 21, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 137, 139, 140, 141, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 172, 173, 18, 179, 181, 185, 186, 187, 193, 195, 199, 200, 211, 213, 214, 224, 228, 243, 246, 247, 248, 253, 257, 258, 159, 260, 261, 266, 267, 273, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 292, 293, 307, 308, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 330, 332, 336, 337, 338, 340, 341, 344, 346, 347, 348, 368, 369, 370, 371, 374, 377, 378, 385, 386, 387, 406, 407, 499, 500, 501, 502, 536,537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 568, 569, 577, 587,

Se consulta: Se solicita aumentar el precio referencial un 45% tomando en cuenta que el precio actual del mercado no se ajusta al PBC, esto debido a las constantes variaciones en el tipo de cambio que sufre el pais.

RESPUESTA: Ajustarse a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones

CONSULTA 90

Para los ítems: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 "CAJAS PARA INSTRUMENTALES"

Se consulta: Se puede cotizar CUBETA NO FENESTRADA. Esto tomando en cuenta que los contenedores solicitados son de una generación anterior, actualmente los contenedores que se utilizan en los paises del primer mundo y en la mayoria de paises de América únicamente utilizan contenedores con cubetas no fenestradas y tapas con filtros reutilizables de PTFE que pueden ser utilizados por 5.000 ciclos, lo cual constituye un ahorro considerable de recursos para la institución. Se solicita aumentar el precio referencial un 50% tomando en cuenta que el precio actual del mercado no se ajusta al PBC, esto debido a las constantes variaciones en el tipo de cambio que sufre el pais





RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 91:

Ítem N° 22 - Dermatomo Eléctrico Equipo p/ Tomar Injerto de Piel
Precio Referencial

Se consulta: Solicitamos el aumento del Precio Referencial ya que el precio establecido en el PBC ítem 22 Dermatomo Eléctrico Precio Referencial **Gs. 6.727.250** se encuentra por debajo del precio de comercialización en el mercado, esto se puede notar en la LPN 77/2018 ID:350156 "Adquisición de Autoclave 550, 250, Dermatomo, Ecógrafo Portátil para hospitales especializados del MSPyBS" el precio de referencia del llamado fue de **Gs. 180.000.000** en el ítem de DERMATOMO ELECTRICO con este ejemplo demostramos que no se encuentra ajustado el precio que mantiene el producto en el mercado

RESPUESTA: Ya fue respondida en un punto anterior.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSPyBS

CONSULTA 92:

Ítem N° 22 – Dermatomo Eléctrico Equipo p/ Tomar Injerto de Piel
Donde dice: DERMATOMO WATSON AJUSTABLE PARA TOMA DE INJERTOS DE 0,1 mm A 0,1 mm. DIMENSION 300 mm
Se consulta: Favor aclarar si lo solicitado corresponde a un dermatomo manual o eléctrico siendo que un **Dermatomo eléctrico** consta de las siguientes caracteristicas:

- Dermatomo eléctrico a batería – Dimensiones 290 x 110 x 90 mm no mayor a 1.700 gr.
- Ancho ajustable sin llave, grosor ajustable (pasos de 1 a 10 mm) espesor de cortes de 0,2 a 1,2 mm, ancho de corte máximo 78mm.
- Cuchillas adecuadas desechables – Influir hojas para dermatomo eléctrico
- Potencia de 220 W
- Baterías NiMH recargables
- Con tapas de cierre esterilizable y embudos estériles para colocación de baterías
- Dispositivo de remoción estéril para baterías
- Cargador de baterías con alimentación 220 V
- Contenedor de aluminio anodizado resistente Autoclavable con filtro reutilizable hasta 5000 ciclos, precinto de seguridad y etiqueta de identificación.
- Cesta ideal para la esterilización del equipo con soporte de seguridad para cada componente.

RESPUESTA: Ya fue respondida en un Punto anterior.

CONSULTA 93:

Sección III. Suministro Requeridos
Ítem 600 – ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS PEQUEÑOS
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: ***"Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60mm"***. En esta parte se describe al reloj (manómetro), el cual debe tener un diámetro (escala) mínimo de 60mm, como claramente lo describe el PBC.
Consultamos al Convocante ¿es posible ofertar Manómetro a prueba de presión, diámetro (escala) grande de 56mm o mayor?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 94:

Sección III. Suministro Requeridos
Ítem 600 – ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS PEQUEÑOS
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: ***"De 7 x 38 cm (largo x ancho)"***. En esta parte se describen las medidas del brazal, de 7x38cm (largo x ancho), respetuosamente pedimos al Convocante incorporar un rango de variación de +/- 4 cm a estas medidas del brazal.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 95:

Sección III. Suministro Requeridos
Ítem 600 – ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS PEQUEÑOS
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: ***"De 7 x 38 cm (largo x ancho)"***. En esta parte se describen las medidas del brazal, de 7x38cm (largo x ancho), respetuosamente pedimos al Convocante incorporar un rango de variación de +/- 4 cm a estas medidas del brazal.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 96:

Sección III. Suministro Requeridos
Ítem 601 – ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: ***"Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60mm"***. En esta parte se describe al reloj (manómetro), el cual debe tener un diámetro (escala) mínimo de 60mm, como claramente lo describe el PBC.
Consultamos al Convocante ¿es posible ofertar Manómetro a prueba de presión, diámetro (escala) grande de 56mm o mayor?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 97:

Sección III. Suministro Requeridos
Ítem 602 – ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS OBESOS
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: ***"Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60mm"***. En esta parte se describe al reloj (manómetro), el cual debe tener un diámetro (escala) mínimo de 60mm, como claramente lo describe el PBC.
Consultamos al Convocante ¿es posible ofertar Manómetro a prueba de presión, diámetro (escala) grande de 56mm o

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 98:

Sección III. Suministro Requeridos

Ítem 603 – ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR: ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: tubo sin látex.
Usualmente también se denomina "tubo libre de latex"; consultamos al Convocante ¿es posible ofertar tubo CON látex?

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 99:

Sección III. Suministro Requeridos
Ítem 604 – ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR: ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: tubo sin látex.
Usualmente también se denomina "tubo libre de latex"; consultamos al Convocante ¿es posible ofertar tubo CON látex?

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 100:

- **ÍTEM 26**
  GANCHO DE GILLIES, GANCHO SIMPLE GILLIES
  Consulta:
  Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 3 cms, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 101:

- **ÍTEM 113**
  PINZAS ALLIS
  Consulta:
  Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 2 cms, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 102:

ÍTEM 139
PINZA BABCOCK CORTO
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 2 cms, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 103:

[redacted]
Donde:
Carta Poder otorgada por el fabricante debidamente legalizado y consularizada para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio Sección Representaciones.

Consulta:
Solicitamos a la convocante permitir presentar la Carta de Autorización de la siguiente manera:
Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones. Y de esa manera dar mayor oportunidad a mas oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE AL PBC

CONSULTA 104:

ÍTEM 311
PINZA HEMOSTATICA PINZA ROCHESTER PEAN
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 3 cms, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes. También en relación al mismo ítem se solicita aclarar si la opción deseada es recta o curva.

RESPUESTA: AJSUTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 105:

ÍTEM 312
PINZA HEMOSTATICA PINZA PEAN
Consulta:
Se solicita aclarar si la opción deseada es recta o curva.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 106:

ÍTEM 318
PINZA PORTAAGUJAS PORTA AGUJAS TIPO WEBSTER
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 2 cms, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 107:

ÍTEM 326
PORTA AGUJAS DEBAKEY ANATOMICA
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 2 cms, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 108:

ÍTEM 350
PINZA PORTA-AGUJAS PORTA AGUJAS TIPO MAYO
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 2 cms, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE AL PBC.

CONSULTA 109:

ÍTEM 360
PINZA PARA CALCULOS PINZA POTTS SMITH C D CON RECTA ANGULADA
Consulta:
Solicitamos a la convocante aclarar la medida solicitada de la pinza. También en relación al mismo ítem se solicita aclarar si la opción deseada es recta o curva.

RESPUESTA: Lo solicitado en este ítem es PINZA POTTS SMITH C/D RECTA ANGULADA Acero Inoxidable Sanitario alta calidad.

CONSULTA 110:

ÍTEM 363/ÍTEM 364/ÍTEM 365/ÍTEM 366
PINZA HEMOSTATICA PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER – OSCHNER
Consulta:
Solicitamos a la convocante aclarar si podrían aceptar el modelo ROCHESTER-PEAN, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE AL PBC EN LOS ÍTEMS MENCIONADOS.

CONSULTA 111:

ÍTEM 393
PINZAS HEMOSTATICA PINZAS JOHNS HOPKINS CURVA
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de
dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE AL PBC.

CONSULTA 112:

ÍTEM 416
SEPARADOR PARA CIRUGIA SEPARADOR AUTOESTATICO BECKMAN
Consulta:
Solicitamos a la convocante aclarar si solicitan con puntas romas o agudas.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 113:

ITEM 424
SEPARADOR PARA CIRUGIA SEPARADOR DE DEAVER
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 2 cms, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 114:

ITEM 460
SEPARADOR PARA CIRUGIA SEPARADOR DE GOSET
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 2 cms. con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 115:

ITEM 451
SEPARADOR PARA CIRUGIA SEPARADOR DE GOSET
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 2 cms, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 116:

ITEM 453
SEPARADOR ABDOMINAL SEPARADOR AUTOESTÁTICO GOSSET MEDIANO
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 2 cms. con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 117:

ITEM 496
SEPARADOR PARA CIRUGIA SEPARADOR de VOLKMAN CUCHARA CORTANTE GRANDE
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 3 cms. con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 118:

ITEM 497
SEPARADOR PARA CIRUGIA SEPARADORES VOLKMAN CON 6 DIENTES FILOSOS DE 16mmx 40mm
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 2 cms, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP Y BS

CONSULTA 119:

ÍTEM 578
TIJERAS METZEMBAUM
Consulta:
Solicitamos a la convocante aceptar un rango de variación en la medida solicitada de +- 2 cms, con el fin de poder dar mayor participación a potenciales oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 120:

Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS.

ÍTEM 605 - LARINGOSCOPIO PEDIATRICO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Acero inoxidable quirúrgico"
Respetuosamente pedimos al Convocante aclare: ***¿Las hojas y mangos de laringoscopio deberán ser autoclavables?***

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 121:

ÍTEM 605 - LARINGOSCOPIO PEDIATRICO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Y foquitos correspondientes"
Respetuosamente pedimos al Convocante aclare: ***¿Los foquitos deben ir incorporadas al mango o en las hojas?***
En este punto sugerimos al Convocante permita cotizar: "***Foquito correspondiente incorporado al mango, con luz transmitida a las hojas por Fibra Óptica.***
Con esta característica el Convocante asegura una mejor iluminación y una vida útil más prolongada.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 122:

ÍTEM 605 - LARINGOSCOPIO PEDIATRICO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Con su respectivo mango"
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: ***"Con su respectivo mango de metal no corrosivo o inoxidable, con superficie antideslizante o rugosa"***.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 123:

ÍTEM 605 - LARINGOSCOPIO PEDIATRICO
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: ***"Compatibilidad entre hojas y mango según norma ISO 7376 (Sistema Verde)"***.
Con esta característica el Convocante se asegurará que las distintas hojas sean 100% compatibles con el mango.

RESPUESTA: AJUSTARSE AL PBC.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSPyBS.

CONSULTA 124:

ÍTEM 606 - LARINGOSCOPIO ADULTO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Acero Inoxidable quirúrgico"
Respetuosamente pedimos al Convocante aclare: ***¿Las hojas y mangos de laringoscopio deberán ser autoclavables?***

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 125:

ÍTEM 606 - LARINGOSCOPIO ADULTO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Y foquitos correspondientes"
Respetuosamente pedimos al Convocante aclare: ***¿Los foquitos deben ir incorporadas al mango o en las hojas?***
En este punto sugerimos al Convocante permita cotizar: ***"Foquito correspondiente incorporado al mango, con luz transmitida a las hojas por Fibra Óptica.***
Con esta característica el Convocante asegura una mejor iluminación y una vida útil más prolongada.

RESPUESTA: AJUSTARSE AL PBC.

CONSULTA 126:

ÍTEM 606 - LARINGOSCOPIO ADULTO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Con su respectivo mango"
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: ***"Con su respectivo mango: mango de metal no corrosivo o inoxidable, con superficie antideslizante o rugosa".***

RESPUESTA: AJUSTARSE AL PBC.

CONSULTA 127:

ÍTEM 606 - LARINGOSCOPIO ADULTO
Respetuosamente solicitamos al Convocante incorporar en las especificaciones técnicas lo siguiente: ***"Compatibilidad entre hojas y mango según norma ISO 7376 (Sistema Verde)".***
Con esta característica el Convocante se asegurara que las distintas hojas sean 100% compatibles con el mango.

RESPUESTA: AJUSTARSE AL PBC.

CONSULTA 128:

ÍTEM 609 - OTOSCOPIO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Con Mango Neumático"
En esta parte, consideramos que se trata de un error – involuntario – de tipeo. Creemos que debería decir: ***"Con mango de Policarbonato resistente o acero inoxidable, con superficie antideslizante".***

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SECRETARÍA DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 129:

ÍTEM 609 - OTOSCOPIO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Cabezal para otoscopio"
Respetuosamente pedimos al Convocante aclare ***¿el cabezal para otoscopio debe tener conexión para pera insufladora? Si es afirmativo, ¿se debe cotizar con la pera insufladora?***

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 130:

ÍTEM 609 - OTOSCOPIO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Con batería de reserva"
Solicitamos al Convocante aclarar la forma de provisión de la ***batería ¿Serían 1 (un) Par de baterías instaladas en el mango del Otoscopio y 1 (un) Par de baterías en calidad de reserva?***

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 08

CONSULTA 131:

ÍTEM 609 - OTOSCOPIO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Lámpara de repuesto para otoscopio"
Solicitamos al Convocante aclarar la forma de provisión de la batería ***¿Sería 1 (una) Lámpara instalada en el cabezal del Otoscopio y 1 (una) Lámpara en calidad de repuesto?***

REPSUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 132:

ÍTEM 609 - OTOSCOPIO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Estuche rígido con cierre deslizante de seguridad"
Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar: ***"Estuche rígido o blando con cierre deslizante (o similar) de seguridad".***

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 133:

Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS.

ÍTEM 7 - BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES, BANDEJA TAMIZ O CESTILLA CON ASA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "marcación INC"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿A qué se refiere marcación INC?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 134:

ÍTEM 8 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MÍNIMO DE 100 UNIDADES"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿se deberá ofertar PRECINTOS DE SEGURIDAD 01-(UN) PAQUETE DE 100 UNIDADES COMO MÍNIMO?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP Y BS.

CONSULTA 135:

ÍTEM 8 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "MEDIDA DE 30 CM X 27 CM X 5 CM (+- 5 CM)"
Respetuosamente solicitamos al Convocante modificar la medida de la ALTURA la cual es de 5 CM y considerando que se le otorga un rango de variación de (+- 5 CM). Nuestra opinión es que la medida de la ALTURA debe ser como mínimo 10 CM.
Por lo expuesto consideramos que las medidas deberían ser las siguientes: "30 CM X 27 CM X **10 CM** (+- 5 CM)".

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 136:

ÍTEM 9 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE INSTRUMENTALES
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MÍNIMO DE 100 UNIDADES"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿se deberá ofertar PRECINTOS DE SEGURIDAD 01-(UN) PAQUETE DE 100 UNIDADES COMO MÍNIMO?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 137:

ÍTEM 9 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE INSTRUMENTALES
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "MEDIDA DE 60 X 24 CM (+- 5 cm)"
A esta medida, falta la altura, que considerando las otras cajas mínimamente debería ser 10 CM. Así también solicitamos una mínima modificación para dejar en 25CM el ancho. Por lo expuesto, con todo respeto solicitamos al Convocante modificar las medidas y dejarlas en: 60 CM X **25 CM** X **11 CM** (+- 5 cm).

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 138:

ITEM 10 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA CONTENEDOR DE ALUMINIO DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE. MEDIDAS
En la Descripción del artículo (página 13 del PBC, así también en la Lista de Precios e Ítems solicitados) dice: "CON FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE"; sin embargo en las Especificaciones Técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA DE PAPEL, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES", tener en cuenta que estos son descartables y no reutilizables.
Como podrá notar el Convocante, hay una incoherencia con respecto al tipo de filtro. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Convocante modificar las Especificaciones técnicas y dejarlos en:
CON FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES). En este caso, también se debe cambiar la Descripción del Bien en la Lista de Precios y en los Ítems solicitados.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 139:

ITEM 11 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA CONTENEDORA DE INSTRUMENTALES AUTOCLAVABLE.
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA DE PAPEL, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES (MINIMO 50 PAQUETES)".
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar cuanto sigue: ¿serían 5.000 unidades de Filtro de Barrera de Papel?
A fin de evitar confusiones y permitir la correcta presentación de las ofertas, solicitamos que las Especificaciones Técnicas queden redactadas de la siguiente manera:
CAJA DE ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, **CON FILTROS DE BARRERA DE PAPEL (MINIMO 50 PAQUETES, CADA PAQUETE DEBE CONTENER 100 UNIDADES)** ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 28 X 27,5 X 10 CM (+-5 cm).

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP Y BS.

CONSULTA 140:

ITEM 12 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: MEDIDA DE 20 CM DE LARDO X 10 CM DE ANCHO X 4 CM DE ALTO (+- 2 CM)
Solicitamos incorporar un rango de variación (+- 3 CM), en este caso las Especificaciones Técnicas quedarían redactadas de la siguiente manera: MEDIDA DE 20 CM DE LARGO X 10 CM DE ANCHO X 4 CM DE ALTO (+- 3 CM)

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 141:

ÍTEM 13 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: MEDIDA DE 25 DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 5 CM DE ALTO (+- 10 CM)
Solicitamos una mínima modificación para dejar en 20 CM el ancho, de tal forma que las Especificaciones Técnicas queden redactadas de la siguiente manera: MEDIDA DE 25 DE LARGO X **20 CM DE ANCHO** X 5 CM DE ALTO (+- 10 CM)

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 142:

ÍTEM 14 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA MAYOR
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MÍNIMO DE 100 UNIDADES"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿se deberá ofertar PRECINTOS DE SEGURIDAD 01-(UN) PAQUETE DE 100 UNIDADES COMO MÍNIMO?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 143:

ÍTEM 15 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE METAL
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: MEDIDA DE 30 cm largo x 20 cm ancho x 10 cm alto (+- 5 CM)
Solicitamos que las Especificaciones Técnicas queden redactadas de la siguiente manera: MEDIDA DE 30 cm largo x 20 cm ancho x 10 cm alto (+- 10 CM)
Teniendo en cuenta que la variación de (+- 10 CM) también se aplica en otros ítems similares a este; como por ejemplo los Ítems Nº 10, Nº 13, Nº 18 y Nº 19.

RESPUESTA: AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

CONSULTA 144:

ÍTEM 16 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA METÁLICA C/ TAPA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MÍNIMO DE 100 UNIDADES"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿se deberá ofertar PRECINTOS DE SEGURIDAD 01-(UN) PAQUETE DE 100 UNIDADES COMO MÍNIMO?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS

CONSULTA 145:

ÍTEM 17 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS.
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: MEDIDA DE 40 cm largo x 20 cm ancho x 8 cm alto (+- 5 CM)
Solicitamos que las Especificaciones Técnicas queden redactadas de la siguiente manera: MEDIDA DE 40 cm largo x 20 cm ancho x 8 cm alto (+- 10 CM)
Teniendo en cuenta que la variación de (+- 10 CM) también se aplica en otros ítems similares a este; como por ejemplo los Ítems N° 10, N° 13, N° 18 y N° 19.

RESPUESTA: AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

CONSULTA 146:

ÍTEM 18 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA MULTIPERFORADAS PARA AUTOCLAVE
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MÍNIMO DE 100 UNIDADES"
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar ¿se deberá ofertar PRECINTOS DE SEGURIDAD 01-(UN) PAQUETE DE 100 UNIDADES COMO MÍNIMO?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 147:

ÍTEM 20 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA PEQUEÑA PARA CURACIÓN
Respetuosamente solicitamos al Convocante aclarar cuánto sigue:
¿Se podrá cotizar caja de aluminio?;
¿La tapa y la cubeta deben estar perforadas?;
¿Se debe ofertar filtro de papel descartable?;
¿La cesta debe estar fenestrada?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 148:

Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS.

ÍTEM 8 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son mas económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 149:

ÍTEM 9 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE INSTRUMENTALES
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son mas económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 150:

ITEM 12 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son mas económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

CONSULTA 151:

ÍTEM 13 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE ACERO INOXIDABLE
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES)
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son mas económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 152:

ÍTEM 14 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGÍA MAYOR
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son mas económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 153:

ÍTEM 15 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL, CAJA DE METAL
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son mas económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA; AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 154:

ÍTEM 16 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA METÁLICA C/ TAPA
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son mas económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08.

ABG. PABLO VEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSULTA 155:

ÍTEM 17 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS.
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son mas económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 156:

ÍTEM 18 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA MULTIPERFORADAS PARA AUTOCLAVE
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentacion de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son mas económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 157:

ÍTEM 19 - CAJAS PARA INSTRUMENTAL CAJA PARA CIRUGIA
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: "CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES".
Respetuosamente solicitamos al Convocante permitir la presentación de ofertas de:
"FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE O FILTROS DE PAPEL DESCARTABLES (EN PAQUETES DE 100 UNIDADES).
Los filtros de papel también se solicitan en el Ítem 11, por lo que consideramos que se puede permitir también en este ítem. Además, son mas económicos que los filtros de barrera.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

CONSULTA 158:

SECCIÓN VII. Anexos 1; DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. Numeral 4) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos. – Inciso d) Dice:
El oferente deberá presentar el listado de los productos Habilitados Vigente al momento de la apertura para importar y comercializar expedida por el MSP y BS en el que deberán constar el/ o los productos ofertados identificados con resaltador o Constancia de la Solicitud de Renovación de dicho documento expedida por el MSP y BS.
Respetuosamente solicitamos al convocante que dicho documento sea requerido de la siguiente manera:
El oferente deberá presentar el listado de los productos Habilitados Vigente al momento de la apertura para importar y comercializar emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. Autoridad Sanitaria competente de nuestro país, la lista adjunta deberá llevar la misma fecha y firma de la Certificación.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA 08

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

CONSULTA 159:

SECCION VII. ANEXO I. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. Inciso 4- Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos, dice: *"En caso de oferentes distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras o de productos nacionales) deberán presentar copia autenticada de la Resolución de apertura vigente o en trámite de renovación de ambos.".*
Solicitamos respetuosamente al Convocante aclare lo siguiente: ¿al decir *distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras o de productos nacionales)* **se refiere a que ambas son empresas paraguayas?**

RESPUESTA: Si, se refiere a Empresas nacionales que tienen poder otorgado por otras empresas nacionales para ofertar productos para el presente llamado a Licitación.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.