UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

ADENDA Nº 2

LPN Nº 01/2016 – ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS – CONACYT

Nro de Expediente: 308.704
Nro de ID: 308278

Campus Universitario, San Lorenzo, 23 de mayo de 2016.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Químicas emite la presente Adenda en la atención a las consultas realizadas por posibles oferentes respecto al proceso de LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº1/2016 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS E INSUMOS – CONACYT.

Prorrogando la fecha de entrega de sobres para el: 02/06/2016 hasta las 10:00hs y la apertura en la misma fecha para las 10:15 hs.

Además deberá decir: (en mayúsculas negrita indicado)

25	41103506-001	**Termociclador**	Termociclador: Rango de temperatura de 4 °C a 99.9 °C Precisión de temperatura: ±0.5 °C Uniformidad de temperatura ±0.5 °C Sistema de calentamiento/enfriamiento: Peltier Velocidad de calentamiento: 3ºC/seg. Velocidad de enfriamiento: 2ºC/seg. Capacidad del Gradiente: 12 filas (horizontales), 96 pocillos; 11 filas (horizontales), 60 pocillos. Memoria de programas: 100 programas completos Interfaces: USB y RS-232. **DEBE PERMITIR REALIZAR UN GRADIENTE PROGRAMABLE POR EL USUARIO Y SER COMPATIBLE CON PLACAS DE 96 TUBOS, STRIPS DE 8 Y 12 TUBOS Y TUBOS INDIVIDUALES DE 0,2 ML CON TAPAS PLANAS Y REDONDAS**
168	41116015-982	**Peptona p.a**	Envasado en origen, en envase de plástico, con tapa hermética no atacable por el producto y precinto de seguridad; con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. **DEBERA CORRESPONDER A AGUA PEPTONADA TAMPONADA**
201	41116134-985	**Mezcla para amplificación de Material Genético**	2 x . Hot star DNA polimerasa con dNTPs, cloruro de magnesio, SYBR green, sin fluoroforos de referencia compatible con LightCycler nano, con strips de 8 tubos y tapas. **LOS TRIPS DE 8 TUBOS Y TAPAS DEBEN ESTAR INCLUIDOS, COMPATIBLES CON LIGHTCYCLER, TANTO TUBOS COMO TAPA Y REACTIVOS DEBEN SER PARA AL MENOS 960 REACCIONES**

C.P. Sonia Unzain
Jefe Dpto. UOC