ADDENDA N° 3
ID N° 195.856

(Todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y que no se encuentre modificado en las adendas permanece vigente)

a) Se modifica la Sección II Datos de la Licitación en el Apartado "B" IAO 7.1 y apartado" IAO 22.1 y IAO 25.1

	B. Contenido de los Documentos de Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: *UNIDAD OPERATIVA DE CONTRACIONES* Dirección: *Avda. Artígas Nº 3973 c/ Gral. Roa* Ciudad: *Asunción*, Paraguay Teléfono: (021) 295-409 Fax: (021) 290-873 Dirección de correo electrónico: *uoc@intn.gov.py* **La fecha y hora límites para realizar consultas es***: el día 29 de junio de 2010, hasta las 07:30 hs. am*
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 22.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC Dirección: AV. ARTIGAS Nº 3973 C/ GRAL. ROA Ciudad: ASUNCION, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 06 de julio de 2010 Hora: 08:30 hs.
IAO 25.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: AV. ARTIGAS Nº 3973 C/GRAL. ROA Número de Piso/Oficina: SALA DE REUNIONES Ciudad: ASUNCION, Paraguay Fecha: 06 de julio de 2010 Hora: 09:00 hs.

b) Se realiza los ajustes en el cuadro de Especificaciones Técnicas, en el Ítem 12 a fin de precautelar el conjunto y evitar confusiones, quedando redactado como sigue:

12	Balanza para laboratorio - Basculas de Laboratorio	a. Capacidad: de 200 g. hasta 250 g. b. Precisión: 0,01 mg c. Repetibilidad: Menor o igual a 0,015 mg (0-60g) Menor o igual a 0,025 mg (60-230g) d. Linealidad: Menor o igual a 0,1 mg e. Drift de sensibilidad: Menor o igual 1,0 ppm/K f. Pantalla LDC por puntos iluminado de gran tamaño g. Teclado amplio y de fácil compresión h. Panel de control desmontable i. Protector contra corriente de aire, con 3 puertas corredizas automáticas j. Cámara de pesaje, platillo de pesada de acero inoxidable de 90 mm de diámetro, el cual debe ser desmontable fácilmente para una mejor limpieza k. Con neutralizador de cargas electroestáticas l. Con función SQMin m. Un solo rango (d=0.01 mg de 0 gr capacidad máxima)

"Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y que no se encuentre modificado en las adendas permanece vigente"

Unidad Operativa de Contrataciones