PAC Nº: 276.754

NOTA ACLARATORIA N° 01/2014

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 17/2014 *"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"* AD REFERÉNDUM PLURIANUAL** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

CONSULTA 1

Nos dirigimos a Ustedes a fin de realizar una consulta aclaratoria, sobre el ítem Nro. 20 FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS ADULTO, en este punto solicitan específicamente que tenga 1.5 m2 (un metro cuadrado y medio de superficie de membrana), con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.

Debido a que la marca que queremos ofertar tiene las mismas especificaciones solicitadas, pero las medidas de membrana de polysulfona vienen numeradas de fábrica del 1m2, 1.2 m2, 1.4 m2, 1.6m2 y 1.8m2 (en números pares), por lo tanto, podemos ofertar el 1.6 m2? El cual sería equivalente a lo solicitado.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 05.

CONSULTA 2

Ítem 20, Filtro Capilar para hemodiálisis Adulto.

A fin de beneficiarse con mejores ofertas y dar una mayor participación a los oferentes, solicitamos a la convocante abrir y ampliar en rango de metro cuadrado de superficie de los filtros de 1,4 m2 a 1,5 m2 o en su defecto de 1,5 m2 a 1,6 m2.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 05.

CONSULTA 3

Ítem 21, Tubuladuras arteriovenosas para hemodiálisis

1) La tubuladura arteriovenosa para hemodiálisis deberá contar con 1 (un) filtro para presión venosa, atendiendo que el mismo cumple con la función de purificación.
2) El equipo macrogotero solicitado incluir con la tubuladura arteriovenosa para hemodiálisis, el mismo deberá estar incorporado a la tubuladura a fin de evitar la manipulación de los mismos.

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III Suministros Requeridos - 1 Especificaciones Técnicas

CONSULTA 4

Para una mejor conexión, manipulación y seguridad por parte del personal de enfermería, al momento de instalar los equipos de infusión (macrogotero) al catéter I.V., sugerimos que la conexión del macrogotero sea con punta catéter (Luer slip) y a rosca (Luer Lock)

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III Suministros Requeridos - 1 Especificaciones Técnicas

CONSULTA 5

Plazo de vencimiento del suministro

Medicamentos solicitan:

Vencimiento

El vencimiento mínimo de los medicamentos e insumos es de 18 (diez y ocho) meses al momento de la entrega en el Instituto Nacional de Nefrología, si por la naturaleza del mismo o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del artículo deberá ser autorizada por la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud; además, se deberá presentar Póliza de Seguro por el 100% del monto del producto con identificación del número de Lote; la validez de dicha póliza deberá ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento del artículo a entregar.

Solicitamos para los ítems

N° 02 Bicarbonato para Hemodiálisis y para el ítem N° 10 Sal Ácida para hemodiálisis.

Sea aceptada la presentación de oferta del producto con un vencimiento mínimo de 10 meses, y para vencimientos menores a 10 meses sea aceptada para la entrega con póliza de seguro por el 100% de la cantidad a entregar.

Dicho pedido obedece a que los mencionados productos poseen vencimiento de 12 meses.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones

Cabe acotar que nuestra empresa es una de las principales distribuidoras del producto en el Paraguay y nos será imposible cumplir con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y por este medio solicitamos sea estudiado nuestra consulta, será lamentable no poder ofertar por no considerar nuestra solicitud.

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 6

Ítem N° 20 – Filtro capilar p/hemodiálisis adulto: Adulto de polisulfona o poliestersulfona de 1,5 m2.
Solicitamos se amplíe el rango para no cerrar la posibilidad de ofertas. Solicitamos diga que se podrá ofertar entre los Rangos de 1,5 m2 a 1,8.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 05.

CONSULTA 7

Ítems 17 y 18. Set de catéter para hemodiálisis doble lumen, pediátrico y adulto respectivamente.
¿Para ambos casos, el catéter debe ser recto o curvo? ¿Se podrá entregar la jeringa adherida al kit externamente?

Respuesta: El extremo intravenoso del catéter debe ser recto en todos los casos, ahora el conector externo del catéter puede ser curvo. Las jeringas no podrán ser entregadas en cajas separadas, pero pueden ser bien adheridas al kit, conforme lo indica la Adenda N° 05.

CONSULTA 8

Ítem 19 Filtro Capilar para hemodiálisis Pediátrico
Se podrá cotizar 1.2 m2?

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 9

Ítem N° 20 Filtro Capilar para hemodiálisis Adulto
Se podrá cotizar 1.4 o 1.6 m2?

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 05.

CONSULTA 10

ÍTEM 11: SOLUCIÓN FISIOLÓGICA (CLORURO DE SODIO) SOLUCIÓN 0.9% . De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 4659, inciso "D", el producto solicitado, debe ser en sistema cerrado

RESPUESTA: Estamos en proceso de adecuación a la Ley 4659 Inciso "D", en caso de ofertarse el sistema cerrado, la oferta debe incluir el adaptador especial que necesita dicho sistema. Finalmente se tendrá en cuenta para la sugerencia de adjudicación a la oferta con menor precio que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. Remitirse a la Adenda N° 05.

CONSULTA 9

ÍTEM 15: AGUJA FISTULA ARTERIOVENOSA ADULTO
Donde dice: Agujas 16 G- 1"-1,65mmx25mm.
Consulta 1: Solicitamos para la presentación de una mayor cantidad de oferentes que las dimensiones puedan ser de 1,6mm x 25mm.
Consulta 2: Solicitamos incluir el método de esterilización por radiación, siendo este el recomendado por motivos de biocompatibilidad ya que no deja residuos tóxicos con el ETO.
Consulta 3: Sugerimos que las agujas cuenten con Clamp de seguridad con codificación de color, rojo para las agujas arteriales y azul para las agujas venosas. Esta característica permite identificar adecuadamente las agujas para mayor seguridad del paciente.

RESPUESTA: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 10

ÍTEM 16: AGUJA FISTULA ARTERIOVENOSA PEDIÁTRICO
Donde dice: Agujas 17G- 1"-1,65mm x 25mm
Consulta 1: Solicitamos para la presentación de una mayor cantidad de oferentes que las dimensiones puedan ser de 1,5mm x 25mm.
Consulta 2: Solicitamos incluir el método de esterilización por radiación, siendo este el recomendado por motivos de biocompatibilidad ya que no deja residuos tóxicos con el ETO.
Consulta 3: Sugerimos que las agujas cuenten con Clamp de seguridad con codificación de color, rojo para las agujas arteriales y azul para las agujas venosas. Esta característica permite identificar adecuadamente las agujas para mayor seguridad del paciente.

RESPUESTA: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

CONSULTA 11

ÍTEM 17: SET DE CATÉTER P/HEMODIÁLISIS DOBLE LUMEN, TEMPORAL ADULTO
Se sugiere que el catéter deba permitir realizar la instalación con verificación mediante la onda EOG. Con certificación y fabricados según normas internacionales.

RESPUESTA: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 12

ÍTEM 18: SET DE CATÉTER P/HEMODIÁLISIS DOBLE LUMEN, TEMPORAL PEDIÁTRICO
Se sugiere que el catéter deba permitir realizar la instalación con verificación mediante la onda EOG. Con certificación y fabricados según normas internacionales.

RESPUESTA: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 13

ÍTEM 19: FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO
Sugerimos que se requiera el método de esterilización por rayos GAMMA.
La presente sugerencia se debe a la ventaja que la esterilización por rayos GAMMA, no deja residuos con es el caso de la esterilización por óxido de etileno (ETO), esta técnica brinda una mayor biocomaptibilidad y evita el riesgo de reacciones alérgicas por parte del paciente.

RESPUESTA: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 14

ÍTEM 20: FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS ADULTO
Sugerimos que se requiera el método de esterilización por rayos GAMMA.
La presente sugerencia se debe a la ventaja que la esterilización por rayos GAMMA, no deja residuos con es el caso de la esterilización por óxido de etileno (ETO), esta técnica brinda una mayor biocomaptibilidad y evita el riesgo de reacciones alérgicas por parte del paciente.

RESPUESTA: Ajustarse a la solicitado en respuestas anteriores

CONSULTA 15

ÍTEM 21: TUBULADURAS ARTERIOVENOSAS PARA HEMODIÁLISIS
Sugerimos que la especificación de las líneas arteriovenosas se incluya los filtros o protectores para los trasductores de presión de las máquinas de hemodiálisis. Este pedido obedece a evitar posibles daños a los equipos de las instituciones por el ingreso de fluidos al sistema de medición de presión.

RESPUESTA: Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Asunción, 15 de julio de 2014

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.