Ministerio Público

Unidad Operativa de Contratación

Aclaración N° 01

Asunción, 20 de noviembre de 2019

Señor
Presente

De mi mayor consideración,

Me dirijo a Ud. a fin de remitir la **Aclaración Nº 01** referente a la Consulta realizada sobre la Carta de Invitación del llamado a **Contratación Directa N° 56/2019 "Mantenimiento de Equipos varios para Laboratorio"** con ID Nº 372.008.

CONSULTA 1: Los mantenimientos que están siendo solicitados se refieren a Mantenimientos Preventivos de los equipos, es decir que los equipos ofertados se encuentran funcionales/operativos?

Respuesta 1:
El mantenimiento es preventivo y los equipos se encuentran operativos.

CONSULTA 2: Favor aclarar que el Item3 "Mantenimiento del Termociclador Applied Biosystems" se refiere al modelo "Veriti", y que cualquier acción a llevarse durante el mantenimiento preventivo NO incluye cambio de repuestos.

Respuesta 2:

Durante el mantenimiento preventivo NO incluye cambio de repuestos.

CONSULTA 3: Favor aclarar que el Item4 "Mantenimiento de Equipo de PCR en tiempo real Applied Biosystems" se refiere al modelo "7500", y que cualquier acción a llevarse a cabo durante el mantenimiento preventivo NO incluye cambio de repuestos, a excepción de la lámpara solicitada.

Respuesta 3:

Durante el mantenimiento preventivo NO incluye cambio de repuestos, a excepción de este ítem que menciona reposición de lámpara.

Sin otro particular, atentamente.

Abg. Fernando Alberto Benitez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación