"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"

ACLARACION 01
ID: 265516

En referencia a la LCO Nº 04/2013 "ADQUISICION DE CENTRIFUGA DE LABORATORIO REFRIGERADA PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL", se emite esta Aclaración 01/2013 por la cual se da respuesta a consultas realizadas por potenciales oferentes

Consulta: Favor aclarar si se puede ofertar Centrifuga con temperatura de 20 a 50 ºC
Aclaración: Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones:
SECCIÓN III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS
SPECIFICACIONES TÉCNICAS
Programación de temperatura de 10º C a - 40º C con resolución de 1 grado.

LIC. ROCIO ACOSTA
UOC STP

Asunción, 20 de Noviembre de 2013