LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS – AD REFERENDUM 2024" – ID Nº 437.682.

ANEXO I

EMPRESA: Index SACI.
OBSERVACIONES
El oferente Biotec del Paraguay, para el lote 2
No presenta: Planilla de Datos Garantizados, Espe-
-cificaciones Técnicas, catálogo de equipo ofertado
tampoco Certificado de experiencia de uso mínimo
de un año, emitido por otro banco de sangre que
Califiquen como Centro Productor segun normativas del Pro-
-grama Nacional de sangre. Solicitamos a la convocante
solicitar dichos documentos y verificar lo solicitado en
el pliego de Base y Condiciones, como Reactivos y
calibradores listos para su uso, ya que los reactivos
de la marca Diasorin necesitan permanecer hasta 15 minutos
dentro del equipo antes de usar, además el calibrador de
HCV es liofilizado, no asi listo para su uso. Verificar
tambien la velocidad del equipo ofertado ya que se
Solicita en el PBC como minimo 180test/hora o mas

FIRMA:

ACLARACIÓN:

SELLO: José Noguera
Licitaciones
Index S.A.C.I.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS – AD REFERENDUM 2024" – ID Nº 437.682.

ANEXO I

EMPRESA: CHACO INTERNACIONAL SA

OBSERVACIONES

Lote Nº4 (ofertado) se sugiere revisar el volumen extracorpóreo del equipo ofertado en comodato para el lote Nº4 correspondiente a la firma Biocenic. Le solicita que el volumen extracorpóreo sea menor a 200m L según PBC

FIRMA:

ACLARACIÓN: Lic. Biotec. Alejandro Mendez
Asesor Comercial - Div. Licitaciones Públicas

SELLO: CHACO INTERNACIONAL S.A.