INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 40/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" – AD REFERÉNDUM 2017.-

ADENDA N° 14

Asunción, 05 de mayo de 2017.

AL OFERENTE: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 40/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" – AD REFERÉNDUM 2017, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. **En la Sección III Suministros Requeridos, punto 1 Especificaciones Técnicas, el Ítem N° 5 queda de la siguiente manera:**

Ítem 5: Tomógrafo ocular de Coherencia

	Descripción	Datos proveídos por el oferente		
		Cumple	Parámetros	Folio
1	**Datos Generales**			
1.1	Descripción:Tomografo ocular de coherencia optica de alta definicion y dominio espectral			
1.2	Marca:			
1.3	Modelo:			
1.4	Origen:			
1.5	Dirección Web del fabricante:			
1.6	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas			
1.7	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
2	**Caracteristicas tecnicas**			
2.1	OCT de dominio espectral con fuente de longitud de onda entre 830 y 840 nm y/o OCT por fuente de barrido (Swept Source) con longitudes de onda entre 830 y 1100nm.			
2.2	Potencia en la cornea de 730 microwatts o menor			
2.3	Velocidad de escaneo de 60.000 A-Scans por segundo o mayor			
2.4	Profundidad de escaneo en el tejido de 2,0mm o mayor			
2.5	Puntos de lectura por cada A-Scans, 1024 o mayor			
2.6	Resolucion axial en el tejido de 5 micrones o menor			
2.7	Resolucion transversal en el tejido de 15 micrones o menor			
2.8	Imagen del fondo de ojo durante la alineacion y el escaneo			
2.9	Campo de visualizacion del fondo de ojo de 36° de ancho por 30° de alto o mayor			
2.10	Visualizacion del segmento anterior con resolucion de 1280 x 1024 pixeles o mayor			
2.11	Sistema de fijacion de la vision interna y externa			
2.12	Ajuste para la fijacion interna de +/- 20D o mayor			
2.13	Pantalla de visualización de 19" o mayor			
2.14	Capacidad de almacenamiento interno de por lo menos 80.000 escaneos			
2.15	Conexión de Red para almacenamiento de externo de datos y al menos 4 puertos USB			
2.16	Mesa electrica accesible a pacientes en silla de ruedas (accesorio original del equipo)			
3	**Analisis y Funciones del programa**			
3.1	Captura de cubos de datos de 512x128 y 200x200 o mas			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Manuel Astigarra
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACION
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

3.2	Captura de lineas multiples con resolucion normal y alta			
3.3	Cubos Maculares de nervio Optico y de segmento anterior			
3.4	Lineas con ajuste de posicion, longitud, separacion y angulo			
3.5	Sistema de coincidencia automatica de imágenes para seguimiento de casos en el tiempo			
3.6	Capacidad de agregar imagen de angio OCT			
3.7	Analisis de: Cabeza del nervio optico y capa de fibras nerviosas, con base de datos normalizada			
3.8	Analisis de celulas ganglionares con base de datos normalizada			
3.9	Analisis de progresion del nervio optico y de la capa de fibras nerviosas			
3.10	Imágenes de camara anterior con un ancho de 15mm o mayor			
3.11	Imágenes de alta definicion de la cornea y del angulo iridocorneal, con calibres para medicion y analisis			
3.12	Capacidad de importacion de estudios de pacientes almacenados en el OCT actualmente en uso en el Servicio de Oftalmologia de Hospital Central del IPS			
4	**Otras caracteristicas**			
4.1	Software en español			
4.2	Alimentación eléctrica: 220 V AC ± 10%, 50 Hz., con enchufe tipo schuko.			
4.3	UPS adecuada con toma de alimentacion tipo Schuko			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Manuel Astigarra
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Director
Dirección Operativa de Contrataciones