INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande reperá koʼãga guive
Construyendo el futuro hoy

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 28/17
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL"

ADENDA N° 3

Asunción, 20 de diciembre de 2017.

AL OFERENTE:
Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 28/17 "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL"**, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1- ***En la Sección III. Suministros Requeridos, punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 1: Dermatomo eléctrico, queda de la siguiente manera:***

Ítem 1: Dermatomo eléctrico

	Descripción	Datos proveídos por el oferente		
		Cumple	Parámetros	Folio
1	**Datos Generales**			
1.1	Descripción: Dermatomo eléctrico			
1.2	Marca:			
1.3	Modelo:			
1.4	Origen:			
1.5	Dirección Web del fabricante:			
1.6	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas			
1.7	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
2	**Características**			
2.1	**Como mínimo los siguientes anchos de corte: 80 mm (+/-2mm), 65 mm (+/-2mm), 50 mm (+/-2mm) y 35 mm (+/-3mm).**			
2.2	**Espesor de injerto de 0,2 mm (o menos) a 1,2 mm (o más). Ajustable en incrementos de 0,1 mm. Con sistema de fijación que evite un cambio accidental del espesor del injerto durante el corte.**			
2.3	Funcionamiento a batería, sin cables.			
2.4	Batería recargable.			
2.5	Cargador de batería, con alimentación 220 V AC ± 10% / 50 Hz con toma tipo schuko.			
2.6	Esterilizable, a excepción del motor y batería.			
2.7	Caja fenestrada para esterilización de las piezas que lo permiten.			
2.8	Cualquier otro accesorio necesario para el uso completo del equipo.			
2.9	Al menos 100 cuchillas desechables estériles.			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES