INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 03/14
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO DR. GERARDO BOUNGERMINI" AD REFERENDUM
EJERCICIO 2014

ADENDA N° 2

Asunción, 12 de marzo de 2014

AL OFERENTE:
Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 03/14 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS PARA EL HOSPITAL GERIÁTRICO DR. GERARDO BOUNGERMINI" AD REFERENDUM EJERCICIO 2014,** se realiza las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

EN LA SECCIÓN III. Suministros Requeridos.
DONDE DICE

Ítem 1: Ecocardiógrafo portátil

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
1.	**2**	**Características Generales**			
1.	2.2	Peso: hasta 6 Kg (incluyendo pantalla y batería).			
1.	2.8	Rango dinámico 165 db o mayor.			
1.	**6**	**Posibilidad de conexión DICOM 3 con las siguientes licencias habilitadas**			
1.	6.4	DICOM Query/Retrieve.			
1.	**9**	**Otras especificaciones**			
1.	9.2	Soportado por batería interna de al menos 2 (dos) horas de duración a carga máxima.			
1.	9.3	Temperatura de operación: dentro del rango operativo 10° C a 40° C.			
1.	9.4	Temperatura de almacenamiento: 0° C a 50° C.			
1.	9.5	Humedad: dentro del rango de 15% - 95% R.H.			

Ítem 2: Torre para videoendoscopio

Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente		
2.	**2**	**Procesador de video digital**			
2.	2.12	Memoria para datos de pacientes y parámetros de cada profesional médico			
2.	**3**	**Fuente de luz fría universal**			
2.	3.2	Lámpara halógena o de xenón de 150 W o mayor			
2.	**4**	**Monitor de alta definición**			
2.	4.4	Resolución: 1900 x 1000 o mayor			
2.	**6**	**Unidad electroquirúrgica**			
2.	6.8	Pedal doble			
2.	6.11	Potencia máxima de coagulación monopolar: 70 W o mayor			
2.	6.13	Electrodo neutro de doble campo descartable con cable de conexión al equipo. Cantidad: 100 (cien)			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ítem 2: Torre para videoendoscopio					
Orden		**Descripción**	**Datos proveídos por el oferente**		
2.	**8**	**Videogastroscopio**			
2.	8.3	CCD de alta resolución, 410.000 pixeles o mayor			
2.	**9**	**Videocolonoscopio**			
2.	9.7	Tubo de inserción con diámetro exterior entre 11 y 12,8 mm			
2.	9.11	Longitud útil de inserción: 1.680 mm o mayor			

DEBE DECIR

Ítem 1: Ecocardiógrafo portátil

Orden		**Descripción**	**Datos proveídos por el oferente**		
1.	**2**	**Características Generales**			
1.	2.2	Peso: hasta 6 Kg (incluyendo pantalla y batería interna).			
1.	2.8	Rango dinámico 160 db o mayor.			
1.	**6**	**Posibilidad de conexión DICOM 3 con las siguientes licencias habilitadas**			
1.	6.4	DICOM Query/Retrieve.(opcional)			
1.	**9**	**Otras especificaciones**			
1.	9.2	Soportado por batería interna de al menos 45 (cuarenta y cinco) minutos de duración a carga máxima. La empresa adjudicada deberá proveer y cambiar las baterías al término de la garantía (dos años obligatorio) y antes de ese tiempo según las recomendaciones del fabricante.			
1.	9.3	Temperatura de operación: dentro del rango operativo 10° C a 40° C. (opcional)			
1.	9.4	Temperatura de almacenamiento: 0° C a 50° C. (opcional)			
1.	9.5	Humedad: dentro del rango de 15% - 95% R.H.(opcional)			

Ítem 2: Torre para videoendoscopio					
Orden		**Descripción**	**Datos proveídos por el oferente**		
2.	**2**	**Procesador de video digital**			
2.	2.12	Memoria para datos de pacientes			
2.	**3**	**Fuente de luz fría universal**			
2.	3.2	Lámpara halógena de al menos 150 W o de xenón de al menos 100 W			
2.	**4**	**Monitor de alta definición**			
2.	4.4	Resolución: 1280 o mayor x 1024 o mayor			
2.	**6**	**Unidad electroquirúrgica**			
2.	6.8	Pedal			
2.	6.11	Potencia máxima de coagulación monopolar: 60 W o mayor			
2.	6.13	Electrodo neutro de doble campo con cable de conexión al equipo. Cantidad mínima: 100 (cien) descartable o 5 reutilizable			
2.	**8**	**Videogastroscopio**			
2.	8.3	CCD de alta resolución			
2.	**9**	**Videocolonoscopio**			
2.	9.7	Tubo de inserción con diámetro exterior entre 11 y 12,9 mm			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ítem 2: Torre para videoendoscopio					
Orden		**Descripción**	**Datos proveídos por el oferente**		
2.	9.11	Longitud útil de inserción: 1.600 mm o mayor			

Los demás puntos del ítem 1 y 2, permanecen invariables.

EN LA SECCIÓN VI. Anexos. Anexo I.
El Punto G) queda de la siguiente manera:

G) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.		
1) Cumplimiento total de las Especificaciones Técnicas (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes). Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. De Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas.		
2) Las planillas de especificaciones técnicas así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD).		
3) Soporte técnico capacitado, demostrable mediante certificados del fabricante de los equipos ofertados. En caso de resultar adjudicado deberá presentar la legalización por el Consulado Paraguayo del país de origen del Bien.		
4) Certificado emitido por el fabricante, de que el/los equipo/os son nuevos y no remanufacturados, con una antigüedad de fabricación de 1(un) año. Dicho certificado debe estar legalizado por el Consulado del País de origen para la firma del Contrato.		
5) Presentación de certificados que acrediten contar con servicio técnico capacitado y habilitado por el fabricante a realizar Servicio técnico al equipo ofertado.		
6) Certificado o Constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.		
7) Habilitación Vigente como fabricante, importador, representante o distribuidor de dispositivos médicos, expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.		
8) Constancia para comercializar dispositivos médicos, expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.		
9) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.		

Los demás requisitos exigidos en el Anexo I, permanecen invariables.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Maria B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios