PAC N°: 340.612

ACLARACIÓN N° 02/2018

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 30/18 "ADQUISICIÓN DE TORRE DE VIDEOENDOSCOPÍA CON TECNOLOGÍA LASEREO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DEL MSPBS", AD REFERÉNDUM – ID N° 340.612,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

1. **Consulta**

Donde Dice: Con sistema DICOM, incorporado al procesador
Solicitamos: Que pueda ser sistema DICOM incorporado al procesador o a través de un servidor
RESPUESTA A CONSULTA 1:
El oferente deberá remitirse a la adenda N° 08/2018

2. **Consulta**

Donde Dice: Compatible para cualquier endoscopio conectado al procesador
Aclarar: Si se refiere a cualquier endoscopio de la misma marca ofertada, ya que no existe compatibilidad alguna entre marcas
RESPUESTA A CONSULTA 2:
Si, se refiere a cualquier endoscopio de la marca ofertada.

3. **Consulta**

Se repite dos veces la misma especificación, pero con doble característica, en uno dice "Sistema Digital u óptico de Estimación Espectral de la imagen" y en el otro dice Sistema Óptico de Estimación espectral de la imagen"
Aclarar: Si de ser con sistema Digital u óptico
RESPUESTA A CONSULTA 3:
Adecuarse a la adenda N° 08/2018

4. **Consulta**

Donde Dice: Sin filtros de color
Solicitamos Aclarar: a que se refiere este ítem, o bien que sea una especificación opcional
RESPUESTAS A CONSULTA 4:
Puede ser opcional. Adecuarse a la adenda N° 08/2018

5. **Consulta**

Donde Dice: Videocolonoscopio con Magnificación óptica con transmisión de LUZ LASER Y/0 LEO Y/0 XENON de una sola conexión. (Sin tapa y completamente sumergible).
Solicitamos: Si puede ser con sistema de doble enfoque o Magnificación óptica
RESPUESTA A CONSULTA 5:
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La adquisición se encuadra dentro del PROGRAMA **PRENEC** DE DETENCION Y PREVENCION DE NEOPLASIAS COLORRECTALES POR LO CUAL LA TECNOLOGIA OFERTADA DEBE SER DE MAXIMA CALIDAD PARA LA DETECCION DE LESIONES TEMPRANAS, ES DECIR LA "MAGINIFICACIÓN DE LOS ENDOSCOPIOS DEBE SER OPTICA" COMO REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PODER CUMPLIR CON LOS STANDARES INTERNACIONALES DE TAMISAJE EN LOS QUE EL PARAGUAY ESTA OFICIALMENTE

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

INCORPORADO DESDE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL PRENEC-CHILE Y LA TDMU DE TOKIO – JAPON.

6. Consulta

Donde Dice: Para uso diagnóstico y terapéutico, con visión frontal e imagen en pantalla completa en monitor

• Solicitamos: Ofertar para uso diagnóstico y terapéutico, con visión frontal

RESPUESTA A CONSULTA 6:

Puede ofertarse para uso diagnostico y terapéutico, con visión frontal. Adecuarse a la adenda N° 08/2018

7. Consulta

Donde Dice: Control de Magnificación óptica en caja de operaciones

• Solicitamos: Si puede ser con sistema de doble enfoque o Magnificación óptica (ambas son tecnologías ópticas) con control en caja de operaciones y/o teclado y/o procesador.

RESPUESTA A CONSULTA 7:

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La adquisición se encuadra dentro del PROGRAMA PRENEC DE DETENCION Y PREVENCION DE NEOPLASIAS COLORRECTALES POR LO CUAL LA TECNOLOGIA OFERTADA DEBE SER DE MAXIMA CALIDAD PARA LA DETECCION DE LESIONES TEMPRANAS, ES DECIR LA "MAGINIFICACIÓN DE LOS ENDOSCOPIOS DEBE SER OPTICA" COMO REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PODER CUMPLIR CON LOS STANDARES INTERNACIONALES DE TAMISAJE EN LOS QUE EL PARAGUAY ESTA OFICIALMENTE INCORPORADO DESDE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL PRENEC-CHILE Y LA TDMU DE TOKIO – JAPON.

8. Consulta

Donde Dice: Angulo de visión variable de 55° hasta 170°

• Solicitamos: Si puede ser con ángulo de visión de 170°

RESPUESTA A CONSULTA 8:

La consulta se adecua a lo establecido en el PBC. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

9. Consulta

Donde Dice: KIT de accesorios (2 pinzas de biopsias estándar, 1 cepillo de limpieza, 5 válvulas para canal de fórceps con irrigación lateral, manuales de usuario y maleta de transporte. Frascos de silicona lubricante y antiempañante (uno de c/u. Tapa de Hermeticidad para esterilización en óxido de Etileno (Opcional)

Solicitamos: Ofertar con KIT de accesorios (2 pinzas *de* biopsias estándar, 1 cepillo de limpieza, 5 válvulas para canal de fórceps con o sin irrigación lateral, manuales de usuario y maleta de transporte. Con o sin frascos de silicona lubricante y antiempañante (uno de c/u.) sin tapa de hermeticidad ya que una de las especificaciones solicitadas del endoscopio es "sin tapa de hermeticidad y totalmente compatible"

RESPUESTA A CONSULTA 9:

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

10. Consulta

Donde Dice: Videocolonoscopio con Magnificación óptica con transmisión de LUZ LASER Y/0 LED Y/0 XENON de una sola conexión. (Sin tapa y completamente sumergible).

Solicitamos: Si puede ser con sistema de doble enfoque o Magnificación óptica

RESPUESTA A CONSULTA 10:

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La adquisición se encuadra dentro del PROGRAMA PRENEC DE DETENCION Y PREVENCION DE NEOPLASIAS COLORRECTALES POR LO CUAL LA TECNOLOGIA OFERTADA DEBE SER DE MAXIMA CALIDAD PARA LA DETECCION DE LESIONES TEMPRANAS, ES DECIR LA "MAGINIFICACIÓN DE LOS ENDOSCOPIOS DEBE SER OPTICA" COMO REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PODER CUMPLIR CON LOS STANDARES

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

INTERNACIONALES DE TAMISAJE EN LOS QUE EL PARAGUAY ESTA OFICIALMENTE INCORPORADO DESDE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL PRENEC-CHILE Y LA TDMU DE TOKIO – JAPON.

11. Consulta

Donde Dice: Para uso diagnóstico y terapéutico, con visión frontal e imagen en pantalla completa en monitor

Solicitamos: Ofertar para uso diagnóstico y terapéutico, con visión frontal

RESPUESTA A CONSULTA 11:

Puede ofertarse para uso diagnostico y terapéutico, con visión frontal. Adecuarse a la Adenda N° 08/2018

12. Consulta

Donde Dice: Control de Magnificación óptica en caja de operaciones

Solicitamos: Ofertar con sistema de doble enfoque o Magnificación óptica (ambas son tecnologías ópticas) con control en caja de operaciones y/o teclado y/o procesador

RESPUESTA A CONSULTA 12:

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La adquisición se encuadra dentro del PROGRAMA PRENEC DE DETENCION Y PREVENCION DE NEOPLASIAS COLORRECTALES POR LO CUAL LA TECNOLOGIA OFERTADA DEBE SER DE MAXIMA CALIDAD PARA LA DETECCION DE LESIONES TEMPRANAS, ES DECIR LA "MAGINIFICACIÓN DE LOS ENDOSCOPIOS DEBE SER OPTICA" COMO REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PODER CUMPLIR CON LOS STANDARES INTERNACIONALES DE TAMISAJE EN LOS QUE EL PARAGUAY ESTA OFICIALMENTE INCORPORADO DESDE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL PRENEC-CHILE Y LA TDMU DE TOKIO – JAPON.

13. Consulta

Donde Dice: Angulo de visión variable de 55° hasta 140°

Solicitamos: Si puede ser con ángulo de visión de 140°

RESPUESTA A CONSULTA 13:

La consulta se adecua a lo establecido en el PBC. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

14. Consulta

Donde Dice: Accesorios incluidos Sistema de irrigación de agua por pedal

Solicitamos: Aclarar qué tipo de bomba tiene que ser, lo recomendable es por rodillo y que pueda ser controlado desde la caja de operaciones o mandos del endoscopio, además aclarar si debe ser una sola bomba o dos bombas, ya que en el videocolonosocopio también se solicita una bomba de irrigación y solo se precisa uno por Torre (ya sirve tanto para el videogastroscopio y videocolonoscopio)

RESPUESTA A CONSULTA 14:

Se solicita solo una sola bomba de irrigación que esta se conecte a los endoscopios al canal auxiliar de agua. Puede ser por rodillo controlado por la caja de operaciones o comandos del endoscopio como también puede ser controlado a pedal.

15. Consulta

Donde Dice: Con zapatilla incorporada y fusible de protección

• Solicitamos: ¿Puede ser con transformador de aislamiento incorporado con múltiples tomas para conexiones eléctricas?

RESPUESTA A CONSULTA 15:

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

16. Consulta

Donde Dice: Sistema de monitorización de placa Neutra

• Solicitamos: Aclarar si debe ser placa dividida o no, si debe ser desechable o reutilizable y cuantas unidades.

RESPUESTA A CONSULTA 16:

Puede ser dividida como no, se solicita descartable y/reutilizable. En caso de ser descartable (50 unidades), en caso de ser reutilizable (dos unidades) Adecuarse a la Adenda N° 08/2018

17. Consulta

Consultamos: ¿Debe tener software especializado para uso en gastroenterología, específicamente para polipectomía?,

RESPUESTA A CONSULTA 17:

Puede ser opcional ofertar un software

Hacemos **ESPECIAL REFERENCIA** a que esta Torre de Video Endoscopia que se solicita la adquisición se encuadra dentro del ***PROGRAMA PRENEC DE DETECCION Y PREVENCION DE NEOPLASIAS COLORRECTALES POR LO CUAL LA TECNOLOGIA OFERTADA DEBE SER DE MAXIMA CALIDAD PARA LA DETECCION DE LESIONES TEMPRANAS, ES DECIR LA "MAGNIFICACION DE LOS ENDOSCOPIOS DEBE SER OPTICA" COMO REQUISITO FUNDAMENTAL PARA PODER CUMPLIR CON LOS STANDARES INTERNACIONALES DE TAMISAJE EN LOS QUE EL PARAGUAY ESTA OFICIALMENTE INCOPORADO DESDE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL PRENEC-CHILE Y LA TDMU DE TOKIO-JAPON.***

Asunción, 02 de abril de 2018.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.