REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS – S.E.M.E.
SUB – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 44
Avda. San Martín N° 2848 e/ Pilar y Caaguazú – Teléfono 558.008

Asunción, 24 de agosto de 2011

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/11

"ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO" – ID 219.067

ADENDA N° 4/11

1) En El Pliego de Bases y Condiciones, en la clausula D "Presentación y Apertura de Ofertas"

IAO 23.1
Donde dice: La fecha Límite para la presentación de ofertas es el día 09 de septiembre de 2011 a las 9:00hs

Debe decir: La fecha Límite para la presentación de ofertas es el día 12 de septiembre de 2011 a las 11:00hs.

IAO 26.1
Donde dice: La apertura de ofertas tendrá lugar en fecha 09 de septiembre de 2011 a las 11:00hs

Debe decir: La apertura de ofertas tendrá lugar en fecha 12 de septiembre de 2011 a las 11:00hs

2) En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III Suministros Requeridos en su punto 4. Especificaciones Técnicas:
"Resumen de la Especificaciones Técnicas. Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas,

Ítem N°8 Respirador para UTI:

Donde dice:
Ventilación no invasiva con compensación de fugas de 40 LPM
Debe decir:

Ventilación no invasiva con compensación de fugas de 20 LPM o mayor

Donde dice:
Pausa Inspiratoria 20 seg. o mejor
Debe decir:
Pausa inspiratoria de 0.2 segundo a 8 seg. con parámetros dentro de este rango o mejor

Donde dice:
Tamaño del monitor 10 Pulgadas diagonal o mayor
Debe decir:
Tamaño de monitor de 6 pulgadas o mayor

Donde Dice:
Valores mostrados en pantalla: Índice de PO.1 valor presentado y tendencia
Debe decir:
Índice de PO.1 valor presentado y tendencia opcional
Donde dice:
Tipos de ventilación SIMV
Debe decir:
SIMV con capacidad de trabajar en Presión Soporte

Donde dice:
Equipo compresor de aire comprimido sistema de Back-up
Debe decir:
Equipo compresor de aire comprimido sistema de Back-up opcional

Donde dice:
Sensibilidad por flujo: de 0.1 a 2.0 L/min
Debe Decir:
Sensibilidad por flujo de 0 a 20 litros por minutos.
Donde dice:
Tiempo de apnea: 5 a 40 segundos o mejor
Debe decir:
Tiempo de apnea: 5 a 40 segundos o parámetros dentro de este rango o mejor

Donde dice:
Conexión a gas centralizado o a cilindros, rango de alimentación de gases de: 2.5 BAR a 6 BAR
Debe Decir:
Conexión a gas centralizado o a cilindros, rango de alimentación de gases de: 2.5 BAR a 6

BAR o aproximado

Donde dice:
Listado de accesorios requeridos, en cuanto a los circuitos pacientes
Debe decir:
Circuito reusable. Cámara humidificadora calentador, interface y accesorios para ventilación no invasiva 50 % pediátrica y 50 % adulto

Debe decir:
Se aceptaran equipos con compresor de aire opcional.

Ítem 9 Monitor Multiparamétrico:

Donde dice:
Tamaño de la pantalla: 12 pulgadas diagonal o mayor
Debe decir:
Tamaño de la pantalla: 10 pulgadas o mayor

Donde dice:
Despliegue más de 4 canales
Debe Decir:
Despliegue de 4 canales o mayor

Ítem 2 Cardiodesfibrilador:

Donde dice:
Capacidad de sensar las maniobras de RCP y permitir ver los ritmos sin parar las compresiones durante una maniobra de RCP, con información en tiempo real sobre velocidad y profundidad de la maniobra de RCP
Debe decir:
Capacidad de sensar las maniobras de RCP y permitir ver los ritmos sin parar las compresiones durante una maniobra de RCP, con información en tiempo real sobre velocidad

y profundidad de la maniobra de RCP, con eliminación del ruido causado por el RCP para poder visualizar el ECG sin tener que interrumpir las compresiones

Donde dice:

Accesorios: Cable de alimentación para red eléctrica, cable de alimentación para 12 V, cable de paciente de ECG de 12 (doce) derivaciones. Toma corriente tipo Schuko o con adaptador para el mismo u otra clase. Conexión de paletas externas, cable para conexión de parches. Paletas para desfibrilación externa. Funda para transporte.

Debe decir:

Accesorios: Cable de alimentación para red eléctrica, cable de alimentación para 12 V, cable de paciente de ECG de 12 (doce) derivaciones. Toma corriente tipo Schuko o con adaptador para el mismo u otra clase. Conexión de paletas externas, cable para conexión de parches. Paletas para desfibrilación externa, con adaptadores pediátricos, o dispositivos que permitan exponer las palas pediátricas

Controles de carga: Control en la pala y en el panel frontal del dispositivo.

Funda para transporte.

Donde dice:

Parches: Con 50 (CINCUENTA) parches-electrodos MULTIFUNCION

Debe decir:

Parches: Con 50 (CINCUENTA) parches-electrodos MULTIFUNCION pregelificados, diseñados y empaquetados en parejas.

Donde dice:

Pantalla LCD no menor de 12cm

Debe decir:

Pantalla LCD no menor de 12cm, Tres modos de display (como mínimo), color con alta definición, blanco sobre negro, negro sobre blanco (intercambiables) para una máxima legibilidad, ya sea en la oscuridad o con luz solar.

Almacenamiento: Capacidad de almacenamiento en memoria permanente de los registros, y en tarjetas PCMCIA, o flash serie estándar (o similares), uno de ellos, (memoria/tarjeta incluida con el equipo)

Comunicación y transmisión de datos: Por puerto RS232, o USB, o cable de transferencia de datos al PC., uno de ellos (incluir software que permita la comunicación de datos)

Inalámbrico, Bluetooth y/o WIFI integrado (excluyente), para envió de registro de ECG y constantes vitales desde el equipo por fax , correo electrónico, teléfono celular, PDA habilitado.(incluir software que permita la comunicación de datos)

.

<u>Ítem 13 Ventilador de transporte</u>

Donde dice:
Aplicación: para ser utilizado en forma portátil en un medio de transporte (transporte extra hospitalario) para pacientes neonatos, niños y adultos.
Generales: portátil de tipo no rodable. Peso no mayor de 4 Kg.
Debe decir:
Aplicación: para ser utilizado en forma portátil en un medio de transporte (transporte extra hospitalario) para pacientes neonatos, niños y adultos.
Generales: portátil de tipo no rodable. Peso no mayor de 8 Kg.

Debe contar con:
Broncomanómetro: Mecánico de -20 a 80 cmH2O
Se sumistrara con el equipo: Cable de alimentación de 12 Vcc,
Circuito paciente de siliconas con válvula espiratoria, Circuito paciente desechable de PVC con válvula espiratoria cantidad 6(seis), Cargador de alimentación 220 Vca - 12Vcc - Manguera de O2.
Características generales:
Capacidad de operar en temperaturas de -5 a 40 C en promedio

Humedad relativa: de 10 a 90% en promedio sin condensación.

Donde dice:
Controles: de volumen tidal de 15 (quince) ml a 2500 (mil quinientos) ml o mas, de frecuencia respiratoria desde 5 (cinco) hasta 50 resp/min o más.
Capacidad de volumen minuto, de 1 (uno) a 16 (dieciséis) L/min (como mínimo)
Debe decir:
Controles: de volumen tidal de 15 (quince) ml a 2500 (mil quinientos) ml o más, de frecuencia respiratoria desde 5 (cinco) hasta 50 resp/min o más.
Capacidad de volumen minuto, de 1 (uno) a 16 (dieciséis) L/min (como mínimo) tiempo inspiratorio 40% del ciclo respiratorio como mínimo.
Comandos: Contara con perillas o teclas de Control.-

Donde dice:
Energía: Sistema de funcionamiento independiente de energía de tipo neumático (como mínimo), con capacidad de funcionar a 12 Volt de tensión directa cuando el suministro procede del sistema eléctrico del vehículo con un convertidor CC/CC o de 220 Volt , si procede de una unidad de alimentación externa con batería recargable y autonomía mínima de 4 (cuatro) horas
Debe decir:
Energía: Sistema de funcionamiento independiente de energía de tipo neumático (como mínimo), con capacidad de funcionar a 12 Volt de tensión directa cuando el suministro procede del sistema eléctrico del vehículo con un convertidor CC/CC o de 220 Volt , si procede de una unidad de alimentación externa con batería recargable y autonomía mínima de 4 (cuatro) horas, contara con información para mostrar el nivel de carga de la batería

SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS
SEME

DR. JUAN C. PORTILLO ROMERO
Dirección
Serv. de Emergencias Médicas Extrahospitalarias
SEME - M.S.P. Y B.S.