ADENDA Nº 3

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 118/2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA – ID N° 317227

Asunción, 11 de noviembre de 2016

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad a lo establecido en el Numeral 8.3 Adendas, de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones y el Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar **ENMIENDAS** al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. **MODIFICASE** la Sección I Calendario de Eventos y Datos de la Subasta, quedando de la siguiente manera:

8.1	Fecha tope de consultas	Desde día de publicación del llamado y hasta la Fecha: 15/11/2016 hasta las: 15:00 horas.
8.2	Respuestas	Hasta la Fecha: 17/11/2016; hasta: 16:00 horas.
10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios.	Fecha: 21/11/2016 desde las 08:00 hasta las 08:00 del día 22/11/2016
10.13	Inicio de la etapa competitiva.	DÍA 1: Lote 1 al Lote 24 a las 08:10 horas del día 22/11/2016 DÍA 2: Lote 25 al Lote 47 a las 08:10 horas del día 23/11/2016
13.2; 13.3: 13.4 y 13.5	Plazo de presentación de los documentos de la oferta.	La fecha de presentación de las documentaciones es: 24/11/2016 hasta las 08:50 horas. La fecha de apertura de los sobres es 24/11/2016 hasta las 09:00 horas.

2. **MODIFICASE** en la Sección III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, en el siguiente punto:

3. CAJA DE CIRUGÍA

Caja de cirugía pediátrica: debe incluir

1	Mango de bisturí Nº 3, de 125mm
1	Pinza quirúrgica Adson, boca estriada 1x2 dientes, de 120mm
1	Pinza Adson, estrías transversales, de 120mm
1	Pinza anatómica, de 145mm
1	Pinza quirúrgica 1 x 2 dientes, de 145mm
1	Tijera ligadura, Metzenbaum, curva, de 145mm
1	Tijera ligadura, Metzenbaum, curva, de 180mm
1	Tijera ligadura, Metzenbaum, recta, de 145mm
1	Separador doble Farabeuf, juego 2
6	Pinza hemostática Halsted, curva, de 125mm
4	Pinza hemostática Halsted, recta, de 125mm
6	Pinza hemostática Halsted, curva, 1 x 2 dientes, de 125mm
4	Pinza intenstinal Allis 4 x 5 dientes, de 155mm

DARÍO R. MONGELÓS MIER
Comisario Principal MAAP - Lic. A.
Jefe - Departamento U.O.C.

4	Pinza taponamiento Rampley, de 180mm
1	Porta agujas Baumgartner, de 145mm
1	Porta agujas Crile - Wood, de 160mm
1	Porta agujas C. Verse, de 130mm
1	Bandeja Laboratorio (riñonera), de 1.0 litros
1	Cubeta para contenedor 1/1, perforada, altura 90mm
1	Base tapa inferior 1/1 plata
1	1/1 Cesta perforada, de 540 x 253 x 76mm

Obs.: Los productos a ofertar deberán ser nuevos y sin uso, y cumplir con las mínimas condiciones de calidad. Deberán contar con los siguientes certificados: ISO 13485 y Certificado CE EN 93/42/CEE. Todas las certificaciones deberán estar legalizados notarialmente. Serán aceptados instrumentales con un rango de diferencia de ±1 mm. Las superficies de los instrumentales deberán ser de acabado MATE, a fin de evitar reflejos de los instrumentos de iluminación.

4. CAJA DE CIRUGÍA

Caja de cirugía para Tiroides: debe incluir

1	Mango de bisturí Nº 3, de 125mm
2	Pinza Adson, estrías transversales, de 120mm
1	Pinza quirúrgica Adson, boca estriada 1x2 dientes, de 120mm
1	Pinza anatómica, de 145mm
1	Pinza quirúrgica 1 x 2 dientes, de 145mm
2	Tijera ligadura, Metzenbaum, curva, de 145mm
2	Tijera ligadura, Metzenbaum, curva, de 180mm
1	Tijera ligadura, Metzenbaum, recta, de 145mm
1	Tijera ligadura, Metzenbaum, recta, de 180mm
1	Separador doble Farabeuf, juego 2
2	Gancho traqueal Hasson 10mm., de 160mm
2	Separador Weitlaner 130mm, 3x421mm Romo
6	Pinza hemostática Halsted, curva, de 125mm
6	Pinza hemostática Halsted, recta, de 125mm
6	Pinza hemostática Kelly, curva, de 140mm
4	Pinza hemostática Kelly, recta, de 140mm
4	Pinza hemostática Halsted, curva, 1 x 2 dientes, de 125mm
6	Pinza intestinal Allis 4 x 5 dientes, de 155mm
4	Pinza de disección Baby - Mixer, de 140mm
3	Pinza porta esponja Foerster - Ballenger, de 180mm
1	Pinza porta esponja Foerster - Ballenger, de 180mm
2	Porta agujas Crile - Wood, fino, de 150mm
1	Porta agujas Mayo - Hegar, de 150mm
1	Bandeja Laboratorio (riñonera), de 0.4 litros
1	Bandeja Laboratorio (riñonera), de 1.0 litros
1	Canula de succión de Bakey, de 160mm
1	Cubeta para contenedor 1/1, perforada, altura 90mm
1	Base tapa inferior 1/1 plata
1	1/1 Cesta perforada, de 540 x 253 x 76mm
1	Pinza hemostática Collin, ovalada, de 160mm
1	Pinza recta Lloyds - Davis, de 315mm
1	Pinza bronquios 230mm, boca 80mm
1	Pinza para cálculos renales Randall
1	Pinza para cálculos renales Randall
1	Pinza para cálculos renales Randall
1	Pinza para cálculos renales Randall
1	Pinza para cálculos renales Randall

DARIO R. MONGELOS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

Obs.: Los productos a ofertar deberán ser nuevos y sin uso, y cumplir con las mínimas condiciones de calidad. Deberán contar con los siguientes certificados: ISO 13485 y Certificado CE EN 93/42/CEE. Todas las certificaciones deberán estar legalizados notarialmente. Serán aceptados instrumentales con un rango de diferencia de ±1 mm. Las superficies de los instrumentales deberán ser de acabado MATE, a fin de evitar reflejos de los instrumentos de iluminación.

5. CAJA DE CIRUGÍA

Caja de cirugía para Cesárea: debe incluir

1	Mango de bisturí Nº 4, de 135mm
1	Pinza quirúrgica 1 x 2 dientes, de 145mm
1	Pinza anatómica, de 145mm
1	Separador doble Farabeuf, juego 2
1	Tijera preparación Mayo, curva, de 165mm
1	Tijer Mayo, recta, de 165mm.
1	Tijera ligadura, Metzenbaum, curva, de 180mm
6	Pinza hemostática Kelly, curva, de 140mm
4	Pinza hemostática Kelly, recta, de 140mm
2	Pinza Kocher - Ochsner, curva, 1 x 2d, 185mm
2	Pinza Kocher - Ochsner, recta, 1 x 2d, 185mm
1	Portaagujas Mayo - Hegar, de 150mm
1	Portaagujas Mayo - Hegar, de 185mm
1	Bandeja laboratorio (riñonera), de 0,4 litros
1	Separador abdominal Doyen
1	Valva vaginal Doyen, de 120 x 60mm
1	Cubeta para contenedor 1/1 perforada, altura 90mm
1	Base tapa inferior 1/1, plata
1	Cesta perforada, de 485mm x 253mm x 76mm
6	Pinza porta esponja Foerster, boca estrecha, 245mm

Obs.: Los productos a ofertar deberán ser nuevos y sin uso, y cumplir con las mínimas condiciones de calidad. Deberán contar con los siguientes certificados: ISO 13485 y Certificado CE EN 93/42/CEE. Todas las certificaciones deberán estar legalizados notarialmente. Serán aceptados instrumentales con un rango de diferencia de ±1 mm. Las superficies de los instrumentales deberán ser de acabado MATE, a fin de evitar reflejos de los instrumentos de iluminación.

6. CAJA DE CIRUGÍA

Caja de cirugía para Apéndice: debe incluir:

1	Mango de bisturí Nº 4, de 135mm
1	Pinza quirúrgica 1 x 2 dientes, de 145mm
1	Pinza para coger pulmones Tuttle, de 230mm
1	Pinza anatómica, de 145mm
1	Separador doble Farabeuf, juego 2
1	Tijera preparación Mayo, curva, de 165mm
1	Tijer Mayo, recta, de 165mm.
1	Tijera ligadura, Metzenbaum, curva, de 180mm
6	Pinza hemostática Kelly, curva, de 140mm
4	Pinza hemostática Kelly, recta, de 140mm
2	Pinza Kocher - Ochsner, curva, 1 x 2d, 185mm
2	Pinza Kocher - Ochsner, recta, 1 x 2d, 185mm
2	Pinza porta esponja Foerster, boca estriada, 245mm
2	Pinza intestinal Allis Molo, fino, de 190mm
1	Portaagujas Mayo - Hegar, de 150mm
1	Portaagujas Mayo - Hegar, de 185mm

DARIO R. MONGELOS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

1	Pinza disección Overholt-Geissend #0, de 195mm
1	Pinza hemostática Nissen, curva, de 185mm
1	Bandeja laboratorio (riñonera), de 0.4 litros
1	Cubeta para contenedor 1/1 perforada, altura 135mm
1	Base tapa inferior 1/1, plata
1	Cesta perforada, de 485mm x 253mm x 76mm

Obs.: Los productos a ofertar deberán ser nuevos y sin uso, y cumplir con las mínimas condiciones de calidad. Deberán contar con los siguientes certificados: ISO 13485 y Certificado CE EN 93/42/CEE. Todas las certificaciones deberán estar legalizados notarialmente. Serán aceptados instrumentales con un rango de diferencia de ±1 mm. Las superficies de los instrumentales deberán ser de acabado MATE, a fin de evitar reflejos de los instrumentos de iluminación.

7. CAJA DE CIRUGÍA

Caja de cirugía general: debe incluir

1	Mango de bisturí Nº 4, de 135mm
2	Pinza quirúrgica 1 x 2 dientes, de 160mm
1	Pinza anatómica, de 160mm
2	Pinza anatómica, de 250mm
1	Pinza para coger pulmones Tuttle, de 230mm
1	Tijera preparación Mayo, curva, de 165mm
1	Tijer Mayo, recta, de 165mm.
1	Tijera Metzenbaum, curva, de 200mm
1	Tijera Nelson - Metzenbaum, curva, de 230mm
1	Tijera Nelson - Metzenbaum, curva, de 250mm
1	Separador doble Farabeuf, gran juego 2
1	Separador US-Army, 26x15/43 x 15 - 23 x 15/40 x 15
1	Valva vaginal Doyen, 90 x 60mm
1	Valva vaginal Doyen, 120 x 60mm
1	Espátula Abdominal Haberer Maleable C. Ica
6	Pinza hemostática Crile, curva, de 160mm
4	Pinza hemostática Crile, recta, de 160mm
2	Pinza Kocher - Ochsner, recta, 1 x 2d, 185mm
4	Pinza Kocher - Ochsner, curva, 1 x 2d, 185mm
3	Pinza disección Overholt-Geissend #0, de 195mm
1	Pinza hemostática Nissen, curva, de 185mm
4	Pinza porta esponja Foerster, boca estriada, 245mm
4	Pinza pulmonar Allis - Thoms, de 220mm
4	Pinza atraumatica Allis, 7.0mm, de 200mm
6	Pinza campo Backhaus, de 135mm
1	Pinza hemostática Collin ovalada, de 160mm
1	Banja laboratorio de 1,0 litros
1	Cubeta para contenedor 1/1 perforada, altura 135mm
1	Base tapa inferior 1/1, plata
1	Cesta perforada, de 540mm x 253mm x 75mm
1	Separador abdominal Balfour

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP - Lic. A.E.
Jefe - Departamento U.O.C.

Obs.: Los productos a ofertar deberán ser nuevos y sin uso, y cumplir con las mínimas condiciones de calidad. Deberán contar con los siguientes certificados: ISO 13485 y Certificado CE EN 93/42/CEE. Todas las certificaciones deberán estar legalizados notarialmente. Serán aceptados instrumentales con un rango de diferencia de ±1 mm. Las superficies de los instrumentales deberán ser de acabado MATE, a fin de evitar reflejos de los instrumentos de iluminación.

3. **MODIFICASE** en la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato. (CEC), en el numeral 15.1, quedando redactado de la siguiente forma:

F) Cualquier otro documento adicional requerido.		
k) Certificados: ISO 13485 y Certificado CE EN 93/42/CEE. Todas las certificaciones deberán estar legalizados notarialmente.		

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

DARIO RAMÓN MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP – Lic. AE
Jefe - Departamento U.O.C