PAC Nº: 316.811

ACLARACIÓN Nº 03

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 75/2016 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO"– ID Nº 316.811,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

Consulta 1:
Ítem Nº56- Canula Nasal, cuyas especificaciones técnicas refieren a lo siguiente.
Bigotera neonatal diámetro externo 2,0 de silicona 10% libre de latex y PVC, tubo dentro de las fosas nasales regulables, tubuladura de PVC transparente longitud mínima de 100cm. Con precio referencial de Gs. 22.679.
Consulta: Solicitamos a la convocante reevaluar los precios referenciales publicadas en el portal de Contrataciones Públicas, ya que solicitan un producto elaborado con silicona 100% (mayor calidad) y PVC (menor calidad), también solicitamos que tomen como referencia la ultima compra realizada por la convocante en el marco de la LPN 63/14, donde se encuentran las misma especificaciones técnicas(solo la parte que va dentro de las fosas nasales está elaborada en silicona 100% y se adquiere el producto que cumple con lo solicitado a un precio unitario de 55.310 guaranies, por lo tanto y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la diferencia del valor del dólar ya que son productos importados, rogamos a la convocante la reevaluación del Precio Referencial en el ítem mencionado y de esta forma evitar inconveniente posteriores.

Respuesta 1: se solicita de silicona 100 % libre de látex y PVC se refiere sola a la parte de la bigotera los tubos que van dentro de las fosas nasales y en cuanto a las tubuladuras se requiere de PVC transparente de longitud mínima de 100cm.el precio que figura en el portal de contrataciones se encuentra dentro de los parámetros de precios acorde a las especificaciones técnicas, **ajustarse a lo solicitado en PBC**.

Consulta 2:
Iten 57- Cánula Nasal, cuyas especificaciones técnicas refieren a lo siguiente.
Bigotera Adulto diámetro externo 4,0 de silicona 10% libre de látex y PVC, tubo dentro de las fosas nasales regulables, tubuladuras de PVC transparente longitud mínima de 100cm. Con precio referencial de Gs. 9.623
Consulta: Solicitamos a la convocante reevaluar los precios referenciales publicadas en el portal de Contrataciones Públicas, ya que solicitan un producto elaborado con silicona 100% (mayor calidad) y no un producto de PVC (menor calidad), también solicitamos que tenga como referencia la ultima compra realizada por la convocante en el marco de la LPN 63/14, donde se encuentran las misma especificaciones técnicas (solo la parte que va dentro de las fosas nasales está elaborada en silicona 100% y se adquiere el producto que cumple con lo solicitado a un precio unitario de 55.310 guaraníes, por lo tanto y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la diferencia del valor del dólar ya que son productos importados, rogamos a la convocante la reevaluación del Precio Referencial en el ítem mencionado y de esta forma evitar inconveniente posteriores.

Respuesta 2: se solicita de silicona 100 % libre de látex y PVC se refiere sola a la parte de la bigotera los tubos que van dentro de las fosas nasales y en cuanto a las la tubuladuras se requiere de PVC transparente de longitud mínima de 100cm.el precio que figura en el portal de contrataciones se en cuenta dentro de los parámetros de precios acorde a las especificaciones técnicas, **ajustarse a lo solicitado en PBC**.

Consulta 3:
Sección III. Suministros Requeridos- Item 58- Resucitador Adulto. Bolsas respiratorias.
En una parte de la Especificaciones técnicas Dice: Tubo de conexión a oxigeno a Rosca.
Solicitamos a la convocante, tenga a bien de aceptar ofertas de Resucitador adulto. Bolsas respiratorias con Tubo de conexión a oxigeno a rosca o sin rosca.
Es importante señalar que en los ítems 59 y 60, se solicitan sin "sin rosca", por lo que consideramos que se podrían cotizar sin rosca.

Ing. Ivan Sergio Barros
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Respuesta 3: solicitamos Resucitador adulto. Bolsas respiratorias con tubo de conexión a oxigeno a rosca, **ajustarse a la especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de bases y Condiciones.**
Aclaramos que los ítems 59 y 60 son específicamente Resucitador Neonatal y pediátrico.

Consulta 4:
Sección III. Suministros Requeridos- Ítem 58- Resucitador Adulto. Bolsas respiratorias.
En una parte de la Especificaciones técnicas Dice: "válvula **peep; y en otra parte: válvula reservorio".**
Considerando que ambas válvulas "peep y reservorio son accesorios opcionales y que- a nuestro entender- el precio referencial no ha considerado los precios de estas opcionales, solicitamos al convocante establecer como opcionales estas válvulas, es decir: válvula de peep (opcional) y válvula reservorio (opcional).

Respuesta 4: se solicita Auto inflable, con válvula peep, válvula de admisión, válvula reservorio, válvula de reservorio, con mascara adulto siliconada, tubo de conexión a oxigeno a rosca, **ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de bases y Condiciones.**

Consulta 5:
Sección III. Suministros Requeridos- Item 58- Resucitador Adulto. Bolsas respiratorias.
En una parte de la Especificaciones técnicas Dice: "Bolsa de reanimación de 2000ml"
Respetuosamente solicitamos a la convocante permitir cotizar "Bolsa de reanimación de 1500ml o mayor". Con esta capacidad 1500ml o mayor, ya será suficiente para pacientes adulto, como así también permitirá mayor participación de más oferentes.

Respuesta 5: Ajustarse a la Addenda N° 04.

Consulta 6:
Sección III. Suministros Requeridos- Item 59- Resucitador Neonatal con cámara y mascara: Bolsas autoinflables.
En una parte de la Especificaciones técnicas Dice: " válvulas peep, válvulas reservorio, y con manómetro de presión)
Todos los accesorios son opcionales. Considerando que el precio referencial no se tiene en cuenta estos accesorios opcionales, solicitamos a la convocante establecer como opcionales estos, es decir:
"válvulas peep (opcional) , valvulas reservorio (opcional), y con manómetro de presión(opcional)

Respuesta 6: se solicita neonatal de 200- 250 ml, autoinflable con válvula de paciente, válvula peep, válvula de admisión, válvula de reservorio, con mascara neonatal, trasparente anatómica, siliconada, con tubo de conexión a oxigeno, sin rosca. Con reservorio de oxigeno y con manómetro de presión, reutilizable con certificaciones de FDA-CE en caso de no contar con las dos certificaciones presentar una de ellas, **ajustarse a la especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Consulta 7:
Sección III. Suministros Requeridos- Ítem 59- Resucitador Neonatal con cámara y mascara: Bolsas autoinflables.
En una parte de las especificaciones técnicas dice: "FDA- CE"
Respetuosamente solicitamos al convocante solicitar de la siguiente manera: FDA-CE al menos una de ellas).

Respuesta 7: Ajustarse a la Addenda N° 04.

Consulta 8:
Sección III. Suministros Requeridos- Ítem 60- Resucitador Pediátrico con cámara y mascara: Bolsas autoinflables.
En una parte de la Especificaciones técnicas Dice: " válvulas peep, válvulas reservorio, y con manómetro de presión)
Todos los accesorios son opcionales. Considerando que el precio referencial no se tiene en cuenta estos accesorios opcionales, solicitamos a la convocante establecer como opcionales estos, es decir :
"válvulas peep(opcional) , válvulas reservorio (opcional), y con manómetro de presión(opcional)

Respuesta 8: se solicita pediátrico de 500 ml, autoinflable con válvula paciente, válvula de peep, válvula de admisión, válvula de reservorio, con mascara neonatal, trasparente anatómica, siliconada, con tubo de conexión a oxigeno, sin rosca. Con reservorio de oxigeno y con manómetro de presión, reutilizable con certificaciones de FDA-CE en caso de no contar con las dos certificaciones presentar una de ellas, **ajustarse a la especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Ing. MYAE Sergio Barrio
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Consulta 9:
Sección III. Suministros Requeridos- Ítem 60- Resucitador Pediátrico con cámara y mascara: Bolsas autoinflables.
En una parte de las especificaciones técnicas dice: " FDA- CE"
Respetuosamente solicitamos a la convocante solicitar de la siguiente manera: FDA-CE al menos una de ellas)

Respuesta 9: Ajustarse a la Addenda N° 04.

Asunción, 26 de octubre de 2016.-

Ing. MANEL Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.