Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Dirección Operativa de Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas

DICTAMEN DOC N° 205/22

VISTO: La Nota DGGIES/DG N° 2931/22, de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, por la cual se eleva el pedido para la "ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS", Expediente **SIMESE Nº 71461/2.022**.

ANTECEDENTES:

1. Nota DGGIES/DG N° 2931/22, de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.
2. Análisis de Precio realizado por el Programa Nacional de Prevención de la Fibrosis Quística y Retardo Mental, de fecha 22 de abril del 2022

MARCO LEGAL

1. Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas"
2. Ley N° 6.873/2022 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022"
3. DECRETO N° 6.581/22 "Por el Cual se Reglamenta la Ley N° 6.873/22"
4. DECRETO N° 2.992/2019 "Por la Cual se Reglamenta la Ley N° 2.051/ "De Contrataciones Públicas"
5. RESOLUCION DNCP N° 1890/2020 "Por la Cual se Regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos en el Marco de la Ley N° 2051/03.
6. Resolución S.G. N° 64/2022 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) "Por la Cual se Aprueba los Lineamientos para la Elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2022, Gestión y la Programación de la Ejecución del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022".

CONSIDERANDO: Que, el Análisis de Precio Referencial, correspondiente a la planificación para el llamado denominado ***ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS***", fue realizado por el Programa Nacional de Prevención de la Fibrosis Quística y Retardo Mental, de fecha 22 de abril del 2022.

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PRECIOS OBTENIDOS:

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos mencionados, el precio referencial se obtiene utilizando el Precio Promedio de la comparación de dos parámetros, a continuación, detallamos cuanto sigue:

1) Para el Ítem N° 1 al Ítem N° 8; se obtiene tres precios de cotizaciones en el primer parámetro, y se obtuvo tres precios adjudicados para el segundo parámetro visualizados en el portal de la DNCP, por tal motivo, se utiliza el PRECIO PROMEDIO de la comparación de dos parámetros para el precio referencial.

CONCLUSIÓN: En base a la verificación documental la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en estricto cumplimento a lo dispuesto en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas", emite este Dictamen sobre la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales conforme al Art. 2 de la Resolución DNCP 1890/20, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.

Se emite el presente dictamen a los trece días del mes de julio del año 2022

Lic. Jorge Mendez - Jefe Sec. Planificación
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Departamento de Planificación y Presupuesto
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

C.P. Patricia González Burgos, *Directora*
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

FORMULARIO N° 4

MODELO DE FORMATO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA (Adjuntar al expediente de Requerimiento)

Asunción, 22 de abril de 2022

Conforme a la Resolución DNCP N° 1890 de fecha 07/05/2020, se procede a realizar el cálculo de precio referencial a ser aplicado a la solicitud del llamado denominado "Adquisición de Insumos para el Programa de Prevención de la Fibrosis quística y Retardo Mental

- **1° parámetro utilizado: solicitud de presupuestos a empresas**

En fecha del 06 de abril al 22 de abril del 2022, se ha solicitado presupuesto a 7 (siete) potenciales oferentes, vía correo electrónico a cada empresa y en cada una consta el recibo conforme a lo siguiente:

Por correo electrónico Empresa ALTEC S.A
Por correo electrónico Empresa MARCAR S.A
Por correo electrónico Empresa IBP S.A
Por correo electrónico a la empresa MLT PHARMA
Por correo electrónicos a la empresa INFOTEC S.A
Por correo electrónico a la empresa DROGUEPAR S.A
Por correo electrónico a la empresa LASCA S.A

A la fecha de la culminación del estudio de mercado se han recepcionado 3 (tres) presupuestos de los 7 (siete) solicitados.

ITEM	DESCRIPCION	Presupuesto de la Firma DROGUEPAR S.A	Presupuesto de la Firma GRUPO IBP	Presupuesto de la Firma ASUCOM
1	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Pediátrico CH 06	47.500	45.000	50.000
2	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 08	47.500	45.000	50.000
3	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Pediátrico CH 08	47.500	45.000	50.000
4	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 10	47.500	45.000	50.000
5	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 12	47.500	46.000	50.000
6	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 10	47.500	46.000	50.000
7	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 12	47.500	46.000	50.000
8	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 14	47.500	46.000	50.000

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Dra. Marta Ascurra - Directora
Prog. Nac. de Detección Neonatal
Prog. Nac. de Prev. Defectos Congénitos
MSP y BS

- **2° parámetro utilizado: histórico de adjudicación (Fuente)**

De acuerdo al histórico de adjudicaciones del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) se establece precios ofertados y adjudicados de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION	ID N° 368.050 07/11/2019 Ministerio del Interior	ID Nº 366.005 03/04/2020 MSPYBS	ID Nº 373.588 17/12/2020 MSPYBS
1	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Pediátrico CH 06**	18.500	17.300	35.500
2	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 08**	18.500	17.300	35.500
3	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Pediátrico CH 08**	18.500	17.300	35.500
4	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 10**	18.500	17.300	35.500
5	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 12**	18.500	17.300	35.700
6	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 10**	18.500	17.300	35.700
7	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 12**	18.500	17.300	35.700
8	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 14**	18.500	17.300	35.700

- **3° Conforme a los datos obtenidos de la comparación del 1º y 2º parámetro utilizado se procede a realizar el precio promedio, quedando el precio referencial el resultado de la siguiente manera:**

ITEM	DESCRIPCION	**Presupuesto de la Firma DROGUEPAR S.A**	**Presupuesto de la Firma GRUPO IBP**	**Presupuesto de la Firma ASUCOM**	**ID N° 368.050 07/11/2019 Ministerio del Interior**	**ID Nº 366.005 03/04/2020 MSPYBS**	**ID Nº 373.588 17/12/2020 MSPYBS**	**Precio Referencial**
1	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Pediátrico CH 06**	47.500	45.000	50.000	18.500	17.300	35.500	35.633
2	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 08**	47.500	45.000	50.000	18.500	17.300	35.500	35.633
3	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION**	47.500	45.000	50.000	18.500	17.300	35.500	35.633

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

	Pediátrico CH 08							
4	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 10**	47.500	45.000	50.000	18.500	17.300	35.500	35.633
5	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 12**	47.500	45.000	50.000	18.500	17.300	35.700	35.667
6	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 10**	47.500	45.000	50.000	18.500	17.300	35.700	35.667
7	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 12**	47.500	45.000	50.000	18.500	17.300	35.700	35.667
8	**SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 14**	47.500	45.000	50.000	18.500	17.300	35.700	35.667

El precio promedio del Item Nº 1, 2,3 y 4 queda en **Gs. 35.663** y el Item Nº 5,6,7 y 8 queda en **Gs. 35.667,** por lo cual, **recomendamos que las mismas sean el Precio Referencial Final**

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Dra. Marta Ascurra - Directora
Prog. Nac. de Detección Neonatal
Prog. Nac. de Prev. Defectos Congénitos
M.S.P. y B.S.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y us
Racional de Medicamento
DGGIES - MSP y B

Grupo IBP S.A
Oficinas: Manuel Ortiz
Guerrero, 841
San Lorenzo – Paraguay
0228 631 556
www.grupoibpsa.com
info@grupobipsa.com

GRUPO IBP

Asunción, 11 de abril del 2022

Programa Defectos

Congénitos

MSPYBS

NOTA DE PRESUPUESTO

Por la presente tenemos el agrado de saludarlo primeramente nosotros, Grupo IBP S.A como representantes y distribuidores de varias marcas, tenemos la intención de comunicarle por este medio el pedido de presupuesto solicitado.

Listado de Productos

Items	Nombre Genérico	Concentración	Presentación Primaria	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUBTOTAL X ITEM
1	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria Intermitente **pediátrico CH06**, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual. • Longitud mínimo de mínimo 30 cm. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	90.720	45.000 Gs	4.082.400.000

GRUPO IBP RUC: 80091967-0

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y Uso Racional de Medicamentos
DGCIES - MSP y BS.

Mirna Ortiz
Administradora
Prog. Nac. de Prev. de Fibrosis Quística y Retardo Mental

11/04/22

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGCIES - MSP y BS

(Uno) 1

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGCIES - MSP y BS

2	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **femenino CH 08**, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). . • Esterilización: Sistema por Oxido de Etileno o mejor. • En el envase individual d. Longitud mínimo de 18 cm • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	23.760	45.000 Gs	1.067.400.000
3	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **Pediatrico CH 08**, lubrificada para caterización urinaria intermitente Cateter pediatrico CH 8. Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). . • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual . • Longitud mínimo 30 cm • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	21.600	45.000 Gs	972.000.000
4	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **femenino CH 10**, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua• Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina . • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). . • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual.• Longitud mínimo 18 cm	Unidad	30.240	45.000 Gs	1.360.800.000

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Dra. Patricia Lurasch Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

(2) (Dos)

5	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente femenino CH 12, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). . • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual . • Longitud mínimo de 18 cm • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	28.080	46.000 Gs	1.291.680.000
6	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente masculino CH 10, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual . • Longitud aproximada 40 cm • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	21.600	46.000 Gs	993.600.000
7	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente masculino CH 12, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). . • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual • Longitud mínima de 40 cm • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	17.280	46.000 Gs	794.880.000

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

(3) (trea)

Dra. Patricia Jurascka Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

8	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente masculino CH 14, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua• Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.• Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). . • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual.• Longitud mínima de 40 cm• Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	2.160	46.000 Gs	99.360.000

- Se presenta muestra de una unidad.

Ing. Enrique Velazquez
Director

FAMED flexicare mindray
seca de Soutter MEDICAL WEYER

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGCIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGCIES - MSP y BS

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGCIES - MSP y BS

(4) (Cuatro)

DROGUEPAR S.A.

Asunción, 11 de Abril de 2021

Programa Nacional de Defectos Congénitos.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente.

Referencia: Presupuesto para realización de un llamado a Licitación del Programa Nac. de Defectos Congénitos del MSPyBS.

Me dirijo a usted, y por su medio a quienes corresponda para presentar Presupuesto solicitado vía correo Electrónico en fecha 06/04/2022.

Ítem	Nombre Genérico	Concentración	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario en Gs.	Precio total en Gs.
1	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente pediátrico CH06, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual . • Longitud mínimo de mínimo 30 cm. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	90.720	47.500	4.309.200.000
2	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente femenino CH 08, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). . • Esterilización: Sistema por Oxido	Unidad	23.760	47.500	1.128.600.000

021 622910-11 / 021 623505
Campos Cervera Nro. 6313
Asunción / Paraguay
www.droguepar.com

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

LIC. MARIELA ACOSTA
LICITACIONES
DROGUEPAR S.A.

Mirta Ortiz
Administradora
Prog. Nac. de Prev. de Fibrosis Quística y Retardo Mental
11/04/22

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

		de Etileno o mejor. • En el envase individual d. Longitud mínimo de 18 cm • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.				
3	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente Pediatrico CH 08, lubrificada para caterización urinaria intermitente Cateter pediatrico CH 8. Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). . • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual . • Longitud mínimo 30 cm • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	21.600	47.500	1.026.000.000
4	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente femenino CH 10, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina . • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). . • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual. • Longitud mínimo 18 cm	Unidad	30.240	47.500	1.436.400.000
5	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente femenino CH 12, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por	Unidad	28.080	47.500	1.333.800.000

021 622910-11 / 021 623505
Campos Cervera Nro. 6313
Asunción / Paraguay
www.droguepar.com

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

LIC. MARIELA ACOSTA
LICITACIONES
DROGUEPAR S.A.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

		tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). . • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual . • Longitud mínimo de 18 cm • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.				
6	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente masculino CH 10, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual . • Longitud aproximada 40 cm • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	21.600	47.500	1.026.000.000
7	Sonda Vesical	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente masculino CH 12, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). . • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual • Longitud mínima de 40 cm • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	17.280	47.500	820.800.000
		• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente masculino CH 14, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos				

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Dra. Patricia Luraschi Patrí
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

LIC. MARIELA ACOSTA
LICITACIONES
DROGUEPAR S.A.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

8	Sonda Vesical	pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free).. • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual. • Longitud mínima de 40 cm • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	Unidad	2.160	47.500	102.600.000

TOTAL DEL PRESUPUESTO GS. 11.183.400.000 (Guaraníes once mil ciento ochenta y tres millones cuatrocientos mil.)

Sin otro particular.

Me despido Cordialmente.

LIC. MARIELA ACOSTA
LICITACIONES
DROGUEPAR S.A.

Mariela Acosta.
Dpto. de Licitaciones.
DROGUEPAR S.A.

Dra. Patricia Lurashi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

021 622910-11 / 021 623505
Campos Cervera Nro. 6313
Asunción / Paraguay
www.droguepar.com

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

asucom

Asunción, 18 de abril de 2022-

Señor(es):
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
PROGRAMA DE ENFERMEDADES
CONGENITAS **CKF-22-010**
Presente:

De nuestra mayor consideración a lo solicitado:

Nos dirigimos a usted, a fin de presentarles la siguiente cotización:

RESUMEN DE LA OFERTA:

Item	Contenido	Precio Unitario	Cant.	Total (IVA)
1 AL 8	SONDAS PARA CATETERIZACION INTERMITENTE CON METODO DE LUBRICACION ADICIONAL PARA MAYOR PROTECCIÓN DE LAS PAREDES URINARIAS (DIFERENTES TAMAÑOS) con especificaciones técnicas remitidas	**50.000 Gs**	**230.000**	**Gs. 11.500.000.000**

El precio total asciende a la suma de **Gs 11.500.000.000** (guaraníes Once Mil Quinientos Millones) incluido todos los impuestos.

Forma de cotización:

- **Moneda:** guaraníes.
- **Mantenimiento de oferta:** 10 (diez) días
- **Forma de pago**: Contado
- **Plazo de entrega**: 120 días.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

A la espera de que nuestra oferta sea de vuestro agrado, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

asucom

ASUCOM S.A.

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Mirna Ortiz
Administradora
Prog. Nac. de Prev. de Fibrosis Quística y Retardo Mental
20/04/22.

asucom@asucom.com.py • www.asucom.com.py

CASA MATRIZ: CAMPOS CERVERA 5485 C/ AVDA. REP. ARGENTINA • TEL./FAX (595-21) 612-980

Solicitud de presupuesto Sondas Vesicales

Mirna Ortriz <mirbe1012@hotmail.com>
Mié 6/4/2022 14:56
Para: Dpto. Licitaciones <licita@lasca.com.py>

Buenas tardes
Por la presente le solicito Presupuesto de Sondas Vesicales., según especificaciones técnicas que se adjunta
Este pedido es para la realización de un llamado a Licitación del Programa Nac. de Defectos Congénitos del MSPyBS.
De ser posible, le solicitamos acercar una muestra del producto en el programa. Dirección, Calle Herminio Giménez 2462 c/ Cap. Aguiar.

Atentamente.

Mirna Ortiz, Administradora del Programa

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Dra. Patricia Lupaschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Solicitud de presupuesto Sondas

Mirna Ortriz <mirbe1012@hotmail.com>
Mié 6/4/2022 14:55
Para: mariela.acosta@droguepar.com <mariela.acosta@droguepar.com>

Buenas tardes
Por la presente le solicito Presupuesto de Sondas Vesicales., según especificaciones técnicas que se adjunta
Este pedido es para la realización de un llamado a Licitación del Programa Nac. de Defectos Congénitos del MSPyBS.
De ser posible, le solicitamos acercar una muestra del producto en el programa. Dirección, Calle Herminio Giménez 2462 c/ Cap. Aguiar.

Atentamente.

Mirna Ortiz, Administradora del Programa

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Dra. Patricia Lucasch Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Solicitud de Presupuesto de Sondas Vesicales

Mirna Ortriz <mirbe1012@hotmail.com>
Mié 6/4/2022 15:15
Para: info@tecnomed.com.py <info@tecnomed.com.py>

Buenas tardes
Por la presente le solicito Presupuesto de Sondas Vesicales., según especificaciones técnicas que se adjunta
Este pedido es para la realización de un llamado a Licitación del Programa Nac. de Defectos Congénitos del MSPyBS.
De ser posible, le solicitamos acercar una muestra del producto en el programa. Dirección, Calle Herminio Giménez 2462 c/ Cap. Aguiar.

Atentamente.

Mirna Ortiz, Administradora del Programa

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Solicitud de presupuesto Sondas Vesicales

Mirna Ortriz <mirbe1012@hotmail.com>
Mié 6/4/2022 14:58
Para: mltpharmapylicitaciones@gmail.com <mltpharmapylicitaciones@gmail.com>

Buenas tardes
Por la presente le solicito Presupuesto de Sondas Vesicales., según especificaciones técnicas que se adjunta
Este pedido es para la realización de un llamado a Licitación del Programa Nac. de Defectos Congénitos del MSPyBS.
De ser posible, le solicitamos acercar una muestra del producto en el programa. Dirección, Calle Herminio Giménez 2462 c/ Cap. Aguiar.

Atentamente.

Mirna Ortiz, Administradora del Programa

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Re: Solicitud de presupuesto Sondas Vesicales

MLT PHARMA <mltpharmapylicitaciones@gmail.com>
Jue 7/4/2022 11:58
Para: Mirna Ortriz <mirbe1012@hotmail.com>

Estimada
Mirna Ortiz
Administradora del Programa

En relación a la solicitud de presupuesto, manifestamos que nuestra empresa no oferta los insumos que precisan para la realización de este llamado a Licitación Cordial saludo
rosaliz Villalba

MLT Pharma S.R.L.
Cel Nº (+595 981) 750 474
Centenario 1589 e/ Pinzón y Av. Próceres de Mayo
Asunción- Paraguay

El mié, 6 abr 2022 a las 14:58, Mirna Ortriz (<mirbe1012@hotmail.com>) escribió:

Buenas tardes
Por la presente le solicito Presupuesto de Sondas Vesicales., según especificaciones técnicas que se adjunta
Este pedido es para la realización de un llamado a Licitación del Programa Nac. de Defectos Congénitos del MSPyBS.
De ser posible, le solicitamos acercar una muestra del producto en el programa. Dirección, Calle Herminio Giménez 2462 c/ Cap. Aguiar.

Atentamente.

Mirna Ortiz, Administradora del Programa

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Solicitud de presupuesto Sondas vesicales

Mirna Ortriz <mirbe1012@hotmail.com>
Mié 6/4/2022 15:19
Para: mcarrera@marcar.com.py <mcarrera@marcar.com.py>

1 archivos adjuntos (45 KB)
SOLICITUD DE PRESUPUESTOS SONDAS 2022.xls;

Buenas tardes
Por la presente le solicito Presupuesto de Sondas Vesicales., según especificaciones técnicas que se adjunta
Este pedido es para la realización de un llamado a Licitación del Programa Nac. de Defectos Congénitos del MSPyBS.
De ser posible, le solicitamos acercar una muestra del producto en el programa. Dirección, Calle Herminio Giménez 2462 c/ Cap. Aguiar.

Atentamente.

Mirna Ortiz, Administradora del Programa

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de DPUR Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Solicitud de presupuesto

Mirna Ortriz <mirbe1012@hotmail.com>
Lun 11/4/2022 11:19
Para: info@grupoibpsa.com <info@grupoibpsa.com>

1 archivos adjuntos (45 KB)
SOLICITUD DE PRESUPUESTOS SONDAS 2022.xls;

Buenos días
Por la presente le solicito Presupuesto de Sondas Vesicales., según especificaciones técnicas que se adjunta
Este pedido es para la realización de un llamado a Licitación del Programa Nac. de Defectos Congénitos del MSPyBS.
De ser posible, le solicitamos acercar una muestra del producto en el programa. Dirección, Calle Herminio Giménez 2462 c/ Cap. Aguiar.

Atentamente.

Mirna Ortiz, Administradora del Programa

Dra. Patricia Luraschi Patri
Directora de Planificación y uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS.

Lic. Liz Mabel Oviedo
Jefa de Dpto. Uso Racional de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS