Ministerio Público

Unidad Operativa de Contratación

ACLARACIÓN 01

Asunción, 31 enero de 2013

Señores:

Presente

Ref: Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2014 "Adquisición de Equipos para Anatomía Patológica" AD REFERENDUM ID 266.571----------

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir la Aclaración N° 01 al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mencionada:

1. **CONSULTA**

Ítem N° 4) Colposcopio con cámara fotográfica. Solicitamos

- Se Acepten sistemas con magnificaciones ligeramente distintas a las especificaciones a fin de permitir mayor número de ofertas válidas. Por ejemplo un equipo con magnificaciones de: 3.5x, 5x, 8.5x, 14x y 21.5x?

RESPUESTA

Si considero pertinente las modificaciones del ítem 4 del Colposcopio en el sentido de las magnificaciones de 3.5x, 5x, 8.5x, 14x y 21.5x. **(VER ADENDA)**

- **CONSULTA**

Se aclare a qué se refiere con "tercer ojo" pareciera tratarse de una cámara de video incorporada pero la redacción es confusa.

RESPUESTA

El tercer ojo hace referencia justamente a la posibilidad de instalar una cámara de video o cámara fotográfica.

- **CONSULTA**

Cuando especifica el campo de visión de 18mm, ¿se refiere al mínimo? Ya que el campo es variable en función de la magnificación elegida.
Sugerimos un rango de foco fino de 18 mm, ya que se menciona un sistema de micro enfoque pero sin determinar el rango.

RESPUESTA

Se especifica un campo mínimo de 18mm en cuanto al foco fino. **(VER ADENDA)**

Daimen Doldán
Coordinador - U.O.C.
Ministerio Público

ACLARACIÓN 01

- **CONSULTA**

Aparentemente se solicita un sistema con filtro verde (libre de rojos), pero también la redacción es confusa al mezclarse con el pedestal y el micro enfoque. Favor confirmar el requerimiento del filtro verde.

RESPUESTA

Se requiere filtro verde (libre de rojos) justamente al tratarse de un equipo que se utilizará en casos de traumas en donde el rojo de la sangre suele estar presente y esto permite filtrar el color para una mejor visualización.

- **CONSULTA**

Se acepten sistemas con lámparas halógenas de 12 Voltios y 100 Vatios. Al tener guía de luz por fibra óptica, esta potencia no implica mayor calor en el cabezal del microscopio.

RESPUESTA

Se sugiere siempre luz LED ya que la luz halógena tiene un tiempo de vida útil muy inferior. **(VER ADENDA)**

- **CONSULTA**

Corregir el consumo máximo de energía, ya que incluso para lámparas de la potencia especificada el consumo indicado es incompatible. Sugerimos un consumo máximo de 180 VA.

RESPUESTA

Se acepta el consumo máximo de 180 VA **(VER ADENDA)**

- **CONSULTA**

Cámara Fotográfica. La descripción corresponde más bien a una cámara de video. Favor aclarar si el accesorio requerido es una cámara de video con opción de captura de imágenes o una cámara fotográfica. En caso de ser una cámara de video, el tipo de cámara analógica o digital, y de que resolución. Así mismo si el sistema de grabación de imágenes debe ser incluido.

RESPUESTA

Se solicita cámara fotográfica en especial una digital con una calidad de imagen de 16 mega píxel por lo menos. Si solicitamos cámara de video si bien es mejor, deberíamos también licitar sistema de grabación de imágenes y pantalla de visualización idealmente pantalla LED de por lo menos 14 pulgadas. **(VER ADENDA)**

2. **CONSULTA**

Ítem N° 4) Colposcopio con cámara fotográfica.

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Daimen Roldán
Coordinador - U.O.C.
Ministerio Público

ACLARACIÓN 01

- **CONSULTA**

Donde dice lámpara halógena:
Solicitamos a la convocante que se pueda cotizar equipos más modernos y que se acepte y tenga en cuenta el avance tecnológico de una lámpara LED vs una halógena tanto por las horas de uso como por el grado de iluminación fría.

RESPUESTA

Se sugiere siempre luz LED ya que la luz halógena tiene un tiempo de vida útil muy inferior. **(VER ADENDA)**

- **CONSULTA**

El equipo debe contar con un tipo de brazo móvil o de brazo fijo.

RESPUESTA

El equipo debe contar con brazo móvil. **(VER ADENDA)**

3. **CONSULTA**

Ítem N° 6) Estufa para Esterilización

- Favor aclarar si se puede ofertar una estufa de 60 x 40 x 40 cm., con capacidad de 96 lts.

RESPUESTA

Se considera viable la oferta de la estufa de esterilización de 60 x 40 x 40 cm., con capacidad de 96 lts. **(VER ADENDA)**

Atentamente,

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Daimen Jordán
Coordinador - U.O.C.
Ministerio Público