DNCP

Asunción, 11 de febrero de 2.010

Señores:
Oferentes
Presente

Me dirijo a Uds., a los efectos de comunicar el resultado de las consultas y aclaraciones referente al llamado a Contratación Directa Nº 05/2010 "Adquisición de Desfibriladores", convocado por la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas.

Consulta 1: El pliego solicita tiempo de entrega 7 (siete) días después de la adjudicación.
Respuesta 1: El plazo de entrega será modificado según adenda N° 1.

Consulta 2: solicitamos que la opción de pantalla LCD sea considerada como alternativa, ya que esta opción corresponde a una determinada marca de desfibrilador AED.
Respuesta 2: Las pantallas LED, además del indicador sonoro, al poder desplegar mensajes de texto, número de descargas o señales de electrocardiograma, consideramos podrían ayudar a optimizar la reanimación cardiaca hasta la llegada del personal medico. Además existen otras marcas que poseen dicha característica.

Consulta 3: Aclarar a que se refiere con "Electrodo: sensor de presión"
Respuesta 3: Con respecto al Electrodo de una sola pieza con sensor de presión; teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos estos dispositivos son utilizados inicialmente por personal no médico, consideramos que el hecho de ser de una sola pieza facilitaría la correcta localización del electrodo, ya que el mal posicionamiento de los mismos podría restar efectividad. Con respecto al sensor de presión, al medir la profundidad de las compresiones durante la reanimación, evitando compresiones muy fuertes o débiles e inefectivas, permitiría una reanimación más efectiva, más aun y como se menciono, en la mayoría de los casos estas maniobras son realizadas inicialmente por personal no médico hasta el arribo de los mismos.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Abog. Cynthia Leite
Jefa
Unidad operativa de Contrataciones

EEUU Nº 961 c/ Tte Fariña – Telefax: 415 4000 R.A. – Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py