Asunción, 11 de noviembre de 2019

ADENDA Nº 2
LPN 05/2019
"Adquisición de de Materiales Traumatológicos Pediátricos y Otros"
ID. 370.219

1- Las Especificaciones Técnicas establecidas en la Sección III "Suministros Requeridos", para el Lote 5, Ítem 1 – Equipo de Estereotaxia, queda establecida de la siguente manera:

(5) Adquisición de Equipo de Estereotaxia								
Lote	Ítem	Descripción	Especificaciones	U.M.	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo
5	1	EQUIPO DE ESTEREOTAXIA	Cánula para biopsia cerebral, drenaje de hematomas y cirugía guiada por estereotaxia con software, incluido para cada procedimiento. cada kit de cánula de biopsia cerebral deberá contener: 1 cánula/madril de aspiración con ventana, 3 bujes adaptadores de ajuste rápido para fijación al equipo de estereotaxia, 9 tornillos estandar (4 tornillos de 70 mm, 4 tornillos de 48 mm y 1 tornillo de 31 mm) +-2mm, correspondientes para fijación craneana y 1 extensión con luelock para aspiración. La longitud de la cánula debe ser de 243 mm +-3mm, diámetro de 2.1 mm +- 0.2mm, ventana de biopsia de 10 mm +-1mm. Estéril de un solo uso.	Unidad	Unidad	1	450.000.000	900.000.000

2- Las horas y fechas topes correspondientes a: (1) Consulta; (2) Presentación de ofertas y (3) Apertura de Ofertas, quedan establecidos en el SICP.

Carmelo Torres Mareeos
Dirección de Contrataciones Públicas
DIBEN