San Lorenzo, 19 de Julio de 2011.-

Señores
POTENCIALES OFERENTES
Presente.

Ref.: Adenda N° 1 del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 07/2011 CÓD. 44. para la "Adquisición de Equipos de Laboratorio para Uso Institucional", ID 215.514.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en el marco del llamado **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2011 para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA USO INSTITUCIONAL", ID 215.514. COD. 44,** de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción.

En este sentido y teniendo en cuenta las consultas de algunos potenciales oferentes para el presente llamado, nos compete aclarar cuanto sigue:

- Con Referencia a los ítem 6 y 12 del ***FORMULARIO DE LISTAS DE PRECIOS***.

DONDE DICE:

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Indicar Presentación	Indicar Marca	Indicar Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	41115407-001	Equipo de Absorción Atómica	Equipo de Absorción Atómica, Con 10 lámparas (Ca, Mg, K, Na, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Pb), reguladores, compresor con filtro, equipo informático, extractor de aire (campana), cilindro de gas acetileno.	Unidad	1	Unidad				
12	41113630-008	pHmetro	Analógico de Mesa, Faja de medición de 0,00 a 14,00, Compensación automática de temperatura, Reproductibilidad de +- 0,01pH, Electrodo combinado universal de vidrio, referencia interna, Ag/AgCl, con dispositivo para completar el nivel del electrolito (220 Volts).	Unidad	1	Unidad				

DEBE DECIR:

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Indicar Presentación	Indicar Marca	Indicar Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
6	41115407-001	Equipo de Absorción Atómica	Equipo de Absorción Atómica a Llama, Con 10 lámparas (Ca, Mg, K, Na, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Pb), reguladores, compresor con filtro, equipo informático, extractor de aire (campana), cilindro de gas acetileno.	Unidad	1	Unidad				
12	41113630-008	pHmetro	Digital de Mesa, Faja de medición de 0,00 a 14,00, Compensación automática de temperatura, Reproductibilidad de +- 0,01pH, Electrodo combinado universal de vidrio, referencia interna, Ag/AgCl, con dispositivo para completar el nivel del electrolito (220 Volts).	Unidad	1	Unidad				

C. P. Pablo Daniel Peña
Jefe
Dpto. de Contrataciones

- En los ítem 6 y 12 de la ***SECCIÓN V. PROGRAMA DE SUMINISTROS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.***

DONDE DICE:

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad
6	41115407-001	Equipo de Absorción Atómica	Equipo de Absorción Atómica, Con 10 lámparas (Ca, Mg, K, Na, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Pb), reguladores, compresor con filtro, equipo informático, extractor de aire (campana), cilindro de gas acetileno.	Unidad	1
12	41113630-008	pHmetro	Analógico de Mesa, Faja de medición de 0,00 a 14,00, Compensación automática de temperatura, Reproductibilidad de +- 0,01pH, Electrodo combinado universal de vidrio, referencia interna, Ag/AgCl, con dispositivo para completar el nivel del electrolito (220 Volts).	Unidad	1

DEBE DECIR:

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad
6	41115407-001	Equipo de Absorción Atómica	Equipo de Absorción Atómica **a Llama**, Con 10 lámparas (Ca, Mg, K, Na, Cu, Zn, Fe, Mn, Cr, Pb), reguladores, compresor con filtro, equipo informático, extractor de aire (campana), cilindro de gas acetileno.	Unidad	1
12	41113630-008	pHmetro	**Digital** de Mesa, Faja de medición de 0,00 a 14,00, Compensación automática de temperatura, Reproductibilidad de +- 0,01pH, Electrodo combinado universal de vidrio, referencia interna, Ag/AgCl, con dispositivo para completar el nivel del electrolito (220 Volts).	Unidad	1

OBSERVACIÓN: Los Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 no han sufrido modificación alguna y siguen vigentes como fueron establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.

- Y con el fin de dar suficiente tiempo a los posibles oferentes, con el fin de adecuar sus ofertas a las modificaciones planteadas se procede a establecer una nueva fecha de apertura, por tanto en:

DONDE DICE:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 22.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNA** Dirección: **Mcal Estigarribia Km 11** Ciudad: **San Lorenzo** Oficina: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Teléfono: **585606/11** Fax: **585612** **La fecha límite para presentar las ofertas es:** Fecha: **22 Julio de 2011.** Hora: **09:15 hs.**
IAO 25.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Mcal Estigarribia Km 11** Ciudad: **San Lorenzo** Oficina: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Fecha: **22de Julio de 2011.** Hora: **09:30 hs.**

C. P. Pablo Daniel Peña
Jefe
Dpto. de Contrataciones

DEBE DECIR:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 22.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNA** Dirección: **Mcal Estigarribia Km 11** Ciudad: **San Lorenzo** Oficina: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Teléfono: **585606/11** Fax: **585612** **La fecha límite para presentar las ofertas es:** Fecha: **25 Julio de 2011.** Hora: **09:15 hs.**
IAO 25.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Mcal Estigarribia Km 11** Ciudad: **San Lorenzo** Oficina: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Fecha: **25de Julio de 2011.** Hora: **09:30 hs.**

Cordialmente.

C.P. PABLO DANIEL PEÑA
Jefe
Departamento de Contrataciones

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · DPTO. DE CONTRATACIONES