ADENDA Nº 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 30/2017 POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS – PLURIANUAL - ID N° 325.123

Asunción, 06 de diciembre de 2017

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad a lo establecido en el Numeral 17.3 Adendas, de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones y el Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar **ENMIENDAS** al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. **MODIFICASE** en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), las Etapas y Plazos en las fechas de: Respuestas, Inicio Propuestas, Fin de propuestas, Etapa de competencia y Apertura física.

2. **EXCLÚYASE** en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, punto 2 Requisitos para Calificación Posterior, Inciso b) Experiencia y Capacidad Técnica; Así mismo en la Sección VII, Anexo I Documentos que componen la oferta, en el apartado Cualquier otro documento adicional, el siguiente criterio:

Constancia de **habilitación vigente del servicio técnico, de dispositivos Médicos; emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente.**

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS Dpto. U.O.C.

3. **MODIFICASE** en la Sección III. Suministros Requeridos, punto 1 Especificaciones Técnicas quedando de la siguiente forma:

Ítem 1 Video laringoscopio

SET DE INTUBACIÓN PARA VÍA AÉREA DIFÍCIL. ADULTOS. MONITOR DE 3.5" Con Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma: COMPONENTES Y PARTES MONITOR Pantalla LCD de 3" o mayor. Angulo de 160º Documentación de imágenes y secuencia de video en disco duro Posibilidad de girar el monitor por medio de ejes de rotación Baterías recargables de iones de litio, con autonomía de al menos 45 minutos Clase de protección IPX8 Cable de conexión para el monitor y la hoja de videolaringoscopio solicitado, de la menos 50cm Cargador de batería Cable de datos USB. Pantalla abatible VIDEOLARINGOSCOPIO tipo D-BLADE Espátula de laringoscopio de DORGËS, para intubación difícil de adultos Con dispositivo para la introducción de catéter tamaños 16-18Charr

Para uso con monitor y cable de conexión Hojas esterilizables en autoclave, reusables (Deberán ser proveídos por lo menos 2 hojas.) Garantía equipo: 1 (un) año a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.

Ítem 3 Centrifuga

Centrífuga de mesa: sin mantenimiento, sin carbón. Equipo con control de procesamiento programable y motor libre de mantenimiento con sistema de bioseguridad. Motor de centrífuga de alta performance asincrónico o sin escobillas, libre de mantenimiento controlado por variador de frecuencia. Almacenamiento de hasta 50 programas en memoria con programación de: tiempo - velocidad - frenado - aceleración y curvas de acc y frenado. Pantalla de LCD con mínimo de 4 líneas por 20 caracteres que indique: tiempo programado, tiempo de funcionamiento, velocidad, aceleración, frenado y rampas de aceleración, indicador de gravedades ref en tiempo real. Cierre de tapa de seguridad que no permita la apertura con el rotor en movimiento. Alarmas de velocidad, tapa abierta y autochek del equipo. Teclas de comando tipo soft touch. Interior de acero inoxidable. Tapa con traba electromagnética. Sistema de seguridad con alarmas ópticas y sonoras por desbalanceo y tapa mal cerrada que interrumpa la corrida con detención automática. Cabezal de 24 o más tubos (15/8ml). Versatilidad de rotores y adaptadores. Con velocidad variable hasta 8.000 RPM. Garantía equipo: 1 (un) año a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.

Ítem 6 Equipo de Ergometría

Ergómetro: Sistema multifuncional de cardiología diagnóstica para pruebas de esfuerzo. Certificados de calidad ISO, FDA, JIS, CE, TUV (al menos uno de ellos). Antigüedad de fabricación y software no mayor a 3 años. Controlado por software de diagnóstico cardíaco (debe incluir el software). Registros de ECG de alta calidad para evaluación precisa y certera de cardiopatías. Íntegro y fiable sistema de procesamiento de señales digitales para la obtención de nítidos registros de ECG. Software versátil, de fácil manejo y con amplios recursos para el registro e interpretación de pruebas, de esfuerzo y en reposo, mediante algoritmos interpretativos específicos. Filtros digitales predefinidos los cuales permitan el filtrado de señales parásitas y radiaciones electromagnéticos circundantes. Detección automática de arritmias, documentando las mismas para ayudar en el proceso de diagnóstico. El software debe brindar la posibilidad de poder transportar los datos a otros dispositivos de memoria extraíble, en formatos .PDF, .DOC y .XML. Opciones de informes de diagnósticos pre configurados. Posibilidad de conexión de otros periféricos o sistemas de captación de parámetros cardiológicos. Posibilidad de transferencia de informes generados en el equipo a estaciones de trabajo PACS en protocolo DICOM. Módulo de adquisición de señal de 12 a 14 canales con detección de error de derivación y medición de impedancia preliminar con derivación. Frecuencias de análisis mayor a 450Hz. Tasa de sobremuestreo a 4kHz. Filtro pasa alto de 0,01Hz o mejor. Filtro pasa bajo de **40, 150 y 300** Hz (seleccionable). Filtro de línea de 50Hz. Rechazo del modo común > 140dB. Impedancia de entrada > 10MΩ, con protección de desfibrilador. Corriente de fuga < 10μA. Procesamiento de los siguientes parámetros: detección y análisis de QRS, con selección automática de derivaciones. Mediciones de ST, amplitudes, pendientes, índice, etc. Almacenamiento completo de ECG's latido a latido y revisión de eventos. Ritmo cardíaco, detecciones de arritmias. Vectorcardiografía. Banda o cinta deslizante: Con barras de sujeción con superficie antideslizante. Interruptor de parada emergencia. Sistema de calibración automática para la velocidad y la inclinación. Capacidad de soporte de hasta 200 kg. Motor > 2.5 Hp. Superficie de marcha de 45 x 150cm como mínimo. Altura de banda de sujeción de 80 a 105cm. Rango de velocidad de 0 a 20km/h como mínimo. Alimentación: 220V/50Hz, con conexión tipo Schuko. Debe incluir una pc (CPU, monitor LCD de al menos 17", mouse, teclado, impresora láser UPS y demás accesorios para la utilización óptima e inmediata del equipo y su software). Garantía 2 (dos) años a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS Dpto. U.O.C.

Ítem 14 Microscopio binocular

Microscopio óptico binocular: Luz LED con autonomía de 60.000 horas. Posibilidad de guardar contraste mediante la fijación del diafragma de apertura. Posibilidad de cambiar el aumento de 4x a 100x sin mover las lentes superiores en el condensador. Posibilidad de usar objetivos 2x si se ajusta simplemente el objetivo y la torreta del condensador a la posición. Posibilidad de inserción y retiro de muestra con una sola mano. Sistema óptico (sistema de corrección infinita universal). Sistema integrado de luz transmitida - iluminación Köhler (diafragma de campo fijo). Desplazamiento vertical de platina (avance de desplazamiento grueso: 15mm). Avance por rotación para la pareilla macrométrica: 36,8mm con tope de focalización - ajuste de la tensión para la perilla macrométrica - perilla micrométrica (grado de ajuste mínimo: 2.5 µm). Porta objetivos fijo con inclinación interna. Platina mecánica fija de desplazamiento por cable (ancho x profundidad) 211mm x 154mm (o mejor) - Rango de desplazamiento (X x Y) 75mm x 52mm (o mejor). Escala de posición de muestra. Tope de desplazamiento XY de platina. Condensador Abbe con A.N. de 1,25 para aceite de inmersión AS. Compatible con métodos de observación: Campo claro, polarización simple, contraste de fase, campo oscuro (como mínimo). Objetivos planacromáticos antifúngicos: 4X A.N. 0,1 D.T. 18.5mm - 10X A.N. 0,25 D.T. 10,6mm - 40X A.N. 0,65 D.T. 0.6mm - 100X A.N. 1,25 D.T. 0.13mm. Alimentación 100 - 240V 50/60Hz. Tubo de observación tipo antifúngico trinocular de 10X con N° de campo (FN): 20 e inclinación de tubo: 30° (o mejor). Rango de ajustes de distancia interpupilar: 48 a 75mm. Garantía equipo: 1 (un) año a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.

Ítem 19 Pinza separador autoestático

Pinza separadores autoestáticos Beckman Acero Inoxidable Sanitario. De 31 cm.

Ítem 31 Mesa de cirugía multifunción

DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS Dpto. U.O.C.

Mesa de operaciones móvil de accionamiento electrohidráulico para cirugías generales y traumatología: Normas: FDA, CE, JIS o su equivalente en el mercosur (al menos una de ellas). Construcción: batidor del tablero y revestimiento de la columna completamente en acero inoxidable o acero cromo niquel a prueba de impactos, roturas y desinfectantes, el revestimiento de toda la columna hasta el tablero, no debe permitir la exposición de partes o dispositivos hidráulicos o mecánicos. Peso de carga: 350kg como mínimo (paciente+accesorios) adecuada para cirugías bariátricas y de traumatología. Movimientos: electrohidráulicos, a través de un control remoto inalámbrico con batería interna recargable (debe incluir el cargador, con soporte para pared). Deberá contar con un panel de control total auxiliar en la mesa. Montado sobre cuatro ruedas con frenos. Rieles guías a ambos lados para fijación de accesorios. Cinco (5) o más secciones de mesa (cabeza, elongación, respaldo, asiento y apoya piernas). Longitud: 2000mm o mayor (incluyendo cabecera y piernera). Ancho: 550mm a 600mm (incluyendo rieles laterales). Altura mínima: 600mm o menor (sin colchón). Altura máxima 950mm o mayor (sin colchón). Movimiento trendelemburg/trendelemburg reverso: eléctrico 25° o mejor. Inclinación derecha: eléctrica/derecha 15° o mejor. Subida de respaldo: eléctrico 65° o mayor. Bajada de respaldo: eléctrica: 40° o menor. Nivelación (posición horizontal) con un solo botón. Toda del tablero de la mesa construida sin travesaños para radioscopias intraoperatorias. La mesa deberá funcionar automáticamente en orientación normal u orientación inversa (todos los movimientos deben funcionar de acuerdo a la misma). Posición flex de 40° (o mejor) con bajada de cabecera 20° y bajada de piernera 20°. Posición flex inverso de 70° (o mejor) con subida de cabecera 45° y subida de piernera de 25° **(+/-5°).** Cabecera desmontable completamente. Movimiento de cabecera arriba y abajo. Pierneras divididas y desmontables independientemente y completamente. Placa de elongación para prolongación de la cabecera. Grado de protección: contra descargas electricas: clase II (según IEC 60601-1) tipo B (según IEC 60601-1). Contra chorros de agua: IP X4 o mejor. Colchón: de varias capas, dividido en secciones, separados y desmontables individualmente, sin costuras. Originales del fabricante de la mesa, lavables y desinfectables. Espesura: 70mm o mayor. Fijación a la mesa: velcro. Eléctricamente conductiva según norma IEC 60601-1. Radiotransparentes. Impermeable. Exenta de látex. **Compatible con tracción ortopédica de la marca MAQUET**. Garantía de 1 (un) año como mínimo a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.

Ítem 36 Caja de Cirugía Especializada

ÍTEM	PARÁMETROS REFERENCIALES
	DATOS GENERALES
1	**CAJA DE CIRUGÍA DELICADA**
1.1	Marca:
1.2	Origen:
1.3	Año de Fabricación:
1.4	Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 3. Especificar cual norma:
1.5	Caja compuesta de:
1.6	2 Porta agujas MAYO-HEGAR HMde 15cm (+/- 2), con punta de carburo de tugsteno
1.7	1 pinza ADSON, sin dientes, 12cm (+/- 2), (con diente)
1.8	1 pinza ADSON-BROWN, 12cm (+/- 2), 7x7 dientes
1.9	2 Separador SENN-MILLER, 16cm (+/- 2), romo
1.10	2 Separador ganchito JOSEPH, 17cm (+/- 2),
1.11	2 Par separador FARABEUF-BABY, 12cm (+/- 2)
1.12	2 Tijeras IRIS, recta, 9cm (+/- 2)
1.13	2 Tijeras IRIS, curva, 9cm (+/- 2)
1.14	1 Tijera METZENBAUM curva, 15cm (+/- 2)
1.15	1 Tijera METZENBAUM recta, 15cm (+/- 2)
1.16	4 Pinza hemostática HALSTED-MOSQUITO, curva
1.17	4 Pinza hemostática HALSTED-MOSQUITO, recta
1.18	1 Ganchito de GILLIES, 19cm (+/- 2)
1.19	2 Pinza ALLIS, 15cm (+/- 2), 4x5 dientes
1.20	1 Caja de esterilización de 30x160x120cm (+/- 3), tapa y fondo perforados. Con filtros textiles adecuados, al menos 10 unidades para tapa y 10 unidades para fondo

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS Dpto. U.O.C.

Ítem 50 Caja de cirugía gineco-obstetrica

Caja de extracción de DIU: debe contar con caja para instrumentales de acero inoxidable de 50cm (±5cm) x 40cm (±5cm). Pinza Erina Pozzi. Pinza para extracción de DIU de 20cm, 3mm de diámetro, en acero inoxidable. Pinza Foerster o aro, recta de 24cm con boca estriada. Collin espéculo vaginal desarmable de 110mm x 40mm. Espéculo Collin Vaginal mediano 100mm x 35mm. Espéculo vaginal Pederson de 120mm x 25mm. Novak cureta aspiradora para biopsia.

Ítem 51 Caja de cirugía gineco-obstetrica

Caja de espéculos: debe contar con caja para instrumentales de acero inoxidable de 50cm (±5cm) x 40cm (±5cm). Espéculo Collin vaginal chico de 85mm x 30mm. Espéculo Collin vaginal mediano de 100mm x 35mm. Espéculo Collin vaginal grande de 110mm x 40mm. Espéculo vaginal Pederson de 75mm x 13mm. Espéculo vaginal Pederson de 100mm x 22mm. Espéculo vaginal Pederson de 120mm x 25mm. Pinza Foerster o aro, recta de 24cm con boca estriada (06). Tijera curva Mayo-Stille. Tijera curva R/R de 20cm.

Ítem 53 Caja de cirugía gineco-obstetrica

Caja de parto: de contar con Una caja para instrumentales de acero inoxidable de 50cm (±5cm) x 40cm (±5cm). Pinza Foerster o aro, recta de 24cm con boca estriada. Porta aguja. Tijeras Olsen de 16cm. Tijera Lister de 18cm. Tijera Mayo recta, de 15cm. Pinza Adson sin diente, curva, de 18cm hemostática. Kelly pinza hemostática recta de 14cm. Dos pinza Kocher recta, con dientes, de 20cm. De Backey pinza anatómica con dientes, trauma recta 1.5mm 20cm.

Ítem 54 Caja de cirugía gineco-obstetrica

Caja de revisión de cuello: debe contar con una caja para instrumentales de acero inoxidable de 50cm (±5cm) x 40cm (±5cm). Cuatro pinza Foerster o aro, recta de 24cm con boca estriada. Valva vaginal. Valva Doyen 35mm x 115mm. Valva Doyen 35mm x 85mm. Porta aguja de Bakey de 26cm, punta TC/Widia. Tijera Mayo, recta, de 23cm. Pinza Cushing, recta, de 20cm, con diente.

Ítem 57 Cardiotocografo

Cardiotocografo: De alta definición para registros de la frecuencia cardiaca fetal y la actividad uterina contractil. Debe poseer incluido Sonicaid (opcional) además de sonidos de estimulación para verificación de vitalidad. Debe tener perilla para control de movimientos fetales. Frecuencia de ultrasonido: 1MKz ± 1 kHz. Rango de medición: 30 ~ 240 bpm. Resolución: 1± bpm. Alarma y precisión: hasta límite: 30 ~ 240 lpm (±5%). Límite inferior: 30 ~ 240 lpm (±5%). TOCO: Rango: 0 ~ 100%. Resolución: 1%. Zero - mode: manual, 5, 10, 15, 20 TOCO línea de base ajustable. Presión exactitud medida:+6,7%. El movimiento fetal: manual y automático marca de movimiento fetal. Auto de forma de onda del movimiento fetal. Impresora de gran línea. Velocidad de impresión: 1cm/min, 2cm/min, 3cm/min y la impresión tampón rápido de 25cm/min. Alimentación: 220V. Garantía equipo: 1 (un) año a partir de la firma del Acta de Recepción Definitiva.

Imagen Ilustrativa

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
DPTO. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
Dpto. U.O.C.

Ítem 66 Set de Ureteroscopio Semi rígido

Uretereorenoscopio: extremo de vaina distal de forma atraumática con punta redondeada, con canal para la utilización de instrumentos rígidos y sondas hasta 4 charr. Esterilizable en autoclave. Punta distal: 8 charr. Vaina de instrumental: 9.5 charr. Canal de trabajo: 5 charr para uso con instrumentos de 4 charr. Óptica: dirección visual de 6°. Longitud: 43 cm (±2cm). Accesorios: Un dispositivo de ayuda para la introducción de sondas guía. Una entrada para instrumentos, con sistema de obturación y cierre rápido, 2 canales. Dos conectores para tubos Luer-Lock. Una junta de cierre automático, para canal de trabajo, en paquete de al menos diez unidades. Una llave para dosificación precisa. Un cesto filtro para esterilización y almacenamiento del ureterorenoscopio. Una pinza rígida, para agarre de fragmentos de cálculos, abertura bilateral, de 4 charr, longitud 60cm (±2cm). Una pinza rígida, para agarre de grandes cálculos y fragmentos, abertura bilateral, 4 charr, longitud de 60cm (±2cm). Una pinza para biopsia, rígida, abertura bilateral, 4 charr, longitud 60cm (±2cm). Cinco extractores de cálculos, rígido, estéril, para un solo uso, 2.5 charr.

Ítem 70 Caja de Cirugía Especializada

Instrumentales para fístula arteriovenosa: Un separador Weitlaner Romo 3x4 dientes, 200mm. Un separador Adson-Baby articulado 3x4 dientes, semiagudo, 140mm. Un separador Farabeuf 25x10/32x12-22x10/28x12, 125mm. Dos retractores Baby Senn-Miller Romo 8x7/22x7mm, 155mm. Seis pinzas campo Backhaus, 110mm. Un mango bisturí N° 7, 160mm. Un mango bisturí N° 4, 135mm. Dos pinzas atraumática De'Bakey 1.5mm, de 200mm. Una pinza quirúrgica medio ancha

1x2 dientes, de 145mm. Una pinza quirúrgica medio ancha 1x2 dientes, de 180mm. Una pinza medio ancha 1x2 dientes, de 200mm. una pinza anatómica medio ancha, sin dientes, de 145mm. Una pinza anatómica medio ancha, sin dientes, de 180mm. Una pinza anatómica medio ancha, sin dientes, de 200mm. Dos pinzas anatómicas Adson fina, 1x2 dientes, de 120mm. Tres pinzas Adson estrías transversales, sin dientes, de 120mm. Una tijera Metzembaum, curva, de 180mm. Una Tijera Metzembaum, curva, de 200mm. Una tijera Metzembaum, recta, de 180mm. Una tijera Metzembaum, recta, de 200mm. Una tijera para irictomía, recta, de 110mm. Una tijera para irictomía, curva, de 110mm. Dos porta aguja Ryder, recta, de 160mm. Un porta aguja Ryder, recta, de 220mm. Un porta aguja Hegar-Mayo, de 265mm. Dos pinza Allis, 5x6 dientes, de 255mm. Dos pinza Allis, 5x6 dientes, de 155mm. Un porta agujas Castroviejo, 0,2/180mm con inserto tungsteno. Una pinza disección Baby-Mixter, de 140mm. Una pinza disecci{on Gemini (cística), de 230mm. Una pinza Bengolea, curva, de 245mm. Una pinza atraumática Bakey-Pean 89/265mm, recta. Dos pinzas atrumáticas Bakey-Satinsky 32/68/230mm. Dos pinzas Derra atraumática, modelo mediano, 26/175mm. Una pinza periférica atraumática Leland-Jones 15°. Una pinza vascular atraumática De'Bakey 90° 45/93/225mm. Dos micro pinza Bulldog atraumática acodada 20/55mm. Dos pinza Bulldog De'Bakey atraumática curva 45/105mm. Una sonda para endarterectomía 3mm de diámetro y 550mm de longitud. Un dilatador vascular De'Bakey 0.5mm de diámetro y 190mm. Dos dilatadores vasculares De'Bakey 3,5mm de diámetro y 190mm de longitud.Tres pinzas hemostáticas Halsted mosquito, recta, 125mm. Cinco pinza hemostática Halsted, mosquito, curva, 125mm. Seis pinzas hemostáticas Crile, recta, 140mm. Tres pinzas hemostáticas Crile, curva, 140mm. Una pinza portaesponjas Foerster-Ballenger, recta, 180mm. Una pinza portaesponjas Foerster, boca estriada, recta, 245mm. Un bowl o pocillo de 0,16lt de capacidad. Una riñonera 170mm - 250ml, de acero quirúrgico. Hueso: Un mango bisturí N°4, 135mm. Dos mangos con gancho para sierras hilo. Un Periostomo Farabeuf-Collin, recto, 11mm. Dos pinza Giubia Olivecrona, curva, 205mm. Una pinza Gubia Luer, muy curva, 155mm. Una pinza Cortante Kazanjian, 185mm. Una cucharilla cortante Volkman #0 diámetro 5.2mm, longitud de 170mm. Una cucharilla cortante Volkman #5 diámetro 13mm, longitud de 170mm. Una tijera mayo, curva, 170mm. Una pinza Backhaus, 135mm. Una pinza quirúrgica 1x2 dientes, 180mm. Dos pinzas Kocher-Ochsner, recta, 1x2 dientes, 185mm. Una pinza hemostática Crile, recta, 160mm. Dos pinzas hemostáticas Crile, curva, 160mm. Una lima para huesos y raspador, 220mm. Sierra amputación Charriere, 350mm. Dos hojas sierra suelta 12mm, para sierra Charriere. Un portaesponja Foerster-Ballenger, recta, 180mm. Valvas: Un par valva pulmonar Allison, hoja 40mm/255mm. Un par separador Richardson-Eastman, doble extremo. Dos valva vaginal Doyen, 160x45mm, longitud de 240mm. Dos valva vaginal Doyen 60x45mm, longitud de 240mm. Dos espatulas abdominales Reverdin 63/45mm. Una espátula abdominal maleable, 330x2,5mm. Una espátula abdominal maleable 330x50mm. Un separador abdominal Doyen 53x80mm - 250mm. Un gancho atrio Cooley/Struck 45x30mm dedentada. Un retractor Borowski vástago flex, hoja 20x25mm 270mm. 2 cajas de aluminio con filtros de barrera reutilizables de 590x290x150mm.

4. **MODIFICASE** en la Sección III. Suministros Requeridos, punto 3 Plan de Entrega, quedando de la siguiente forma:

3. Plan de Entregas

El plazo máximo de entrega para el Ítem 30 Equipo de Rayos X Arco en C – Portátil, será de 120 (ciento veinte) días calendarios posteriores a la recepción por parte de la empresa adjudicada de la respectiva orden de compra y/o Nota de Pedido, que será emitida por la administradora del Contrato.

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

Nathalia A. Salinas A.
Oficial Inspector Intd.
Dpto. UOC

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Oficial Inspector Intd.
Jefa Interina - Departamento U.O.C

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
Dpto. U.O.C.