GERENCIA
07. 2016
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA Nº02/2016
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2016 "INSTALACIÓN DE CROMATÓGRAFO GASEOSO"
ID 314260
07/10/2016.

1. **Se modifica la Carta Invitación en el Anexo B - Datos de la Contratación (DDLC):**

Donde dice:

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas:** 06/10/2016; hasta las 12:00 hs.

17. **Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:**

Atención: Abg. Victoria Palacios, Jefa U.O.C.
Dirección: José Berges 516 e/ San José y Brasil
Número del Piso/Oficina: Secretaria de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.
Ciudad: Asunción - Paraguay
La fecha y hora límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 10/10/2016.
Hora: 10:30 hs.

18. **La apertura de las ofertas tendrá lugar en:**

Dirección: José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil
Número de Piso/Oficina: Oficina de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.
Ciudad: Asunción - Paraguay
Fecha: 10/10/2016.
Hora: 11:00 hs.

34. **El plazo de entrega de los servicios es de:** 45 (cuarenta y cinco) días calendario contados a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra emitida por la Unidad de Compras y Adquisiciones.

Debe decir:

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas:** 13/10/2016; hasta las 12:00 hs.

17. **Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:**

Atención: Abg. Victoria Palacios, Jefa U.O.C.
Dirección: José Berges 516 e/ San José y Brasil
Número del Piso/Oficina: Secretaria de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.
Ciudad: Asunción - Paraguay

ING. HUMBERTO SAMANIEGO
GERENTE DE OPERACIONES
essap sa

Abg. Victoria Palacios Castro
ASESOR U.O.C.
ESSAP S.A.

Lic. Sandra E. Pagliaro de Baez
Tecnologa de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A.
essap S.A

La fecha y hora límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 17/10/2016.
Hora: 10:30 hs.

18. La apertura de las ofertas tendrá lugar en:

Dirección: José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil
Número de Piso/Oficina: Oficina de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.
Ciudad: Asunción - Paraguay
Fecha: 17/10/2016.
Hora: 11:00 hs.

34. El plazo de entrega de los servicios es de: 60 (sesenta) días calendario contados a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra emitida por la Unidad de Compras y Adquisiciones.

2. Se modifica la Carta Invitación en el Anexo C – Especificaciones Técnicas de los Bienes o Servicios a ser adquiridos:

Donde dice:

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas
9	Conector para Trampa de Oxígeno	Conector para trampa de oxígeno de alta capacidad de diámetro 1/8" de níquel-latón chapado
10	Conector para Trampa de Humedad	Conector para trampa de humedad de alta capacidad de diámetro 1/8" de níquel-latón chapado
11	Conector para Trampa de Hidrocarburos	Conector para trampa de hidrocarburos grado capilar, diámetro 1/8" de níquel-latón chapado
12	Conector para Trampa de Detector ECD	Conector para trampa de la ventilación del detector de ECD de diámetro 1/8"
16	Cañerias de Acero Inoxidable	Cañerias de acero inoxidable grado 316 tratadas para cromatografía gaseosa de 1/4" de diámetro

Debe decir:

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas
9	Conector para Trampa de Oxígeno	Conector para trampa de oxígeno de alta capacidad de diámetro 1/8" de níquel-latón chapado. Se debe proveer conectores de entrada y salida de 1/8" de diámetro NPT a 1/8 OD.

Abog. Víc. Palacios Castro
J.U.O.C.
ESSAP S.A.

ING. HUMBERTO SAMANIEGO
GERENTE DE OPERACIONES
essap sa

P.A. Raquel Rodríguez
Lic. Sandra E. Pagliaro de Baez
Tecnologa de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A.
essap S.A

10	Conector para Trampa de Humedad	Conector para trampa de humedad de alta capacidad de diámetro 1/8" de níquel-latón chapado. Se debe proveer conectores de entrada y salida de 1/8" de diámetro NPT a 1/8 OD.
11	Conector para Trampa de Hidrocarburos	Conector para trampa de hidrocarburos grado capilar, diámetro 1/8" de níquel-latón chapado. Se debe proveer conectores de entrada y salida de 1/8" de diámetro NPT a 1/8 OD.
12	Conector para Trampa de Detector ECD	Conector para trampa de la ventilación del detector de ECD de diámetro 1/8". Se debe proveer conectores de entrada y salida de 1/8" de diámetro NPT a 1/8 OD.
16	Cañerias de Acero Inoxidable	Cañerias de acero inoxidable grado 316 tratadas para cromatografía gaseosa de 1/4" de diámetro. Se debe proveer tubería de acero inoxidable de ¼" flexible, limpio para el servicio analítico.

Donde dice:

2. Plan de Entregas

Plazo: La instalación deberá estar concluida en un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días calendario contados a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra emitida por la Unidad de Compras y Adquisiciones.

Debe decir:

2. Plan de Entregas

Plazo: La instalación deberá estar concluida en un plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario contados a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra emitida por la Unidad de Compras y Adquisiciones.

Abg. Victoria Palacios Castro, Asesor
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

ING. HUMBERTO SAMANIEGO
GERENTE DE OPERACIONES
essap sa

P.A. Rosario Gauto Gomez
Lic. Sandra E. Pagliaro de Baez
Tecnologa de Producción
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA DE OPERACIONES G.A.
ESSAP S.A