UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

30/11/2012

ACLARACION Nº 1

"Llamado a a Licitación por Concurso de Oferta N° 6 ID N° 247212"

"Adquisición de Equipos de Laboratorio - cromatografo"

Sres. Oferentes:

Según consulta hecha por probables oferentes con relación al ítem N° 1 cromatografo gaseoso, la consulta manifiesta lo siguiente:

Preguntas

Aclarar las siguientes especificaciones : 186007890 CROMATÓGRAFO GASEOSO A 7890 (GC SOLO NO ENTRADAS)Cromatógrafo gaseoso A7890 leader en la Industria GC, con control neumático electrónico (EPC) 186005237 NMI (CO2 enfriada) Opción Entrada Vaporizada Capilar , programable en temperatura con septum y líquido CO2 , enfriado criogénicamente.El modo inyección incluye calefacción y enfriamiento Split/ splitless, Split pulsado y splitless, venteo de solventes y modo de inyección directa.186005238 67693 Inyector automático Muestreador automático líquido modelo Agilent 7693, incluye torre de transferencia y modos de inyección múltiples y en columna 186005239 7693 ABandeja para 150 viales.

Respuestas

Remitirse a la adenda N° 1

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - VITAM IMPENDERE VERO - CIUDAD UNIVERSITARIA - SAN LORENZO - PARAGUAY

Sonia Urzain Martinez
Jefe de la UOC