PAC Nº: 323.244

NOTA ACLARATORIA Nº 02/2017

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/17 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS" - ID N° 323.244 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES EN BASE A LAS CONSULTAS REALIZADAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES:

CONSULTA 1

Solicitan:

En la Adenda Nº 3. Sección III. Especificaciones Técnicas del ítem 2 cambiaron a: "Rotación del tubo en un eje frontal (arriba/abajo) de +100° o más I -30° o más."

Sugerimos reevaluar este requerimiento y solicitar "Rotación del tubo en un eje frontal (arriba/abajo) de +180° o más I -30° o más." Debido a que se trata de una característica de diseño y maniobrabilidad, la cual es muy importante en los equipos portátiles. Cuanto mayor sea el ángulo de rotación del tubo, será más fácil el posicionamiento del equipo para las distintas exposiciones.

RESPUESTA: adecuarse a las especificaciones técnicas de la Adenda Nº 03/2017.

CONSULTA 2

En la Adenda Nº 3. Sección III. Especificaciones Técnicas del ítem 2 cambiaron a: "Rotación del tubo en torno al eje lateral de ±60° como mínimo."

Sugerimos reevaluar este requerimiento y solicitar "Rotación del tubo en torno al eje lateral de ±90° como mínimo." Debido a que se trata de una característica de diseño y maniobrabilidad, la cual es muy importante en los equipos portátiles. Cuanto mayor sea el ángulo de rotación del tubo, será más fácil el posicionamiento del equipo para las distintas exposiciones.

RESPUESTA: adecuarse a las especificaciones técnicas de la Adenda Nº 03/2017.

CONSULTA 3

En la Adenda Nº 3. Sección III. Especificaciones Técnicas del ítem 2 cambiaron a: "Peso máx. del equipo de 200 Kg."

Sugerimos reevaluar este requerimiento y solicitar "Peso máx. del equipo de hasta 180 Kg." Debido a que se trata de una característica de diseño; el peso y tamaño del equipo es muy importante en los portátiles. Cuanto más compacto y liviano equipo, facilitará su traslado y posicionamiento para las distintas exposiciones

RESPUESTA: adecuarse a las especificaciones técnicas de la Adenda Nº 03/2017.

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS VITAM IMPENDERE VERO NONNOSCE UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JAVIER MARTÍNEZ
Responsable
Unidad Operativa de Contrataciones