INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 138/16 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"- AD REFERENDUM 2017.-

ADENDA N° 12

Asunción, 19 de abril de 2016.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 138/16 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"– AD REFERENDUM 2017**, ID **309.732.-**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

1. ***Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, queda de la siguiente manera:***

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida
1	Tubuladura corrugada con conexión en Y tamaño adulto	Tubuladura corrugada tamaño adulto de plástico flexible de 22 mm. de diámetro con una longitud mínima de 1,5 mts. y máxima de 2 mts. fabricadas en Polietileno (PE) o policloruro de vinilo (PVC) descartables y libres de látex, Estéril, conexión en Y fabricado en polipropileno (PP), con rótula angulada giratoria y conector macho/macho, compatibles con máquinas de anestesia.	UNIDAD
2	Tubuladura corrugada con conexión en Y tamaño pediátrico	Tubuladura corrugada tamaño pediatrico de plástico flexible de 15 mm. de diámetro con una longitud mínima de 1,5 mts. y máxima de 2 mts. fabricadas en Polietileno (PE) o policloruro de vinilo (PVC) descartables y libres de látex, Estéril, conexión en Y fabricado en polipropileno (PP), con rótula angulada giratoria y conector macho/macho, compatibles con máquinas de anestesia.	UNIDAD
3	Filtro Antibacteriano	Filtro Antibacteriano hidrófugo descartable con conexión de 15 y 22mm a circuito externo, Estéril, compatible con máquinas de Anestesia.	UNIDAD
4	Transductor de presión para maquina anestesia	Transductor de presión arterial invasiva compatible con monitores Multiparamétricos de la marca Drager para maquinas de anestesia, Estéril.	UNIDAD
5	Bolsa respiratoria de 1 Litro	Bolsa respiratoria de 1 Litro o equivalentes hasta 1.5 litros descartable libre de látex, Estéril, Compatible con máquinas de anestesia.	UNIDAD
6	Bolsa respiratoria de 2 Litros	Bolsa respiratoria de 2 Litros o equivalentes hasta 2.5 litros descartable libre de látex, Estéril, Compatible con máquinas de anestesia	UNIDAD
7	Bolsa respiratoria de 3 Litros	Bolsa respiratoria de 3 Litros descartable libre de látex, Estéril, Compatible con maquinas de anestesia.	UNIDAD

2. ***Sección VII. Anexos. Anexo I. Apartado (F). Cualquier otro documento adicional , se agrega el siguiente punto:***

15. Certificados de cumplimiento de Normas de Calidad ISO 13485, FDA y CE; o al menos una de ellas.		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Manuel Asiaitto
JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES