Ministerio Público

Unidad Operativa de Contratación

ADENDA N° 02

Asunción, 13 de octubre de 2020.

Señores

Presente

Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas N° 14/2020 *"Adquisición de equipo digitalizador de imágenes para la Morgue Judicial"* - ID 378.413.

Se comunica las modificaciones realizadas en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones en los siguientes puntos:

- Donde dice:

Pantalla	Touchscreen- Adherido al panel frontal de scanner.

- Debe decir:

Pantalla	Se solicitan equipos con pantalla táctil tipo touch adherible al equipo o con brazo telescópico que permita optimizar el espacio de trabajo.

- Donde dice:

Porta chasis	En línea con la pantalla. Fácil acceso de inserción, con tapa de protección física al chasis, dejando contenido al chasis dentro del digitalizador al momento de la digitalización, en posición frontal al usuario.

- Debe decir:

Porta chasis	Se aceptaran equipos de carga frontal tipo bandeja, en línea con la pantalla o similar. Fácil acceso de inserción, con tapa de protección física al chasis, dejando contenido al chasis dentro del digitalizador al momento de la digitalización, en posición frontal al usuario.

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación

Abg. Fernando Alberto Benitez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

- Donde dice:

Software	Software de tecnología PACS escalable. Programa de adquisición de imágenes con multiples herramientas de edición. Búsqueda inteligente, clasificación y opciones de filtro. Plataforma basada en herramienta de administración de historial de pacientes. Debe ser posible la creación de cuentas para usuarios y niveles de privilegios. Con posibilidad de: • Escritura de informes médicos incluidos al software. • Rango completo de herramientas de anotaciones. • Grabado en CD y medios de almacenamiento. • Impresión. • Envío DICOM. • Integración HL7. • Compatible con HIPPA. • Proporcionar registros de auditoría. • Debe aceptar imágenes CR, DR, US, MR, CT, US. • Integración con sistemas de gestión de imágenes como RIS y EMR.

- Debe decir:

Software	Programa de adquisición de imágenes con múltiples herramientas de edición. Búsqueda inteligente, clasificación y opciones de filtro. Plataforma basada en herramienta de administración de historial de personas. Debe ser posible la creación de cuentas para usuarios y niveles de privilegios. Con posibilidad de: • Escritura de informes médicos incluidos al software. • Rango completo de herramientas de anotaciones. • Grabado en CD y medios de almacenamiento. • Envío de imágenes estándar de formato DICOM para grabación de CD. • Integración con formato HL7 para lectura de radiografía. • Proporcionar registros de auditoría. • Debe aceptar imágenes CR. • Integración con sistemas de gestión de imágenes como RIS y EMR. • Información adicional: • Cantidad de imágenes por año: 600. • Tiempo que serán guardados las imágenes: mínimo 5 años.

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

- Donde dice:

Ordenador	Procesador: 3GHz CPU: i5. Disco duro: 500 GB. Sistema opperativo: Windows 10. Monitor: 22", 1MP. Insertado al módulo digitalizador.

- Debe decir:

Ordenador	Procesador: 3GHz CPU: i5. Disco duro: 500 GB. Sistema opperativo: Windows 10. Monitor: 21", 1MP. Se podrán ofertar equipos con computadora insertada o adherida al módulo digitalizador o en otra disposición que optimicen el espacio de trabajo.

- Donde dice:

Tiempo de acceso a la imagen	35 segundos (Promedio involucrando distintos tamaños de placas).

- Debe decir:

Tiempo de acceso a la imagen	50 segundos o menor (Promedio involucrando distintos tamaños de placas).

- Donde dice:

Producción de placas	94 placas por hora (tamaños de placas combinadas)

- Debe decir:

Producción de placas	70 placas por hora o superior (tamaños de placas combinadas)

- Donde dice:

Peso aproximado	35 kg como máximo.

- Debe decir:

Peso aproximado	40 kg como máximo.

Abg. Fernando Alberto Benitez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

- Donde dice:

Dimensiones aproximadas	115 x 35 x 60 cm como máximo

- Debe decir:

Dimensiones aproximadas	115 x 70 x 61 cm como máximo

- Donde dice:

Alimentación	100-240 V AC/ 2.5 A max/ 47-63Hz

- Debe decir:

Alimentación	100-240 V AC/ 50/ 60 Hz

- Donde dice:

Otros requerimientos:

- ✓ Catálogo en idioma castellano.
- ✓ Garantía mínima de 24 (veinte cuatro) meses, desde la puesta en marcha del equipo.
- ✓ Capacitación a funcionarios encargados del manejo del equipo.
- ✓ Soporte técnico para asistencia local.

- Debe decir:

Otros requerimientos:

- ✓ Catálogo en idioma castellano.
- ✓ Garantía mínima de 24 (veinte cuatro) meses, desde la puesta en marcha del equipo.
- ✓ Capacitación a funcionarios encargados del manejo del equipo.
- ✓ Soporte técnico para asistencia local.
- ✓ Presentar el registro sanitario del producto obtenido de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
- ✓ El oferente debera tener por lo menos una persona con documento TOE emitido por la ARRN.

Así también se comunica las modificaciones realizadas a las etapas y plazos, insertas en el SICP, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Atentamente.

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación

Abg. Fernando Alberto Benitez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público