UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

10/11/2014

Aclaración Nº 2
Licitación Pública Nacional Nro. 03
"Adquisición de Equipos de Laboratorio"
Nro. de Expediente: 329662 ID Nº: 274271

Sres. OFERENTES:

Según consulta realizadas por algunos oferentes con relación a los siguientes ítems:

Ítem	EQUIPO	CONSULTA	RESPUESTA
6	Autoclave de esterilización	¿Debe ser autoclave con alimentación de vapor propia o para alimentación centralizada?	La descripción del ítem 6 es bien claro, por lo cual solicitamos que se ajuste a las especificaciones técnicas solicitadas
37	Espectrofotómetro ultravioleta - visible	1) ¿Es este equipo solicitado para cuantificar ADN/RNA y proteínas por sus distintas técnicas? 2) ¿Puede cotizarse un equipo que pueda funcionar simultáneamente con cubetas y / o con pedestal para microgota de 0,5 1.0 uL?	1) No corresponde a lo solicitado 2) Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.
38	Espectrofotómetros ultravioleta y visible con termostatizador	1) Es este equipo solicitado para cuantificar ADN/RNA y proteínas por sus distintas técnicas? 2) ¿Puede cotizarse un equipo que pueda funcionar simultáneamente con cubetas y / o con pedestal para microgota de 0,5 1.0 uL.?	1) No corresponde a lo solicitado 2) Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.
52	Microscopio binocular compuesto con pantalla LCD y cámara	Donde dice: Diapositiva de calibración Solicitamos a la convocante tenga bien aclarar si se refiere a un micrómetro de platina o si puede dar más detalles específicos	La descripción del ítem 52 es bien claro, por lo cual solicitamos que se ajuste a las especificaciones técnicas solicitadas

C.P. Sonia Uazain Martinez
Departamento de la U.O.C.

60	Objetivos estándar para microscopios 10x	Donde dice: enfoque: 7,316 Consultamos a la convocante, si donde dice enfoque, esta se refiere a la distancia del trabajo?	Si, se refiere a la distancia
61	Objetivos estándar para microscopio 40x	Donde dice: enfoque: 0,632 Se solicita a la convocante aplicar un rango de variación de ±0,4	Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.
62	Objetivos estándar para microscopio 4x	Donde dice: enfoque: 31,5 Se solicita a la convocante aplicar un rango de variación de ± 6	Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.
69	Refractómetro de grados Brix	Donde dice: escala de 0 a 35 % Se solicita a la convocante aplicar un rango de variación de ± 3 %	Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas.

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
VITAM IMPENDERE VERO
CIUDAD UNIVERSITARIA
SAN LORENZO - PARAGUAY

CP Sonia Unzain
Jefe de Dpto. de la UOC