PAC Nº: 278.005.-

NOTA ACLARATORIA N° 01/2015

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 28/2014 "*ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA*"** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

CONSULTA 1

LOTE 4: INERAM

Se puede cotizar Equipo de Gases y Electrolitos con lectura de los siguientes parámetros: pH, PCO2, PO2, SO2%, Na+, K+, Ca++, Mg++, Cl-, Glucose, BUN/Urea, Creatinine, Lactate, Hct, Hb, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tBil.

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 2

Se puede cotizar un Equipo de INMUNOLOGÍA (mínimo 15 ensayos a bordo), considerando que en el panel de determinaciones solicitadas, la gran mayoría, casi en su totalidad corresponde a la QUÍMICA.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 3

Se puede cotizar el ÍTEM 28 – IgE por otro método con Equipo Lavador y Lector de Elisa, ya que no representa mucha la cantidad solicitada.

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 4

Se puede cotizar para el ÍTEM 41: Ácido Fólico, por método ELISA, con Equipo Lavador y Lector de Elisa, ya que no representa mucha la cantidad solicitada

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 5

LOTE No. 1

Ítem 3 al 75: Donde dice: "REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS sin necesidad de Abrirlos." A fin de tener mayor número de oferentes y debido a que un solo oferente posee dicha presentación, lo cual dirige y limita la participación de oferentes.

Solicitamos si podríamos ofertar REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR tal como se solicitaba originalmente en el P.B.C.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 6

LOTE No. 2

Ítem 3 al 67: Donde dice: "REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS sin necesidad de Abrirlos." A fin de tener mayor número de oferentes y debido a que un solo oferente posee dicha presentación, lo cual dirige y limita la participación de oferentes.

Solicitamos si podríamos ofertar REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR tal como se solicitaba originalmente en el P.B.C.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 7

LOTE No. 3

Ítem 3 al 77: Donde dice: "REACTIVOS TODOS LIQUIDOS LISTOS sin necesidad de Abrirlos." A fin de tener mayor número de oferentes y debido a que un solo oferente posee dicha presentación, lo cual dirige y limita la participación de oferentes.

Solicitamos si podríamos ofertar REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR tal como se solicitaba originalmente en el P.B.C.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 8

LOTE No. 4

Ítem 3 al 38: Donde dice: REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR CON DOS EQUIPOS EN COMODATO. Equipo Autoanalizador químico y equipo autoanalizador inmunológico en comodato (2 módulos). Se podría ofertar 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, que cumplan con los requerimientos solicitados en el P.B.C.

RESPUESTA: Sí, se podrá ofertar eventualmente 1 (un) solo equipo integrado, para lo cual, el proveedor deberá tener en cuenta el espacio físico disponible en el servicio beneficiado.-

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones

CONSULTA 9

LOTE No. 5

Ítem al 31: Donde dice: REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR CON DOS EQUIPOS EN COMODATO. Equipo Autoanalizador químico y equipo autoanalizador inmunológico en comodato (2 módulos). Se podría ofertar 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, que cumplan con los requerimientos solicitados en el P.B.C.

RESPUESTA: Sí, se podrá ofertar eventualmente 1 (un) solo equipo integrado, para lo cual, el proveedor deberá tener en cuenta el espacio físico disponible en el servicio beneficiado.-

CONSULTA 10

LOTE No. 6

Ítem 2 al 54: Donde dice: REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR CON DOS EQUIPOS EN COMODATO. Equipo Autoanalizador químico y equipo autoanalizador inmunológico en comodato (2 módulos). Se podría ofertar 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, que cumplan con los requerimientos solicitados en el P.B.C.

RESPUESTA: Sí, se podrá ofertar eventualmente 1 (un) solo equipo integrado, para lo cual, el proveedor deberá tener en cuenta el espacio físico disponible en el servicio beneficiado.-

CONSULTA 11

LOTE No. 7

Ítem 3 al 83: Donde dice: "REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS sin necesidad de Abrirlos." A fin de tener mayor número de oferentes y debido a que un solo oferente posee dicha presentación, lo cual dirige y limita la participación de oferentes.

Solicitamos si podríamos ofertar REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR tal como se solicitaba originalmente en el P.B.C.

Ítem 30: Reactivo para determinación de NT pro BNP. ¿Se podría ofertar reactivo para determinación de BNP?

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 12

LOTE No. 8

Ítem 3 al 79: Donde dice: "REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS sin necesidad de Abrirlos." A fin de tener mayor número de oferentes y debido a que un solo oferente posee dicha presentación, lo cual dirige y limita la participación de oferentes.

Solicitamos si podríamos ofertar REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR tal como se solicitaba originalmente en el P.B.C.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 13

LOTE No. 9

Ítem 3 al 59: Donde dice: REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR CON DOS EQUIPOS EN COMODATO. Equipo Autoanalizador químico y equipo autoanalizador inmunológico en comodato (2 módulos).

Se podría ofertar 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, que cumplan con los requerimientos solicitados en el P.B.C.

RESPUESTA: Sí, se podrá ofertar eventualmente 1 (un) solo equipo integrado, para lo cual, el proveedor deberá tener en cuenta el espacio físico disponible en el servicio beneficiado.-

CONSULTA 14

LOTE No. 11

Ítem 2 al 74: Donde dice: REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR CON DOS EQUIPOS EN COMODATO. Equipo Autoanalizador químico y equipo autoanalizador inmunológico en comodato (2 módulos).

Se podría ofertar 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, que cumplan con los requerimientos solicitados en el P.B.C.

RESPUESTA: Sí, se podrá ofertar eventualmente 1 (un) solo equipo integrado, para lo cual, el proveedor deberá tener en cuenta el espacio físico disponible en el servicio beneficiado.-

CONSULTA 15

LOTE No. 12

Ítem 3 al 88: Donde dice: "REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS sin necesidad de Abrirlos."

A fin de tener mayor número de oferentes y debido a que un solo oferente posee dicha presentación, lo cual dirige y limita la participación de oferentes.

Solicitamos si podríamos ofertar REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR tal como se solicitaba originalmente en el P.B.C.

Ítem 79: Reactivo para determinación de NT pro BNP. ¿Se podría ofertar reactivo para determinación de BNP?

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 16

LOTE No. 13

Ítem 2 al 82: Donde dice: REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR CON DOS EQUIPOS EN COMODATO. Equipo Autoanalizador químico y equipo autoanalizador inmunológico en comodato (2 módulos).

Se podría ofertar 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, que cumplan con los requerimientos solicitados en el P.B.C.

RESPUESTA: Sí, se podrá ofertar eventualmente 1 (un) solo equipo integrado, para lo cual, el proveedor deberá tener en cuenta el espacio físico disponible en el servicio beneficiado.-

CONSULTA 17

LOTE No. 14

Ítem 3 al 62: Donde dice: REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR CON DOS EQUIPOS EN COMODATO. Equipo Autoanalizador químico y equipo autoanalizador inmunológico en comodato (2 módulos).

Se podría ofertar 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, que cumplan con los requerimientos solicitados en el P.B.C.

RESPUESTA: Sí, se podrá ofertar eventualmente 1 (un) solo equipo integrado, para lo cual, el proveedor deberá tener en cuenta el espacio físico disponible en el servicio beneficiado.-

CONSULTA 18

LOTE No. 365

Ítem 3 al 63: Donde dice: "REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS sin necesidad de Abrirlos." A fin de tener mayor número de oferentes y debido a que un solo oferente posee dicha presentación, lo cual dirige y limita la participación de oferentes.

Solicitamos si podríamos ofertar REACTIVOS TODOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR tal como se solicitaba originalmente en el P.B.C.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 19

Lote 145:

Se puede separar el ítem 5 / sensibildad de hongos por fuera del lote dado que es excluyente para una sola compañía? Se puede presentar una oferta de Anaerobios no Corynebaterium en el ítem 4?

Puede el sistema tener más de un método de inoculación? Pueden las unidades de test ser cerradas o abiertas y sellarse por el usuario al momento de procesar? Puede el equipo mantener la incubación a 48 hs en caso de cepas que sean muy inertes desde el punto de vista metabolico en lugar de desecharlas pasado el tiempo usual de incubación de 16-24 hs? Puede la capacidad mínima del equipo ser de 96 muestras? Donde dice concentración inhibitoria media, se refiere a CIM? Pueden estar Identificación y sensibildad integradas en una misma unidad de test?

De otra manera las especificaciones hacen que solo pueda existir una única oferta valida.-

RESPUESTA: El lote 145 corresponde al producto "Glicerol" y dispone de un solo ítem.-

CONSULTA 20

Lote 676:

El equipo puede ser con o sin agregado de reactivos reveladores? El sistema de identificación por código de barras puede ser generado por el mismo software del equipo, impreso y adosado al mismo por el usuario? El test puede ser combo y realizar identificación y sensibilidad un una sola unidad de test?

RESPUESTA: El lote 676 corresponde al producto "Calibrador p/PCR". En las especificaciones técnicas no se solicitan reveladores, ni identificación por códigos de barras como tampoco identificación y sensibilidad.-

CONSULTA 21

Lote 122: Se admite caja de 20 unidades como mínimo?

RESPUESTA: La presentación solicitada es Frasco x 500 g como mínimo.-

CONSULTA 22

Lote 132: Se admite caja de 20 unidades como mínimo?

RESPUESTA: La presentación solicita es Frasco x 100 g como mínimo.-

CONSULTA 23

Lote 53

Dada la falta de importancia médica, se podría en todos los casos excepto ítem 1 (CMV) e ítem 5 (BCR/ABL) obviar la posibilidad de cuantificación, o sea una PCR Tiempo Real pero sin curva estándar?

Se podría ofertar el ítem 1, 2, 3, 4, 6 y 7 en este lote y dejar separado el ítem 5 de BCR/ABL? En el caso del ítem 7 se podría ofertar por separado un kit para detectar Influenza A y otro kit para Influenza B)?

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 24

Lote 648

Se puede ofertar para el ítem 2, Influenza AH3 e Influenza B, kits por separado?

RESPUESTA: Sí, se puede ofertar.-

CONSULTA 25

Lote 649

Se puede ofertar para el ítem (Dengue) kit para PCR Tiempo Real con primers y sondas para los 4 tipos de virus y tipificación posterior con Dengue 3?

Se puede separar el ítem 3 (Hantavirus) de este lote u ofertar kit armado con primers y sondas de acuerdo a bibliografía de refencia mundial?

Se puede ofertar para el ítem 4 kit para Herpes 1 y Kit para herpes 2 en forma separada?

RESPUESTAS: Ítem 1: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Ítem 3: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Ítem 4: Sí, se puede ofertar.-

CONSULTA 26

Lote 651

Se puede ofertar para el ítem 2 (Bordetella pertussis, B parapertussis y B holmessi) kits por separado?

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 27

Lote 652

Se puede ofertar en ítem 1 (E. Coli stx1/stx2) kits por separado para cada toxina?

Se puede ofertar en ítem 2 detección del genero Brucella sin tipificación? en caso de que sea necesaria la tipificación, que especie quisieran tipificar?

Se puede ofertar en ítem 3 detección del genero Leptospira sin tipificación? en caso de que sea necesaria la tipificación, que especie quisieran tipificar?

Se puede ofertar en ítem 4 (Clostridium dificile toxina 1 y 2) kits por separado para cada toxina?

Ítem 5, Clostridium hipervirulento, puede este ítem separarse del lote 652?

RESPUESTAS: Ítem 1: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Ítem 2 e Ítem3: Remitirse a la Adenda N° 17.-
Ítem 4: Sí, se puede ofertar.
Ítem 5: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 28

Lote 653

Ítem 1 Genotipificacion HCV se puede separar del lote 653?

Ítem 2, 3 y 4 (HBV, HCV, CMV) es aceptable una sensibilidad menor a 100 copias por muestra por la técnica de PCR Tiempo Real?

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 29

LOTE 654

Se puede ofertar el screening y genotipificacion de los siguientes tipos de HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68, en células cervicales por PCR convencional más hibridación automatizada. Se respeta los dos equipos solicitados, uno para extracción automatizada a partir de tubo primario, y otro para detección automatizada, y otro para amplificación.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 30

LOTE 655

Se puede ofertar el screening y genotipificacion de los siguientes tipos de HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68, en células cervicales por PCR convencional más hibridación automatizada.

RESPUESTA: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 31

Lote 704

Se puede ofertar Mastermix para PCR Tiempo Real basado en colorantes similares a SYBR Green? Dado que SYBR Green y "Brillant III Ultra Fast Sybr Green QPCR Master Mix" son nombres comerciales y patentados pediriamos que sea posible competir con varias marcas y no limitado a una marca comercial.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 32

Lote 719

Dada la gran diversidad de moléculas marcadoras de ADN, se necesita conocer la molécula a incluir para poder ofertar. ¿Cuál es la/las moléculas a incorporar?

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 33

Lote 363

Dado que el método de Inmuno ensayo de punto final de fluorescencia (ELFA) es específico de una sola marca, sugerimos ampliar ese lote incluyendo el Método de Quimioluminiscencia a fin de tener una mayor participación de oferentes, debido a que la quimioluminscencia es un método popular en equipos totalmente automatizados.

Así mismo sugerimos separar el ítem 9 Toxoplasma IgG de avidez este analito por el Método de Inmuno ensayo de punto final de fluorescencia solo está desarrollada por una sola marca. Así mismo favor diferenciar los acaros que corresponden a los ítems 3 y 4.-

RESPUESTA: El lote 363 dispone de un solo ítem "ANTI TRANSGLUTAMINASA IGA" y se solicita por el método ELISA.-

CONSULTA 34

Lote 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15

En las EETT del Equipo de Química dice: " agitador ultrasónico, se solicita retirar o modificar esa EETT, ya que esa especificación es Exclusiva de una marca.-

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 35

Lote N° 208-1 / 208-2 / 208-3 / 208-4 / 208-5 / 208-6 / 752-1 / 752-2 : Galerías para Identificación bacteriana

Se solicita un vencimiento mínimo de un año. Estos productos, por su naturaleza biológica, no se fabrican con un vencimiento mayor a 7 u 8 meses.

Se solicita que la fecha de caducidad a considerar para la entrega sea el establecido en la Planilla de Datos Garantizados

RESPUESTA: En el Pliego de Bases y Condiciones se establece: VENCIMIENTO:

El vencimiento mínimo de los reactivos e insumos es de 12 (doce) meses al momento de la entrega en los Lugares indicados para la entrega, *si por la naturaleza del mismo o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del artículo deberá ser autorizada por la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud*; además, se deberá presentar Póliza de Seguro por el 100% del monto del producto con identificación del número de Lote; la validez de dicha póliza deberá ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento del artículo a entregar.-

CONSULTA 36

Favor aclarar el Lote N° 210-1, que designa dos productos diferentes.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17. EL LOTE N° 210 – ÍTEM 1 HEMOCULTIVO NEONATAL (Frasco x 10 ml. como mínimo) de la Adenda N° 14 en la Adenda N° 17 se modifica al LOTE N° 995, tanto en la Sección III como en la Sección VI.-

CONSULTA 37

Adenda N° 14/2015, Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC), CGC 14.1 ; 14.2 y 14.3Dice : "El pago del suministro se efectuará con fondos previstos en el Grupo 300-Sub grupo 350, sujetos a la ampliación presupuestaria del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2014 "

Se solicita aclarar si los fondos previstos en el Grupo 300 — Subgrupo 350, pertenecen al año 2014 o 2015.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 17.-

CONSULTA 38

Adenda N° 14/2015, Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC),

CGC 14.1 ; 14.2 Y 14.3, Dice : " Sistema de pago para determinaciones con equipos en comodato: El pago se realizará en base a las determinaciones efectivamente realizadas en los servicios (resultados emitidos), excluyendo de la misma las calibraciones del equipo, controles y repeticiones que correrán por cuenta exclusiva del proveedor adjudicado".

¿Resultados emitidos corresponde a los resultados informados por el Equipo?

RESPUESTA: Resultados emitidos corresponden a resultados entregados al paciente.-

CONSULTA 39

Los Equipos traen normalmente un protocolo de calibraciones recomendado por el fabricante, como asimismo una frecuencia de controles a realizar. Pero, al final, este aspecto queda a criterio del analista que opera el equipo y en este caso los operadores de los equipos serán varios analistas en diferentes turnos, por lo que las calibraciones y controles serán imposibles de padronizar y por ende controlar por el adjudicado.

Se solicita que las calibraciones y controles a considerar sean las recomendadas por el fabricante del equipo.

RESPUESTA: Las calibraciones y frecuencia de controles a realizar serán las recomendadas por el fabricante del equipo.-

CONSULTA 40

Favor aclarar que profesional, autoridad o persona controlará y decidirá que muestras se tienen que repetir, como asimismo, el mecanismo por el cual el adjudicado podrá tener acceso a esta información de tal manera a controlar su autenticidad.

RESPUESTA: El principal responsable de decidir las muestras a repetir es el operador profesional de turno. La cantidad de muestras repetidas serán extraídas del Software de Gestión del Laboratorio instalado por la empresa adjudicada. Si el oferente tuviere alguna duda sobre las repeticiones, el proveedor adjudicado podrá sugerir una reunión con la jefatura del laboratorio y los profesionales operarios a fin de subsanar las dudas que hubiere.-

CONSULTA 41

Se solicita aclarar los siguientes puntos en cuanto a la logística administrativa contemplada para esta modalidad:
Emisión de la Orden de Compra: Habrá una diferencia entre lo efectivamente entregado por el proveedor, mediante remisión y, lo facturado que indudablemente será menor, ¿Cómo se subsana este aspecto en el proceso administrativo de pago que es ejecutado en otros departamentos del M.S.P. y B.S., para evitar atrasos, multas que no corresponden, etc.?

RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 42

Acta de Recepción Final:
Es ampliamente conocido que los Fiscalizadores encargados de controlar las entregas y firmar la recepción correspondiente en el acta de Recepción Final, son profesionales administrativos y no de laboratorio, por lo que se se ciñen estrictamente a los documentos y a lo que está establecido en la Orden de Compra. En este caso, aclarar cuáles son los mecanismos previstos para que lo fiscalizadores tengan un documento que puedan verificar y por lo tanto no poner objeciones en cuanto a la cantidad entregada y la cantidad facturada.

RESPUESTA: Los documentos válidos serán: El Pliego de Bases y Condiciones, Resolución de Adjudicación, Contratos firmados y Orden de compra respectiva.-

CONSULTA 43

Aclarar cuáles son los mecanismos de control establecidos para las deterinaciones extraviadas, descompuestas o mal utilizadas por los analistas. se solicita que el mecanismo sea:

Cantidad de determinaciones entregadas	: AAAA
Menos calibraciones	: BBBB
Menos controles	: CCCC
Menos repeticiones justificadas	: DDDD
Cantidad de determinaciones a facturar	: EEEE

Se solicita que este mecanismo esté en conocimiento de los analistas, el Jefe de Laboratorio, los Fiscalizadores y funcionarios involucrados en el proceso.

RESPUESTA: Para los servicios que solicitan equipos en comodato, el mecanismo para control sobre las determinaciones utilizadas, deberá ser fiscalizada conjuntamente por el representante del oferente y el encargado del servicio beneficiado, de tal manera realizar una buena administración de bienes, beneficiándose tanto el oferente como la convocante.-

CONSULTA 44

Se solicita aclarar quienes serán los responsables de firmar el Acta Final de Recepción de los Bienes.

RESPUESTA: Conforme Resolución SG N°1289/2011, donde se indican las Guías Básicas de Procedimiento, la firma del Acta Final de Recepción de Bienes estará a cargo del Director y/o Administrador, Fiscalizador y Responsable de la recepción de los productos.-

CONSULTA 45

Se solicita la confirmación de que el pago será efectuado dentro de los 60 (sesenta) días de la presentación de la documentación de solicitud de Cobro. Se solicita que se establezca un mecanismo de resarcimiento económico para el adjudicado en caso de que el pago no se efectúe dentro de los 60 (sesenta) días.

RESPUESTA: Favor ajustarse a lo establecido en la CGC 14.5 del Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA 46

Se podría ofertar un equipo con las siguientes características?
Tecnología VCS, impedancia, radiofrecuencia y dispersión laser, tecnología que ofrece mayor sensibilidad, especificidad y eficiencia de cualquier sistema en análisis diferenciales de leucocitos. Incluidos los reticulocitos. Principio de impedancia de eritrocitos y hemoglobina. Conteo por tipificadpo por volumen- impedancia con análisis extendido en el caso de recuento bajo de plaquetas. Identificación para las células anormales, a través de alarmas, alertas (flags);

RESPUESTA: La oferta deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Asunción, 05 de mayo de 2015