San Lorenzo, 05 de setiembre del 2016.-

ADENDA Nº 03

En referencia al Llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 16/2016 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO"– ID Nº 304.689 – Ad Referéndum,** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Lic. Dámaris Ocampo B.*** Dirección: *Ciencias Veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½* Ciudad: *San Lorenzo, Paraguay* Teléfono: *00595-21-509666* Fax: *00595-21-509666* Dirección de correo electrónico: docampo@senacsa.gov.py **La fecha y hora límites para realizar consultas es: *07 DE SETIEMBRE DE 2016, HASTA LAS 09:00 Hs.***

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

1.2. RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem N° 11 - CENTRIFUGA DE MESA

Centrifuga de laboratorio, con la prueba de impactos y cuerpo de plástico con desglose a prueba. Centrifuga de 8x, 15 ml.
Barricas de fibra de vidrio reforzada con poliamida, autoclave, electrónico, bloqueo de la cubierta, regulación de la velocidad, rotación continúa.
Máxima velocidad de rotación: 5500 r/min.
Con temporizador hasta 99 minutos. 230 v.
Dimensiones mínimas 241 x 279 x 279 mm.

OBSERVACION: LOS DEMAS ITEMS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PERMANECEN SIN MODIFICACION.

Atentamente.

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora Operativa de Contrataciones