San Lorenzo, 22 de Noviembre del 2017

Señores
Participantes de la LCO N° 53/2017
"ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA, CIRUGIA Y OTROS – AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA"
Presente

El Departamento de Contrataciones Públicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la ***Aclaración N° 2.***

- ***CONSULTA 1:*** ***ITEM 65 "OXIGENADOR A MEMBRANA CAPILAR"***
  Oxigenador de Membrana microporosa Adulto con recubierta Biocompatible a base de moleculas de heparina y proteinas o mejorados, Reservorio venoso de 4000ml a 5000 ml, con drenaje venoso 1/2" con reservorio de alta transparencia, reservorio de cardiotonia. Oxigenador con salida arterial de 3/8",conector de recirculación1/4",intercambiador de temperatura con entrada y salida 3/8" filtro. Los componentes o insumos deben ser de la misma marca ya que con esto se asegura la integridad y compatibilidad en el circuito extracorporeo y deberán presentarse en paquetes y/o kits acorde a lo solicitado bajo estricta esterilización.

  ITEM 66 "FILTRO PARA BOMBA DE CIRCULACION"
  Filtro Arterial Adulto 40(+/-3)micras con puente de recirculación. Conectores en Y de 3/8" con salida de purga. Recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y proteinas o mejor. Los componente o insumos deben ser de la misma marca ya que con esto se asegura la integridad y compatibilidad en el circuito extracorporeo y deberan presentarse en paquetes y/o kits acorde a lo solicitado bajo estricta esterilizacion.

  ITEM 67 "HEMOCONCENTRADOR"
  Hemoconcentrador de adultos. Con fibras de polisulfona microporosa de 1 a 1,5 mt2 de superficie, con tubos conectores de 1/4" de 45 a 50 cm de longitud con clamp, accesorio 2 conectores para via, con cierre seguro a rosca (tipo luer lock), Los componentes o insumos deben ser de la misma marca ya que con esto se asegura la integridad y compatibilidad en el circuito extracorporeo y deberan presentarse en paquetes y/o kits acordes a lo solicitado, bajo estricta esterilizacion.

  ITEM 68 "TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACOPÓREA"
  Set de tubos de pvc para CEC, Presentación en bandeja esteril con paquete para mesa conteniendo como minimo. Linea arterial de 3/8" 250cm, linea Venosa de 1/2"de 250cm y una linea venosa 3/8 de 250 cm de longitud, tres aspiradores de 1/4 X 1/16 de 300cm, un tubo de 1/4 X 1/16 de 250cm de longitud, de reserva. Con recubierta biocompatible. Debe contener accesorios. 1 Conector de tubo en Y 1/2"-3/8"-3/8", 1 conector Y 3/8"-3/8"-3/8" 1Conector de tubo recto 3/8"con entrada lateral tipo luer lock 1 conector recto ½" con entrada lateral tipo luer lock.1 Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4" 3 llaves de tres pasos, 3 isoladores de presion con prolongador y llave de 3 pasos, 10 cintillos de seguridad. Paquete de Perfusion. 1 tubo de rodillo arterial 1/2" 50 a 60 cm en medio de tubos 3/8" de un lado 100cm y el otro extremo 150cm, 3 tres tubos de 1/4 de 200 a 250 cm en un extremo tubos de 3/8 de 50 a 60 cm para rodillo con conector libre en un extremo 3/8"- 1/4". Todos los tubos con recubierta biocompatible. La bandeja debe ser compatible con maquina de extracorporea de la institucion, lo cual el oferente debera pasar por el dpto de electromedicina para su verificacion. Los componentes debera ser compatible con el equipo de la institucion, lo cual el oferente debera pasar por el dpto de electromedicina para su verificacion. los insumos deben ser de la misma marca ya que con esto se asegura la integridad y compatibilidad en el circuito extracorporeo y deberan presentarse en paquetes y/o kits acorde a lo solicitado bajo estricta esterilización

Se solicitan oxigenadores, filtro arterial hemoconcentrador y tubos de circulación extra corpórea, al haberse publicado la licitación por ítem.
Teniendo en cuenta que es de suma importancia la compatibilidad de los componentes de la Circulación Extracorpórea para evitar interferir en los componentes con lo cual se logran disminuir:

a) Infecciones
b) Accidentes
c) Mal funcionamiento del equipo

Lic. Liz Raquel [illegible]
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas UNA

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal López y
Coronel Cazal
San Lorenzo -

1-Los insumos deben ser de la misma marca? Ítem 65, 66, 67 y 68.
2- De ser así. Se pueden entregar en Pack Cerrado todos los insumos?
3- Las cantidades de hemoconcentrador, filtro arterial, y set de tubos deberían ser la misma que los oxigenadores?

RESPUESTA:
1- Remitirse a la Adenda 2
2- Remitirse a la Adenda 2
3- Remitirse a la Adenda 2

- ***CONSULTA 2:*** ***ITEM 5 "ALAMBRE GUIA BILIAR P/ ENDOSCOPIA DIGESTIVA RECTA"***
  1-Favor aclarar la medida de la guía y si esta se refiere a una de 0,035 "por 260 cm +- 10 cm de largo.

  RESPUESTA:
  1- Remitirse a la Adenda 2

- ***CONSULTA 3:*** ***ITEM 10 "BALON PARA DILATACION BILIAR"***
  1-Favor aclarar si se trata de un balón de dilatación para acalasia ya que la medida solicitada se refiere a uno de estos balones y no biliares.

  RESPUESTA:
  1- Remitirse a la Adenda 2

- ***CONSULTA 4:*** ***ITEM 13 "CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION"***
  1-Favor aclarar la medida de la canastilla y si esta se refiere a 1,5 x 3,5

  RESPUESTA:
  1- Remitirse a la Adenda 2

- ***CONSULTA 5:*** ***ITEM 14 "CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION"***
  1-Favor aclarar la medida de la canastilla y si esta se refiere a 2 x 4.

  RESPUESTA:
  1- Remitirse a la Adenda 2

- ***CONSULTA 6:*** ***ITEM 15 "CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION"***
  1-Favor aclarar la medida de la canastilla y si esta se refiere a 2,5 x 5.

  RESPUESTA:
  1- Remitirse a la Adenda 2

Lic. Liz Rosa Duarte
Dpto. de Contrataciones Públicas
Ciencias Médicas - U.N.A.

- ***CONSULTA 7:*** ***ITEM 16 "CANASTILLA DE EXTRACCION FUSION"***
  1-Favor aclarar la medida de la canastilla y si esta se refiere a 3 x 6.

  RESPUESTA:
  1- Remitirse a la Adenda 2

- ***CONSULTA 8:*** ***ITEM 18 "CATETER DE DILATACION BILIAR"***
  1-Favor aclarar la medida del catéter dilatador y si este se refiere a uno de 10 FR.

  RESPUESTA:
  1- Remitirse a la Adenda 2

- ***CONSULTA 9:*** ***ITEM 19 "CATETER DE DILATACION BILIAR"***
  1-Favor aclarar la medida del catéter dilatador y si este se refiere a uno de 8,5 FR.

  RESPUESTA:
  1- Remitirse a la Adenda 2

- ***CONSULTA 10:*** ***ITEM 31 "DREN ESOFAGICO AUTOEXPANDIBLE"***
  1-Favor aclarar si se solicita parcialmente cubierto o totalmente cubierto, como también aclarar el largo del stent a ofertar y entregar. Y si debe con sistema de liberación controlada (que se pueda recuperar y reposicionar el stend)

  RESPUESTA:
  1- Remitirse a la Adenda 2

- ***CONSULTA 11:*** ***ITEM 32 "ESFINTERÓTOMO ENDOSCOPICO"***
  1-Favor aclarar si se refiere a un esfinteromo de pre corte o tipo aguja.

  RESPUESTA:
  1- Remitirse a la Adenda 2

- ***CONSULTA 12:*** ***ITEM 47 "BOTON PARA GASTRONOMIA PERCUTANEA"***
  1-Se puede cotizar de 24 Fr, +- 0,1 cm

  RESPUESTA:
  1- Ajustarse a lo establecido en el PBC.

Lic. Luis Rafael Duarte
Dpto. de Contrataciones Públicas
Ciencias Médicas - U.N.A.

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal López y
Coronel Cazal
San Lorenzo -

- ***CONSULTA 13:*** ***ITEM 62 al 68***
  1-Se puede presentar solo catálagos y NO muestras, debido al alto costo de estos insumos?

  RESPUESTA:
  1- Ajustarse a lo establecido en la Adenda 1 donde dice:
  (Se podrá suplir las muestras con la presentación de catálogos, manuales técnicos o folletos.)

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarle(s) muy atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal López y
Coronel Cazal
San Lorenzo -