PARAGUAY TODOS Y TODAS

PARAGUAY BICENTENARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/11

"ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

ACLARACION N° 2

Asunción, 3 de noviembre de 2011.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación Publica Nacional N° 34/11 **"ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"**, se realiza la siguiente aclaracion:

Consulta 1 Item 62
No se comprende si se pide introductor "peel away" pelable para electrodo endocavitario, o para electrodo temporario (que por lo general viene kit con el electrodo mismo). Además 10 Fr. es una medida bastante grande de diámetro, la preferencia general es a bajar la misma para que la punción sea más fácil, casi todos los electrodos endocavitarios son de 7, 8 o hasta 9 Fr. Los electrodos temporarios son de 7 Fr. hacia abajo (6, 5).

Respuesta:
Lo solicitado es: Introductor Peel away pelable para electrodo endocavitario.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.