"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011"

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Asunción, 10 de Octubre de 2011

ADDENDA Nº 01/11
LPN Nº 13/11 ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS, PROTESIS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS

1. Donde dice:

220	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Cónicos

Debe decir:

220	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio minimo de 100 X 16 MM	Cónicos

2. Donde dice:

260	42143105-003	Histerometro	

Debe decir:

260	42143105-003	Histerometro	Rigido

3. Donde dice:

268	42292502-001	Martillo quirúrgico	Mazo o martillo quirúrgico, 500gr. Redonda, con mango, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillosa, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, un año de garantía

Debe decir:

268	42292502-001	Martillo quirúrgico	Mazo o martillo quirúrgico, 500gr. Redonda, con mango, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillosa, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, un año de garantía con un rango de +- 50 a 100 gramos

4. Donde dice:

276	42291623-001	Osteotomos	Osteotomo curva 18 mm de acero inoxidable
277	42291623-001	Osteotomos	Osteotomo curva 14 mm de acero inoxidable
278	42291623-001	Osteotomos	Osteotomo recto 18 mm de acero inoxidable
279	42291623-001	Osteotomos	Osteotomo recto 14 mm de acero inoxidable

Debe decir:

276	42291623-001	Osteotomos	Osteotomo curva 18 mm de acero inoxidable como mínimo
277	42291623-001	Osteotomos	Osteotomo curva 14 mm de acero inoxidable como mínimo
278	42291623-001	Osteotomos	Osteotomo recto 18 mm de acero inoxidable como mínimo
279	42291623-001	Osteotomos	Osteotomo recto 14 mm de acero inoxidable como mínimo

5. Donde dice:

313	42291802-032	Pinza CORTA HILO .	DE ACERO DOBLE ACCION 30 CM Acero inoxidable quirurgico, (variación + - 2 cm.) en la medida. Garantía mínima 3 años.

Debe decir:

313	42291802-032	Pinza CORTA HILO .	DE ACERO DOBLE ACCION como mínimo de 23, 5 cm de Acero inoxidable quirurgico o con inserto de carburo de tungsteno, . Garantía mínima 3 años.

6. Donde dice:

375	42142505-001	PORTA AGUJAS DE METAL	Porta aguja de Sarot de 10 cm. en acero quirúrgico sanitario, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillosa, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, un año de garantía.-

Debe decir:

375	42142505-001	PORTA AGUJAS DE METAL	Porta aguja tipo Sarot o DERF de 10 cm como mínimo, en acero quirúrgico sanitario o con inserto de carburo de tungsteno, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillosa, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, un año de garantía.-

7. Donde dice:

376	42142505-001	PORTA AGUJAS DE METAL	Porta aguja de Sarot de 12 cm. en acero quirúrgico sanitario, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillosa, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, un año de garantía.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO Nº 5 COMANDO LOGISTICO * DPTO. de UOC CF Nº 5

Debe decir:

376	42142505-001	PORTA AGUJAS DE METAL	Porta aguja tipo Sarot o Converse de 12 cm. Como mínimo en acero quirúrgico sanitario o con inserto de carburo de tungsteno, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillosa, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, un año de garantía.-

8. Donde dice:

378	42142505-001	PORTA AGUJAS DE METAL	Porta aguja de Sarot de 23 cm. en acero quirúrgico sanitario, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillosa, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, un año de garantía.-

Debe decir:

378	42142505-001	PORTA AGUJAS DE METAL	Porta aguja de Sarot de 23 cm como mínimo. en acero quirúrgico sanitario, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillosa, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, un año de garantía.-

9. Donde dice:

283	42291802-016	Pinza Backaus	DE 14 CM. Acero inoxidable sanitario cm. en la medida.
284	42291802-016	Pinza Backaus	DE 16 CM. Acero inoxidable sanitario cm. en la medida.

Debe decir:

283	42291802-016	Pinza Backaus	DE 14 CM. Acero inoxidable sanitario con una variacion de + - 1cm . en la medida.
284	42291802-016	Pinza Backaus	DE 16 CM. Acero inoxidable sanitario con una variacion de + - 1cm . en la medida.

10. Donde dice:

367	42291802-040	Pinza GUBIA	MEDIANAS ARTICULACION UNICA TRAUMATOLÓGICA Acero inoxidable sanitario, variante +-1 cm. en las medidas.
368	42291802-040	Pinza GUBIA	MEDIANAS DOBLE ARTICULACION TRAUMATOLÓGICA Acero inoxidable sanitario, variante +-1 cm. en las medidas.
369	42291802-040	Pinza GUBIA	PEQUENAS ARTICULACION UNICATRAUMATOLÓGICA Acero inoxidable sanitario, variante +-1 cm. en las medidas.

Debe decir:

367	42291802-040	Pinza GUBIA	MEDIANAS ARTICULACION UNICA TRAUMATOLÓGICA Acero inoxidable sanitario, de 20 cm variante +-1 cm. en las medidas.Con punta Redonda
368	42291802-040	Pinza GUBIA	MEDIANAS DOBLE ARTICULACION TRAUMATOLÓGICA Acero inoxidable sanitario, de 22 cm variante +-1 cm. en las medidas. Con punta Redonda
369	42291802-040	Pinza GUBIA	PEQUENAS ARTICULACION UNICATRAUMATOLÓGICA Acero inoxidable sanitario, de 24 cm variante +-1 cm. en las medidas. Con punta Redonda

10. Donde dice:
Fecha de entrega y apertura de ofertas: 17 de Octubre de 2011 – 09:00

Debe decir:
Fecha de entrega y apertura de ofertas: 18 de Octubre de 2011 – 09:00

Se debe incluir en el Anexo 1 "Documentos que componen la Oferta"

- Constancia de importador de Dispositivos Médicos con Servicio Técnico habilitado, emitido por el Dpto de Establecimientos de Salud y Afines del MSP y BS.
- Certificado de Registro y Habilitación como Importador de Dispositivos Médicos y Osteosíntesis, emitido por el Dpto de Establecimientos de Salud y Afines del MSP y BS.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5 COMANDO LOGÍSTICO
DPTO. de UOC CF Nº 5

CARLOS DANIEL SILVA BENITEZ
Cap. Int. Jefe UOC Nº 5