PAC Nº: 335.826.-

NOTA ACLARATORIA Nº 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2018 "ADQUISICION DE ESPIROMETRO CON PC E IMPRESORA PARA SER CONECTADOS A TELEMEDICINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS" – AD REFERENDUN - PLURIANUAL ID N° 340.659** – LAS SIGUIENTES RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS:

Consulta

Donde dice:

3.Autorización del fabricante:

- Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizado, para comercializar el producto ofertado, inscripta en el registro público de comercio.
- Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o;
- Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante

1) Consulta:

Solicitamos a la convocante la posibilidad de presentar copia autenticada de la Autorización del Fabricante según el formulario N° 4 incluido en la Sección VI . Y en caso de resultar adjudicado presentar la Autorización debidamente inscripta en el Registro Publico de Comercio, Sección Representaciones.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Consulta

Donde dice:
SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS
I. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Parámetros: FVC, FIVC, FIV1, FIV1%, FEV0.5, FEV1. FEV2. FEV3, FEV5, FEV1/FEV6, FEV0.5%, FEV1%. FEV2%, FEV3%, FEV5%, FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF0.2-1.2, FEF25-75. FEF75-85, PIF, FIF50. FEF50/FIF50, FET SVC, ERV. IRV, VT. IC, BF, MV, Tin, Tex, Tin/Tex. O mejor

2) Consulta:

Solicitamos a la convocante modificar este punto con los parámetros: FVC, FIVC, FIVI, FEVO.I. FEVI, FEV2, FEV3, FEVI/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEFO.2-1.2, FEF25-75, FEF75-85, PIF, FET SVC, ERV, fRY, VT, Ie, BF, MV, Tin, Tex. Y asi dar lugar a mas oferentes ya que estos parámetros se usan regularmente para espirometria, los parámetros que figuran en el pliego solo lo cumple la marca Welch Allyn y estaría atentando contra la libre competencia.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Ing. MA. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. Y B.S.

Consulta
Donde dice:
SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS
I. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Módulo Electrónico para PC para CPWS

Consulta
Solicitamos a la convocante eliminar este punto ya que este es un modulo con el que solo cuenta la marca Welch Alyn para asi dar mayor participación a oferentes y fomentar la libre competencia.

RESPUESTA: Las especificaciones hechas por el Programa Nacional de Enfermedades Respiratorias Crónicas, son los parámetros básicos con lo que debe contar cualquier equipo a fin de determinar el tipo de patología pulmonar que adolece al paciente sometido a dicho estudio. Por lo tanto, esas especificaciones básicas no favorecen a ningún tipo de marca comercial.
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Consulta
Donde dice:
SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS
I. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tubos de presión.
4) Consulta:
Solicitamos a la convocante la posibilidad de aceptar tubos de presión y turbinas bidireccionales para asi dar mayor participación a oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Consulta
Donde dice:
SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS
I. ESPECIFICACIONES TECNICAS
4 Transductores de flujo

5) Consulta:
Solicitamos a la convocante la posibilidad de aceptar 4 transductores de flujo o 3 turbinas adicionales para así dar mayor participación a oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Consulta
Donde dice:
SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS
I. ESPECIFICACIONES TECNICAS
01 (Una) Batería recargable c/cargador

6) Consulta:
Solicitamos a la convocante colocar este requerimiento como opcional, ya que los equipos que van conectados a la PC generalmente se alimentan via USB directamente por la PC.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Consulta

Donde dice:
SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS
I. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Boquillas descartables – Repuesto (200 Unidades)

7) Consulta:
Solicitamos a la convocante aclarar qué tipo de boquillas necesitarían, la de cartón o con filtro antibacterial.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Consulta

Donde dice:
SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS
I. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Programa de autochequeo

8) Consulta:
Solicitamos a la convocante modificar este punto como opcional para mayor participación de oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Consulta

1. **En la Especificaciones Técnicas Solicitan Rango de volumen 0-10**
   Consultamos si se podría cotizar equipos de Rango de volumen de 0-8 o mejor

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Consulta

2. **En las Especificaciones Técnicas solicitan Rango de flujo +/- 10 litros**
   Consultamos si se podría cotizar equipos de Rango de flujo 0,1 a +/-16 litros o mejor

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Consulta

3. **Donde solicitan cálculo de edad pulmonar**
   Solicitamos que este parámetro sea opcional, teniendo en cuenta el precio referencial que no se ajusta a lo solicitado.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Ing. Mag. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Consulta

4. En las especificaciones técnicas solicitan los parámetros FEV5, FEV0.5%, FEV2%, FEV3%, FEV5%, FEV6%, FEF0.2-1.2, solicitamos sean opcionales teniendo en cuenta que el precio referencial no se ajusta a lo solicitado.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Consulta

5. Sugerimos agregar software para reto bronquial ya que es una prueba muy útil en aquellos pacientes que presentan síntomas de obstrucción bronquial.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Consulta

6. Sugerimos agregar herramientas para control de calidad de la prueba como ser:
   a. Simulador de pulmón en tiempo real
   b. Instrucciones en tiempo real para ayuda al operador
   c. Línea punteada al alcanzar estabilidad en FRC
   d. Barra de aceptabilidad codificada en colores
   e. Criterios de fin prueba grafica
   f. Registro histórico de datos de calibración con informes específicos según recomendaciones ATS/ERS

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.

Asunción, 12 de Marzo de 2018.-