PAC Nº: 348.199

ADENDA Nº 06

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 60/2018 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

- *Los Plazos se encuentran modificados en el Portal de Información de las Contrataciones Publicas*

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Lote	Ítem	Nombre Genérico	Características Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de Entrega
1	1	SOLUCIÓN CONCENTRADA ACIDA P/HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: A)	Cada 1000 ml deberá contener: Cloruro de Sodio: 210,700 - 214,930 g. Cloruro de Potasio: 2,610 - 5,222 g. Cloruro de Calcio (Dihidratado): 7,710 - 9,000 g. Cloruro de Magnesio (Hexahidratado): 2,667 - 3,558 g. Ácido Acético: 6,300 - 6,311 g. Agua p/inyección C.P.S. 1000 ml. Con o sin Glucosa (Dextrosa) Anhidra (35,00 g.)	litros	Bidón	Bidón de plástico rigidoX5 litros como mínimo
1	2	SOLUCIÓN CONCENTRADA P/HEMODIÁLISIS BICARBONATO (SOLUCIÓN: B)	Cada 1000 ml. Deberá contener: Bicarbonato de Sodio : 84,000 g. Agua p/Inyección c.s.p. : 1000 ml.-	Litros	Bidón	Bidón de plástico rigidoX5 litros como mínimo
2	1	Germicidas líquidos con peróxido de hidrógeno	Peróxido de Hidrogeno 20% a 26%. Acido peracetico 3,5% a 4%. Acido acético 2,7% a 5% cada / 100 mL. Concentración mínima.	Litros	Bidón	Bidón de plástico rigidoX5 litros como mínimo
3	1	Hipoclorito de sodio	Solución	Litros	Bidón	Bidón de plástico rigidoX5 litros como mínimo
4	1	Set de recambio para diálisis peritoneal	Set que incluye: bolsa de recambio - con solución de dextrosa para diálisis peritoneal al 1,5%, de 2litros,con líneas de PVC en "Y" esterilizadas con ETO, minicap y barbijos	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
5	1	Set de recambio para diálisis peritoneal	Set que incluye: bolsa de recambio - con solución de dextrosa para diálisis peritoneal al 2,5%, de 2litros,con líneas de PVC en "Y" esterilizadas con ETO, minicap y barbijos	Unidad	Unidad	Envase estéril individual

Lote	Ítem	Nombre Genérico	Características Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de Entrega
6	1	Set de transferencia para diálisis peritoneal	Set que incluye: bolsa de recambio - con solución de dextrosa para diálisis peritoneal al 4,25%, de 2litros,con líneas de PVC en "Y" esterilizadas con ETO, minicap y barbijos	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
7	1	Conector de titanio	Conector de metal titanio	Unidad	Unidad	envase individual
8	1	línea de transferencia	prolongador conector para DPCA, Conector adaptador/línea de transferencia para diálisis peritoneal crónica ambulatoria, de PVC, descartable	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
9	1	Clamp. rojo	Clamp de plástico, color rojo	Unidad	Unidad	envase individual
10	1	Catéter para diálisis peritoneal	**Adulto.** 100%- silicona , radiopaco, recto, con **doble cuff** multiperforado, extremo distal abierto y redondeado, long: 42 cm. Compatible para técnica Tenckhoff,	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
11	1	Catéter para diálisis peritoneal	**Pediátrico.** 100% silicona radiopaco, recto, con **doble cuff** multiperforado, extremo distal abierto y redondeado, long: **de 38cm +/- 1cm.** Compatible para técnica Tenckhoff,	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
12	1	Aguja para **hemodiálisis**	**16 G -** 1"-1,65mmx25mm - aguja, fistula arteriovenosa o de canulación. de acero inoxidable, punta afilada, con aletas, giratorias-con Clamp de Seguridad, con extensión de 25 cm mínimo,	Unidad	Unidad	Pares Envase estéril individual
13	1	Aguja para **hemodiálisis**	**17 G** – 1,5"-1,65mm x 20 a 25mm - aguja, fistula arteriovenosa o de canulación. de acero inoxidable, punta afilada, con aletas, giratorias-con Clamp de Seguridad, con extensión de 25 cm mínimo,	Unidad	Unidad	Pares Envase estéril individual
14	1	Catéter para hemodiálisis temporal	**14,5 Fr. Siliconado y/o de carbothane.** 16 a 20 cms de longitud de la porción intravascular. Doble vía, con cuff, catéter, guía metálica con punta flexible, trocar introductor de la guía metálica, dilatador, introductor, jeringa de 5 cc. aguja	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
15	1	Catéter para hemodiálisis permanente	**14,5 Fr.** 23cm de la porción Intravascular .Doble vía, Con Conectores Arteriales rojo y Venoso azul. Clamps rojo y azul con cuff, catéter, guía teflonada con punta flexible, aguja para la introducción de la guía, dilatador, introductor pelable válvulado	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
16	1	Catéter para hemodiálisis permanente	**14,5 Fr.** 27cm +/- 1cm. de la porción Intravascular .Doble vía, Con Conectores Arteriales rojo y Venoso azul. Clamps rojo y azul con cuff, catéter, guía teflonada con punta flexible, aguja para la introducción de la guía, dilatador, introductor pelable válvulado	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
17	1	Catéter para hemodiálisis permanente	**12 Fr** x 24 a 25 cm de longitud de la porción intravascular **Adulto, siliconado o de poliuretano**, doble Lumen, Con Conectores Arteriales rojo y Venoso azul. Clamps rojo y azul Con catéter, guía, dilatador introductor y tunelizador, jeringa 5 cc con aguja	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
18	1	Catéter para hemodiálisis permanente	**10 Fr** x 10 cm +/- 1cm de longitud. **Pediátrico. De poliuretano o siliconado**, doble lumen, con conectores	Unidad	Unidad	Envase estéril individual

Lote	Ítem	Nombre Genérico	Características Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de Entrega
			arterial y venoso con catéter, cuff, guía, dilatador, introductor, tunelizador y jeringa 5 cc con aguja.			
19	1	Catéter para hemodiálisis	**6,5 Fr** x 8 cm de longitud. **Pediátrico. De poliuretano**, doble lumen, con conectores arterial y venoso con catéter, cuff, guía, dilatador, introductor y jeringa 5 cc con aguja.	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
20	1	Filtros para sangre	**Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico**. De polisulfona o poliestersulfona, **0.4 a 0.5 m2.** Membrana de Tri-acetato de celulosa con tapa fija y/o con tapas del capilar arteriovenoso.	Unidad	Unidad	Unidad
21	1	Filtros para sangre	**Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico**. De polisulfona o poliestersulfona, **0.7 m2.** Membrana de Tri-acetato de celulosa. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.	Unidad	Unidad	Unidad
22	1	Filtros para sangre	**Pediátrico**. De polisulfona o poliestersulfona, **1.0 a 1.1 m2.** Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.	Unidad	Unidad	Unidad
23	1	Filtros para sangre	**Filtro capilar para hemodiálisis Adulto** de polisulfona o poliestersulfona, **1.3 m2.** Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.	Unidad	Unidad	Unidad
24	1	Filtros para sangre	**Adulto** de polisulfona o poliestersulfona, **1.5 m2.** Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.	Unidad	Unidad	Unidad
25	1	Filtros para sangre	**Filtro capilar para hemodiálisis Adulto** de polisulfona o poliestersulfona, **1.7 a 1.9 m2.** Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.	Unidad	Unidad	Unidad
26	1	Tubuladuras arteriovenosas para hemodiálisis	**Adulto.** 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extensión de 25 cm mínimo, cámara atrapa burbujas con filtrito protector, conexiones a rosca, líneas con clamp. Bureta en línea arterial flexible, macrogotero. (La presencia de bureta en la línea arterial del circuito es opcional)	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
27	1	Conector para catéter de hemodiálisis	Conector para catéteres de hemodiálisis, conector con sistema cerrado para conexión de catéteres venosos para hemodiálisis, deberá tener la posibilidad de tener un alto caudal de flujo igual o superior de 400 ml/min	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
28	1	Jeringa hipodérmicas	10 ml. Plástico, c/ aguja desmontable,21 G x 1 1/2 libre de pirógenos, **con rosca,** embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
29	1	Jeringa de aspiración	20 ml. Plástico, c/ aguja desmontable, 21 g x 1 1/2libre de pirógenos, **con rosca**, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml.	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
30	1	Macrogotero	Equipo macrogotero/venoclisis con macrogotero **sistema cerrado**, sin filtro, longitud mínima de 1,40 mts. con conexión a rosca, inyector lateral libre de látex	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
31	1	Mascarilla quirúrgica	**Tapa boca**. Con filtro, de tres pliegues, sujeción a la oreja con goma elástica -	Unidad	Unidad	Unidad
32	1	Papel para esterilización	Papel 120 x 120 cm. tipo tejido no tejido,	Unidad	Unidad	Caja mínimo x

Lote	Ítem	Nombre Genérico	Características Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de Entrega
			o polipropileno no tejido. Gramaje de 40g / m2. Mínimo. Resistente a líquidos. Para autoclave, Óxido de etileno y Plasma de Peróxido de hidrogeno.			50 unidades
33	1	Guante para reconocimiento/tratamiento	Tamaño **Mediano**, de Látex resistente - caño largo. 240 mm +-5mm irrompible en la prueba de la calza, con polvo absorbente. Con reborde	Unidad	Unidad	Caja x 100 unidades
34	1	Gorro quirúrgico	De tela no tejida. Con goma en los bordes plegable, resistente a fluidos. Descartable.	Unidad	Unidad	Envase x 25 unid mínimo.
35	1	Gasa de Algodón	Hidrófila, de Algodón 100%, Paq.0,90m x 40 m. rectilínea doblada en zigzag. De 16 hebras como mínimo por cm2, absorbente, con terminaciones laterales	Unidad	Unidad	Paq.x40metros
36	1	Cinta adhesiva	Cinta adhesiva quirúrgica hipoalergénica. 5 cm. x 4,5 m .mínimo.	Unidad	Unidad	cinta x4,5mtrs mínimo
37	1	Bolsa de papel con indicador químico.	Bolsa de papel para envoltorio de esterilización, por **autoclave** grado médico. Gramaje de 40 gr/m2 como mínimo, **30 x 12 x 61cm,** el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm. (+ - 5).	Unidad	Unidad	Caja mínimo x100 unidades
38	1	Bolsa de papel con indicador químico.	Bolsa de papel para envoltorio de esterilización por **autoclave,** grado médico. Gramaje de 40 gr/m2 como mínimo, 11 x 3 x 19 cm. El ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm.	Unidad	Unidad	Caja mínimo x100 unidades
39	1	Batas para quirófano	Tamaño **Mediano,** Confeccionada en tela no tejida, tipo SMS descartable, material refractario con cierre magnético .Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm. de ancho, Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMS. Barrera bacteriana de 90% como mínimo.	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
40	1	Batas para quirófano	Tamaño **Grande,** Confeccionada en tela no tejida, tipo SMS descartable, material refractario con cierre magnético. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm. de ancho, Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMS. Barrera bacteriana de 90% como mínimo.	Unidad	Unidad	Envase estéril individual
41	1	Indicadores para proceso de esterilización	Cinta indicadora **externa** para control del proceso de esterilidad - **Autoclave**, autoadhesivas, papel semi crepado, para 121 ° C. con viraje de color.	Unidad	Unidad	rollox5metros como mínimo

Obs:

- ***Se aclara que para el Lote N° 17, lo solicitado es Catéter tunelizado permanente con cuff.***

- *La planilla se encuentra modificada en el SICP.*

Asunción, 02 de julio de 2018.