FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – UNA

San Lorenzo, 12 de agosto de 2019

Señores
Participantes de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 16/19 "ADQUISICION DE DESCARTABLES, REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FCM" ID Nº 367.156.

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Aclaración Nº: 2.

CONSULTA 1:
Ítem 9: Hilo para sutura poliamida: Se puede cotizar con aguja de 6,5mm espatulada?
RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda Nº 3, se deja sin efecto dicho ítem.
CONSULTA 2:
Sobre transductor de presión ITEM 20, dice PBC
Traductor de presión arterial.
Kit completo de presión descartable ,con dispositivo de lavado integrado y llave compuesta a cero, tubo de presión y juego de administración IV, adaptable a todos los monitores con cable conexión de toma redonda.
Solicitamos a la convocante si puede aclarar.
1- Que monitor, y que código o características tiene, marca y código, para poder verificar cual transductor es compatible.
2- Favor indicar si el transductor que desea la convocante, es de único canal o doble. Ya que el canal puede ser único o doble.
RESPUESTA:
1- Remitirse a la Adenda Nº 3.
2- Remitirse a la Adenda Nº 3, ya que es más largo y da oportunidad a conectar a cualquier parte del cuerpo.
CONSULTA 3:
1- Para el Ítem 33: Tapa Boca
Presentación: Si podrían ser caja x 50 unidades?
2- Para el Ítem 117: Lamina portaobjeto
Medidas: Si podrían ser de 76 x 26 mm
Si podrían ser caja x 100 unidades
3- Para el Ítem 118: Lamina cubreobjeto
Medidas: Si podrían ser de 24 x 32 mm
Presentación: Si podrían ser caja x 100 unidades.
RESPUESTA:
1- Remitirse a la Adenda Nº 3, se deja sin efecto dicho ítem.
2- Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
3- Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
CONSULTA 4:
En la Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, Ítem Nº 20 la convocante solicita:
Ítem N° 20 Nombre Genérico Traductor de presión arterial
Características Kit completo de presión descartable ,con dispositivo de lavado integrado y llave compuesta a cero, tubo de presión y juego de administración IV, adaptable a todos los monitores con cable conexión de toma redonda.
Con respecto a lo solicitado en las características del Ítem 20, solicitamos a la convocante que aclare o detalle los modelos de monitores con los cuales cuenta actualmente la Institución, a fin de proveer los cables correspondientes a cada modelo de monitor, ya que como es sabido cada marca de monitor cuenta con un cable exclusivo para su uso.
RESPUESTA:
Remitirse a la Adenda Nº 3.
CONSULTA 5:

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay

LRD/jaa

1- ITEM 121 Pipetas volumétricas PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML. APROXIMADAMENTE
Favor indicar si las pipetas que precisan son volumétricas aforadas o serológicas graduadas, ya que en la descripción del bien dice pipetas volumétricas y en las especificaciones técnicas pipetas graduadas.
2- ITEM 33 Tapa Boca Tapa Boca con goma 3 ply
Favor aclarar la cantidad que están solicitando, porque en la presentación solicitan caja x 100 unidades y en las especificaciones no dice por cuánto? Y el precio referencial esta por unidad. Necesitan 160 unidades o 160 cajas x 100 unidades?
3- ITEM 124 Propipeta PROPIPETA O PERITA DE GOMA ANARANJADA
Favor aclarar la cantidad que están solicitando, porque en la presentación solicitan bolsa x 100 unidades y en las especificaciones no dice por cuánto? Y el precio referencia] está por unidad. Necesitan 1 unidad o 1 bolsa x 100 unidades?

RESPUESTA:

1- Remitirse a la Adenda Nº 3.
2- Remitirse a la Adenda Nº 3, se deja sin efecto dicho ítem
3- Remitirse a la Adenda Nº 3.

CONSULTA 6:

1- Ítem N ° 10 Jeringa desechable con aguja
Donde dice: Jeringa de 50 ml OPS libre de látex, conexión con mecanismo de seguridad para evitar la desconexión accidental del embolo, con línea de conexión de 150 cm a ser utilizados con la jeringa, libre de PVC, DEHP y LATEX. Con 10 equipos en comodato características: Bombas de infusión a jeringa con software TCI y PCA, librería de drogas hasta 720 nombres. Exactitud al 2%, pero máximo 2kg.
Se consulta: Sugerimos a la convocante que además se incluya lo siguiente: "Con un rango de flujo de 0,1 a 999,9 ml/h con incrementos de 0,01 a 1 ml/h". Considerando que dichas bombas se utilizan en servicios como anestesia y pediatría donde la precisión de la infusión es de vital importancia.
2- Ítem N ° 10 Jeringa desechable con aguja
Donde dice: Jeringa de 50 ml OPS libre de látex, conexión con mecanismo de seguridad para evitar la desconexión accidental del embolo, con línea de conexión de 150 cm a ser utilizados con la jeringa, libre de PVC, DEHP y LATEX. Con 10 equipos en comodato características: Bombas de infusión a jeringa con software TCI y PCA, librería de drogas hasta 720 nombres. Exactitud al 2%, pero máximo 2kg.
Se consulta: Solicitamos aclarar el plazo del contrato de comodato. Teniendo en cuenta la cantidad de sets de infusión (jeringa + líneas de extensión) requeridas, sugerimos un plazo de 10 meses, considerando 8 sets mensuales por cada bomba.
3- Ítem N ° 14 Set para bomba de infusión
Donde dice: Set de bombas de infusión para administración parenteral de soluciones con 40 equipos en comodato. Las bombas deben ser volumétricas, con uno o más sistema de operación modular, para infundir alimentación parenteral y/o fármacos en forma precisa sin presionar completamente el tubo. ANEXO EETT EQUIPO
Se consulta: Solicitamos aclarar el plazo del contrato de comodato. Teniendo en cuenta la cantidad de sets de infusión requeridas, sugerimos un plazo de 10 meses, considerando 11 sets mensuales por cada bomba.
4- Ítem N ° 14 —Especificaciones Técnicas para Equipos en Comodato —Bombas Volumétricas
Ítem 14 —Especificaciones Técnicas para Equipos en Comodato —Bombas Volumétricas.
Se solicita en comodato 40 equipos en comodato. Estas Bombas deben poseer pantallas LCD full color y guía visual para instalación de equipo de infusión en lenguaje español, además deben incluir software de seguridad para prevenir errores en la administración de alimentación parenteral y/o fármacos en forma continua y precisa sin presionar completamente el tubo. Los modos de dosis ml/h, ug/kg/min, mg/kg/h, además debe poseer librería de drogas a ser personalizada de acuerdo al requerimiento de cada servicio. Poseer un rango de configuración de tasa de volumen administrado de 0,01 a 9999,00 ml. Deben ser de fácil y rápida programación. Poseer alarmas de oclusión superior / inferior, alarma de aire en línea, alarma de flujo libre, alarma de interrupción de conexión, historial de eventos diarios, capaz de seleccionar la unidad de volumen administrado. Fuente de alimentación incorporada al equipo, sin necesidad de cargadores externos, capacidad para interconexión de hasta 9 bombas apiladas y alimentadas por un solo cable de alimentación. Protección estándar internacional grado IP22, contra penetración de cuerpos extraños y resistencia al agua.

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/jaa

Se consulta:
Están requiriendo una capacidad de interconexión de hasta 9 bombas apiladas; y específicamente esta característica la cumplen solo algunas marcas, limitando la participación de un mayor número de oferentes y en directa violación al Art. 4 inc. b) de la Ley 2051/03. En dicho punto solicitamos cambiar a "capacidad de interconexión de hasta 8 bombas apiladas" considerando que en la mayoría de los casos por practicidad y seguridad se llegan a apilar hasta 4 bombas.
En las EETT de las bombas de infusión volumétricas del ítem 14 sugerimos incluir el requerimiento de que el equipo tenga la "posibilidad de trabajar con un módulo de monitoreo y control de glucosa, con algoritmo para el cálculo de dosis de insulina." Esta característica permitirá la posibilidad de evaluar el nivel de glucosa principalmente en aquellos pacientes con una terapia especial de alimentación, potenciando la efectividad de la medicación infundida durante el tratamiento.
5- Ítems N° 159 - 160 Guantes de Procedimientos
Donde solicitan:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad
159	42132203-001	Guante de procedimiento	20
160	42132203-001	Guante de procedimiento	35

Se consulta: Favor aclarar si las cantidades solicitadas se refiere a unidades o cajas x 100 unidades.
RESPUESTA:
1- Remitirse a la Adenda Nº 3.
2- Remitirse a la Adenda Nº 3.
3- Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
4- Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
5- Se aclara, para el ítem 159, que la cantidad es de 20 cajas x 100 unidades, y para el ítem 160, que la cantidad es de 35 cajas x 100 unidades.

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

LIC. RAQUEL DUARTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -
Paraguay

LRD/jaa