Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 5692000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 39/2015
"ADQUISICION DE INSTRUMENTALES E INSUMOS DE LABORATORIO"
ACLARACION Nº 1

Por la presente se aclara a todos los potenciales oferentes referente a la consulta de la presente Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 39/2015 "ADQUISICION DE INSTRUMENTALES E INSUMOS DE LABORATORIO".

Consulta No. 1

Solicitamos nos aclaren si el rango de temperatura (0 a 300ºC), es correcto ya que la esterilización en autoclave se realiza de 120 a 140ºC normalmente.

Respuesta No. 1

- El tamaño requerido de cada malla esta definido por el número de tamiz y la cantidad esta bien claro en el PBC.
- Nos mantenemos en el rango de temperatura indicado en el PBC para el medidor digital de PH.
- Nosotros no realizamos esterilización de equipos en el autoclave, por lo tanto nos mantenemos con el rango de temperatura para el equipo en cuestión.

P/A

Abog. César Mallorquín Ávila
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

26/05/15