San Lorenzo, 22 de abril del 2015.-

ACLARACION N° 2

En referencia al Llamado con ID Nº **287.759**, **Licitación Pública Nacional Nº 02/2015 "ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y DE LABORATORIO"**, con el objeto de responder las siguientes consultas:

CONSULTAS REALIZADAS POR OFERENTES, CON SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS

CONSULTAS:

1. Ítem 241

Favor notar que en la Adenda N° 3 no coincide la Denominación del Producto indicado en las Especificaciones Técnicas con la Lista de Precios modificada. Indicar cuál es la correcta.

RESPUESTA: Verificar Adenda N° 4.

2. Ítem 640

Pide filtro redondo, pero no indica diámetro, favor indicar diámetro necesario.

RESPUESTA: Verificar Adenda N° 4.

3. Ítem 728

Se solicita disco de papel de filtro cualitativo 150 mm ø x 40 ashless, favor indicar a que se refiere el número 40 y el grado de filtración, rápido, medio o lento, en caso de ser necesario.
Es correcto cualitativo "ashless"?.

RESPUESTA: Verificar Adenda N° 4.

4. Ítem 522

Se pueden ofertan bolsas rojas autoclavables hasta 138°C que cumplan con los requerimientos solicitados? A qué se refiere cuando dice que el material debe ser "polipropileno con 2mil de espesor", 2mil que serían?

RESPUESTA: Verificar Adenda N° 4. En cuanto a las características del producto favor ajustarse a las Especificaciones técnicas solicitadas. La especificación del espesor 2mil, se refiere al calibre o "grosor" de la bolsa, característica que se mide en mils o milésima de pulgada.

5. Ítem 539

Se puede cotizar sin obturador, si el cierre es hermético?

RESPUESTA: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. Ítem 617

En la denominación del producto dice que es un "cepillo para tubos de 10 mm ø", pero luego pide que el cepillo tenga 3.5 cm de diámetro, es correcto eso?

RESPUESTA: La indicación del diámetro del tubo es orientativo, la dimensión del cepillo debe ajustarse a las medidas indicadas en el PBC.

7. Ítems 659 – 660 y 661

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

En la Denominación del producto, de cada uno de los códigos, hace referencia a "Frasco modelo Falcon" y es la especificación se solicita que sean de polipropileno, favor rever si no sería de poliestireno, porque los frascos para cultivo celular del tipo Falcon solicitado, son de poliestireno..

RESPUESTA: Verificar Adenda N° 4.

Atentamente.

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863