

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Policia Nacional / Ministerio del Interior
Policia Nacional**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS
DISTINTOS SERVICIOS HCPRC- ADREFERENDUM**
(versión 1)

ID de Licitación:

451675



Modalidad:

Licitación pública nacional

Publicado el:

31/07/2024

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."
Versión 2*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	451675	Nombre de la Licitación:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS HCPRC- ADREFERENDUM
Convocante:	Policia Nacional / Ministerio del Interior	Categoría:	42000000 - Equipos Accesorios y Suministros Medicos
Unidad de Contratación:	Policia Nacional	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación pública nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Módulo de Consultas del SICP	Fecha Límite de Consultas:	09/08/2024 15:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	El Paraguay Independiente 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción	Fecha de Entrega de Ofertas:	19/08/2024 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	El Paraguay Independiente 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción	Fecha de Apertura de Ofertas:	19/08/2024 09:10

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	ítem	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Hasta cumplimiento total de obligaciones		

Datos del Contacto

Nombre:	IGNACIA BRITEZ DE MORENO	Cargo:	JEFA INTERINA
Teléfono:	021442200	Correo Electrónico:	uoc.policia@gmail.com

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
 - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
 - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
 - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
 - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
 - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1 Firmar el contrato,
 - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

- a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una

autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

Se requerirá Autorización del Fabricante, o Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. Sí Aplica para todos los ítems.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la comunicación del rechazo

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

Garantía de 2 (dos) años como mínimo, para los ítems 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17.

Garantía de 1 (un) año como mínimo, para los ítems 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte,

almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

Desglose de precio del Item N°
Precio de la Oferta (IVA Incluido)
IVA
DESGLOSE DEL COSTO
Precio s/ IVA
Costo de producción: Gastos por importación / arancel
aduanero, etc.
Gastos Administrativos: Salario del Personal, carga
social, etc.
Gastos de Distribución y comercialización: flete,
papelería, etc.
Otros Gastos:
Impuestos:
Ganancia:

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de

consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

- i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
- i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. Para contribuyente de IRACIS.

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: Para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL, IRPC/IRE SIMPLE, IRP e IVA GENERAL. AÑOS 2020, 2021, 2022.-

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

1- Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL: Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2020, 2021, 2022).-

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 últimos años, no deberá ser negativo.

2- Para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE: Deberá cumplir el siguiente parámetro.

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2020, 2021, 2022.

3- Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP, Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2020, 2021, 2022.

4- Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los últimos (36) treinta y seis meses.

Para los consorcios: todos los integrantes deberán cumplir los índices financieros solicitados.

Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

- | |
|---|
| 1. Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL |
| 2. Presentación del Formulario N° 501 años 2020, 2021 y 2022 para los contribuyentes IRPC/IRE/IRE SIMPLE.- |
| 3. Presentación del Formulario N° 515 años 2020, 2021 y 2022 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.- |
| 4. Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 36 treinta y seis últimos meses. |

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Existencia Legal de por lo menos 3 (tres) años de antigüedad, que será comprobada desde la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyente.
2. Demostrar haber suministrado satisfactoriamente bienes (equipos médicos) para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2021, 2022 y 2023) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total ofertado.

Obs.: Bienes similares se refiere a los descritos en las EETT.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

- Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente emitida por la SET.
Patente comercial vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.
- Copia de facturaciones y/o contratos con sus recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- El oferente deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados.
- Los equipos ofertados deberán cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.
- Los equipos deberán tener Garantía escrita:

c.1. 2 (dos) años como mínimo para los ítems N° 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17. Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas del PBC.

c.2. 1(un) año como mínimo para los ítems N° 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20. Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas del PBC.

- La empresa adjudicada deberá tener capacidad de proveer en tiempo y forma los bienes ofertados en caso de ser adjudicado.
- Los equipos ofertados deben ser nuevos y no remanufacturados, con año de fabricación menor a un año.
- El oferente deberá contar con Habilitación vigente o Constancia de renovación de apertura, como Fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante y Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- Los equipos ofertados deberán haber sido elaboradas conforme a estándares de calidad FDA, CE, ISO, TUV, UL, Normas del MERCOSUR (Al menos dos de ellas).
- El oferente debe contar con personal especializado para brindar capacitación correspondiente sin costo para la convocante, en tiempo convenido con la institución y el plantel de profesionales del área.
- Los bienes ofertados deberán contar con Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

- En el caso de representante o distribuidor, presentar una carta del fabricante del producto, debidamente membretada y firmada por una autoridad del mismo, deberán estar en idioma castellano o en su caso traducido por traductor público matriculado.
- Presentar catálogos de los equipos ofertados, en idioma español acompañados de las Especificaciones Técnicas donde describe cada artículo ofertado a fin de demostrar el cumplimiento de lo solicitado (agregar dirección de la página web del fabricante). El oferente deberá preparar sus Especificaciones Técnicas acorde al producto ofertado. Planilla de Datos Garantizados debidamente completada y firmada.
- Declaración Jurada donde conste la garantía del bien ofertado que incluye provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos por el periodo requerido como mínimo.
- Declaración Jurada manifestando su Capacidad de proveer en tiempo y forma los bienes ofertados en caso de ser adjudicado.
- Declaración Jurada emitida por el oferente, de que el equipo ofertado es nuevo y no re manufacturado, con año de fabricación menor a un año.
- Copia de la Habilitación vigente o Constancia de renovación de apertura, como Fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante y Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).
- Certificaciones según lo requerido en las Especificaciones Técnicas. (Copia Simple).
- Listado del Personal Técnico en reparación de equipos médicos (mínimo 1 un técnico) acompañado de sus certificados, copia de C.I. vigente de cada personal propuesto, a fin de brindar capacitación técnica sobre el uso, precauciones y mantenimiento del equipo al personal médico.
- Copia simple del Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el

contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

-

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.

Nombre de los Solicitantes y el Cargo		Dependencia
GRACIELA MEDINA INSFRAN Comisario General Director. Directora Gral. - Dirección Gral. Sanidad.	NORMA ARGÜELLO DE RAMIREZ Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador	Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial-Dirección General Sanidad Policial

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la Adquisición de Equipos Médicos varios, es a fin de cubrir las carencias de los distintos Servicios de nuestro nosocomio, y puedan llevar adelante sus diferentes tareas con eficiencia en servicio de todos los asegurados del hospital.

Justificar la planificación. (Si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal)

Se trata de un llamado periódico por el término de un año.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas (Debe coincidir con el Dictamen Técnico).

El Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, ante la necesidad de contar con Equipos médicos, necesarios en los diversos servicios de nuestro nosocomio, ha realizado un estudio minucioso de los bienes esenciales necesarios para una atención adecuada, teniendo en cuenta que a este nosocomio acuden muchos pacientes.

Las Especificaciones Técnicas definidas para la Adquisición equipos médicos, han sido elaboradas en base a las necesidades actuales del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, asegurando al Estado Paraguayo una compra basada en los principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, y que cumplan con las exigencias de los asegurados de nuestro hospital.

Y atendiendo, a que las convocantes deberán contar con los estudios previos, especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación
1	Aspirador de secreción	13	Unidad	Unidad
2	Tubo de Oxigeno	2	Unidad	Unidad
3	Bandeja de acero para instrumentales	3	Unidad	Unidad
4	Caja de curacion	3	Unidad	kit-Juego
5	Cama eléctrica para paciente	17	Unidad	Unidad
6	Camilla ginecologica	4	Unidad	Unidad
7	Carro de Paro	2	Unidad	Unidad
8	Chaleco plomado con collarin	9	Unidad	Unidad
9	Desfibrilador	1	Unidad	Unidad
10	Electrocardiografo	1	Unidad	Unidad
11	Lampara de exploracion	2	Unidad	Unidad
12	Laringoscopio - Set	3	Unidad	kit-Juego

13	Mesa para procedimientos	2	Unidad	Unidad
14	Mesa de Instrumental	2	Unidad	Unidad
15	Microscopio binocular	3	Unidad	Unidad
16	Monitor multiparametrico	2	Unidad	Unidad
17	Set de Equipos odontologicos	6	Unidad	kit-Juego
18	Sillon para Hidratacion	14	Unidad	Unidad
19	Oximetro de pulso	3	Unidad	Unidad
20	Porta suero	60	Unidad	Unidad

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales . Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS				
ITEM 1: Aspirador de secreción portátil				
Especificaciones Técnicas				
Item	Orden	Descripción		
	1	Datos Generales		
	1.1	Aspirador de Secreciones Portátil		
	1.2	Marca:		
	1.3	Modelo:		
	1.4	Origen:		
	1.5	Direccion Web del Fabricante:		
	1.6	Normas de calidad especificas: CE, FDA, y/o Mercosur al menos una de ellas		
		Características Técnicas	Cumple	Parámetros Folio
		Bomba de vacío sin aceite.		
		Vacío máximo no inferior a 58 cmHg		
		Regulación mecánica del vacío,		

Capacidad máxima de succión no inferior a 34 L/min.

1 Tarro de cristal recolector de 2 litros de capacidad.

Deberá contar con sistema de seguridad antidesborde automático del tarro de cristal recolector que evite el ingreso de líquido a la bomba.

Filtro y válvula de desbordamiento incorporados para evitar la contaminación cruzada (por ejemplo, material irrompible, sistema de protección contra desbordamiento).

Filtro y válvulas de desbordamiento descartables.

Control del equipo: interruptor de encendido/apagado manual.

Línea aérea a bomba para incorporar filtro bacteriano.

El tubo que llega al paciente debe tener una longitud mínima de 1,5 m y no plegable.

Piezas libres de mantenimiento y almacenamiento especial.

La bomba se puede desmontar por completo y es fácil de limpiar, desinfectar y esterilizar.

Nivel sonoro no superior a 65 dBA.

Deberá contar con un sistema integrado de soporte para cánulas/tubos.

Protocolo de mantenimiento de engrase/lubricación para el personal sanitario.

Garantía escrita de 12 meses como mínimo, con servicio técnico ante cualquier falla de fabricación, contando a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.

ITEM 2: Tubo de Oxígeno

PROVISIÓN DE CILINDRO DE OXIGENO DE TRANSPORTE ROSCA CGA 540

Cilindro de aluminio

Calidad certificada, el cilindro debe cumplir con las normas de calidad, 13.845; ASTM-G175, DOT-3AL Y TC-3ALM, (al menos uno de ellos). Tipo de rosca CGA 540 capacidad: 3 m3

Con su transportador. Garantía escrita por 1 año.

ITEM 3: Bandeja de acero para instrumentales

Construcción según normas. Calidad internacional: ISO 13485, CE, FDA, JIS (al menos uno de ellos). Desde acero inoxidable sanitario. Medidas: 38 cm x 25 cm. (+ 2cm de variación). Garantía escrita por 1 año.

ITEM 4: Caja de curación

Especificaciones Técnicas				
Item	Orden	Descripción		
	1	Datos Generales		
	1.1	Caja de Curación		
	1.2	Marca:		
	1.3	Modelo:		
	1.4	Origen:		
	1.5	Direccion Web del Fabricante:		
	1.6	Normas de calidad específicas: CE, FDA vigente al menos uno de ellos		
	1.7	Normas de Calidad Generales: ISO 13485 vigente		
		Características Técnicas	Cumple	Parámetros Folio
		1 Tijera Mayo recta 14cm		
		1 Tijera Mayo curva 14cm		
		1 Pinza Anatómica c/ diente 14cm		
		1 Pinza Anatómica s/ diente 14cm		
		1 Pinza Hemostática crille curva 14cm		
		1 Pinza Hemostática crille recta 14cm		

1 Tijera Littauers-spencer 14cm

Caja de Acero Inoxidable con medidas acorde a los instrumentales solicitados.

Garantía escrita de 12 meses como mínimo

ITEM 5: Cama eléctrica para paciente

1 Datos Generales

- 1.1 Descripción general:
Cama de internación eléctrica de 5 movimientos para cuidados críticos.

2 Datos proveídos por el oferente

2.1 Marca:

2.2 Modelo:

2.3 Origen:

2.4 Dirección Web del fabricante:

-

3 Normativas

Cumple

Parámetros

Folio

- 3.1 Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE o JIS (al menos uno de ellos)

4 Características

- 4.1 Estructura metálica en acero con tratamiento en pintura epóxi-poliéster horneada anticorrosiva y antiestática.
- 4.2 Capacidad de soporte de peso de 250 kg como mínimo.
- 4.3 Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores.
Longitud máxima 225 cm.
Ancho máximo 100 cm.

- 4.4 Dimensiones de la superficie para el paciente.
Longitud mínima 190 cm.
Ancho mínimo 80 cm.
- 4.5 Capacidad de ampliar el largo total del lecho de forma manual mínimo 20 cm.
- 4.6 Barandas de cabecera y piecera desmontables.
- 4.7 4 (cuatro) ruedas de 10 cm de diámetro como mínimo, con frenos a pedal, para posición con movimientos unidireccionales y para movimientos en todas las direcciones.
- 4.8 Capacidad de colocación de porta sueros en todas las esquinas de la cama.
- 4.9 Ganchos para bolsas de drenaje en ambos lados de la cama.
- 4.10 Sistema de protección y guía rotatoria anti-golpes en las 4 esquinas de la cama
- 4.10 2 (dos) controles eléctricos desmontables de la cama. Uno para control del paciente y el otro control para el personal médico del hospital, como mínimo. Ambos desmontables con cable.
- 4.11 2 (dos) controles de movimientos manuales de backup del lado de la piecera de la cama como eberá.

5 Posiciones

- 5.1 Altura ajustable eléctricamente (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón).
Altura mínima 50 cm o menos.
Altura máxima 80 cm o más.
- 5.2 Elevación eléctrica de la sección de espalda.
Rango de 0° a 75° como mínimo.
- 5.3 Movimiento eléctrico de Trendelemburg y de Trendelemburg Inversa de 0 12° como mínimo.
- 5.4 Sección de ajuste de rodilla eléctrico con Rango de 0 a 35° como mínimo.

6 Características de funcionamiento mínimo

- 6.1 Panel de control de enfermería
- 6.2 Función de bloqueo de enfermera
- 6.3 Sistema RCP eléctrica
- 6.4 Posición Cardíaca
- 6.5 Trendelenburg con un botón
- 6.6 Doble sistema de pedal para frenado central

7 Colchón

- 7.1 Colchón de espuma de poliuretano de la misma marca de la cama, el oferente deberá presentar un certificado que los colchones son de la misma marca de la cama ofertada y un Certificado de la Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1
- 7.2 El colchón deberá ser articulado de acuerdo a la forma y tamaño de la cama.
- 7.3 Antihongo, antimicrobiano activo y pasivo, recubrimiento de material lavable e impermeable.
- 7.4 Sistema de fijación del colchón que evite desplazamientos.
- 7.5 Espesor mínimo de 12 cm. +/- 3cm.
- 7.6 Un colchón por cada cama.

8 Otros requerimientos

- 8.1 01 (un) Porta suero regulable de altura variable para soluciones intravenosas.
- 8.2 01 (un) Porta nombre identificatorio de paciente en la piecera de la cama.
- 8.3 Alimentación eléctrica: 220V CA $\pm 10\%$ / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).

8.4 Con Garantía de 2 (dos) años como mínimo, que incluya mantenimiento preventivo y correctivo.

8.5 Incluye instalación y puesta en marcha.

ITEM 6: Camilla ginecologica

Camilla ginecologica				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción general: Equipo diseñado para proveer un soporte al cuerpo del paciente durante procedimientos de parto.			
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente.			
3.2	Norma de calidad generales: ISO13485. Dicho documento debe estar vigente y apostillado.			
4	Características			
4.1	Estructura o chasis de acero inoxidable 304 o superior.			
4.2	Colchón de espuma de poliuretano, impermeable y sin costuras.			
4.3	Dividida en al menos tres secciones (respaldo con cabecera, sentadera y sección piernas).			

4.4	Soporte para miembros inferiores retractil y removible.			
4.5	Freno a pedal.			
4.6	Todos los movimientos controlados por un control remoto de mano y otro control a pedal. Pueden ser alámbrico o inalámbricos.			
4.7	Con estribo para esfuerzo en ambos lados de cama, plegables hasta la posición horizontal.			
4.8	Equipado con bote de residuos de acero inoxidable.			
4.9	Con control de movimientos electricos.			
5	Movimientos y dimensiones			
5.1	Altura ajustable con movimientos electricos de 70 cm o menor a 92 cm o mayor.			
5.2	Largo de mesa 195 cm como mínimo con extensor auxiliar retractil.			
5.3	Ancho de mesa en el rango de 65 cm como mínimo.			
5.4	Placa del asiento plegable hacia arriba de al menos 20°.			
5.5	Placa del asiento plegable hacia abajo de al menos 8°.			
5.6	Placa del respaldo plegable hacia arriba de al menos 45°.			
5.7	Placa del respaldo plegable hacia abajo de al menos 10°.			
5.8	Sistema de frenos total de la mesa.			
5.9	Angulación vertical de la sección piernas: de 0 a 90° o mayor. Los soportes de piernas deberán ser desmontables para el parto.			
6	Accesorios			

6.1	Dos (02) soportes para brazos. Con sujetadores al menos 4.			
6.2	Un (01) soporte para sección de la pierna desmontable.			
6.3	Un (01) par de soporte para sección de la pierna ginecológico.			
6.4	Un (01) colectores de desechos de acero inoxidable.			
6.5	Dos (02) manijas de sujeción para agarre de la madre durante el parto.			
6.6	Un (01) control remoto alámbrico o inalámbrico de mano.			
6.7	Un (01) control remoto alámbrico o inalámbrico de pie o a pedal.			
6.8	Con Garantía de 2 (dos) años como mínimo, que incluya mantenimiento preventivo y correctivo.			

ITEM 7: Carro de paro

Especificaciones Técnicas					
Item	1	Datos Generales			
	1.1	Descripción general: Carro de Paro.			
	2	Datos proveídos por el oferente			
	2.1	Marca:			
	2.2	Modelo:			
	2.3	Origen:			
	2.4	Dirección Web del fabricante:			
Criterios de evaluación					
	3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio

	3.1	Normas de calidad: ISO 13485, FDA, CE o JIS (al menos uno de ellos). Dicho documento debe estar vigente e indicar la marca y modelo ofertado.			
	4	Características			
	4.1	Estructura en polímero, con tablero de ABS y barandilla en acero inoxidable.			
	4.2	Cinco (05) cajones como mínimo, de tres medidas diferentes, dos paneles de 80mm de altura como mínimo, dos paneles de 120mm de altura como mínimo y un panel grande de 240mm de altura como mínimo. Al menos 2 (dos) de ellas con separaciones plásticas.			
	4.3	Soporte lateral para balón de oxígeno de 3 litros. Un (01) balón de oxígeno de 3 litros con regulador de presión.			
	4.4	Bandeja de trabajo deslizante y Compartimento para historial clínico.			
	4.5	Conexión AC con filtro de línea para equipos con cable de al menos tres (03) metros y tres (03) tomas tipo Schuko como mínimo, con soporte para cable.			
	4.6	Soporte y bandeja para colocación del desfibrilador			
	4.7	Atril porta sueros con elevación graduable con seguro que impida quitar el atril totalmente.			
	4.8	Sistema de cierre central con llave, que evite apertura de cajones y gaveta para transporte.			
	4.9	Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 4 de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie.			
	4.10	Dimensiones mínimas: Altura 0,90m incluyendo ruedas, Ancho 0,75m, Profundidad 0,45m			
	4.11	Cesto porta basura lateral removible.			
	4.12	Manija superior para transporte.			

	4.13	Tabla para re animación y masaje cardiaco.			
	4.14	Medidas de la tabla adecuada a las dimensiones del carro.			
	4.15	Con Garantía de 2 (dos) años como mínimo, que incluya mantenimiento preventivo y correctivo.			

ITEM 8: Chaleco plomado con collarín

Delantal / Chaleco plomado Frontal con protector tiroideo.

0.5 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC.

Garantía escrita por 1 año.

ITEM 9: Desfibrilador

Equipo para descarga sincronizada durante desfibrilación y cardioversión a ritmo sinusal.

Descripción: Marca: Modelo: Origen; Dirección Web del fabricante:

Normas de calidad específicas: CE,

de calidad generales: ISO13485

Descripción: Deberá contar con los siguientes modos de funcionamiento:

Desfibrilación manual

Desfibrilación automática DEA

Cardioversión sincronizada

Monitoreo continuo

Pantalla LCD a colores de 7 pulgadas como mínimo

Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español

Memoria para almacenar sucesos: Deberá incluir memoria USB para descarga de datos en PC que permita la visualización de datos/eventos grabados por el desfibrilador y cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC. Se debe incluir Pen drive, para descarga de datos

Alimentación eléctrica: 100 a 240 V AC \pm 10%, 50 Hz., con toma de alimentación eléctrica tipo schuko

Forma de onda bifásica para la terapia de desfibrilación

Energía seleccionable por pasos, modo bifásico

Límite inferior: 1 Joules como mínimo

Límite Superior: 200 Joules o mayor

Capacidad de auto descarga cuando no se utilice

Capacidad de cargar en 6 segundos o menos el límite máximo de joules del equipo

Contar con paletas externas reusables para pacientes adultos, con paletas pediátricas disponibles debajo de las paletas adultas. Para descarga externa que detecten actividad electrocardiográfica.

Carga desde las palas y desde el panel de control

Descarga desde las palas y desde el panel de control

Indicador de calidad (impedancia) de contacto

Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación

Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación y electrodos de monitorización independientes

Alarma para frecuencia cardíaca y ritmos que requieren choques o descargas. Las alarmas deberán ser visuales y sonoras

Despliegue en pantalla

Frecuencia cardiaca

Dos trazos de ECG a seleccionar por lo menos de entre las derivaciones I, II, III y Palas.

Cables y accesorios

Cable de paciente de 3 vías

Debe contar con impresora integrada

Para papel de 48 a 50 mm

Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa a eventos registrados

Batería interna recargable

Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido

Con capacidad de al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima ó 90 minutos de monitoreo continuo

Palas externas para adultos y pediátricos-infantes 1par de cada una

Electrodos auto adheribles descartables para utilización en modo DEA (10 pares)

4 (cuatro) Rollos de papel adecuados para el equipo ofertado.

Con Garantía de 2 (dos) años como mínimo, que incluya mantenimiento preventivo y correctivo.

ITEM 10: Electrocardiógrafo

ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL

1 Datos Generales

- 1.1 Descripción general:
Electrocardiógrafo portátil

2 Datos proveídos por el oferente

2.1 Marca:

2.2 Modelo:

2.3 Origen:

2.4 Dirección Web del fabricante:

-

3 Normativas

Cumple

Parámetros

Folio

3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.

3.2 Normas de calidad generales: ISO 13485.

4 Características

- 4.1 Electrocardiógrafo portátil con funcionamiento a corriente eléctrica y batería (incorporada) de 30 minutos de autonomía como mínimo con diseño completamente digital.
- 4.2 Peso de hasta 9 kg como máximo incluyendo baterías.
- 4.3 Monitor TFT LCD Color Touch de 12 como mínimo, con 1024x768 o mejor.
- 4.4 Adquisición de 12 derivaciones simultáneamente.
- 4.5 Número de registro de canales de 12 como mínimo.
- 4.6 Capacidad de transferir datos mediante USB, Ethernet y conexión a la red inalámbrica como mínimo.
- 4.7 Conexión a línea de CA Cable Paciente y equipo con protección contra desfibrilaciones.
- 4.8 Capaz obtener interpretación y diagnóstico del ECG.
- 4.9 Filtros de zumbido, de desvío, EMG, pasa alto como mínimo.
- 4.10 Capacidad de 18 derivadas con cables de 10 vías, sin necesidad de cambiar la posición de los electrodos.
- 4.11 Aviso de desconexión de electrodos.

5 Especificaciones

- 5.1 Modo de Adquisición Simultánea de entrada de al menos 16.000 muestras.
- 5.2 Respuesta en frecuencia de las ondas sinusales de 0.05Hz a 150 Hz como mínimo.
- 5.3 Resolución de conversión A/D 32 bit como mínimo.
- 5.4 Selección de sensibilidad de 2.5, 5, 10, 20 (mm/mV) como mínimo.
- 5.5 Función de medición de conteo de frecuencia cardíaca de 30 a 299 lpm o mejor rango.

- 5.6 Medición de intervalo RR.
- 5.7 Detección de marca pasos.
- 5.8 Impedancia de entrada 20 M Ω o mayor.
- 5.9 Método de registro de cabezal térmico
- 5.10 Velocidad de registro de al menos 5, 10, 12,5, 25 o 50 mm/s. Desviación de 0,5 mm o inferior.
- 5.11 Interferencia de canales de ECG de -40 dB o menor.
- 5.12 Funciones de prueba, como mínimo: Prueba ECG en reposo (12, 15 derivaciones), prueba intervalo RR.
- 5.13 4 puertos de USB como mínimo.
- 5.14 HL7/DICOM para conexiones a HIS y RIS
- 5.15 Ruido Interno: 20 mVp-p o menor
- 5.16 Filtro EMG: 25 o 35 Hz (-3 dB)
- 5.17 Filtro de Zumbido: 50 o 60 Hz (-40dB o menor)
- 5.18 Filtro de Corte Alto: 75, 100 o 150 Hz (-3dB)
- 5.19 Características de la onda sinusoidal: 0,05 a 150 Hz o mayor rango
- 5.20 Capacidad a futuro de realizar prueba de esfuerzo sin necesidad de modificación del hardware.

6 Accesorios

- 6.1 Al menos 50 (cincuenta) electrodos adultos desechables.

- 6.2 Al menos 5 (cinco) unidades de papel para impresión compatible con el equipo.
- 6.3 Al menos 4 (cuatro) electrodos pinza reutilizables
6 (seis) electrodos de succión reutilizables.
- 6.4 Al menos 1 (un) kg. de gel conductivo.
- 6.5 Cable interfaz de ECG de al menos 10 vías, incluyendo el cable paciente.
- 6.6 Cable de alimentación 220V.

7 Otros requerimientos:

- 7.1 Estandares aplicables:
IEC 60601-1:2005+Enmienda 1:2012
IEC 60601-2-25:2011
ISO 14971: 2007
ISO 10993-1:2009
IEC 60601-1-6:2010+Enmienda 1:2013
IEC 60601-1-9:2007+Enmienda 1:2013
IEC 60601-1-2:2007
- 7.2 Manual de usuario idioma español, manual de servicio en idioma inglés o traducido al español sin alteraciones del contenido.
- 7.3 Garantía escrita válida por 2 años como mínimo contra toda falla de diseño y/o fabricación contados a partir de la fecha de instalación del equipo. Asistencia técnica según necesidad, mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales. **Incluye mantenimiento preventivo y correctivo.**

ITEM 11: Lampara de exploración

Especificaciones Técnicas			
Item	Orden	Descripción	
	1	Datos Generales	
	1.1	Lampara de exploración tipo cuello cisne	
	1.2	Marca:	

	1.3	Modelo:			
	1.4	Origen:			
	1.5	Dirección Web del Fabricante:			
	1.6	Normas de calidad específicas: MERCOSUR, CE, FDA, JIS, TUV (al menos uno)			
	1.7	Norma de calidad General: ISO 13485			
	2	Características Técnicas	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Lámpara de pie con cuello móvil para uso en consultorio.			
	2.2	Con brazo flexible, tipo cuello de cisne, de aluminio anodizado.			
	2.3	Intensidad luminosa de 15.000Lux como mínimo.			
	2.4	Vida útil LED 20.000 horas como mínimo.			
	2.5	Base metálica con 4 ruedas			
	2.6	Altura ajustable hasta 1,000mm como mínimo.			
	2.7	Interruptor encendido/apagado y Perilla giratoria para control de intensidad de iluminación.			
	2.8	Alimentación eléctrica de 220 V/50 Hz.			
	2.9	Toma tipo schuko.			
	2.10	Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo			

ITEM 12: Laringoscopio - Set

Especificaciones Técnicas

Item 53	Orden	Descripción			
	1	Datos Generales			
	1.1	Laringoscopio Adulto			
	1.2	Marca:			
	1.3	Modelo:			
	1.4	Origen:			
	1.5	Direccion Web del Fabricante:			-
	1.6	Normas de calidad especificas: MERCOSUR, CE, FDA, JIS, TUV (al menos uno).			
	2	Características Técnicas	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Iluminacion por fibra optica			
	2.2	Hojas curvas Mcintosh N° 3, 4, 5			
	2.3	Mango con estructura antideslizante de metal			
	2.4	Pilas tipo C			
	2.5	Incluye			
	2.6	2 focos de repuesto por cada hoja			
	2.7	2 Pares de Pilas Tipo C			
	2.8	Estuche para guarda y transporte			
	2.9	Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo			

ITEM 13: Mesa para procedimientos. *Mesa de mayo*

Mesa de Mayo				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Dispositivo diseñado para proveer un soporte al instrumental dentro del quirófano.			
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del Fabricante:			
Criterios de Evaluación				
3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Normas de calidad específicas: CE, FDA, y/o Mercosur.			
3.2	En caso de ser Producto de fabricación Nacional: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.			
4	Características generales			
4.1	Construido en acero inoxidable.			
4.2	Ruedas de 3 pulgadas o mayor. Con al menos 2 de ellas con freno dispuestos en diagonal.			
4.3	Mesa con dimensiones mínimas 50 cm x 35 cm.			
4.4	Con regulación de altura de 90 cm a 1300 cm o mejor rango.			
4.5	Garantía escrita de 12 meses contados a partir de la recepción del equipo			

ITEM 14: Mesa de Instrumental. Mesa Pasteur

Especificaciones Técnicas					
1	Datos Generales				
1.1	Mesa de Instrumental - Mesa Pasteur				
2	Datos Proveídos por el Oferente				
2.1	Marca:				
2.2	Modelo:				
2.3	Origen:				
2.4	Direccion Web del Fabricante:				
2.5	Normas de calidad especificas: CE, FDA, y/o Mercosur.				
2.6	En caso de ser Producto de fabricacion Nacional: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente emitido por la Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria.				
3	Descripcion	Cumple	Parámetros	Folio	
3.1	Estructura metálica en acero inoxidable de 1,20m de largo, 0,40m y 0,90m de alto, +/- 10cm				
3.2	Con dos bandejas superpuestas y con rieles en los laterales y fondo, el frente liberado.				
3.4	Manija de empuje				
3.5	Cinco ruedas que giran al menos de 2 pulgadas, como mínimo tres con frenos.				
3.6	Certificado de Registro de Marca vigente para equipos de producción nacional.				
3.7	Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo				

ITEM 15: Microscopio binocular

Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y tipo de equipo (opcional)

Estativo de microscopio con alcance de ajuste macro mínimo de 20mm.

Mando del enfoque micrométrico en aumento de 2,5 un. Porta objetivo cuádruple.

Objetivo 4X, PLN4X apertura numérica NA 0.10 distancia de trabajo entre 22 mm y 32 mm.

Objetivo 10X, PLN10X apertura numérica NA 0.25 distancia de trabajo de: entre 0.55 mm y 0.85 mm.

Objetivo 100X, PLN100X rectil oil apertura numérica NA 1.25 o 1.5; distancia de trabajo entre 0.13 mm y 0.20 mm y Muelle.

Lampara de halógeno con transformador incorporado en el pie estativo o lampara LED de al menos 20.000 hs, de igual o mayor potencia. Con ajuste continuo de intensidad luminosa.

Tubo binocular. Principio de Siedentopf, giratorio inclinado entre 30° y 45°, adaptación de la altura de observación a la estatura del usuario, ajuste de distancia inter pupilar individual en un amplio margen de 48 a 75mm; número de campo mínimo FN18, prismas de cobertura para alta transmitancia y protección anti hongo.

Tubo para ocular izquierdo con ajuste de 5 dioptrías.

Señalador en uno de los oculares.

Platinas rectangulares con control coaxial en el plano X e Y posicionado en el lado derecho, corridas en el eje Y 30 mm y X 76 mm, pinza sujeta láminas.

Condensador acromático tipo ABBE con apertura numérica de las lentes NA 1.25, filtro azul incorporado. Focos 6820W de repuesto o lámpara LED de repuesto sin filtro azul.

El equipo deberá contar 2 (dos) años de garantía como mínimo desde la puesta en funcionamiento. Deberá incluir mantenimientos preventivos y correctivos durante la vigencia de la garantía.

ITEM 16: Monitor multiparamétrico

Monitor Multiparamétrico				
1	Datos Generales			
1.1	Descripción: Dispositivo biomédico diseñado para medir, registrar y desplegar signos vitales de pacientes.			
2	Datos proveídos por el oferente			
2.1	Marca:			
2.2	Modelo:			
2.3	Origen:			
2.4	Dirección Web del fabricante:			
3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE al menos alguna de ellas.			

3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
4	Características			
4.1	Monitor modular o preconfigurado.			
4.2	Pantalla de 12 pulgadas como mínimo de resolución mínima 800 x 600			
4.3	Pantalla a colores mediante tecnología LCD.			
4.4	Manipuleo y control por pantalla táctil y mando rotatorio.			
4.5	Portátil con posibilidad de transportar en un gancho de cama para facilitar el traslado del paciente.			
4.6	Conectividad a la red de monitoreo por bluetooth, wifi y/o otro medio inalámbrico. (sin necesidad de cables)			
4.9	Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.			
4.10	Despliegue de al menos 11 formas de onda.			
4.11	Tendencias gráficas y numéricas de al menos 120 horas de todos los parámetros en formato de tabla y gráficos			
4.12	Capacidad de almacenamiento de 1.000 mediciones de PANI y 150 eventos de alarma.			
4.13	Registrador integrado con posibilidad de impresión de hasta tres canales de información.			
4.14	Diseñado para pacientes adultos, pediátricos y neonatales			
4.15	Interfaz, menú y mensajes en español.			
4.16	Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared, se podrán ofertar soportes de monitores del mismo origen que el fabricante, siempre que los mismos sean robustos y no comprometan la calidad de los montajes.			

4.17	Función o perfil de cálculos hemodinámicos.			
4.18	Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación.			
4.19	Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica.			
4.20	Capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.			
4.21	Alimentación eléctrica: 220V CA $\pm 10\%$ / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con batería de al menos 350 minutos de autonomía.			
4.22	Disponibilidad de upgrade mediante módulos o accesorios en las mediciones y parámetros de etCO2 y gasto cardíaco			
5	Parámetros			
5.1	ECG:			
5.1.1	Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas.			
5.1.2	Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones.			
5.1.3	Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas.			
5.1.4	Detección de por lo menos 15 arritmias.			
5.1.5	Despliegue numérico de frecuencia cardíaca. ADU: de 15 a 300 lpm, PED/NEO: de 15 a 350 lpm			
5.1.6	Protección contra descarga de desfibrilador.			
5.1.7	Detección de marcapasos.			
5.2	SPO2:			

5.2.1	Curva de pletismografía.			
5.2.2	Despliegue numérico de saturación de oxígeno.			
5.3	Respiración:			
5.3.1	Curva de respiración.			
5.3.2	Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.			
5.3.3	Rango de medición de RR y alarma: Adultos: de 0 a 120 rpm, Neonato/Pediátrico: de 0 a 150 rpm			
5.4	Temperatura:			
5.4.1	Despliegue numérico de al menos dos temperaturas.			
5.4.2	Medición de la diferencia de temperatura.			
5.4.3	Rango de medición y alarma de 05 a 50 °C			
5.5	Presión no invasiva:			
5.5.1	Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).			
5.5.2	Modos para la toma de presión: Manual, Automático, Continuo.			
5.6	Presión invasiva:			
5.6.1	Al menos tres canales.			
5.6.2	Etiquetado del sitio de medición.			
6	Alarmas			
6.1	Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros:			

6.2	Saturación de oxígeno.			
6.3	Frecuencia cardíaca.			
6.4	Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media).			
6.5	Temperatura.			
6.6	Frecuencia respiratoria.			
6.7	Presión invasiva.			
6.8	Alarma de apnea.			
6.9	Alarma de arritmia.			
6.10	Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.			
6.11	Con silenciador de alarmas temporizado.			
7	Accesorios por cada equipo			
7.1	Un cable troncal y 2 sensores tipo dedal reutilizables para oximetría de pulso tamaño adulto.			
7.2	Dos sensores reusables de temperatura (de piel o superficie).			
7.3	Seis Brazaletes reusable para medición de la presión no invasiva, Tres adulto Mediano y Tres adulto grande, una manguera con conector para los brazaletes.			
7.4	Un cable troncal y dos cables de paciente para ECG de tres puntas.			
7.5	Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de 5 puntas para despliegue simultáneo de las 7 derivaciones.			
7.6	Para medición de la presión invasiva incluir al menos: Dos cables troncales y diez kits de transductor desechable, por cada equipo.			

7.7	Cualquier otro accesorio necesario para el correcto y completo funcionamiento del equipo.			
7.8	El equipo deberá contar 2 (dos) años de garantía como mínimo desde la puesta en funcionamiento. Deberá incluir mantenimientos preventivos y correctivos durante la vigencia de la garantía.			

ITEM 17: Set de Equipos odontológicos

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cant
1	Sillón odontológico completo	<p>Sillón</p> <ul style="list-style-type: none"> Estructura construida en acero y revestido con tratamiento anticorrosivo de poliestireno de alto impacto Tapizado con soporte lumbar, montado sobre una estructura rígida cubierta con poliuretano inyectado de alta resistencia, recubierto con material laminado, sin costuras, no toxico y antífama. Tapizado en Cuero con sistema velcro en el respaldo para una rápida y fácil remoción para su desinfección. Base con borde antideslizante; no necesita fijación al piso Caja de conexión integrada para optimizar el espacio dentro del consultorio Botón de encendido / apagado situado en el lado de la base de la silla facilitar el acceso profesional. Soporte del brazo con estructura metálica interna fija. Pedal de mando acoplado con mínimo tres programaciones de trabajo, vuelta a cero, accionamiento del reflector y subida y bajada de asiento y respaldo Sistema de elevación electromecánico accionado por moto-reductor Apoya cabezas Biarticulado con el sistema de palanca de bloqueo. Ambidiestro <p>Equipo</p> <ul style="list-style-type: none"> Composición: 1 jeringa triple, turbina, micromotor sistema doriot y CA. Terminal borden para alta rotación, Terminal sin spray para micromotor neumático Brazos articulables con traba neumático, accionado por botón localizado en el cuerpo del equipo Pedal progresivo para el funcionamiento de la unidad de pieza de mano del terminal, que permite el control de la velocidad de accionamiento y en cualquier punto del pedal. Jeringa Triple con caño giratorio, desmontable y autoclavable. Soporte de las puntas con la activación neumática individual. Bandeja de acero inoxidable, extraíble y fácil de limpiar. <p>Unidad de agua</p> <ul style="list-style-type: none"> Con Sensor de Proximidad que acciona automáticamente el flujo de agua en la escupidera, Cuba profunda, extraíble y de drenaje para retener los sólidos y la cobertura para evitar salpicaduras. Sistema de regulación de flujo de agua. Permite el ajuste fino del flujo de agua. Composición: 1 succionador de saliva (Sistema Venturi). Unidad de agua y cuba abatible en 90° <p>Reflector</p>	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Fuente de luz fría. Luz blanca. • Sistema óptico con 1 LED. • Espejo multifacetado con tratamiento multicapa. • Doble protección de espejo en material resistente, transparente. • Manijas bilaterales en forma de asa, con un diseño apropiado para colocar protectores estériles evitando el riesgo de contaminación cruzada. • Cabeza en material resistente, con 620° de rotación de la cabeza <p>Monofocal para uso dental con luz de multi-intensidad, que va de 8.000 a 35.000 Lux.</p> <p>Taburete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con propulsión a gas, con movimientos suaves y regulado por una palanca sublateral • Acolchonamiento antideformación, con forro sin costura, • Base con cinco ruedas de fácil movilidad y resistencia. 	
2	Compresor	<p>Ø Libre de aceite.</p> <p>Ø Reservorio vertical, dimensionados para el uso con cabina de protección de ruido.</p> <p>Ø Drenaje de fácil acceso.</p> <p>Ø 2 cabezal, con valvula de seguridad, presostato automatico de presion.</p> <p>Ø Regulador de presión con escala y traba</p> <p>Ø Potencia 0.8KW, 1,5 HP</p> <p>Ø Tanque de aire 55Lts.</p> <p>Ø Flujo de aire 150L/min</p> <p>Ø Ruido 55Db</p> <p>Ø Velocidad 1400RPM/min</p> <p>Ø Presión Máxima 8Bar.-</p>	1

3	Autoclave de 17 Litros	<p>Capacidad del tanque: 17 litros como mínimo Comando digital- display: LCD Iluminado.</p> <p>3 Programas de esterilización. Tanque de acero inoxidable. pantalla LCD.</p> <p>Secado: Puerta cerrada. Esterilización;</p> <p>Indicador de Mantenimiento Preventivo: Los equipos poseen un contador de ciclos, al completar nuevos 15, 60 o 600 ciclos la pantalla informa al usuario a través de avisos (MAN 01, 02 y 03) precisamente cuando los mantenimientos necesitan ser realizados, cómo y por quien (usuario o técnico autorizado).</p> <p>Este sistema ayuda el usuario a siempre recordar de mantener su equipo en excelente estado de manutención lo que resulta en seguridad y eficiencia.</p> <p>Con Sistema de conexión a una nube para permitir el monitoreo remoto de todo el proceso de esterilización. Registro de Ciclos: El registro de los ciclos posee un gráfico con el monitoreo completo de tiempo, temperatura y presión que puede ser accedido remotamente de cualquier parte del mundo.</p> <p>Sistema de Avisos (Ciclos abortados): Cuando el equipo trabaja fuera de los límites aceptables de temperatura/presión/tiempo el ciclo es automáticamente abortado y un aviso en la pantalla indica en cual etapa del ciclo ocurrió el problema (calentamiento, esterilización, despresurización o secado). Con base en el aviso y el gráfico del ciclo realizado es posible que el técnico o mismo el usuario pueda diagnosticar la posible causa y respectivas acciones que deben ser tomadas.</p> <p>121°C/ 1,15 Bar y 134°C/ 2,15 Bar. Aislamiento térmico: Manta de fibra cerámica.</p> <p>Seguridad; Sistema mecánicos y digitales. Potencia 1400W. Suministrada con 2 bandejas. 220v.</p> <p>Accesorio utilizado para manipular las bandejas, evitando el contacto directo del operador.</p>	1
4	Desarrador Ultrasonido Eléctrico	<p>Especificaciones</p> <p>Pieza de mano desmontable y autoclavable en 134 grados y presión de 0.22MPa</p> <p>Entrada unidad principal: 24V 50Hz60Hz 1.3A</p> <p>Potencia de trabajo: 3W ~ 20W</p> <p>Frecuencia: 28kHz+-3kHz</p> <p>Presión de agua: 0,01MPa ~ 0,5MPa</p> <p>Funcionamiento continuo</p> <p>Incluye: Kit de irrigación, 5 puntas mas 1 de endodoncia</p>	1

5	Destilador de agua portátil	<p>Elimina totalmente los sólidos disueltos totales (minerales, metales pesados, toxinas o cualquier otro contaminante)</p> <p>Capacidad del depósito: 4 litros como mínimo.</p> <p>Cuba interna de acero inoxidable</p> <p>Velocidad de destilación de 1 litro por hora como mínimo.</p> <p>Pulsador con apagado automático.</p> <p>Compacto, forma cilíndrico y de fácil transporte.</p> <p>Capacidad de la cámara de evaporación: 4 lts. como mínimo.</p> <p>Galón de plástico de reservorio: 3,5 Lts. como mínimo. Material interno de la cámara de evaporación: acero inoxidable.</p>	1
6	Fórceps para cirugía odontológica	Juego de fórceps 1x10 unidades (superiores e inferiores)	4
7	Elevadores quirúrgicos uso odontológico	<p>Juego de elevadores recto, derecho e izquierdo</p> <p>Acero inoxidable</p> <p>Mango antideslizante</p>	4
8	Espejo bucal con mango	<p>Acero inoxidable</p> <p>Diámetro estándar con aumento</p> <p>Mango desmontable</p>	30
9	Pinza para algodón	<p>Acero inoxidable</p> <p>Mango antideslizante</p> <p>Extremo angulado</p> <p>Parte activa estriada</p>	30
10	Sonda exploradora	<p>Sonda Doble uso odontológico</p> <p>Acero inoxidable</p>	30
11	Jeringa carpule	<p>Acero inoxidable</p> <p>Con dispositivo de aspiración</p> <p>Uso odontológico</p>	6
12	Bomba de Vacío	Bomba de Vacío de 1 HP para 1 Sillon Instalado con su Kit de succionador	1

13	Lámpara LED (fotopolimerizador de resina)	<p>iLED inalámbrica, con un atractivo diseño y la máxima potencia para una polimerización de los composites rápida y eficaz.</p> <p>lámpara de polimerización de última generación, con una intensidad máxima de 2.300</p> <p>Mw/cm² y el LED ubicado en el extremo de su cabezal, lo que le permite una polimerización total de 2 mm de composite en 1 segundo.</p> <p>Esta tecnología convierte a la iLED en la lámpara de fotocurado más rápida de su clase</p> <p>y la hace especialmente útil para la colocación de braqu岸ts, carillas de porcelana y adhesivos.</p> <p>El nuevo cabezal metálico concentra el haz de luz reduciendo en un 55,87% el ángulo de iluminación, haciendo más eficiente el curado del composite.</p> <p>Su diseño ligero y de líneas sencillas le otorga una apariencia atractiva y limpia, que</p> <p>unido a su forma ergonómica le hace un instrumento muy cómodo para el profesional.</p> <p>Características:</p> <p>Dimensions: 25mm×25mm×240mm.</p> <p>Peso: 278g.</p> <p>Alimentación: batería recargable.</p> <p>Voltage y capacidad de la batería: 3.7V/ 1400mAh. La batería tiene protección contra sobrecargas.</p> <p>Voltage del transformador: 100V a 240V, 50Hz/60 Hz.</p> <p>Potencia de entrada: 10VA.</p> <p>Potencia de salida: DC5V/1A 4.4.</p> <p>Longitud de onda: 385nm-515nm. La longitud de onda de esta lámpara es capaz de</p> <p>polimerizar todos los composites del mercado, como los de 3M, Dentsply etc.</p> <p>Intensidad: 1000 mW/cm²~2500mW/cm².</p> <p>2 programas: Normal (5, 10, 15 o 20 segundos) y Turbo (1 o 3 segundos)</p>	1
----	--	--	---

14	Sensor intra oral Radiovisiografo	<p>Escala de grises: 65.536 nivel de gris (16 bits)</p> <p>Area de imagen como mínimo: 25*30mm2</p> <p>Area del sensor como mínimo: 30*37 mm2</p> <p>Espesor máximo: 5mm</p> <p>Formato de imagen: BMP/DIR/DCM/JPEG/PNG/TIFF</p> <p>Tamaño 1.5</p> <p>Sensor intra oral con chip de silicio para evitar el desenfoco de la imagen y deterioro del rendimiento.</p> <p>Cable duradero de alta resistencia. Capaz de soportar tracción de hasta 10 kg.</p> <p>Resistencia al agua probada según IECIP IP68 con capacidad de resistir a 1 metro de agua durante 60 minutos como mínimo.</p> <p>Sensor con conteo de fotones.</p> <p>Actualizaciones de software sin costo</p> <p>Incluye posicionador</p>	
14	Garantía	2 (dos) años como mínimo. Deberá incluir mantenimientos preventivos y correctivos durante la vigencia de la garantía.	

ITEM 18: Sillón para Hidratación

Especificaciones Técnicas

1 Datos Generales

1.1 Sillon para hidratación

2 Datos Proveídos por el Oferente

2.1 Marca:

2.2 Modelo:

2.3 Origen:

2.4 Direccion Web del Fabricante:

2.5 Normas de calidad especificas: CE, FDA, y/o Mercosur.

- 2.6 En caso de ser Producto de fabricación Nacional: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Datos Proveídos por el Oferente				
3	Descripción	Cumple	Parámetros	Folio
3.1	Estructura metálica anticorrosiva y antiestática			
3.2	Asiento y respaldo acolchado tapizado con tela impermeable y lavable			
3.3	Espesor del acolchado del asiento: 5 cm.			
3.4	Dimensiones Aproximadas:			
3.4.1	Respaldo: 72cm x 50cm			
3.4.2	Asiento: 45cm x 50cm			
3.4.3	Posa Piernas: 35 cm x 50cm			
3.4.4	Apoya brazos: 80cm x 18cm			
3.5	Respaldo abatible hasta 180°			
3.6	Posiciones sentado, semiacostado y acostado			
3.7	Certificado de Registro de Marca vigente para equipos de producción nacional.			
3.8	Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo			

ITEM 19: Oxímetro de Pulso

Pantalla LCD

Pantalla RTC (reloj de tiempo real)

Control de luz de fondo y función de apagado automático.

SpO₂ y medición de la frecuencia de pulso

Muestra la forma numérica y de onda de SpO₂ simultáneamente

Potente capacidad de almacenamiento de datos

Patient care viewer puede transferir hasta 300 horas de datos de SpO₂ (1 lectura por 2 segundos) a la PC para su almacenamiento, revisión e impresión

Proporciona hasta 100 ID

Alarma audible y visual

Tono de tono

Admite sensores DB₉ reutilizables y desechables

Incluye:

Sensor SpO₂ reutilizable, adulto, 1 unidad

Maleta de transporte, PO-100B, 1 unidad

Kit de soporte del cargador de batería, 1 unidad

Batería Ni-MH recargable, 1 unidad

Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo

ITEM 20: Porta Suero

Cuerpo de acero inoxidable de 4 servicios/ganchos.

Altura regulable con tornillo de sujeción.

Base con contra peso de 4 patas con rueditas

Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo

GENERALIDADES

La jefa de Adquisiciones del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, la jefa de Patrimonio y los jefes de Servicios según corresponda, serán responsables de la recepción de los bienes, y de verificar al momento de la entrega de los siguientes:

- a) Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, según el contrato y demás documentos integrantes del mismo;
- b) De que los bienes entregados sean de la marca y origen adjudicados, según el contrato y demás documentos integrantes del mismo
- c) De que los documentos de Entrega reúnan todas las formalidades establecidas.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

Ítem/Lote	Descripción	Lugar de Entrega	Fecha de Entrega
Ítem N° 1 al 20		Dirección General de Sanidad Policial - Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero- Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, sito en Avda. Mcal. López esquina Avda. Juscelino Kubitschek, Horario de 07:30 a 15:00 horas, dirección de correo tesoreria2.6@gmail.com.	El plazo de entrega será de 25 (veinticinco) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por el proveedor adjudicado.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Orden de Compra/ Nota de Remisión	Orden de Compra/ Nota de Remisión	El plazo de entrega será de <i>25 (veinticinco) días hábiles</i> desde la recepción de la orden de compra por el proveedor adjudicado.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

- siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
 - Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la

contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la suscripción hasta el 31 de enero de 2025

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Los bienes requeridos se darán por entregados con la Nota de Remisión. Este documento deberá contener los siguientes datos (como mínimo):

- a. Número de Licitación e ID.
- b. Número de Orden de compra y Contrato
- c. Indicar número de Lote e ítem según contrato.
- d. Fecha de entrega y hora
- e. Descripción de los bienes entregados
- f. Cantidad de bienes entregados

Este documento deberá estar firmado por la jefa de Adquisiciones del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, la jefa de Patrimonio y los jefes de Servicios según corresponda.

Las formas y condiciones de pago:

El pago se hará en guaraníes, con fondos provenientes de la Ley del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024, con Fuente de Financiamiento 30 (FF 30) Recursos Institucionales.

La solicitud de pago se realizará por escrito, mediante nota dirigida a la Tesorería Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, indicando el N° de Contrato, acompañado de los siguientes documentos:

- Factura crédito (original)
- Nota de remisión (original),
- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente,
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente, y
- Formularios FIP y FIS.

Una vez recepcionada la factura crédito y aprobadas las documentaciones requeridas, el plazo para el pago será dentro de los 60 (sesenta) días posteriores, plazo sujeto a la disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el Ministerio de Hacienda.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas. El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

$$Pr = P \times IPC1$$

$$IPC0$$

Pr: Precio Reajustado

P: Precio adjudicado

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

IPC0: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,05 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,05

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir

entre las siguientes opciones:

- Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
- (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

