

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología
(INTN)
Uoc Intn**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
OIAT
(versión 4)**

ID de Licitación:

452089



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

28/10/2024

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."*

Versión 2

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	452089	Nombre de la Licitación:	Adquisicion de Equipos de Laboratorio OIAT
Convocante:	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)	Categoría:	41000000 - Equipo de Laboratorio Medida, Observacion y Comprobacion
Unidad de Contratación:	Uoc Intn	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	SICP	Fecha Límite de Consultas:	31/10/2024 07:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	INTN	Fecha de Entrega de Ofertas:	07/11/2024 08:30
Lugar de Apertura de Ofertas:	INTN	Fecha de Apertura de Ofertas:	07/11/2024 09:00

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	ítem	Anticipo:	1.0%
Vigencia del Contrato:	Hasta cumplimiento total de obligaciones		

Datos del Contacto

Nombre:	MARCOS VILLALBA PAREDES	Cargo:	JEFE UOC
Teléfono:	021.288.6000	Correo Electrónico:	mvillalba@intn.gov.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA N° 03

Fecha: 24/10/2024

En referencia al llamado de LPN N° 11/2024 Adquisición de Equipos de Laboratorio OIAT ID N° 452089, remito Adenda N° 03 con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

El punto con adenda es:

- *Suministros requeridos - especificaciones técnicas - Especificaciones técnicas - CPS*
- *Suministros requeridos - especificaciones técnicas - Detalle de los bienes y/o servicios*

Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), y que no se encuentren modificado en la adenda, permanece vigente

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

- Especificaciones técnicas - CPS
- Detalle de los bienes y/o servicios

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/452089-adquisicion-equipos-laboratorio-oiat/pliego/4/diferencias/3.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a través de adenda.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

45

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
 - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
 - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
 - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
 - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
 - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1 Firmar el contrato,
 - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

- a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una

autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

sera establecido en las especificaciones tecnicas de cada ítems solicitado

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

sera establecido en las especificaciones tecnicas de cada items solicitado

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

5 dias habiles desde la comunicación al Proveedor

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

sera establecido en las especificaciones tecnicas de cada items solicitado

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

Items	Descripción del Servicio	Precio	Costo con el Proveedor	Impuestos	Traslado	Utilidad	Precio Unitario

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

- 1. El empleo de los recursos humanos del país.
- 2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)
- [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.*
- En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]*
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)
- La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.*
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)

8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

- 1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
- 2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
- 3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

A= Contribuyente de IRACIS IRE:

A.1 Ratio de Liquidez; activo corriente / pasivo corriente Debe ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2020, 2021 y 2022).

A.2 Endeudamiento; pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2020, 2021 y 2022).

A.3: Rentabilidad; porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los ejercicios fiscales (2020, 2021 y 2022), no deberá ser negativo.

B= Contribuyente de IRPC IRE:

B.1; Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2020, 2021 y 2022) requeridos.

C= Contribuyente IRP IRE; Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2020, 2021 y 2022) requeridos.

D= Contribuyente exclusivamente IVA General; Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2020, 2021 y 2022) requeridos.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2020, 2021 y 2022 para Contribuyentes de IRACIS, así como Impuesto a la Renta Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022.
2. IVA General de los años 2020, 2021 y 2022, para Contribuyentes SOLO de IVA General.
3. Formulario 106 de los últimos años 2020, 2021 y 2022 años para Contribuyentes del IRPC.
4. Formulario 104 de los últimos años 2020, 2021 y 2022 años para Contribuyentes del IRP.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en provisión de Equipos de Laboratorios o similares con facturaciones de venta y/o recepciones

finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 4 (cuatro) años (2020, 2021, 2022 y 2023).

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

El Oferente deberá manifestar, en calidad de Declaración Jurada, que posee la infraestructura necesaria (instalaciones, movilidad, recursos humanos disponibles, etc.), para proveer los bienes solicitados en tiempo y forma, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

El Oferente deberá manifestar, en calidad de Declaración Jurada, que con servicio técnico, y de garantía y mantenimiento por 1 año (presentar Compromiso).

El Oferente deberá presentar documentos que respalden que los técnicos de la empresa están capacitados para la instalación y mantenimiento del equipo.

El Oferente deberá manifestar, en calidad de Declaración Jurada, que otorgará capacitación del personal del INTN en el uso del equipo.

El Oferente deberá manifestar, en calidad de Declaración Jurada, que los equipos cuentan con consumibles incluidos y garantizados.

Deberá presentar Manual de uso, Instalación y puesta en marcha (incluir insumos y mano de obra para la adecuación eléctrica).

Deberá acreditar ser representante autorizado de la marca.

Debido al alto costo y sensibilidad de los bienes que se buscan adquirir por medio del presente proceso, de modo a evitar realizar una presentación de muestras que resulte en gastos y dilaciones innecesarias al proceso, y a los efectos de verificar que los productos ofertados condicen con los solicitados, el oferente deberá presentar con la oferta los Manuales y Catálogos Oficiales vigentes de cada Marca y Modelo del bien que Oferta, en el que se visualice que el mismo cuenta con las EETT,

CARACTERÍSTICAS, CICLO DE VIDA ÚTIL, etc., además de Fotografía/s o imagen/es del equipo. Los catálogos y manuales deben estar en español o traducidos por traductor público matriculado en la CSJ, y deberán estar firmadas por el firmante de la oferta.

Las ofertas que no presenten la documentación mencionada en la forma señalada o que, habiéndolo hecho, la presenten de manera defectuosa o deficiente, o cuyos documentos no reflejen el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de alguno o todos los bienes ofertados, serán descalificadas.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Declaración jurada por la cual manifiesta que posee la infraestructura necesaria (instalaciones, movilidad, recursos humanos disponibles, etc.), para proveer los bienes solicitados en tiempo y forma, de acuerdo a las especificaciones técnicas.
2. Declaración Jurada, de garantiza que proveerá servicio técnico y mantenimiento por 1 año (presentar Compromiso).
3. Certificados de Capacitación que respalde que los técnicos de la empresa están capacitados para la instalación y mantenimiento del equipo
4. Declaración Jurada de que otorgará capacitación del personal del INTN en el uso del equipo.
5. Declaración Jurada de que los equipos cuentan con consumibles incluidos y garantizados.
6. Manual de uso, Instalación y puesta en marcha (incluir insumos y mano de obra para la adecuación eléctrica).
7. Acreditación de ser Representante de la marca.
8. Los Manuales y Catálogos presentados deben ser Oficiales y vigentes de cada Marca y Modelo del bien que Oferta, en el que se visualice que el mismo cuenta con las EETT, CARACTERÍSTICAS, CICLO DE VIDA ÚTIL, etc, además de Fotografía/s o imagen/es del equipo. Los catálogos y manuales deben estar en español o traducidos por traductor público matriculado en la CSJ, y deberán estar firmadas por el firmante de la oferta.
9. El oferente deberá ser representante de la marca en territorio nacional o distribuidor autorizado, debiendo en tal caso, acreditar la cadena de autorización.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba

disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado: Lic. Laura Silva, Directora del OIAT
- Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: Obedece a la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizado.
- Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal: Es una necesidad temporal.
- Justificación de las especificaciones técnicas establecidas: Las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas en base a las exigencias de las distintas direcciones mencionadas más arriba.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEMS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	<p>Incinerador de ansas : De mesa, Carga aprox: 1kg Intervalos de temperatura: *Mínimo: 800 °C *Máximo: 850°C Duración del ciclo de esterilización aproximado: 15 min Dimensiones aproximadas: * Ancho: 120 mm * Alto: 180 mm * Profundo: 155 mm. Con garantía mínima de 1 año. Incluir instalación, puesta en marcha del equipo y capacitación en su uso. Servicio técnico local.</p>
2	<p>Balanza granataria: Balanza de precisión de 0,01 g, con capacidad hasta 2200 g. Plato de acero inoxidable. Proteccion contra sobrecargas. Nivel de burbuja., pies regulables, Sistema externo de calibración; Teclado de 5 botones fácil de manejar y acceder a todo el menú completo Pantalla LCD retroiluminada Reloj con fecha y hora. Incluir adaptador de corriente eléctrica. Voltaje: 220V Con garantía mínima de 1 año desde su puesta en marcha. Incluir instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo. Servicio técnico local.</p>

3	<p>Calentador con Agitador magnético: Con calefacción y placa calefactora. Número de puestos de agitación:1 . Max. cantidad a agitar (H2O): 10 L. Carga máxima:15 kg. Potencia del suministro del motor: 1.5 W Dirección de rotación del motor: izquierda Con control de velocidad aprox.: escala 0 - 6 Rango de velocidad aprox.: 100 - 1500 rpm Longitud aproximada de la varilla magnética: 80 mm Autocalentamiento de la placa Potencia de calefacción aprox.: 1000 W Indicación de temperatura LED: valor programado. Rango de temperatura de calefacción aprox.: 50 - 500 °C. Con control de calentamiento y botón giratorio Exactitud de ajuste de temperatura de la placa de calentamiento con sensor de temperatura conectable. Circuito fijo de seguridad Material de la superficie de la placa: cerámica Dimensiones aprox.de la superficie de la placa: 180 x 180 mm Velocidad de calentamiento aprox.: 5 K/min Dimensiones aprox.: (An x Al x Pr) 220 x 105 x 335 mm Peso aprox.: 5 kg Voltaje: 230 V. Frecuencia: 50/60 Hz. Consumo de energía:1020 W. Con garantía mínima de 1 año. Incluir instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo.</p>
4	<p>Plancha calefactora de vitroceramica: Cubierta de aluminio con placa de trabajo de cerámica, permite una transferencia de calor inmediata. Con control de temperatura externo a través del sensor de temperatura PT1000 De alta resistencia química Con circuito de seguridad. Dimensión de la placa de trabajo aproximadas: 140×140mm Material de la placa de trabajo: Aluminio con revestimiento cerámico. Visualización de temperatura : LCD Rango de temperatura de calefacción aproximada: Temperatura ambiente. ±5°C-380°C Protección contra el sobrecalentamiento: 420°C aprox. Sensor de temperatura externo: PT1000 Fuerza aprox.: 510W Potencia de calefacción aprox.: 500W Voltaje: 100-120/200-240 V, 50/60 Hz Dimensies aproximadas: [Ancho×Profundidad×Alto]: 320×180×108mm Incluir:* Todo lo necesario para su instalación y uso,Capacitación, Servicio técnico local. Garantia escrita minima de un año. *Manual de uso.</p>
5	<p>Estufa Microprocesada de Secado: Capacidad aproximada: 80 a 85 L Rango de temperatura de trabajo aprox.: 50°C a 300°C Voltaje: 220 Volts, 800 Watts mínimo. Uniformidad de la temperatura aprox.: +/-1°C hasta 200 °C Aislamiento de alta eficiencia. Debe incluir: Manual de uso, Instalación, Calibración del sensor de temperatura posterior a la instalación del equipo y puesta en marcha. Presentar Compromiso de Garantía mínima de 1 año desde su puesta en marcha. Capacitación en el uso del equipo. Con servicio técnico local.</p>

6	<p>Refrigerador de laboratorio: (para refrigeración de muestras de aguas, efluentes)</p> <p>Refrigerador con ruedas con freno.</p> <p>Capacidad aprox.: 400 litros.</p> <p>Rango de funcionamiento de 2°C a 8°C aprox.</p> <p>Frío seco.</p> <p>Mantenimiento uniforme de temperatura.</p> <p>Modelo vertical.</p> <p>Tecnología de compresor único, Puerta Maciza, Bajo consumo de energía, refrigerante ecológico.</p> <p>Alarma de visual/acustica por fallos de energia,temperatura alta, puerta abierta.</p> <p>Incluir: estantes ajustables (mínimo 5), Servicio tecnico local , Instalacion y puesta en marcha, Capacitacion en uso, catálogo.</p> <p>Garantía mínima de un año desde su puesta en marcha</p>
7	<p>Deshumidificador para laboratorio:</p> <p>Fuente de alimentacion 220-240v-50 hz;Potencia aprox. 410 W.</p> <p>Eliminación de humedad (30°C-80 RH %) aprox. 30 litros/ día.</p> <p>Cobertura: 30-45 m2.</p> <p>Incluir: Servicio tecnico garantizado. Instalacion, puesta en marcha y capacitacion en uso.</p> <p>Garantía mínima de 1 año desde su puesta en marcha.</p>
8	<p>Campana de extracción de gases, resistente a ácidos y álcalis fuertes con mesadas y gabinetes inferiores:</p> <p>Con Sistema de control microprocesado, pantalla LCD.</p> <p>Con mesada y gabinetes de almacenamiento inferior de dos o mas puertas.</p> <p>La ventana delantera fabricada en vidrio templado transparente.</p> <p>Superficie de trabajo hecha completamente de Polipropileno blanco resistente a acidos y alcalis fuertes.</p> <p>Dimensiones externas aproximadas: 1547 x 800 x 2450 mm (Frente x Profundidad x Altura).</p> <p>Altura de la superficie de trabajo aproximadas: 700 mm.</p> <p>Velocidad del aire aprox.: 0,4 m/s a 0,6 m/s.</p> <p>Ruido: <60 dB aprox.</p> <p>Extractor incorporado: Ventilador centrífugo, de velocidad ajustable incorporado internamente.</p> <p>Puerta: Apertura manual u otro, de vidrio templado de 5 mm aprox.</p> <p>Fuente de alimentación: 110-220V/50-60Hz.</p> <p>Consumo de energía: 360W a 600W</p> <p>Incluir Accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lámpara fluorescente o LED: 1 unidad. * Tomacorriente a prueba de agua y resistente para conexiones internas de hasta 1500 watts o superior (para conexion de placas calefactoras): 2 unidades. * Ducto de extracción fabricada en PVC de 250 mm de diámetro aprox., longitud estándar 4 metros aprox.: 1 unidad. * Base de trabajo de Poli Propileno, placa de resina epoxi o placa de cerámica. * Extractor centrífugo externo, con resistencia química. * Incluir todo lo necesario para su instalación, puesta en marcha (funcionamiento) y capacitación en el uso del equipo. * Garantía minima de 1 año desde la puesta en marcha. * Debe contar con servicio técnico local. * Incluir manual de uso.

9	<p>Balanza:</p> <p>Los materiales de la carcasa, teclado y la pantalla deben soportar entornos difíciles para su utilización con muestras como polvo químico, fertilizantes, suelos y otros.</p> <p>Capacidad de pesaje mínima: 1000 g.</p> <p>Legibilidad: 0,01g</p> <p>Repetibilidad: 0,01g.</p> <p>Linealidad: 0,02 g</p> <p>Tamaño del plato: 160 mm aproximadamente.</p> <p>Clase / e II</p> <p>Tiempo de respuesta: 1,5 a 2 s aprox.</p> <p>Pantalla de cristal líquido LCD retroiluminada.</p> <p>Voltaje ,Tolerancia 100 240 V Frecuencia 50 60 Hz.</p> <p>Debe incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Puerto RS232. * Adaptador de corriente eléctrica * Calibración externa posterior a la instalación del equipo. * Calificación IQ/OQ. * Gran pantalla LCD alfanumérica: Grande y fácil de leer * Instalación y puesta en marcha del equipo. Capacitación y Servicio Técnico Local. Catálogo de uso. * Garantía mínima de 1 año desde su puesta en marcha
10	<p>Sistema de digestión Kjeldahl:</p> <p>La unidad automática de digestión de proteínas debe incluir digestores totalmente automáticos listos para su uso inmediato, bloque calefactor de aluminio, un elevador para la manipulación automática de muestras, la campana de aspiración, tubos de ensayo, rejillas para tubos de ensayo y bandeja de antigoteo.</p> <p>Estructura de acero inoxidable con pintura epoxi.</p> <p>Sistema de control: microprocesador con pantalla gráfica LCD</p> <p>Estabilidad de temperatura: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ con ajuste de temperatura digital en $^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$. Rango de temperatura: 0 hasta 450°C Programas: 54 (30 preinstalados +24 personalizables)</p> <p>Con 4 rampas de temperatura por programa.</p> <p>Calibración de temperatura automática.</p> <p>Tiempo de digestión aprox.: De 1 a 999 minutos, pasos de 1 minuto. Cuenta atrás digital.</p> <p>Espacio de 20 posiciones, tubos de 42 mm x 300 mm.</p> <p>Con Scrubber para neutralizar vapores, humos corrosivos y tóxicos.</p> <p>Material de construcción: Estructura de acero inoxidable pintado con epoxi. Contenedores de gran capacidad para la solución de neutralización y para la recolección de condensados.</p> <p>Bomba de vacío-estructura: ABS. Absorción máxima de aire: de 0 a 35 l/min aproximadamente.</p> <p>Presión residual (temp.del agua=15°C): 35 mmHg. Potencia y voltaje: 160 W, 230 V / 50 Hz .</p> <p>Dimensiones aproximadas (LxHxP): 250x400x370 mm.</p> <p>Incluir todo lo necesario para su instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo. Catalogo. Con garantía mínima de 1 año a partir de la puesta en marcha.</p> <p>Ser representante autorizado de la marca.</p> <p>Incluir mantenimiento por un año posterior a la puesta en marcha.</p>

11	<p>pH metro de mesa: Rango de medición de pH: 0 - 14.00. Resolución de pH: 0.1 / 0.01 Exactitud de pH: $\pm 0.02 \pm 1$ dígito. Compensación de temperatura: 0 a 100° C (Automático o Manual) Calibración: Automática de 1 a 3 puntos. Rango de medición de ORP: ± 1999 mV. Resolución de ORP: 1 mV. Exactitud de ORP: $\pm 0.1\%$ FS ± 1 dígito. Rango de temperatura: 0 - 100.0 ° C (32.0 a 212° F) aproximadamente. Resolución de la temperatura: 0.1 ° C; 0.1 / 1° F. Exactitud de la temperatura: ± 0.5 ° C ± 1 dígito. Incluye electrodo de pH/temp. de combinación 3 en 1. Analiza pH y temperatura simultáneamente (soporta compensación automática de temperatura) Sensor de pH de bombilla de vidrio. Equipado con una tapa para almacenar el electrodo, manteniendo el sensor hidratado cuando no está siendo usado. Electrolito con KCl en gel, sin necesidad de ser rellenado. Electrodo de referencia: Ag/AgCl Conector: BNC. Voltaje: 220V. Incluir todo lo necesario para la puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo. Garantía mínima de 1 año a partir de la puesta en marcha.</p>
12	<p>Plancha calefactora de vitroceramica, con alta resistencia química, con circuito de seguridad - Rango de temperatura de calefacción 50 a 550 °C , con ajuste exacto de la temperatura a través de un indicador digital (LED) y control giratorio, indicador digital de códigos de error, con panel de control elevado para proteger frente a líquidos que puedan derramarse. - volumen máximo 15 Litros. - velocidad de calentamiento 5Kw/mín, potencia de calefacción de 1500 W. - Dimensiones aproximadas de la superficie de la placa: 260 x 260 mm. Presentar documentación que respalde ser representante autorizado de la marca y de contar con servicio técnico garantizado. Con garantía mínima de 1 año. Incluir todo lo necesario para la instalación, puesta en marcha y capacitación del equipo.</p>
13	<p>Molino de mortero: Aplicación para: molienda de fertilizante, mezcla y trituración en seco y/o húmedo. Tipo de material blando, duro, frágil, pastoso. Principio de molienda: presión, fricción. Granulometría inicial aprox.: < 8 mm. Granulometría final aprox.: < 10 μm Carga / cant. del material alimentado: De 10 a 190 ml aprox. Volumen recipiente de molienda 700 ml aprox. Velocidad a 50 Hz - 60 Hz, 100 min-1 Ajuste de presión de la mano de mort Vertical con regulador+escala, horizontal con regulador+control visual/acústico Ajuste de la presión del rascador ajustando el regulador + control visual Material de las herramientas de molienda: acero templado, acero inoxidable, carburo de tungsteno, ágata, corindón sinterizado, óxido de circonio, porcelana dura Duración de la molienda digital, 1 - 99 min / operación continua Motor monofásico con condensador auxiliar Tipo de protección IP 53 Consumo de potencia 250 W (230 V, 50 Hz) / 290 W (120 V, 60 Hz) Dimensiones aproximadas: A x H x F cerrado 400 x 480 x 370 mm (abierto 400 x 550 x 510 mm), 230 V, 50 Hz Incluir: * Molino + scraper de PTFE (dos unidades) * un mortero y mano de mortero de porcelana * un mortero y mano de mortero de ágata. * Instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo. * Garantía mínima de 1 año luego de la puesta en marcha del equipo, * Catalogo de uso en español.</p>

14	<p>Lavadora y secadora de cristalería:</p> <p>Volumen de la cámara de limpieza. $\geq 200\text{L}$.</p> <p>Dimensiones aprox.: 980mmx740mmx1100mm.</p> <p>Fuente de alimentación: (V/HZ) 220V/50Hz.</p> <p>Poder de limpieza del agua: puede llegar hasta 1,5 kw. Poder de calentamiento rápido de agua.</p> <p>Poder de secado $\geq 2.1\text{kW}$ aprox.</p> <p>Con 2 o mas rejillas de limpieza.</p> <p>Equipado con un barril de líquido de limpieza y un de líquido neutralizante.</p> <p>Con carcasa de aislamiento térmico y acústico desmontable de doble capa.</p> <p>Cavidad interior y exterior de acero inoxidable.</p> <p>Capacidad: mayor o igual a 200L aproximadamente.</p> <p>Las partes visibles de la caja y la puerta no deben tener tornillos ni remaches expuestos para evitar la oxidación en un ambiente húmedo.</p> <p>Secado por inyección de aire caliente.</p> <p>Debe incluir la función de auto verificación del programa y auto limpieza del equipo, que puede realizar una auto verificación en el programa establecido.Después de la limpieza, el equipo también se debe limpiar automáticamente para reducir los residuos.</p> <p>Incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Garantía mínima por un año a partir de la puesta en marcha * Todo lo necesario para la instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo. * Catalogo de uso en idioma español
----	---

EQUIPO ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA

Analizador automático de destilación atmosférica según Normas ASTM D86 (grupo 0, 1, 2, 3, 4), ASTM D850, ASTM D1078, ISO 3405, ISO 918, IP 123, IP 195, DIN 51751 y GOST 2177, con las siguientes características:

- *Provisión de los consumibles necesarios para su puesta en marcha.
- *Sistema de pantalla táctil, con métodos predefinidos y regulador de errores antes y durante la medición.
- *Comprobación automática de inicio del trabajo.
- *Con extintor automático óptico de incendios, provisto con su balón de gas inerte y conexiones correspondientes.
- *Posicionamiento automático del calentador y escudo de seguridad.
- *Configuración automática del calentador inicial y regulación del calentador inteligente incluso para combustibles con mezclas de etanol.
- *Ventilador de enfriamiento para alcanzar rápidamente la temperatura de manipulación segura después de la prueba.
- *Preferentemente con sistema de condensador con enfriamiento de tecnología sin líquido con un rango de temperatura: 0 ° C a 80 ° C, resolución: 0.1 ° C.
- *Cámara de recepción - Rango de temperatura: 0 ° C a 60 ° C, resolución: 0.1 ° C. - A prueba de corrosión.
- *Temperatura de vapor - Sensor de temperatura y vapor integrada tipo Pt100, clase A. - Rango de temperatura: 0 ° C a 450 ° C, resolución: 0.1 ° C
- * Memoria de calibración integrada con 20 puntos de calibración y lectura automática (detección de ID). -Corrección automática por presión barométrica.
- *Volumen de la muestra - Estabilidad de temperatura y detección de volumen en la cámara receptora con corrección automática. - Escaneo de residuos en la cámara receptora con cálculo automático de pérdida. - Rango de volumen: 0 ml a 103,5 ml, resolución: 0,01 ml. - Precisión: ± 0.1 mL.
- *Sensor de presión ambiental incorporado, rango: 30 kPa a 110 kPa, resolución: 0.1 kPa.
- *Sensor de humedad ambiental incorporado, rango: 0% a 95% (humedad relativa).
- *Sensor de Temperatura de ambiente incorporado, rango de temperatura: -20 ° C a +80 ° C, resolución: 0.1 ° C.
- *Manual de usuario y errores frecuentes.
- *Capacitación de uso para los métodos mencionados.
- *Garantía mínima de un año después de la puesta en marcha.
- *Servicio técnico garantizado.
- *Con provisión extra de los siguientes consumibles: - Mínimo 10 balones de 125mL. - Mínimo 2 probetas de medición. - Mínimo un Sensor de medición de temperatura de vapor de repuesto. - Mínimo 2 placas calefactoras de repuestos para cada medida 50mm, 38mm y 32mm. - Mínimo 1 limpiador de condensador,
- * Ser representante autorizado de la marca. *Incluir verificación con material de referencia.

16	<p>Medidor de densidad: medidor digital de densidad de mesada para uso en laboratorio (Según Norma, ISO 12185 - 18301; DIN 51757; ASTM D 4052) en pleno cumplimiento de GMP/GLP y que satisfaga las normas de integridad de datos y trazabilidad.</p> <p>Rango de medición, Densidad de 0 a 3 g/cm³, Rango de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F), Rango de presión: hasta 10 bares de presión absoluta,</p> <p>Repetibilidad: Densidad máx. 0,000005 g/cm³, Temperatura máx. 0,01 °C,</p> <p>Reproducibilidad: Densidad máx. 0,00002 g/cm³.</p> <p>Precisión: Densidad máx. 0,00005 g/cm³.</p> <p>Datos técnicos:</p> <p>Incluir tablas predefinidas (tablas de etanol, graduación alcohólica, gravedad específica, etc.)</p> <p>Tiempo medición aproximado 30 s</p> <p>Volumen de muestra requerida: 3 ml aprox.</p> <p>Viscosidad dinámica: de 0 mPa.s a 3000 mPa.s</p> <p>Pantalla de dimensión adecuada que permita una visualización adecuada de los datos</p> <p>Incluir teclado y mouse para la carga de datos.</p> <p>Interfaz de comunicación: USB (al menos 4 puertos), tecnología tradicional para conectar dispositivos en una red de área, puerto serial RS232 o similar.</p> <p>Memoria interna para el almacenamiento de valores de medición</p> <p>Cámara de inspección para una visualización adecuada del tubo de medición</p> <p>Fuente de alimentación CA 100 V a 240 V; 50 a 60 Hz; 190 VA.</p> <p>Materiales de fabricación: material en contacto con la muestra PTFE, vidrio de borosilicato, acero inoxidable DIN y materiales de calidad comprobada para su uso con sustancias orgánicas.</p> <p>Incluir diez jeringas para inyección de muestras.</p> <p>Incluido instalación, puesta en marcha, capacitación, manual de uso, consumibles de mantenimiento preventivo. Verificación y calibración con material de referencia certificado y cálculo de incertidumbre con informe técnico. Presentar documentación que respalde ser representante autorizado de la marca y contar con el servicio técnico garantizado.</p> <p>Garantía mínima de 1 año luego de la puesta en marcha del equipo.</p>
----	---

17	<p>Analizador automático de Punto de Inflamación según metodología copa cerrada-Pensky Martens para ensayos según Normas ISO 2719 A + B, ASTM D 93 A +B + C, IP 34, JIS K2265 y GB/T 261. Precalentamiento automático del boque de calentamiento. Con suministro de Extintor de fuego activo. Suministro de CO2 para el extintor. Sistema de Monitoreo de Seguridad: Intervalo de seguridad pre ensayo para evitar incendios causados por errores del uso *Protección de sobre calentamiento. Seguridad pre ensayo. Funciones de Alarma: Detección automática de violaciones del método de seguridad. Funciones automáticas de diagnóstico. Funciones QC: Manejo automático de las muestras QC y grafico QC. Identificación de la Pt100. Características de Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Capaz de detectar una elevada contaminación de volátiles en muestras de punto de inflamación normalmente altos y evitar el riesgo de fuego. *Fuente de Ignición: Ignitor eléctrico inteligente con chip incorporado con gestión automática de la potencia a lo largo de la vida útil o la ignición de gas automática con control de la llama de gas acorde al ensayo. Con detección y aviso si el ignitor se encuentra defectuoso. <p>Configuración: Para un rango de medición conforme a la Norma requerida, preferiblemente de 30 °C a 400 °C.</p> <p>Sistema de Calentamiento: Banda calefactora para calentar el bloque de calentamiento de manera uniforme. Velocidad desde 0,5 °C hasta 12 °C/min.</p> <p>Medición de Temperatura: Sonda inteligente Pt100 con 10 puntos de Calibración, rango de temperatura -50° a +450 °C y resolución 0,1 °C.</p> <p>Agitador de la Muestra: Automático conforme al método de ensayo de 0 a 300RPM.</p> <p>Sensor de presión barométrica: Sensor incorporado para la corrección automática del punto de inflamación, unidades de presión mbar, hPa, kPa, mmHg o Torr.</p> <p>Detector del punto de inflamación capaz de detectar el punto de inflamación de todos los tipos de muestras.</p> <p>Incluir una unidad extra de: *Ignitor Eléctrico, *Sensor para Punto de Inflamación, *Acople de Agitación, *Sensor de Temperatura de Muestra de metal calibrada a 40 °C y 200 °C, *Copa de Ensayo. Incluir manual de instrucciones.</p> <p>Presentar las documentaciones que respalden lo siguiente: Ser representante de la marca. Certificado de garantía mínimo un año después de la puesta en marcha del equipo.</p> <p>Contar con técnicos capacitados en el mantenimiento y reparación del equipo, demostrar competencia técnica escrita.</p> <p>Instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipos (con certificado de capacitación). Incluir la primera calibración del equipo con certificado y Material de referencia certificado según la ISO 17034 para ASTM D 93 A y C.</p> <p>* Ser representante autorizado de la marca.</p>
18	<p>Centrífuga:</p> <p>Rango de velocidad: 200 rpm 18.000 rpm,</p> <p>Un rotor para 20 tubos de 10ml y un rotor para 10 tubos conicos de 50 a 100 ml; y/o un rotor para 12 tubos de 10ml, un rotor con 6 tubos conicos de 50ml y 4 tubos conicos de 100ml</p> <p>Dimensiones aproximadas:450 mm x 350m m x 450 mm (LxAxA).</p> <p>Peso aproximado: entre 30 a 50 kg.</p> <p>Pantalla: LCD con retroiluminación.</p> <p>Bloqueo de tapa: Impulso por motor.</p> <p>Incluir: Todo lo necesario para la instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo ,servicio técnico local y garantia minima por un año.</p>

19	<p>Equipo Vibrador para 4 juegos de tamices capaz de mover el conjunto de tamices con un movimiento horizontal elíptico con un impacto provocado a la bandeja de fondo, esto debe incluir 2 juegos de 4 Tamices de 8 de Acero Inoxidable o latón con Tapa Superior de Acero Inoxidable o latón y Bandeja Inferior de Acero Inoxidable o latón.</p> <p>Especificaciones de los Juegos de Tamices de 8 de Acero Inoxidable o latón: AGG</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marco de acero inoxidable o latón • Malla de acero inoxidable o latón Especificaciones Técnicas • Diámetro: 8 (20 cm) • Altura: 2 5/8 (7cm) • Mallas de Aberturas de 300µm, 106µm, 75µm, 53µm
20	<p>Muestreador automático de líquidos: Para cromatógrafo gaseoso compatible con equipo Cromatógrafo Gaseoso Marca Agilent 7890A y el programa GC ChemStation Rev. B.0403 (16).</p> <p>Especificaciones técnicas: Capacidad de volumen de la jeringa: 0.5, 1, 5, 10, 25, 50 y 100 µL</p> <p>Capacidad de la bandeja: mínimo de 15 posiciones para viales de 2 ml.</p> <p>Volumen de la muestra: Tan baja como el paso de 0.1µL.</p> <p>Velocidad de llenado rápido.</p> <p>Retardo de viscosidad: 0-15s aproximadamente, Velocidad de inyección: 1-100µL/seg, Profundidad de inyección: programable.</p> <p>Tipo de lavado: de preinyección de muestra, de post-inyección. Capacidad del solvente: al menos 2 viales de 4 ml.</p> <p>Incluir software de operación.</p> <p>Con capacidad para conexión a la red eléctrica de 220 a 240 VCA, 50/60 Hz, 180 VA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir: instalación y puesta en marcha, capacitación, manual de uso. - Demostrar competencia técnica para la instalación y configuración al cromatógrafo gaseoso. <p>Servicio técnico garantizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contar con la autorización de la marca Agilent para la instalación y configuración al equipo cromatógrafo gaseoso. Ser representante autorizado de la marca. - Compromiso de Garantía mínima de 1 año.

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a

marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ITEMS	

1	<p>Incinerador de ansas : De mesa, Carga aprox: 1kg Intervalos de temperatura: *Mínimo: 800 °C *Máximo: 850°C Duración del ciclo de esterilización aproximado: 15 min Dimensiones aproximadas: * Ancho: 120 mm * Alto: 180 mm * Profundo: 155 mm. Con garantía mínima de 1 año. Incluir instalación, puesta en marcha del equipo y capacitación en su uso. Servicio técnico local.</p>
2	<p>Balanza granataria: Balanza de precisión de 0,01 g, con capacidad hasta 2200 g. Plato de acero inoxidable. Proteccion contra sobrecargas. Nivel de burbuja., pies regulables, Sistema externo de calibración; Teclado de 5 botones fácil de manejar y acceder a todo el menú completo Pantalla LCD retroiluminada Reloj con fecha y hora. Incluir adaptador de corriente eléctrica. Voltaje: 220V Con garantía mínima de 1 año desde su puesta en marcha. Incluir instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo. Servicio técnico local.</p>
3	<p>Calentador con Agitador magnético: Con calefacción y placa calefactora. Número de puestos de agitación:1 . Max. cantidad a agitar (H2O): 10 L. Carga máxima:15 kg. Potencia del suministro del motor: 1.5 W Dirección de rotación del motor: izquierda Con control de velocidad aprox.: escala 0 - 6 Rango de velocidad aprox.: 100 - 1500 rpm Longitud aproximada de la varilla magnética: 80 mm Autocalentamiento de la placa Potencia de calefacción aprox.: 1000 W Indicación de temperatura LED: valor programado. Rango de temperatura de calefacción aprox.: 50 - 500 °C. Con control de calentamiento y botón giratorio Exactitud de ajuste de temperatura de la placa de calentamiento con sensor de temperatura conectable. Circuito fijo de seguridad Material de la superficie de la placa: cerámica Dimensiones aprox.de la superficie de la placa: 180 x 180 mm Velocidad de calentamiento apros.: 5 K/min Dimensiones aprox.: (An x Al x Pr) 220 x 105 x 335 mm Peso aprox.: 5 kg Voltaje: 230 V. Frecuencia: 50/60 Hz. Consumo de energía:1020 W. Con garantía mínima de 1 año. Incluir instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo.</p>

4	<p>Plancha calefactora de vitroceramica: Cubierta de aluminio con placa de trabajo de cerámica, permite una transferencia de calor inmediata. Con control de temperatura externo a través del sensor de temperatura PT1000 De alta resistencia química Con circuito de seguridad. Dimensión de la placa de trabajo aproximadas: 140×140mm Material de la placa de trabajo: Aluminio con revestimiento cerámico. Visualización de temperatura : LCD Rango de temperatura de calefacción aproximada: Temperatura ambiente. ±5°C-380°C Protección contra el sobrecalentamiento: 420°C aprox. Sensor de temperatura externo: PT1000 Fuerza aprox.: 510W Potencia de calefacción aprox.: 500W Voltaje: 100-120/200-240 V, 50/60 Hz Dimensies aproximadas: [Ancho×Profundidad×Alto]: 320×180×108mm Incluir:* Todo lo necesario para su instalación y uso,Capacitación, Servicio técnico local. Garantia escrita minima de un año. *Manual de uso.</p>
5	<p>Estufa Microprocesada de Secado: Capacidad aproximada: 80 a 85 L Rango de temperatura de trabajo aprox.: 50°C a 300°C Voltaje: 220 Volts, 800 Watts mínimo. Uniformidad de la temperatura aprox.: +/-1°C hasta 200 °C Aislamiento de alta eficiencia. Debe incluir: Manual de uso, Instalación, Calibración del sensor de temperatura posterior a la instalación del equipo y puesta en marcha. Presentar Compromiso de Garantía mínima de 1 año desde su puesta en marcha. Capacitación en el uso del equipo. Con servicio técnico local.</p>
6	<p>Refrigerador de laboratorio: (para refrigeración de muestras de aguas, efluentes) Refrigerador con ruedas con freno. Capacidad aprox.: 400 litros. Rango de funcionamiento de 2°C a 8°C aprox. Frío seco. Mantenimiento uniforme de temperatura. Modelo vertical. Tecnología de compresor único, Puerta Maciza, Bajo consumo de energía, refrigerante ecológico. Alarma de visual/acustica por fallos de energia,temperatura alta, puerta abierta. Incluir: estantes ajustables (mínimo 5), Servicio tecnico local , Instalacion y puesta en marcha, Capacitacion en uso, catálogo. Garantía mínima de un año desde su puesta en marcha</p>
7	<p>Deshumidificador para laboratorio: Fuente de alimentacion 220-240v-50 hz;Potencia aprox. 410 W. Eliminación de humedad (30°C-80 RH %) aprox. 30 litros/ día. Cobertura: 30-45 m2. Incluir: Servicio tecnico garantizado. Instalacion, puesta en marcha y capacitacion en uso. Garantía mínima de 1 año desde su puesta en marcha.</p>

8	<p>Campana de extracción de gases, resistente a ácidos y álcalis fuertes con mesadas y gabinetes inferiores:</p> <p>Con Sistema de control microprocesado, pantalla LCD.</p> <p>Con mesada y gabinetes de almacenamiento inferior de dos o mas puertas.</p> <p>La ventana delantera fabricada en vidrio templado transparente.</p> <p>Superficie de trabajo hecha completamente de Polipropileno blanco resistente a acidos y alcalis fuertes.</p> <p>Dimensiones externas aproximadas: 1547 x 800 x 2450 mm (Frente x Profundidad x Altura).</p> <p>Altura de la superficie de trabajo aproximadas: 700 mm.</p> <p>Velocidad del aire aprox.: 0,4 m/s a 0,6 m/s.</p> <p>Ruido: <60 dB aprox.</p> <p>Extractor incorporado: Ventilador centrífugo, de velocidad ajustable incorporado internamente.</p> <p>Puerta: Apertura manual u otro, de vidrio templado de 5 mm aprox.</p> <p>Fuente de alimentación: 110-220V/50-60Hz.</p> <p>Consumo de energía: 360W a 600W</p> <p>Incluir Accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Lámpara fluorescente o LED: 1 unidad. * Tomacorriente a prueba de agua y resistente para conexiones internas de hasta 1500 watts o superior (para conexion de placas calefactoras): 2 unidades. * Ducto de extracción fabricada en PVC de 250 mm de diámetro aprox., longitud estándar 4 metros aprox.: 1 unidad. * Base de trabajo de Poli Propileno, placa de resina epoxi o placa de cerámica. * Extractor centrífugo externo, con resistencia química. * Incluir todo lo necesario para su instalación, puesta en marcha (funcionamiento) y capacitación en el uso del equipo. * Garantía minima de 1 año desde la puesta en marcha. * Debe contar con servicio técnico local. * Incluir manual de uso.
9	<p>Balanza:</p> <p>Los materiales de la carcasa, teclado y la pantalla deben soportar entornos difíciles para su utilizacion con muestras como polvo químico, fertilizantes, suelos y otros.</p> <p>Capacidad de pesaje mínima: 1000 g.</p> <p>Legibilidad: 0,01g</p> <p>Repetibilidad: 0,01g.</p> <p>Linealidad: 0,02 g</p> <p>Tamaño del plato: 160 mm aproximadamente.</p> <p>Clase / e II</p> <p>Tiempo de respuesta: 1,5 a 2 s aprox.</p> <p>Pantalla de cristal líquido LCD retroiluminada.</p> <p>Voltaje ,Tolerancia 100 240 V Frecuencia 50 60 Hz.</p> <p>Debe incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Puerto RS232. * Adaptador de corriente eléctrica * Calibración externa posterior a la instalación del equipo. * Calificación IQ/OQ. * Gran pantalla LCD alfanumérica: Grande y fácil de leer * Instalación y puesta en marcha del equipo. Capacitación y Servicio Técnico Local. Catálogo de uso. * Garantía mínima de 1 año desde su puesta en marcha

10	<p>Sistema de digestión Kjeldahl:</p> <p>La unidad automática de digestión de proteínas debe incluir digestores totalmente automáticos listos para su uso inmediato, bloque calefactor de aluminio, un elevador para la manipulación automática de muestras, la campana de aspiración, tubos de ensayo, rejillas para tubos de ensayo y bandeja de antigoteo.</p> <p>Estructura de acero inoxidable con pintura epoxi.</p> <p>Sistema de control: microprocesador con pantalla gráfica LCD</p> <p>Estabilidad de temperatura: $\pm 0,5$ °C con ajuste de temperatura digital en °C o °F. Rango de temperatura: 0 hasta 450 °C Programas: 54 (30 preinstalados +24 personalizables)</p> <p>Con 4 rampas de temperatura por programa.</p> <p>Calibración de temperatura automática.</p> <p>Tiempo de digestión aprox.: De 1 a 999 minutos, pasos de 1 minuto. Cuenta atrás digital.</p> <p>Espacio de 20 posiciones, tubos de 42 mm x 300 mm.</p> <p>Con Scrubber para neutralizar vapores, humos corrosivos y tóxicos.</p> <p>Material de construcción: Estructura de acero inoxidable pintado con epoxi. Contenedores de gran capacidad para la solución de neutralización y para la recolección de condensados.</p> <p>Bomba de vacío-estructura: ABS. Absorción máxima de aire: de 0 a 35 l/min aproximadamente.</p> <p>Presión residual (temp.del agua=15°C): 35 mmHg. Potencia y voltaje: 160 W, 230 V / 50 Hz .</p> <p>Dimensiones aproximadas (LxHxP): 250x400x370 mm.</p> <p>Incluir todo lo necesario para su instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo.</p> <p>Catalogo. Con garantía mínima de 1 año a partir de la puesta en marcha.</p> <p>Ser representante autorizado de la marca.</p> <p>Incluir mantenimiento por un año posterior a la puesta en marcha.</p>
11	<p>pH metro de mesa:</p> <p>Rango de medición de pH: 0 - 14.00.</p> <p>Resolución de pH: 0.1 / 0.01</p> <p>Exactitud de pH: $\pm 0.02 \pm 1$ dígito.</p> <p>Compensación de temperatura: 0 a 100° C (Automático o Manual)</p> <p>Calibración: Automática de 1 a 3 puntos. Rango de medición de ORP: ± 1999 mV. Resolución de ORP: 1 mV. Exactitud de ORP: $\pm 0.1\%$ FS ± 1 dígito. Rango de temperatura: 0 - 100.0 ° C (32.0 a 212° F) aproximadamente.</p> <p>Resolución de la temperatura: 0.1 ° C; 0.1 / 1° F. Exactitud de la temperatura: ± 0.5 ° C ± 1 dígito.</p> <p>Incluye electrodo de pH/temp. de combinación 3 en 1.</p> <p>Analiza pH y temperatura simultáneamente (soporta compensación automática de temperatura)</p> <p>Sensor de pH de bombilla de vidrio.</p> <p>Equipado con una tapa para almacenar el electrodo, manteniendo el sensor hidratado cuando no está siendo usado. Electrolito con KCl en gel, sin necesidad de ser rellenado.</p> <p>Electrodo de referencia: Ag/AgCl Conector: BNC.</p> <p>Voltaje: 220V.</p> <p>Incluir todo lo necesario para la puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo.</p> <p>Garantía mínima de 1 año a partir de la puesta en marcha.</p>
12	<p>Plancha calefactora de vitroceramica, con alta resistencia química, con circuito de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rango de temperatura de calefacción 50 a 550 °C , con ajuste exacto de la temperatura a través de un indicador digital (LED) y control giratorio, indicador digital de códigos de error, con panel de control elevado para proteger frente a líquidos que puedan derramarse. - volumen máximo 15 Litros. - velocidad de calentamiento 5Kw/mín, potencia de calefacción de 1500 W. - Dimensiones aproximadas de la superficie de la placa: 260 x 260 mm. <p>Presentar documentación que respalde ser representante autorizado de la marca y de contar con servicio técnico garantizado.</p> <p>Con garantía mínima de 1 año. Incluir todo lo necesario para la instalación, puesta en marcha y capacitación del equipo.</p>

13	<p>Molino de mortero:</p> <p>Aplicación para: molienda de fertilizante, mezcla y trituración en seco y/o húmedo. Tipo de material blando, duro, frágil, pastoso.</p> <p>Principio de molienda: presión, fricción.</p> <p>Granulometría inicial aprox.: < 8 mm. Granulometría final aprox.: < 10 µm</p> <p>Carga / cant. del material alimentado: De 10 a 190 ml aprox.</p> <p>Volumen recipiente de molienda 700 ml aprox.</p> <p>Velocidad a 50 Hz - 60 Hz, 100 min⁻¹</p> <p>Ajuste de presión de la mano de mort</p> <p>Vertical con regulador+escala, horizontal con regulador+control visual/acústico</p> <p>Ajuste de la presión del rascador ajustando el regulador + control visual</p> <p>Material de las herramientas de molienda: acero templado, acero inoxidable, carburo de tungsteno, ágata, corindón sinterizado, óxido de circonio, porcelana dura</p> <p>Duración de la molienda digital, 1 - 99 min / operación continua</p> <p>Motor monofásico con condensador auxiliar</p> <p>Tipo de protección IP 53</p> <p>Consumo de potencia 250 W (230 V, 50 Hz) / 290 W (120 V, 60 Hz)</p> <p>Dimensiones aproximadas: A x H x F cerrado 400 x 480 x 370 mm (abierto 400 x 550 x 510 mm), 230 V, 50 Hz</p> <p>Incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Molino + scraper de PTFE (dos unidades) * un mortero y mano de mortero de porcelana * un mortero y mano de mortero de ágata. * Instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo. * Garantía mínima de 1 año luego de la puesta en marcha del equipo, * Catalogo de uso en español.
14	<p>Lavadora y secadora de cristalería:</p> <p>Volumen de la cámara de limpieza. ≥200L.</p> <p>Dimensiones aprox.: 980mmx740mmx1100mm.</p> <p>Fuente de alimentación: (V/HZ) 220V/50Hz.</p> <p>Poder de limpieza del agua: puede llegar hasta 1,5 kw. Poder de calentamiento rápido de agua.</p> <p>Poder de secado ≥2.1kW aprox.</p> <p>Con 2 o mas rejillas de limpieza.</p> <p>Equipado con un barril de líquido de limpieza y un de líquido neutralizante.</p> <p>Con carcasa de aislamiento térmico y acústico desmontable de doble capa.</p> <p>Cavidad interior y exterior de acero inoxidable.</p> <p>Capacidad: mayor o igual a 200L aproximadamente.</p> <p>Las partes visibles de la caja y la puerta no deben tener tornillos ni remaches expuestos para evitar la oxidación en un ambiente húmedo.</p> <p>Secado por inyección de aire caliente.</p> <p>Debe incluir la función de auto verificación del programa y auto limpieza del equipo, que puede realizar una auto verificación en el programa establecido.Después de la limpieza, el equipo también se debe limpiar automáticamente para reducir los residuos.</p> <p>Incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Garantía mínima por un año a partir de la puesta en marcha * Todo lo necesario para la instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo. * Catalogo de uso en idioma español

EQUIPO ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA

Analizador automático de destilación atmosférica según Normas ASTM D86 (grupo 0, 1, 2, 3, 4), ASTM D850, ASTM D1078, ISO 3405, ISO 918, IP 123, IP 195, DIN 51751 y GOST 2177, con las siguientes características:

- *Provisión de los consumibles necesarios para su puesta en marcha.
- *Sistema de pantalla táctil, con métodos predefinidos y regulador de errores antes y durante la medición.
- *Comprobación automática de inicio del trabajo.
- *Con extintor automático óptico de incendios, provisto con su balón de gas inerte y conexiones correspondientes.
- *Posicionamiento automático del calentador y escudo de seguridad.
- *Configuración automática del calentador inicial y regulación del calentador inteligente incluso para combustibles con mezclas de etanol.
- *Ventilador de enfriamiento para alcanzar rápidamente la temperatura de manipulación segura después de la prueba.
- *Preferentemente con sistema de condensador con enfriamiento de tecnología sin líquido con un rango de temperatura: 0 ° C a 80 ° C, resolución: 0.1 ° C.
- *Cámara de recepción - Rango de temperatura: 0 ° C a 60 ° C, resolución: 0.1 ° C. - A prueba de corrosión.
- *Temperatura de vapor - Sensor de temperatura y vapor integrada tipo Pt100, clase A. - Rango de temperatura: 0 ° C a 450 ° C, resolución: 0.1 ° C
- * Memoria de calibración integrada con 20 puntos de calibración y lectura automática (detección de ID). -Corrección automática por presión barométrica.
- *Volumen de la muestra - Estabilidad de temperatura y detección de volumen en la cámara receptora con corrección automática. - Escaneo de residuos en la cámara receptora con cálculo automático de pérdida. - Rango de volumen: 0 ml a 103,5 ml, resolución: 0,01 ml. - Precisión: ± 0.1 mL.
- *Sensor de presión ambiental incorporado, rango: 30 kPa a 110 kPa, resolución: 0.1 kPa.
- *Sensor de humedad ambiental incorporado, rango: 0% a 95% (humedad relativa).
- *Sensor de Temperatura de ambiente incorporado, rango de temperatura: -20 ° C a +80 ° C, resolución: 0.1 ° C.
- *Manual de usuario y errores frecuentes.
- *Capacitación de uso para los métodos mencionados.
- *Garantía mínima de un año después de la puesta en marcha.
- *Servicio técnico garantizado.
- *Con provisión extra de los siguientes consumibles: - Mínimo 10 balones de 125mL. - Mínimo 2 probetas de medición. - Mínimo un Sensor de medición de temperatura de vapor de repuesto. - Mínimo 2 placas calefactoras de repuestos para cada medida 50mm, 38mm y 32mm. - Mínimo 1 limpiador de condensador,
- * Ser representante autorizado de la marca. *Incluir verificación con material de referencia.

16	<p>Medidor de densidad: medidor digital de densidad de mesada para uso en laboratorio (Según Norma, ISO 12185 - 18301; DIN 51757; ASTM D 4052) en pleno cumplimiento de GMP/GLP y que satisfaga las normas de integridad de datos y trazabilidad.</p> <p>Rango de medición, Densidad de 0 a 3 g/cm³, Rango de temperatura de 0 °C a 100 °C (32 °F a 212 °F), Rango de presión: hasta 10 bares de presión absoluta,</p> <p>Repetibilidad: Densidad máx. 0,000005 g/cm³, Temperatura máx. 0,01 °C,</p> <p>Reproducibilidad: Densidad máx. 0,00002 g/cm³.</p> <p>Precisión: Densidad máx. 0,00005 g/cm³.</p> <p>Datos técnicos:</p> <p>Incluir tablas predefinidas (tablas de etanol, graduación alcohólica, gravedad específica, etc.)</p> <p>Tiempo medición aproximado 30 s</p> <p>Volumen de muestra requerida: 3 ml aprox.</p> <p>Viscosidad dinámica: de 0 mPa.s a 3000 mPa.s</p> <p>Pantalla de dimensión adecuada que permita una visualización adecuada de los datos</p> <p>Incluir teclado y mouse para la carga de datos.</p> <p>Interfaz de comunicación: USB (al menos 4 puertos), tecnología tradicional para conectar dispositivos en una red de área, puerto serial RS232 o similar.</p> <p>Memoria interna para el almacenamiento de valores de medición</p> <p>Cámara de inspección para una visualización adecuada del tubo de medición</p> <p>Fuente de alimentación CA 100 V a 240 V; 50 a 60 Hz; 190 VA.</p> <p>Materiales de fabricación: material en contacto con la muestra PTFE, vidrio de borosilicato, acero inoxidable DIN y materiales de calidad comprobada para su uso con sustancias orgánicas.</p> <p>Incluir diez jeringas para inyección de muestras.</p> <p>Incluido instalación, puesta en marcha, capacitación, manual de uso, consumibles de mantenimiento preventivo. Verificación y calibración con material de referencia certificado y cálculo de incertidumbre con informe técnico. Presentar documentación que respalde ser representante autorizado de la marca y contar con el servicio técnico garantizado.</p> <p>Garantía mínima de 1 año luego de la puesta en marcha del equipo.</p>
----	---

17	<p>Analizador automático de Punto de Inflamación según metodología copa cerrada-Pensky Martens para ensayos según Normas ISO 2719 A + B, ASTM D 93 A +B + C, IP 34, JIS K2265 y GB/T 261. Precalentamiento automático del boque de calentamiento. Con suministro de Extintor de fuego activo. Suministro de CO2 para el extintor. Sistema de Monitoreo de Seguridad: Intervalo de seguridad pre ensayo para evitar incendios causados por errores del uso *Protección de sobre calentamiento. Seguridad pre ensayo. Funciones de Alarma: Detección automática de violaciones del método de seguridad. Funciones automáticas de diagnóstico. Funciones QC: Manejo automático de las muestras QC y grafico QC. Identificación de la Pt100. Características de Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Capaz de detectar una elevada contaminación de volátiles en muestras de punto de inflamación normalmente altos y evitar el riesgo de fuego. *Fuente de Ignición: Ignitor eléctrico inteligente con chip incorporado con gestión automática de la potencia a lo largo de la vida útil o la ignición de gas automática con control de la llama de gas acorde al ensayo. Con detección y aviso si el ignitor se encuentra defectuoso. <p>Configuración: Para un rango de medición conforme a la Norma requerida, preferiblemente de 30 °C a 400 °C.</p> <p>Sistema de Calentamiento: Banda calefactora para calentar el bloque de calentamiento de manera uniforme. Velocidad desde 0,5 °C hasta 12 °C/min.</p> <p>Medición de Temperatura: Sonda inteligente Pt100 con 10 puntos de Calibración, rango de temperatura -50° a +450 °C y resolución 0,1 °C.</p> <p>Agitador de la Muestra: Automático conforme al método de ensayo de 0 a 300RPM.</p> <p>Sensor de presión barométrica: Sensor incorporado para la corrección automática del punto de inflamación, unidades de presión mbar, hPa, kPa, mmHg o Torr.</p> <p>Detector del punto de inflamación capaz de detectar el punto de inflamación de todos los tipos de muestras.</p> <p>Incluir una unidad extra de: *Ignitor Eléctrico, *Sensor para Punto de Inflamación, *Acople de Agitación, *Sensor de Temperatura de Muestra de metal calibrada a 40 °C y 200 °C, *Copa de Ensayo. Incluir manual de instrucciones.</p> <p>Presentar las documentaciones que respalden lo siguiente: Ser representante de la marca. Certificado de garantía mínimo un año después de la puesta en marcha del equipo.</p> <p>Contar con técnicos capacitados en el mantenimiento y reparación del equipo, demostrar competencia técnica escrita.</p> <p>Instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipos (con certificado de capacitación). Incluir la primera calibración del equipo con certificado y Material de referencia certificado según la ISO 17034 para ASTM D 93 A y C.</p> <p>* Ser representante autorizado de la marca.</p>
18	<p>Centrífuga:</p> <p>Rango de velocidad: 200 rpm 18.000 rpm,</p> <p>Un rotor para 20 tubos de 10ml y un rotor para 10 tubos conicos de 50 a 100 ml; y/o un rotor para 12 tubos de 10ml, un rotor con 6 tubos conicos de 50ml y 4 tubos conicos de 100ml</p> <p>Dimensiones aproximadas:450 mm x 350m m x 450 mm (LxAxA).</p> <p>Peso aproximado entre 30 a 50 kg.</p> <p>Pantalla: LCD con retroiluminación.</p> <p>Bloqueo de tapa: Impulso por motor.</p> <p>Incluir: Todo lo necesario para la instalación, puesta en marcha y capacitación en el uso del equipo ,servicio técnico local y garantia minima por un año.</p>

19	<p>Equipo Vibrador para 4 juegos de tamices capaz de mover el conjunto de tamices con un movimiento horizontal elíptico con un impacto provocado a la bandeja de fondo, esto debe incluir 2 juegos de 4 Tamices de 8 de Acero Inoxidable o latón con Tapa Superior de Acero Inoxidable o latón y Bandeja Inferior de Acero Inoxidable o latón.</p> <p>Especificaciones de los Juegos de Tamices de 8 de Acero Inoxidable o latón: AGG</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marco de acero inoxidable o latón • Malla de acero inoxidable o latón Especificaciones Técnicas • Diámetro: 8 (20 cm) • Altura: 2 5/8 (7cm) • Mallas de Aberturas de 300µm, 106µm, 75µm, 53µm
20	<p>Muestreador automático de líquidos: Para cromatógrafo gaseoso compatible con equipo Cromatógrafo Gaseoso Marca Agilent 7890A y el programa GC ChemStation Rev. B.0403 (16).</p> <p>Especificaciones técnicas: Capacidad de volumen de la jeringa: 0.5, 1, 5, 10, 25, 50 y 100 µL</p> <p>Capacidad de la bandeja: mínimo de 15 posiciones para viales de 2 ml.</p> <p>Volumen de la muestra: Tan baja como el paso de 0.1µL.</p> <p>Velocidad de llenado rápido.</p> <p>Retardo de viscosidad: 0-15s aproximadamente, Velocidad de inyección: 1-100µL/seg, Profundidad de inyección: programable.</p> <p>Tipo de lavado: de preinyección de muestra, de post-inyección. Capacidad del solvente: al menos 2 viales de 4 ml.</p> <p>Incluir software de operación.</p> <p>Con capacidad para conexión a la red eléctrica de 220 a 240 VCA, 50/60 Hz, 180 VA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluir: instalación y puesta en marcha, capacitación, manual de uso. - Demostrar competencia técnica para la instalación y configuración al cromatógrafo gaseoso. <p>Servicio técnico garantizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contar con la autorización de la marca Agilent para la instalación y configuración al equipo cromatógrafo gaseoso. Ser representante autorizado de la marca. - Compromiso de Garantía mínima de 1 año.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

Items	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1 al 20	Segun lo estipulado en el SICP	Segun lo estipulado en el SICP	Segun lo estipulado en el SICP	<i>Sede central del INTN ubicada en Avenida Artigas y General Roa de la ciudad de Asunción</i>	<i>120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor</i>

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA <i>(Se indica la fecha que debe presentar según el PBC)</i>
Nota de remisión/Acta de Recepción	Nota de remisión/Acta de Recepción	<i>120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor</i>

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

- siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
 - Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la

contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la suscripción del contrato hasta 30 días posteriores al plazo de vigencia.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes efectivamente entregados y cumplidos, respectivamente, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de recibida la factura y remisiones correspondientes.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

Si

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Los anticipos estarán vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Para acceder al anticipo, el PROVEEDOR deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de

Anticipo.

1. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: **5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato**
2. Dirección: **INTN, Avda Artigas y Gral Roa, UOC**
3. Horario de atención: **07:00 a 15:00 de Lunes a Viernes**
4. Oficina y/o departamento: **UOC**
5. Responsable de la recepción: **Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones**
6. Plazo o fecha en la cual se abonará al PROVEEDOR el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: **Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de Inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al PROVEEDOR el monto total del anticipo, a más tardar dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. De constatare defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al PROVEEDOR y el plazo de pago quedará suspendido.**
7. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: **con la Nota de Remisión se deducirá en el mismo porcentaje del cobro del anticipado hasta la devolución total del 100% del anticipo recibido.**

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato será reajutable, en la medida que durante su ejecución exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. Estará determinado por la siguiente fórmula:

$$Pr = (Px IPC1)$$

$$IPC0$$

Donde:

Pr = Precio Reajustado.

P = Precio Original de la oferta.

IPC1 = Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes del pedido de reajuste.

IPC0 = Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de Apertura de Ofertas

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,

que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de

cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.
2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:
 - (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
 - (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
 - (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
 - (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
 - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
 - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
 - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
 - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

