

## Consultas Realizadas

# Licitación 441025 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA PARA TOMÓGRAFO DE LA MARCA CANON PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS.

### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2024
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE MODIFIQUE DE LA SIGUIENTE MANERA: DONDE DICE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL SEGÚN PROTOCOLO ESTABLECIDO POR FABRICANTE PARA UN TOMOGRAFO MARCA: CANON. DEBE DECIR: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL SIN PROVISION DE PARTES SEGÚN PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE PARA UN TOMÓGRAFO MARCA: CANON.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2024
Los mantenimientos preventivos se establecen en base a protocolos dispuestos estrictamente por cada fabricante. El oferente debera ajustarse a lo establecido en el PBC.		

### Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2024
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE MODIFIQUE DE LA SIGUIENTE MANERA: DONDE DICE: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TOMOGRAFO MARCA CANON MODELO AQUILION PRIME SP POR EL PERIODO DE 1 SEMESTRE. DEBE DECIR: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA SIN PROVISION DE PARTES PARA TOMOGRAFO MARCA CANON MODELO AQUILION PRIME SP POR EL PERIODO DE 1 SEMESTRE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-04-2024
Remitirse a la Adenda N° 1.		