

Consultas Realizadas

Licitación 446779 - LPN 57/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ANGIOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS

Consulta 1 - Porcentaje de Multas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0.10%. Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa en la entrega de los bienes, prestación de servicios sea de 0.01%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
Cuando se ingresa 0,1 % el sistema de la DNCP agrega un cero adicional, este tipo de formato es común en sistemas que manejan montos y porcentajes, aunque "0,1" y "0,10" representan el mismo valor. Por lo que se aclara que el valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la prestación de servicios será de: 0,1 %.		

Consulta 2 - TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado. Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado y por el mismo defecto identificado en el evento de la asistencia técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 3 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Solicitamos unificar el criterio de requisito documental para la evaluación de la experiencia requerida al criterio de la experiencia requerida de la siguiente manera: 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales y/o Contratos que avalen la experiencia requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 4 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<ul style="list-style-type: none"> El punto e la convocante solicita lo siguiente: Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente. <p>Al respecto solicitamos que este requerimiento sea modificado de la siguiente manera: Autorización de apertura y funcionamiento vigente emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, teniendo en cuenta que la DINAVISA es el ente encargado de emitir dicha documentación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 5 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<ul style="list-style-type: none"> En el punto donde se solicita la Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior. Solicitamos a la convocante si este requerimiento puede ser remitido vía correo electrónico o bien aclarar que el mismo deba ser presentado en CD. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>En el punto donde se requiere lo siguiente:</p> <p>Requerimientos para el inicio del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo</p> <ul style="list-style-type: none"> El oferente deberá presentar los siguientes documentos al momento de la entrega <p>Sugerimos que la entrega de los documentos mencionados abajo, sean realizadas posterior a la firma del contrato</p> <ul style="list-style-type: none"> o 1 Fotocopia de Resolución de Adjudicación. o 1 Fotocopia de Contrato. o Bibliorato conteniendo el listado de equipos separados por tipo , Nº de serie y Nº de patrimonio o Protocolo de mantenimiento de los equipos listados en el PBC y que forman parte de la oferta, deberán ser entregados al Administrador del contrato. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 7 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - INFORME DEL SERVICIO TECNICO

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Solicitamos unificar el pedido la elaboración del informe de mantenimiento preventivo a cuádruplicado, tal como se solicita en el protocolo de mantenimiento preventivo y no así en triplicado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 8 - ACTA DE CONFORMIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>• En el PBC se solicita : Acta de Conformidad: se confecciona una única vez por cada evento, donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido satisfactoriamente.</p> <p>Al respecto solicitamos que la emisión del acta de conformidad sea emitida en un plazo no mayor a 5 días calendarios, firmadas por el jefes/s de sección de soporte técnico de equipos biomédicos y el Director de la Dirección de recursos tecnológicos de salud, atendiendo que en el punto de inspección y pruebas se observa un periodo de tiempo prudente de 15 (quince) días para la inspección y prueba</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>En el punto donde se solicita que las asistencias deben realizarse de lunes a domingo, incluyendo los feriados Solicitamos a la convocante la corrección del horario en las asistencias y que estas sean de lunes a viernes de 8 a 17 hs excluyendo feriados, en caso de que la convocante se mantenga en lo establecido en el pliego los precios de servicios indefectiblemente tendrán variación pues esta condición difiere al precio referencial.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 10 - GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>En el punto donde se solicita que las asistencias deben realizarse de lunes a domingo, incluyendo los feriados Al respecto solicitamos excluir este requisito y el mismo sea de la siguiente manera: Los plazos de asistencia serán los mismos tanto en preventivo, correctivo con provisión de repuestos y sin provisión de repuestos en horarios de Lunes a viernes de 8 a 17 hs excluyendo feriados</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 11 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>En el punto donde dice: El Contratista deberá detallar los repuestos instalados en una Nota instalación de repuestos en la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, en el horario de 8 a 13hs.</p> <p>Al respecto solicitamos a la convocante excluir la necesidad de nota de instalación de repuestos, y que la misma sea validada con el Informe del servicio técnico y nota de remisión, posterior a la instalación de los repuestos en el horario de 8 a 13hs.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 12 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
INFORME DEL SERVICIO TECNICO Solicitamos unificar el pedido la elaboración del informe de mantenimiento preventivo a cuadruplicado, tal como se solicita en el protocolo de mantenimiento preventivo y no así en triplicado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 13 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Acta de Conformidad: • El PBC solicita: Acta de Conformidad: se confecciona una única vez por cada evento, donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido satisfactoriamente. Al respecto solicitamos que la emisión del acta de conformidad sea emitida en un plazo no mayor a 5 días calendarios, firmadas por el jefes/s de sección de soporte tecnico de equipos biomendicos,el Director de la Direccion de recursos tecnológicos de salud, esto atendiendo que en el punto de inspección y pruebas se observa un periodo de tiempo prudente de 15 (quince) días para la inspección y prueba		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - LISTA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Solicitamos la corrección en el cuadro de la lista de los equipos ya que se observan que el número de serie se encuentra en la celda denominada número patrimonial y el numero patrimonial se encuentra en el número de serie de "manera invertida"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.		

Consulta 15 - Inspecciones y pruebas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera: Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días calendarios desde la fecha de realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - Formas y condiciones de pagos

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>En el punto 5 donde se solicita la presentación del Acta de Conformidad, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los servicios con el V° B° del administrador del Contrato.</p> <p>Solicitamos la corrección de los firmantes del acta; la misma deberá esta firmada por el jefes/s de sección de soporte técnico de equipos biomédicos, y el Director de la Dirección de recursos tecnológicos de salud,</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

Consulta 17 - Formas y condiciones de pagos Para los Mantenimientos preventivo.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>Informe de mantenimiento preventivo: El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Para el Área Central e Interior, deberá estar firmado por un director o jefe de Servicio afectado, el jefe de la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos</p> <p>Solicitamos unificar las firmas de los responsables que firman el informe según se indica en el punto de requerimientos de las especificaciones técnicas firmados por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Para el Área Central e Interior, deberá estar firmado por un director o jefe de Servicio afectado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

Consulta 18 - Formas y condiciones de pagos Para los Mantenimientos preventivo.

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>• Informe de mantenimiento preventivo: El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Para el Área Central e Interior, deberá estar firmado por un director o jefe de Servicio afectado, el jefe de la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos</p> <p>Solicitamos unificar las firmas de los responsables que firman el informe según se indica en el punto de requerimientos de las especificaciones técnicas firmados por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Para el Área Central e Interior, deberá estar firmado por un director o jefe de Servicio afectado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

Consulta 19 - Formas y condiciones de pagos Para los Mantenimientos correctivos con y sin provisión de repuestos

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>Para los Mantenimientos Correctivos con y sin provisión de repuestos a demanda: El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Para el Área Central e Interior, deberá estar firmado por un director o jefe de Servicio afectado, el Jefe de la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos</p> <p>Solicitamos unificar las firmas de los responsables que firman el informe según se indica en el punto de requerimientos de las especificaciones técnicas firmados por el Técnico Responsable de la Empresa, un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Para el Área Central e Interior, deberá estar firmado por un director o jefe de Servicio afectado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		

Consulta 20 - PLAN DE PRESTACION DE SERVICIOS – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>En punto donde dice lo siguiente: El Contratista debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de ocho (08) días contados a partir de la fecha de la firma del contrato.</p> <p>Solicitamos que este criterio se unifique a lo solicitado en el apartado de las especificaciones técnicas en un plazo máximo de ocho (08) días contados a partir de la fecha de la recepción de la Orden de Servicio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2024
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.</p>		