

Consultas Realizadas

Licitación 445460 - LMCN N° 10/24 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL

Consulta 1 - Formas y condiciones de pago

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
Para el segundo pago de 30% con la presentación del Acta de Conformidad del Primer Año de Mantenimiento. Favor verificar, debería ser 35%		

Consulta 2 - Formas y condiciones de pago

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
Solicitamos modificar la forma de pago ajustando al sistema tradicional utilizado por el IPS: Contratista podrá solicitar el cobro del 94 % del monto estipulado en el contrato cuando cuente con el Acta de Recepción Provisoria de los Bienes. El 6% restante será abonado en dos años conforme la garantía: 3% el primer año previa presentación de Acta de Conformidad de Cumplimiento del contrato emitido por el Administrador del contrato. 3% el segundo año previa presentación de Acta de Recepción Final emitido por el Administrador del contrato. La forma de pago estipulado implica costos adicionales que deben ser considerados al momento de la cotización, los cuáles elevarían innecesariamente el precio final ofertado y que superarían los referenciales fijados mínimamente en un 30%, por la financiación que debería buscar el potencial oferente.		

Consulta 3 - Precios estimados

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
Solicitamos a la convocante volver a analizar los precios de referencia debido al nuevo método de pago establecido en el PBC. Esta variante no fue informada al momento de solicitar los precios de mercado, como tampoco la cantidad de accesorio a incluir		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas: Accesorios - Ítems 1, 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
ACCESORIOS (por equipo por 24 meses según cronograma de entrega) Solicitamos aclarar a que se refieren con 24 meses, los accesorios deberían ser entregados con los equipos.		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas - Ítem 1, Ítem 2 e Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
ACCESORIOS (por equipo por 24 meses según cronograma de entrega) Solicitamos ajustar las cantidades al precio estimado ya que no se ajustan a los precios de mercado		

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
5.9 Impresora Láser Color, volumen de impresión 100 a 150 estudios mes, con provisión de insumos (papel y tóner) para cubrir las impresiones Favor excluir este elemento, considerando que no es un accesorio del broncoscopio.		

Consulta 7 - Especificaciones Técnicas - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
5.9 Impresora Láser Color, volumen de impresión 100 a 150 estudios mes, con provisión de insumos (papel y tóner) para cubrir las impresiones Favor excluir este elemento, considerando que no es un accesorio del broncoscopio.		

Consulta 8 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
Considerando el alto valor de los equipos, solicitamos considerar el porcentaje de multas en: 0,05%		

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
1.7 Normativa: GLI 2012 Global Lung Function Initiative (GLI) ¿Se podría cotizar Normativa: GLI 2012 Global Lung Function Initiative (GLI) o ATS 1994?		

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2024
2.6 Exactitud: según normativa GLI, 2012 ¿Se podría cotizar según Normativa: GLI 2012 o ATS 1994?		

Consulta 11 - ítem 3 Espirómetro

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Donde dice: 2.11 Incentivo audiovisual para pacientes pediátricos, solicitamos diga 2.11 Incentivo audiovisual o visual para pacientes pediátricos		

Consulta 12 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
En el resumen de llamado en el punto Adjudicación y Contrato el sistema de adjudicación indica que es por el total de los ítems, Solicitamos a la Convocante, la posibilidad de cambiar el sistema de adjudicación por ítem, cabe recalcar que el mercado existen varias empresas que se dedican solo a un rubro de equipamientos, y de esta manera dará mayor posibilidad de oferentes		

Consulta 13 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
En el ítem 3 en la EETT no observamos capacidad de integrar otras mediciones como ser prueba de caminata de 6 minutos, ECG (en reposo o ejercicio) que son pruebas fundamentales para una mejor medición de la espirometría		

Consulta 14 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
En el ítem 3 solicitamos a la convocante poder incluir dentro de las especificaciones técnicas estación de medición meteorológica de forma automática y en tiempo real la temperatura, humedad y presión barométrica según las últimas recomendaciones de la ATS/ERS		

Consulta 15 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
En el ítem 3 en el punto 4.1 maleta de transporte, solicitamos a la convocante que este punto sea opcional ya que los equipos con transductores fijos no necesitan dichas especificaciones		

Consulta 16 - Period de validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
En el punto Periodo de validez de la Garantía de los bienes solicitan que el El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1 (un) año, comprobable con un certificado de año de fabricación emitido por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen. Solicitamos para el Item 3 que este sea solo para el Software de espirometría esto obedece a que las PC o computadoras suelen ser de otros fabricantes.		

Consulta 17 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
En el ítem 3 en el punto 4. ACCESORIOS (por equipo por 24 meses según cronograma de entrega), solicitamos aclarar si todos los puntos 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6- y 4.7 serian las cantidades por 24 meses? O las cantidades que figuran en los subpuntos ya son por los 24 meses, de ser así el precio referencial son correctas y si debemos de multiplicar las cantidades por 24 meses el precio referencia queda muy por debajo a lo publicado.		

Consulta 18 - Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
En una parte del pliego dice: El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1 (un) año, comprobable con un certificado de año de fabricación emitido por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen. Solicitamos al Convocante que sea excluida la exigencia de ser legalizado por el Consulado del país de origen. Además de ser costosa, demora mucho tiempo.		

Consulta 19 - Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
En una parte del pliego dice: El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1 (un) año, comprobable con un certificado de año de fabricación emitido por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen. Solicitamos al Convocante que permita la presentación con una antigüedad de fabricación no mayor a 2 (dos) años.		

Consulta 20 - Condiciones de pago

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
<p>En una parte del pliego dice: La contratista deberá presentar todos los documentos en el Departamento de Electromedicina, correspondientes a los Mantenimientos Preventivos, habilitará para la elaboración del Acta de Conformidad del Primer Año de Mantenimiento para el pago del 35%. Solicitamos al Convocante que los pagos sean de la siguiente manera: 94 % del monto estipulado en el contrato cuando cuente con el Acta de Recepción Provisoria de los Bienes. El 6% restante será abonado en dos años conforme la garantía: 3% el primer año previa presentación de Acta de Conformidad de Cumplimiento del contrato emitido por el Administrador del contrato. 3% el segundo año previa presentación de Acta de Recepción Final emitido por el Administrador del contrato.</p>		

Consulta 21 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
<p>Precio Referencial del ítem 3 Espirómetro Solicitamos elevar el precio referencial del ítem 3 Espirómetro debido a la gran cantidad de accesorios adicionales que se solicitan y que no han sido tenidos en cuenta para fijar dicho precio referencial.</p>		

Consulta 22 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
<p>Sistema de adjudicación por el total Solicitamos al Convocante que por sea por ítem. Para la fijación de precios, ninguna empresa cotizó los tres ítems, por lo que a la hora de presentar oferta existe el riesgo que ninguna empresa se presente.</p>		

Consulta 23 - ÍTEM N°3 - ESPIRÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
<p>Donde dice: Pruebas: FVC, FEV1, SVC, MVV, FEF25/75, PRE y Post BD Solicitamos se permita adecuar de la siguiente manera: Pruebas: FVC, FEV1, SVC, MVV, FEF25/75, PRE y Post BD o similares de acuerdo a terminología del fabricante.</p>		

Consulta 24 - ÍTEM N°3 - ESPIRÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
<p>Donde dice: Parámetros: FVC, FEV1, FVC/FEV1%, FVC6, PEF, FEF25, FEF50, FEF25/75, PIF, SVC, ERV, IRV, VT y MVV Solicitamos se permita adecuar de la siguiente manera: Parámetros: FVC, FEV1, FVC/FEV1%, FVC6, PEF, FEF25, FEF50, FEF25/75, PIF, SVC, ERV, IRV, VT y MVV o similares de acuerdo a terminología del fabricante.</p>		

Consulta 25 - ÍTEM N°3 - ESPIRÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2024
<p>Donde dice: Transductores de flujo, para espirometría, 24 unidades mínimo Solicitamos se permita adecuar de la siguiente manera: Transductores de flujo, para espirometría, 24 unidades mínimo o Turbina 24 unidades mínimo. De acuerdo a terminología del fabricante.</p>		

Consulta 26 - ÍTEM N°3 - ESPIRÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2024
<p>Donde dice: Transductores de flujo, para espirometría, 24 unidades mínimo. Solicitamos aclarar si estos son descartables o reutilizables. Teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de transductor/turbina, el costo total del equipo puede variar en gran medida.</p>		

Consulta 27 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
Para el ítem 3 Espirómetro se solicitan bastante cantidad de accesorios adicionales, y el precio referencial no cubriría estos, por lo que estos no han sido tenidos en cuenta para fijar dicho precio, por lo cual se solicita aumentar el precio referencial del ítem mencionado.		

Consulta 27 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
Solicitamos a la convocante sea cambiado el sistema de adjudicación a Por Item, teniendo en consideración que habrá proveedores que no cuentan con el grupo de equipos completo solicitado, y con el fin de dar oportunidad a la participación de más oferentes por cada ítem y recibir así mejores ofertas.		

Consulta 28 - Para las condiciones de pago

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
Solicitamos al Convocante que los pagos puedan darse de la siguiente manera: 94 % del monto estipulado en el contrato cuando cuente con el Acta de Recepción Provisoria de los Bienes. El 6% restante será abonado en dos años conforme la garantía: 3% el primer año previa presentación de Acta de Conformidad de Cumplimiento del contrato emitido por el Administrador del contrato. 3% el segundo año previa presentación de Acta de Recepción Final emitido por el Administrador del contrato.		

Consulta 29 - Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
El pliego solicita que, El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1 (un) año, comprobable con un certificado de año de fabricación emitido por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen. Se solicita permitir Declaración Jurada que garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 2 (dos) años.		

Consulta 30 - Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
En el pliego pide en un apartado garantizar que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1 (un) año, comprobable con un certificado de año de fabricación emitido por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen. Caber mencionar que este tipo de documento tiene un alto costo y un tiempo de demora por tener que ser legalizado por el Consulado del país de origen. Por lo expuesto solicitamos que este requerimiento sea excluido, o bien solicitado de la siguiente forma: Declaración Jurada que garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1 (un) año.		

Consulta 31 - ESPIRÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
Dentro de las especificaciones técnicas del ítem 3 espirómetro se solicita cuanto sigue: Pruebas: FVC, FEV1, SVC, MVV, FEF25/75, PRE y Post BD. Se solicita poder presentar terminología según cada fabricante, a fin de no cerrar las especificaciones.		

Consulta 32 - ESPIRÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
Dentro de las especificaciones técnicas del ítem 3 espirómetro se solicita cuanto sigue: Parámetros: FVC, FEV1, FVC/FEV1%, FVC6, PEF, FEF25, FEF50, FEF25/75, PIF, SVC, ERV, IRV, VT y MVV. Se solicita poder presentar terminología/abreviatura según cada fabricante, a fin de no cerrar las especificaciones.		

Consulta 33 - ESPIRÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
Para el accesorio solicitado: Transductores de flujo, para espirometría, 24 unidades mínimo Se solicita permitir cotizar con la siguiente termino: Transductores de flujo/ Turbina, para espirometría, 24 unidades mínimo		

Consulta 34 - ESPIRÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2024
Transductores de flujo, para espirometría, 24 unidades mínimo. Solicitamos especificar que este insumo debe ser descartable.		