

Consultas Realizadas

Licitación 443594 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, INSTRUMENTALES Y RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA DIVISIÓN DE ASISTENCIA MEDICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

Consulta 1 - ITEM 35 ANESTECIA LOCAL INYECTABLE CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2024
Favor confirmar con la convocante si la especificaciones técnicas del ítem 35 es Clorhidrato de Lidocaína 20mg. frasco ampolla		

Consulta 2 - ITEM 132 DICLOFENAC GEL 30 GR.

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2024
Favor aclarar la solicitud del ítem 132 su forma farmacéutica en el la descripción del bien dice crema y su presentación gel.		

Consulta 3 - Ítem 119

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Favor si pueden especificar el diametro, punta y curvatura de la aguja.		

Consulta 4 - Ítem 120

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Favor si pueden especificar punta y curvatura de la aguja.		

Consulta 5 - ÍTEM 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Solicitamos a la convocante favor aceptar modificar y/o cotizar para el ítem 2 donde dice ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL a ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Consulta 6 - ítem 7 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Favor solicitamos a la convocante para el ítem 7 eett aceptar cotizar y/o modificar donde dice DIPIRONA 500 MG AMPOLLAS a DIPIRONA 500 MG AMPOLLAS COMO MÍNIMO, para asi de esta manera dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Consulta 7 - Item 54 – Pinza para algodón

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Por favor podrían elevar el precio referencial de manera a obtener un instrumental fabricado en acero inoxidable y no recubierto		

Consulta 8 - Item 109 – Pinza de Magill

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Por favor podrían elevar el precio referencial de manera a obtener un instrumental fabricado en acero inoxidable y no recubierto		

Consulta 9 - Item 152 – Bandeja metálica para instrumentos

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Solicitamos se puedan cotizar bandejas con variación en la medida de + 1 cm.		

Consulta 10 - Item 152 – Bandeja metálica para instrumentos

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Por favor podrían elevar el precio referencial de manera a obtener una bandeja fabricada en acero inoxidable y no recubierta		

Consulta 11 - Item 155 – Desfibrilador externo automático

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Solicitamos se puedan cotizar equipos con parches Smart que no realizan descargas si no es necesario		

Consulta 12 - Item 155 – Desfibrilador externo automático

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Solicitamos se puedan cotizar equipos con maletín de transporte		

Consulta 13 - Item 160 – Monitor multipamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Por el bajo valor referencial, solicitamos que la pantalla táctil sea opcional		

Consulta 14 - Item 160 – Monitor multipamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Con respecto a la batería solicitamos que la duración de la misma sea de 4 horas o más		

Consulta 15 - Item 162 – Oxímetro de pulso de mesa

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Solicitamos que la temperatura sea considerada opcional para este tipo de equipos		

Consulta 16 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-07-2024
Solicitamos que el plazo de entrega sea ampliado a 90 días desde la recepción de la orden de compra por el oferente		

Consulta 17 - ítem 170 Carro de Paro

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
En el ítem 170 Carro de Paro, en el apartado de Especificaciones Técnicas, solicitan "Dimensiones aproximadas: Alto 90 a 102 cm. Ancho 65 a 90 cm Largo 50 a 61cm. Solicitamos a la convocante poder cotizar carros de paro con las siguientes medidas aproximadas: Alto 90 a 102 cm ± 3cm, Ancho 65 a 90 cm ± 3cm y profundidad 50 a 61cm ± 3cm, de manera a abrir las Especificaciones Técnicas y dar participación a la mayor cantidad de oferentes posibles.		

Consulta 18 - Ítem 170 carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
En el ítem 170 Carro de Paro, el precio referencial de 7.100.000 gs es muy bajo con relación al precio del mercado, además en las especificaciones técnicas solicitan que tenga un balón de oxígeno por lo tanto solicitamos que el precio de este ítem sea de 14.000.000 de guaraníes.		

Consulta 19 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
Solicitamos requerir este documento para los ítems 155, 160 y 162 Considerando que son equipos médicos y sólo los representantes autorizados pueden brindar asistencia técnica y capacitación en uso		

Consulta 20 - Registro sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
Solicitamos requerir este documento para los ítems 155, 160 y 162 Considerando que son equipos médicos y requieren del registro sanitario para su comercialización		

Consulta 21 - Especificaciones Técnicas ítem 155

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
Consultamos si se podría cotizar con proceso de desfibrilación en uno o tres etapas con un o dos botones		

Consulta 22 - Especificaciones Técnicas ítem 155

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
Consultamos si se podría cotizar con energía de 50 Joules o mayor		

Consulta 23 - Especificaciones Técnicas ítem 160

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
Consultamos si se podría cotizar con batería de funcionamiento de 3 horas como mínimo		

Consulta 24 - Especificaciones Técnicas ítem 162

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
Solicitamos excluir el sensor de temperatura considerando que el equipo solicitado no realiza medición del mismo.		

Consulta 25 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ÍTEM 38 AL ÍTEM 49

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
SOLICITAMOS ACLARACIÓN DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS TUBOS ENDOTRAQUEALES DE LOS DIFERENTES TAMAÑOS SOLICITADOS; SI LO REQUIEREN CON BALÓN O SIN BALÓN Y ADEMÁS ESPECIFICAR EL MATERIAL REQUERIDO.		

Consulta 26 - Registro sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
Registro sanitario: Solicitamos a la Convocante requiera la presentación de los Certificados de Registros Sanitarios para todos los ítems.		

Consulta 27 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
En la Página 12 del PBC dice, Autorización del fabricante: No Aplica. Solicitamos a la convocante requiera la presentación de la Autorización del Fabricante debidamente inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Persona Jurídica y Comercio, a la hora de la presentación de la Oferta.		

Consulta 28 - ÍTEM 137 - ESTETOSCOPIO SIMPLE PARA CONTROL PRESIÓN ARTERIAL - COTIZAR POR UNIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
ÍTEM 137 - ESTETOSCOPIO SIMPLE PARA CONTROL PRESIÓN ARTERIAL - COTIZAR POR UNIDAD En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: MEDIDA: 47 mm DE CABEZA SIMPLE. Solicitamos amablemente al Convocante permita la variación de 47mm +/- 2 mm para la cabeza.		

Consulta 29 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
En la Página 12 del PBC dice: Autorización del fabricante: No Aplica. Solicitamos a la convocante requiera la presentación de la Autorización del Fabricante para todos los ítems. Considerando que se cotizan equipos médicos y sólo los representantes autorizados pueden brindar asistencia técnica y capacitación en uso.		

Consulta 30 - ÍTEM 137 - ESTETOSCOPIO SIMPLE PARA CONTROL PRESIÓN ARTERIAL - COTIZAR POR UNIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
ÍTEM 137 - ESTETOSCOPIO SIMPLE PARA CONTROL PRESIÓN ARTERIAL - COTIZAR POR UNIDAD En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: MEDIDA: CABEZA SIMPLE. Solicitamos amablemente al Convocante permita Cabeza simple o doble.		

Consulta 31 - Servicio Técnico

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
Servicio Técnico: Solicitamos a la convocante requiera la presentación del Certificado de Servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para Dispositivos Médicos		

Consulta 32 - ÍTEM 166 - BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE - COTIZAR POR UNIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
ÍTEM 166 - BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE - COTIZAR POR UNIDAD En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE 240 ML Solicitamos amablemente al Convocante incorpore la frase "como mínimo" a la bolsa solicitada. De tal forma quede redactado de la siguiente manera: BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE 240 ML COMO MINIMO.		

Consulta 33 - ÍTEM 167 - BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE - COTIZAR POR UNIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
ÍTEM 167 - BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE - COTIZAR POR UNIDAD En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE 1500 ML. Solicitamos amablemente al Convocante incorpore la frase "como mínimo" a la bolsa solicitada. De tal forma quede redactado de la siguiente manera: BOLSA DE RESUCITACION AUTOINFLABLE 1500 ML COMO MINIMO.		

Consulta 34 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
Plan de Entrega: En la Pagina 61 del PBC dice: Los bienes deberán ser entregados dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la convocante que la entrega de los bienes sea ampliada a 30 días desde la recepción de la orden de compra por parte del oferente.		

Consulta 35 - Multa

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2024
• Multa: En la Página 69 del PBC dice: Porcentaje de multas. El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 1,00 %. Solicitamos a la convocante que el porcentaje de multa sea reducido al 0,01 % por el atraso en la entrega de los bienes.		

Consulta 36 - ÍTEM 137 -ESTETOSCOPIO SIMPLE PARA CONTROL PRESIÓN ARTERIAL - COTIZAR POR UNIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2024
ÍTEM 137 - ESTETOSCOPIO SIMPLE PARA CONTROL PRESIÓN ARTERIAL - COTIZAR POR UNIDAD En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: MEDIDA: ELABORADO DE ALEACION DE ALUMINIO. Solicitamos amablemente al Convocante permita la cotización de Aleación de Aluminio o Acero Inoxidable.		

Consulta 37 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2024
ITEM N° 67 - TIRA DE PRUEBA DE GLUCOSA, favor indicar marca del equipo medidor de glucosa para la compatibilidad del producto solicitado.		

Consulta 38 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2024
ITEM Nº 155 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, ¿A qué se refiere cuando dice PROCESO DE DESFIBRILACIÓN EN TRES ETAPAS ACCIONADO CON DOS BOTENES?		

Consulta 39 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2024
ITEM Nº 165 - ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL CON PRESURIZADOR: dice: FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVABLE DE 1000 ML MAKROLON 2858 Solicitamos se permita cotizar equipos con las siguientes características: FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVABLE DE 1000 ML MAKROLON 2858 o de PVC o Policarbonato o material similar.		

Consulta 40 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2024
En el ítem 119 HILO PARA SUTURA - COTIZAR POR UNIDAD En catálogo: Hilo para sutura poliglactina Donde dice: ESTÁ FABRICADA DE COPOLÍMERO QUE CONTIENE UN 90 % DE GLICÓLICO Y UN 10 % DE L-LÁCTICO. ESTÁN RECUBIERTAS CON UNA MEZCLA A PARTES IGUALES DE COPOLÍMERO DE GLICÓLICO Y LÁCTICO (POLIGLACTINA 370) Y ESTEARATO DE CALCIO. SE HA DEMOSTRADO QUE EL COPOLÍMERO POLIGLACTINA 910 Y LA POLIGLACTINA 370 CON ESTEARATO DE CALCIO SON NO-ANTIGÉNICOS, NO PIROGÉNICOS Y PRODUCEN TAN SÓLO UNA LEVE REACCIÓN TISULAR DURANTE LA ABSORCIÓN. ESTÁN TEÑIDAS CON D+C VIOLETA Nº 2 DURANTE LA POLIMERIZACIÓN Debe decir: HILO DE SUTURA TRENZADA ABSORVIBLE DE 70cm, SE PRESENTA CON COLORACION VIOLETA E INCOLORA, 2-0		

Consulta 41 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2024
ITEM Nº 119: HILO PARA SUTURA: FAVOR ESPECIFICAR QUE NUMERO DE SUTURAS SE REQUIERE. SE SUGIERE UN NUMERO DE ENTRE 6-0 A 2		

Consulta 42 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2024
En el ítem 120 HILO NAYLON 3-0 - COTIZAR POR UNIDAD En catálogo: Hilo para sutura poliamida Donde dice: COMPUESTA DE POLÍMEROS ALIFÁTICOS DE CADENA LARGA; COMPUESTA DE POLIAMIDA 6 Y POLIAMIDA 6.6. LA SUTURA PUEDE PRESENTARSE INCOLORA O PIGMENTADA DE AZUL O NEGRO CON COLORANTES INOCUOS. Debe decir: Hilo de sutura quirúrgica de Nylon de origen sintético, monofilamentar, de alta resistencia y fácil manejo. De un solo uso. No absorbible, coloración negra o incolora. 3-0		

Consulta 43 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2024
ITEM Nº 120 HILO NAYLON 3 -0: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA COTIZAR PRODUCTOS CON LAS SIGUIENTE ESPECIFICACIONES: DE ORIGEN SINTÉTICO, MONOFILAMENTAR, DE ALTA RESISTENCIA.		

Consulta 44 - Ítem 162 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
SOLICITAMOS EL SENSOR DE TEMPERATURA SEA OPCIONAL, PUES ESTO ENCARECERÁ EL PRODUCTO, Y EL PRECIO REFERENCIAL YA ES BAJO		

Consulta 45 - Especificaciones técnicas. ítem 165

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se solicita a la convocante aclarar el siguiente punto: FLUJO DE AIRE LIBRE: 361/ min, de acuerdo a las demás especificaciones se debería solicitar Flujo de aire: 36L/min		

Consulta 46 - PBC. Requerimientos

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
En el Pliego de Bases y Condiciones figura: Autorización del fabricante: No Aplica. Solicitamos a la convocante requiera la presentación de la Autorización del Fabricante, legalizada o apostillada para todos los ítems. Esto considerando que se cotizan equipos médicos y sólo los representantes autorizados pueden brindar asistencia técnica y capacitación en uso		

Consulta 47 - Plan de Entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Plan de Entrega: Donde dice: Los bienes deberán ser entregados dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la convocante modificar los tiempos de entrega de los bienes a 60 días desde la recepción de la orden de compra por parte del oferente. Esto debido a los tiempos de importación, además con esta se dará apertura a una mayor cantidad de oferentes		

Consulta 48 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Ítem 162. Oxímetro. Donde dice: SENSOR DE TEMPERATURA. Se solicita a la convocante que esta que este requerimiento sea opcional, pues equipos con esta características superan el precio referencial.		

Consulta 49 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Ítem 165. Se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con Flujo de aire libre: 28L/min, esto sigue en concordancia con las demás especificaciones técnicas del equipo. El punto quedaría de la siguiente manera: Flujo de aire libre 28L/min o mejor. La modificación no afecta la funcionalidad del equipo y permite la presentación de mayor cantidad de ofertas y oferentes.		

Consulta 50 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Ítem 169. Se solicita a la convocante considerar la opción de permitir la oferta de equipos con un tamaño de display de 35±10 mm x 28±5 mm o superior. Esta modificación facilitará la inclusión de una mayor variedad de equipos y permitirá la participación de un mayor número de proveedores, promoviendo así una competencia más amplia y opciones más diversas para la adquisición.		

Consulta 51 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Ítem 169. Se solicita a la convocante permitir la oferta de equipos con un rango de frecuencia cardíaca de 50 a 230 BPM o superior. Esta modificación ampliará la gama de equipos disponibles para la licitación y permitirá la participación de un mayor número de proveedores, favoreciendo una competencia más diversa		

Consulta 52 - Ítem 155 - Desfibrilador Externo Automatico

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
<p>Para el Desfibrilador Ítem 155 donde dice "Equipo con proceso de desfibrilación en tres etapas accionado con dos botones con protección de bloqueo para evitar desfibrilación inadvertida, seguro portátil y con mochila de transporte con electrodos incluidos. energía de 50 joules limitada a través de un sistema automático en los propios electrodos" solicitamos a la convocante modificar la descripción a "Equipo con proceso de desfibrilación en tres etapas accionado con dos botones con protección de bloqueo para evitar desfibrilación inadvertida, seguro portátil y con mochila de transporte con electrodos incluidos. energía entre 50 y 150 joules limitada a través de un sistema automático en los propios electrodos" Lo solicitado obedece a que, la cantidad de energía requerida de 50 julios es apropiada únicamente para niños pequeños. No obstante, esta cantidad de energía sería insuficiente para restablecer el ritmo cardíaco normal en pacientes cuyo peso exceda los 25 kilogramos.</p>		

Consulta 53 - Ítem 155 - Desfibrilador Externo Automatico

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
<p>Para el Desfibrilador Ítem 155 Solicitamos a la convocante incluir entre las especificaciones técnicas: "Se deberá realizar una capacitación y entrenamiento operacional para al menos 4 usuarios, sobre el uso y operación del equipo, incluyendo una capacitación en el manejo de técnicas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) básica, conforme a normas técnicas dictadas por organismos competentes" Lo solicitado obedece a que según la Ley 5578/16: Toda persona física o jurídica que comercialice un DEA ofrecerá, a su costo, la enseñanza de Resucitación Básica Pulmonar a por lo menos cuatro funcionarios de la empresa o institución adquirente, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.</p>		

Consulta 54 - Ítem 155 - Desfibrilador Externo Automatico

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
<p>Para el Desfibrilador Ítem 155 Donde dice "Los bienes deberán ser entregados dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra" solicitamos a la convocante modificar este requerimiento a "Los bienes deberán ser entregados dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra".</p>		

Consulta 55 - Ítem 155 - Desfibrilador Externo Automatico

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
<p>Donde dice Garantía escrita por un periodo de 5 (cinco) años. Para los ítems 155 (desfibrilador externo automático) y 160 (monitor multiparamétrico) solicitamos a la convocante aclarar que para el ítem 155 (desfibrilador externo automático) la garantía no incluye los materiales consumibles, como son los parches o electrodos, que se desgastan por el uso.</p>		

Consulta 56 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
<p>Considerando que los productos a ser adquiridos son Dispositivos Médicos, solicitamos a la Convocante la solicitud a los potenciales oferentes de la presentación de la Carta o Certificado de Autorización del Fabricante debidamente apostillada y/o legalizada en origen e inscripta en la Dirección General de Registros Públicos.</p>		

Consulta 57 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
<p>Considerando que los productos a ser adquiridos son Dispositivos Médicos, solicitamos a la Convocante la solicitud a los potenciales oferentes de la presentación de la Carta o Certificado de Autorización del Fabricante debidamente apostillada y/o legalizada en origen e inscripta en la Dirección General de Registros Públicos.</p>		

Consulta 58 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
En el apartado Capacidad Financiera, solicitan que el análisis se realice en promedio de los 3 (tres) últimos años (2020-2021-2022). Sin embargo, los tres últimos años debe ser (2021-2022-2023). Solicitamos a la Convocante corregir el alcance de los años a (2021-2022-2023)		

Consulta 59 - Capacidad Financiera - Requisitos Documentales

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
En el apartado Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera. Solicitamos a la Convocante corregir el alcance de los tres últimos años a (2021-2022-2023)		