

Consultas Realizadas

Licitación 449513 - LPN N° 105/24 SERVICIOS DE ESTUDIOS POR IMAGENES - HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO PARA EL MSPBS

Consulta 1 - CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>El PBC solicita en el apartado de exigencias para la capacidad financiera, “los índices correspondientes de los años 2020, 2021 y 2022”.</p> <p>Considerando que a la fecha nos encontramos en el periodo fiscal 2024, con el Balance General del periodo fiscal 2023 cerrado y presentado antes las instituciones tributarias respectivas. En tal sentido, se solicita, a fin de calificar la situación financiera de los oferentes de manera a que se refleje la situación económica actual, solvencia y capacidad real financiera, requiriendo los índices correspondientes de los periodos 2021, 2022 y 2023 y que el Capital operativo sea corroborado por medio del Balance General del año 2023.</p>		

Consulta 2 - GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>Considerando que el contrato sería por un plazo extenso de 6 años y atendiendo a que ni una compañía aseguradora emite pólizas por periodos tan extensos. Se entiende que la garantía sería emitida inicialmente por 12 (doce) meses y sería renovada anualmente a su vencimiento, por otros 12 (doce) meses garantizando el monto resultante del cálculo del porcentaje establecido en el PBC aplicado al monto contractual pendiente de ejecución y así sucesivamente hasta que se ejecute la totalidad del valor del contrato.</p>		

Consulta 3 - Capital Operativo

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2024
<p>En el Capital Operativo, no se está considerando la verdadera capacidad que pueda tener el/los oferentes en cuanto a disponibilidad presupuestaria, se solicita que, se tome en cuenta el balance cerrado del año 2023 y, además, se pueda demostrar capacidad financiera también con Cartas Bancarias de Disponibilidad de Línea de Crédito</p>		

Consulta 4 - Tomógrafos

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
<p>Tomógrafo: Deberá reconstruir imágenes al menos a 64 cortes. Deberá tener una apertura del gantry de al menos 65 cm, la mesa-paciente deberá soportar al menos 250 Kg. Deberá tener la capacidad de evaluar lesiones de todo tipo y de todas las regiones, excluyendo estudios cardiacos. UPS para todo el sistema.</p> <p>Teniendo en cuenta que solicitan únicamente 65 cm de apertura del gantry. Solicitamos respetuosamente que la mesa paciente pueda soportar al menos 227 Kg, ya que está condicionado el tamaño de la apertura del gantry al peso del paciente.</p>		

Consulta 5 - Mamógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
<p>Mamógrafo: En donde solicitan mamógrafo Digital, con detector de al menos 24 cm x 30, profundidad de digitalización de 16 bits. Accesorios y software para magnificación, axilas, detalle, mamas densas y sistema de optimización de compresión y dosis. Sistema de reconstrucción múltiple. UPS Para todo el sistema.</p> <p>Solicitamos respetuosamente profundidad de digitalización de 14 bits o más, teniendo en cuenta que el detector pueda "adquirir" con 16 bits de profundidad, y otra es que posteriormente la imagen también tenga 16 bits. Esto último ningún proveedor lo entrega, pues lo que hacen es reducir finalmente a 14 bits, tanto por peso de la imagen como por compatibilidad con sistemas PACS. Una adquisición nativa de 14 bits proporcionará 16.384 tonos de grises, pudiendo el ojo humano identificar a la vez en promedio sólo 50 (o hasta 100 tonos si las condiciones de luz son adecuadas). Dado que la cantidad de tonos que se ofrecen con 14 bits supera largamente lo posible de ver, y que finalmente todos los proveedores ofrecen una imagen al usuario de 14 bits.</p>		