

Consultas Realizadas

Licitación 442281 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE Bioseguridad NSB2A (Plus) y NSB3A-4OIE - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas Lote 1 Ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Lote 1 Ítem 14. Solicita el PBC: NOVUS, USB-I485 - Conversor Universal USB/Redes de Comunicación RS485 o RS422. Favor considerar que Novus es Marca Comercial, que no corresponde sea un requerimiento, salvo que incluyan el texto - Marca solo de referencia.		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas Lote 1 Ítem 34

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Lote 1 Ítem 34. Solicita el PBC: Dimensiones: 144 x 144 x 58mm. Favor considerar establecer estas medidas como aproximadas, dado que por la naturaleza del repuesto, no es corresponde medida exacta.		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas Lote 1 Ítem 57

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Lote 1 Ítem 57. Solicita el PBC: Dimensión 140x184x158mm Favor considerar establecer estas medidas como aproximadas, dado que por la naturaleza del repuesto, no es corresponde medida exacta.		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas Lote 1 Ítem 56

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Lote 1 Ítem 56. Solicita el PBC: Dimensión 140x184x158mm Favor considerar establecer estas medidas como aproximadas, dado que por la naturaleza del repuesto, no es corresponde medida exacta.		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas Lote 1 Ítem 55

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Lote 1 Ítem 55. Solicita el PBC: Dimensión 150x308x232mm Favor considerar establecer estas medidas como aproximadas, dado que por la naturaleza del repuesto, no es corresponde medida exacta.		

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas Lote 2 Ítem 105

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Lote 2 Ítem 105. Solicita el PBC: Dimensiones: Largo 135mm, ancho 50mm, alto 35mm Favor considerar establecer estas medidas como aproximadas, dado que por la naturaleza del repuesto, no es corresponde medida exacta.		

Consulta 7 - LOTE 1 - Regirse a muestras

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
En los ítems 33,58 y 103 del Lote 1, indica el PBC Regirse a muestra. El PBC no contiene las muestras referidas y en la visita técnica no fue factible ver las mismas debido al acceso restringido a las áreas. Se solicita amablemente incluir dos fotos de diferentes ángulos de las muestras		

Consulta 8 - LOTE 2 - Regirse a muestras

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
En los ítems 1, 2, 117 y 118 del Lote 2, indica el PBC Regirse a muestra. El PBC no contiene las muestras referidas y en la visita técnica no fue factible ver las mismas debido al acceso restringido a las áreas. Se solicita amablemente incluir dos fotos de diferentes ángulos de las muestras		

Consulta 9 - LOTE 3 - Regirse a muestras

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
En los ítems 1, 2 y 21 del Lote 3, indica el PBC Regirse a muestra. El PBC no contiene las muestras referidas y en la visita técnica no fue factible ver las mismas debido al acceso restringido a las áreas. Se solicita amablemente incluir dos fotos de diferentes ángulos de las muestras		

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas Lote 1 Ítem 67

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Lote 1 Ítem 67. Reloj marcador biométrico. Solicita el PBC en las Especificaciones Técnicas, Hikvision, la cual es una marca comercial. Favor considerar que en una LPN no se puede establecer Marca comercial como especificación técnica, salvo que se establezca claramente que es de referencia.		

Consulta 11 - Especificaciones Técnicas Lote 1 Ítem 102

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2024
Lote 1 Ítem 102. Cerradura eléctrica. Solicita el PBC en las Especificaciones Técnicas, Enforcer, Seco-larm USA Inc., la cual es una marca comercial. Favor considerar que en una LPN no se puede establecer Marca comercial como especificación técnica, salvo que se establezca claramente que es de referencia.		