

Consultas Realizadas

Licitación 444853 - Adquisición de Materiales Traumatológicos, de Osteosíntesis, Quirúrgicos, Cardiológicos y Otros

Consulta 1 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2024
Donde dice: MUESTRAS - LOTE 23 - INSUMOS PARA CIRUGIA ENDOVASCULAR Consultamos a la convocante aclarar si se puede presentar una medida de coils como muestra para el lote 23 items 3 al 43 , y presentar catálogo de las demás medidas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2024
La Convocante aclara que las muestras están a consideración del Comité de Evaluación y el oferente se encuentra supeditado a disponerlo según sea el requerimiento.		

Consulta 2 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2024
Solicitamos a la convocante modificar donde dice: Demostrar la experiencia en la provisión de insumos y/o dispositivos médicos, con contratos y/o facturaciones de ventas, por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto máximo del/los lote/lotes ofertados, ejecutados dentro de cualquiera de los siguientes años (2021, 2022, 2023). A Demostrar la experiencia en la provisión de contratos y/o facturaciones de ventas, por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto máximo del/los lote/lotes ofertados, ejecutados dentro de cualquiera de los siguientes años (2021, 2022, 2023)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-05-2024
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos en el PbyC.		

Consulta 3 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
Experiencia requerida, se solicita experiencia en la provisión de insumos y dispositivos médicos equivalente al 30% del monto máximo ofertado en los años 2021, 2022 y 2023, solicitamos encarecidamente que pueda ser presentados los Contratos correspondientes a partir del año 2017 al 2023, debido a que tuvimos prácticamente dos años de pandemia (2020 y 2021) donde las ventas fueron mínimas por la falta de licitaciones en dicho momento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva.		

Consulta 4 - Capacidad Tecnica Para Lotes 1 al 5 Certificacion ISO 5833

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
Capacidad Técnica Para Lotes 1 al 5 Certificación ISO 5833, dicha certificación no corresponde para implantes traumatológicos (prótesis y osteosíntesis) la misma corresponde a los requisitos físicos, mecánicos de envasado y etiquetado para el curado de cementos de resina polimerizados radiopacos y no radiopacos. Por lo expuesto anteriormente solicitamos la eliminación de dicho punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva		

Consulta 5 - Especificaciones Tecnicas Lote 1 Protesis total de cadera cementada

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
Especificaciones técnicas Lote 1 Prótesis total de cadera cementada, aleación de Cr. Co. Mo, solicitamos habilitar para este ítem la aleación en acero inoxidable quirúrgico alto en nitrógeno con pulido espejo, ya que este es un material aceptado en las normas FDA y CE solicitadas en otro punto y corresponden a un implante cementado de altísima calidad. Favor habilitar dicha especificación técnica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos en el PbyC.		

Consulta 6 - Especificaciones tecnicas Lote 2 Item 1 Protesis total de cadera no cementada

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
Especificaciones técnicas Lote 2 Ítem 1 Prótesis total de cadera no cementada, aleación de Cr. Co. Mo, solicitamos habilitar para este ítem la aleación en titanio, ya que este es un material aprobado en las normas FDA y CE para dicho tipo de implantes. Tener en cuenta que dichas certificaciones son solicitadas en otro punto en el PBC. Además la aleación en titanio es la que cumple con los estándares de calidad ISO 5832. Favor habilitar dicha especificación técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva		

Consulta 7 - Especificaciones Tecnicas Lote 3 Item 1 Protesis total de cadera hibrida

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
Especificaciones técnicas Lote 3 Ítem 1 Prótesis total de cadera híbrida, aleación de Cr. Co. Mo, solicitamos habilitar para este ítem la aleación en titanio, ya que este es un material aprobado en las normas FDA y CE para dicho tipo de implantes. Tener en cuenta que dichas certificaciones son solicitadas en otro punto en el PBC. Además la aleación en titanio es la que cumple con los estándares de calidad ISO 5832. Favor habilitar dicha especificación técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva		

Consulta 8 - Especificaciones Tecnicas Lote 4 Item 1 Protesis total de cadera de revision

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
Especificaciones técnicas Lote 4 Item 1 Prótesis total de cadera no cementada de revision, aleación de Cr. Co. Mo, solicitamos habilitar para este item la aleación en titanio, ya que este es un material aprobado en las normas FDA y CE para dicho tipo de implantes. Tener en cuenta que dichas certificaciones son solicitadas en otro punto en el PBC. Además la aleación en titanio es la que cumple con los estándares de calidad ISO 5832. Favor habilitar dicha especificación técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva		

Consulta 9 - Especificaciones Tecnicas Lote 22 Item 1 al 3 Aguja para sutura meniscal

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
Especificaciones técnicas solicitadas Lote 22 Item 1 al 3 Aguja para sutura meniscal, solicitamos que el Lote 22 sea dividido en dos lotes debido a que las agujas para sutura meniscal nada tienen que ver con los implantes para ligamento cruzado solicitados del Item 4 al 7, en las condiciones actuales dicho Lote esta totalmente dirigido a un oferente en particular quien es el único que podría cumplir con todas las especificaciones detalladas en dicho lote 22. El Lote 22 debe ser dividido debe ser dividido en dos lotes del Item 1 al 3 y del Item 4 al 7 para que el mismo pueda ser ofertado por varias empresas y así no direccionar a una en particular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos en el PbyC., teniendo en cuenta que para la Convocante que son requerimientos solicitados e utilizados por beneficiarios de la DIBEN, así también se aclara que esta contratación es más que importante a fin de contar con la provisión de todos estos elementos que corresponden a una misma zona quirúrgica, con un mismo contrato, y tal manera optimizar la entrega de gran cantidad de solicitudes pendientes de atención en el menor tiempo posible, como así también aclaramos que varias empresas podrían cotizar la totalidad de los ítems.		

Consulta 10 - Especificaciones Tecnicas Lote 10 Item 1 al 3 Sistema de anclaje roscado en titanio

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
Especificaciones técnicas Lote 10 Item 1 Sistema de anclaje roscado en titanio esponjosa o cortical con doble sutura de poliéster, solicitamos habilitar para este item la sutura de Polietileno de alto peso molecular (UHMWPE), ya que este es el único material aprobado en las normas FDA para dicho tipo de implantes. Tener en cuenta que dicha certificación es solicitada en otro punto en el PBC. Además se debe tener en cuenta la alta resistencia de la sutura de polietileno de alto peso molecular con relación al poliéster que ya es un material desfasado y débil. Favor habilitar dicha especificación técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva		

Consulta 11 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: 1 SUTURA MECÁNICA CIRCULAR 21 MM DE DIÁMETRO DE UN SOLO USO CONSULTA: ¿Se podría detallar, altura de las grapas y cantidad de grapas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva. La cantidad mínima varía según especificación técnica de cada fabricante.		

Consulta 12 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: 2 SUTURA MECÁNICA CIRCULAR 25 MM DE DIÁMETRO DE UN SOLO USO CONSULTA: ¿Se podría detallar, altura de las grapas y cantidad de grapas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva. La cantidad mínima varía según especificación técnica de cada fabricante.		

Consulta 13 - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: 4 SUTURA MECÁNICA CIRCULAR 31 MM DE DIÁMETRO DE UN SOLO USO CONSULTA: ¿Se podría detallar, altura de las grapas y cantidad de grapas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva. La cantidad mínima varía según especificación técnica de cada fabricante.		

Consulta 14 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: 3 SUTURA MECÁNICA CIRCULAR 28 MM DE DIÁMETRO DE UN SOLO USO CONSULTA: ¿Se podría detallar, altura de las grapas y cantidad de grapas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva. La cantidad mínima varía según especificación técnica de cada fabricante.		

Consulta 15 - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: 5 SUTURA MECÁNICA CIRCULAR 33 MM DE DIÁMETRO DE UN SOLO USO CONSULTA: ¿Se podría detallar, altura de las grapas y cantidad de grapas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva. La cantidad mínima varía según especificación técnica de cada fabricante.		

Consulta 16 - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE DE 60 MM, 3 FILAS DE GRAPAS A CADA LADO DEL BISTURÍ, ALTURA DE GRAPA 3,0, 3.5 Y 4.0 CONSULTA: CREEMOS QUE HAY UN ERROR INVOLUNTARIO EN LAS EETT PUES LA SUTURA LINEAL CORTANTE DE 60 MM DEBE SER DE 2 FILAS DE GRAPAS A CADA LADO DEL BISTURI CON UNA SOLA ALTURA DE GRAPA, QUEDANDO ASI "SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE DE 60 MM, 2 FILAS DE GRAPAS A CADA LADO DEL BISTURÍ, ALTURA DE GRAPA de 3,8 MM Y/O 4.8 MM"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva.		

Consulta 17 - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: 7 SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE DE 80 MM, 3 FILAS DE GRAPAS A CADA LADO DEL BISTURÍ, ALTURA DE GRAPA 3,0, 3.5 Y 4.0 CONSULTA: CREEMOS QUE HAY UN ERROR INVOLUNTARIO EN LAS EETT PUES LA SUTURA LINEAL CORTANTE DE 80 MM DEBE SER DE 2 FILAS DE GRAPAS A CADA LADO DEL BISTURI CON UNA SOLA ALTURA DE GRAPA, QUEDANDO ASI "SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE DE 80 MM, 2 FILAS DE GRAPAS A CADA LADO DEL BISTURÍ, ALTURA DE GRAPA de 3,8 MM Y/O 4.8 MM"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva.		

Consulta 18 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: 8 SUTURA MECÁNICA ENDELÍNELA DE 45 MM PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, CON ARTICULACIÓN. CONSULTA: SE PODRIA ESPECIFICAR ALTURA DE GRAPAS? CON QUE TIPO DE GRAPADORAS DEBE SER COMPATIBLE?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva.		

Consulta 19 - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: 9 SUTURA MECÁNICA ENDELÍNELA DE 60MM PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, CON ARTICULACIÓN. CONSULTA: SE PODRIA ESPECIFICAR ALTURA DE GRAPAS? CON QUE TIPO DE GRAPADORAS DEBE SER COMPATIBLE?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva.		

Consulta 20 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DCIE: 11 TROCAR DE 11 MM DE DIÁMETRO. CONSULTA: Solicitamos ampliar las EETT permitiendo ofertar "TROCAR DE 11 MM +/- 1 MM DE DIÁMETRO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva.		

Consulta 21 - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: 13 PINZA PARA SELLADOR DE VASOS 5MM X 37 CM TIPO MARYLAND CONSULTA: SE PODRIA AMPLIAR LAS EETT, PERMITIENDO OFERTAR PINZA PARA SELLADO DE VASOS DE 5 MM X 37 CM +/- 1 CM TIPO MARYLAND O CURVA? ADEMAS ¿DEBE SER COMPTIBLE CON MONITORIZACION DE TEJIDOS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva.		

Consulta 22 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: 14 PINZA PARA SELLADOR DE VASOS 5MM X 44 CM TIPO MARYLAND CONSULTA: SE PODRIA AMPLIAR LAS EETT, PERMITIENDO OFERTAR PINZA PARA SELLADO DE VASOS DE 5 MM X 44 CM +/- 1 CM TIPO MARYLAND O CURVA? ADEMAS ¿DEBE SER COMPTIBLE CON MONITORIZACION DE TEJIDOS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva.		

Consulta 23 - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2024
DICE: 15 PINZA SELLADOR DE VASOS PARA CABEZA Y CUELLO PUNTA CURVA 21 CM CONSULTA: SE PODRIA AMPLIAR LAS EETT, PERMITIENDO OFERTAR PINZA PARA SELLADO DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO PUNTA CURVA DE 14 HASTA 23 CM PUNTA CURVA? ADEMAS ¿DEBE SER COMPTIBLE CON MONITORIZACION DE TEJIDOS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva.		

Consulta 24 - -* LOTE 18 Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2024
Se sugiere amablemente a la convocante aclarar densidad de la droga requerida, el tipo de material, las medidas requeridas usualmente con el fin de asegurar la provisión constante del insumo, la presión nominal y presión del estallido nominal requeridas por los servicios. También se sugiere aclarar las características del material y medidas de las guías acompañantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor Considerar la ADENDA, respectiva.		

Consulta 25 - LOTE 12 - CEMENTOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2024
Solicitamos a la Convocante disgregar el presente LOTE 12, en 3 LOTES, donde cada ítem previsto en el Lote 12 sea un Lote independiente, debido a que los productos que lo conforman, no dependen entre sí para su funcionalidad.		
De esta manera se obtendrán mayor cantidad de ofertas para cada material, incrementando las posibilidades de obtener las mejores condiciones de contratación para la entidad, en cuanto a calidad y precio, en concordancia con el principio de economía y eficiencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos por la Convocante, y la urgencia en la provisión de estos bienes para la Convocante.		

Consulta 26 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2024
ITEM 13 - PINZA SELLADOR DE VASOS LAPAROSCÓPICO 5 MM X 44 CM TIPO MARYLAND CONSULTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE UNA VARIACIÓN DE +/- 1 mm AL DIÁMETRO Y +/- 1 CM A LA LONGITUD DE LA PINZA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la Adenda respectiva.		

Consulta 27 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2024
ITEM 7 - SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE DE 80 MM.3 FILAS DE GRAPAS A CADA LADO DEL BISTURÍ, ALTURA DE GRAPA 3,0, 3.5 Y 4.0. CONSULTA: Solicitamos a la convocante poder presentar suturas con 2 filas de grapas a cada lado, y la altura de grapa de acuerdo a las marcas y modelos existentes en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la Adenda respectiva.		

Consulta 28 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2024
ITEM 6 - SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE DE 60 MM, 3 FILAS DE GRAPAS A CADA LADO DEL BISTURÍ, ALTURA DE GRAPA 3,0, 3.5 Y 4.0 CONSULTA: Solicitamos a la convocante poder presentar suturas con 2 filas de grapas a cada lado, y la altura de grapa de acuerdo a las marcas y modelos existentes en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la Adenda respectiva.		

Consulta 29 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2024
Item 3 SUTURA MECÁNICA CIRCULAR 28 MM DE DIÁMETRO DE UN SOLO USO Consulta: Solicitamos a la convocante una variación de +/- (1) mm en el diámetro de la sutura, ya que la misma no implica ni una ventaja, y de esa manera dar oportunidad a la participación de mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la Adenda respectiva.		

Consulta 30 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2024
ITEM 14 - PINZA SELLADOR DE VASOS LAPAROSCÓPICO 5 MM X 44 CM TIPO MARYLAND CONSULTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE UNA VARIACIÓN DE +/- 1 mm AL DIÁMETRO Y +/- 1 CM A LA LONGITUD DE LA PINZA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva.		

Consulta 31 - MUESTRAS LOTE 23 INSUMOS PARA NEUROCIRUGIA ENDOVASCULAR

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2024
Solicitamos a la convocante poder presentar una muestra de coil TRIDIMENCIONAL y HELICOIDAL y comprobar las medidas solicitadas en las especificaciones técnicas a través de catálogos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
La Convocante aclara que las muestras están a consideración del Comité de Evaluación y el oferente se encuentra supeditado a disponerlo según sea el requerimiento.		

Consulta 32 - Especificaciones técnicas. Lote 4 Prótesis total de cadera no cementada de revisión

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
<p>Especificaciones técnicas Lote 4 Prótesis total de cadera no cementada de revisión, solicitamos agregar la opción monobloque distal sin tornillos y extensión del cuello femoral en 2 medidas, para el beneficio del paciente. Solicitamos considerar que el componente femoral proximal cuente con 6 medidas como mínimo y agregar opción cementada.</p> <p>Solicitamos considerar la certificación de FDA de forma opcional y no excluyente, asumiendo que la certificación CE garantiza la calidad y seguridad de altos estándares exigidos por la Unión Europea.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
<p>Favor considerar la Adenda respectiva.</p>		

Consulta 33 - Especificaciones técnicas. Lote 3 Prótesis total de cadera Hibrida

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
<p>Especificaciones técnicas Lote 3 Prótesis total de cadera hibrida, solicitamos considerar la certificación de FDA de forma opcional y no excluyente, asumiendo que la certificación CE garantiza la calidad y seguridad de altos estándares exigidos por la Unión Europea</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
<p>Favor considerar la ADENDA respectiva</p>		

Consulta 34 - Especificaciones técnicas. Lote 1 Prótesis total de cadera cementada

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
<p>Especificaciones técnicas Lote 1 Prótesis total de cadera cementada, solicitamos considerar para este ítem, que el vástago femoral cuente con 4 medidas como mínimo.</p> <p>Solicitamos considerar la certificación de FDA de forma opcional y no excluyente, asumiendo que la certificación CE garantiza la calidad y seguridad de altos estándares exigidos por la Unión Europea</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
<p>Favor considerar la ADENDA respectiva</p>		

Consulta 35 - Especificaciones técnicas. Lote 2 Prótesis total de cadera no cementada

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
<p>Especificaciones técnicas Lote 2 Prótesis total de cadera no cementada, solicitamos considerar la certificación de FDA de forma opcional y no excluyente, asumiendo que la certificación CE garantiza la calidad y seguridad de altos estándares exigidos por la Unión Europea.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
<p>Favor considerar la ADENDA respectiva</p>		

Consulta 36 - Especificaciones técnicas. Lote 5 Prótesis total de rodilla

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
----------	-------------------	------------

Especificaciones técnicas Lote 5 Prótesis total rodilla, solicitamos considerar la certificación de FDA de forma opcional y no excluyente, asumiendo que la certificación CE garantiza la calidad y seguridad de altos estándares exigidos por la Unión Europea

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la ADENDA respectiva

Consulta 37 - Especificaciones técnicas. Lote 6 Prótesis total de rodilla de revisión

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
----------	-------------------	------------

Especificaciones técnicas Lote 6 Prótesis total de rodilla de revisión, solicitamos agregar la opción monobloque, componente femoral y tibial con 4 medidas como mínimo en aleación de CR-CO-MO, con opción tibial con 6 medidas como mínimo. Insertos de polietileno de alta densidad (UHMWPE) con estabilizador posterior altamente constreñido bisagrada rotatoria.

Solicitamos considerar la certificación de FDA de forma opcional y no excluyente, asumiendo que la certificación CE garantiza la calidad y seguridad de altos estándares exigidos por la Unión Europea

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la ADENDA respectiva

Consulta 38 - Especificaciones técnicas. Lote 6 Prótesis total de rodilla de revisión

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
----------	-------------------	------------

Especificaciones técnicas Lote 6 Prótesis total de rodilla de revisión, solicitamos agregar la opción monobloque, componente femoral y tibial con 4 medidas como mínimo en aleación de CR-CO-MO, con opción tibial con 6 medidas como mínimo. Insertos de polietileno de alta densidad (UHMWPE) con estabilizador posterior altamente constreñido bisagrada rotatoria.

Solicitamos considerar la certificación de FDA de forma opcional y no excluyente, asumiendo que la certificación CE garantiza la calidad y seguridad de altos estándares exigidos por la Unión Europea

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la Adenda respectiva

Consulta 39 - Especificaciones técnicas. Lote 4 Prótesis total de cadera no cementada de revisión

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
----------	-------------------	------------

Especificaciones técnicas Lote 4 Prótesis total de cadera no cementada de revisión, solicitamos agregar la opción monobloque distal sin tornillos y extensión del cuello femoral en 2 medidas, para el beneficio del paciente.

Solicitamos considerar que el componente femoral proximal cuente con 6 medidas como mínimo y agregar opción cementada.

Solicitamos considerar la certificación de FDA de forma opcional y no excluyente, asumiendo que la certificación CE garantiza la calidad y seguridad de altos estándares exigidos por la Unión Europea.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la Adenda respectiva

Consulta 40 - Lote N° 17 – Ítem N° 7:

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
Ítem N° 7: ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO 7FR Solicitamos a la convocante omitir/separar del lote 17, el ítem N° 7 ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO ya que este producto está totalmente direccionado a una sola empresa, mientras que los demás ítem del lote podrían ofertar varias empresas, por lo que se podrá obtener una mayor participación de oferentes y por ende podrán contar con varias opciones. Por lo expuesto y buscando que la DIBEN obtenga verdaderamente las mejores condiciones de contratación y no optar por la única oferta que se presentara en estas condiciones y con el precio más alto del mercado nacional, solicitamos la atención a esta consulta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos por la Convocante, en consideración a la situación crítica y/ o urgencia de los recurrentes de contar con la provisión de estos bienes para uso inmediato.		

Consulta 41 - DOCUMENTOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
Solicitamos a la convocante que en caso de que la Habilitación del local y el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución (BPAyD) se encuentren en trámite de renovación se permita la presentación de una Certificación de trámite de renovación emitida por la DNVS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva.		

Consulta 42 - LOTE 23 - INSUMOS PARA CIRUGIA ENDOVASCULAR

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
ITEM 56 MICROCATETER ENDOVASCULAR: MICROCATETER DE FLUJO DEPENDIENTE PARA MALFORMACIONES. LARGO TOTAL 190 CM CON DIÁMETRO DISTAL DE 1.2 A 1.5 FR, CON PUNTA DESPRENDIBLE. COMPATIBLE DMSO. CONSULTA: Solicitamos a la convocante poder ofertar Microcateter de flujo dependiente para malformaciones largo 167cm a190cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva.		

Consulta 43 - LOTE 23 - INSUMOS PARA CIRUGIA ENDOVASCULAR

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
ITEM 58 MICROCATETER ENDOVASCULAR , MICROCATETER DE FLUJO DEPENDIENTE PARA NAVEGACIÓN SUPER SELECTIVA EN RETINOBLASTOMAS. LARGO TOTAL DE COMO MINIMO DE 180 CM, DIÁMETRO DISTAL PARA NAVEGACIÓN HIPERSELECTIVA DE 1.2 FR POR 3 A 12 CM, SEGMENTO SIGUIENTE DE 1.8 FR POR 3 A 12 CM, SEGMENTO SIGUIENTE DE 2.4 FR POR 30 A 40 CM Y SEGMENTO PROXIMAL DE 2.7 FR. PARA MICROGUIAS DE 0.008, CON PUNTA NO DESPRENDIBLE. CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MICROCATETER LARGO DE 165 a 180CM.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva.		

Consulta 44 - LOTE 23 - INSUMOS PARA CIRUGIA ENDOVASCULAR

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
ITEM 57 MICROCATETER ENDOVASCULAR , MICROCATETER DE FLUJO DEPENDIENTE PARA NAVEGACIÓN SUPER SELECTIVA EN MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS LARGO TOTAL 180CM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.7 A 1.5FR, DIAMETRO INTERNO PARA MICROGUIAS DE 0.008", CON PUNTA NO DESPRENDIBLE CONSULTA: Solicitamos a la convocante poder ofertar Microcateter de flujo dependiente para navegación super selectiva, largo total 165 a 180 cm, con diámetro externo de 1.2 FR a 2.7FR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva.		

Consulta 45 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
Solicitamos encarecidamente considerar en los criterios de evaluación de la capacidad financiera incluir el periodo 2023, tener en consideración que los años mencionados como indicadores fueron años de pandemia, este evento extraordinario afecto a nivel mundial, la inclusión del año 2023 dará oportunidad a más empresas y esto genera un beneficio al paciente considerando que tendrá la posibilidad de adquirir productos de excelente calidad y servicio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la Adenda respectiva.		

Consulta 46 - LOTE 1 PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
Donde dice: CABEZA CAMBIABLE EN 28MM/32MM/36MM ALEACIÓN CR-CO- MO, DEBERÁ CONTAR CON 4 MEDIDAS DE CUELLO COMO MÍNIMO (CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRA LARGO). COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO ESTÁNDAR, POLIETILENO UHMWPE. EL VÁSTAGO FEMORAL DEBE TENER 6 MEDIDAS COMO MÍNIMO, CON SUS RESPECTIVOS CEMENTOS.CERTIFICACIÓN CE Y FDA - EVIDENCIA CLINICA 5 AÑOS COMO MINIMO. CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR CERTIFICADO CE Y/O FDA, DE MANERA A DAR OPORTUNIDAD A LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 47 - LOTE 2 -PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
DONDE DICE: CABEZA CAMBIABLE EN 28MM/32MM/36MM ALEACIÓN CR-CO- MO, DEBERÁ CONTAR CON 4 MEDIDAS DE CUELLO COMO MÍNIMO (CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRA LARGO). COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO EN TITANIO PURO CON POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO. DEBE INCLUIR TORNILLOS EN TITANIO-CR-CO. EL VÁSTAGO FEMORAL DEBE TENER 6 MEDIDAS COMO MÍNIMO, LA PRÓTESIS DEBE INCLUIR INSTRUMENTALES PARA CADERA. CERTIFICACIÓN CE Y FDA - EVIDENCIA CLINICA DE 5 AÑOS COMO MINIMO. CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR CERTIFICADO CE Y/O FDA, DE MANERA A DAR OPORTUNIDAD A LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 48 - LOTE 4 -PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
<p>DONDE DICE: DE REVISIÓN: PRÓTESIS MODULAR EN TITANIO CON BLOQUEO DISTAL CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS. EL COMPONENTE FEMORAL PROXIMAL DEBERÁ CONTAR CON 7 MEDIDAS COMO MÍNIMO, EL COMPONENTE DISTAL CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO. COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO EN TITANIO PURO CON OPCIÓN A DOBLE MOVILIDAD CON POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO. DEBE INCLUIR CERCLAJE ÓSEO, CON INSTRUMENTALES PARA CADERA. CERTIFICACIÓN CE Y FDA - EVIDENCIA CLINICA 5 AÑOS COMO MINIMO.</p> <p>CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR CERTIFICADO CE Y/O FDA, DE MANERA A DAR OPORTUNIDAD A LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 49 - LOTE 4 -PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
<p>DONDE DICE: DE REVISIÓN: PRÓTESIS MODULAR EN TITANIO CON BLOQUEO DISTAL CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS. EL COMPONENTE FEMORAL PROXIMAL DEBERÁ CONTAR CON 7 MEDIDAS COMO MÍNIMO, EL COMPONENTE DISTAL CON 8 MEDIDAS COMO MÍNIMO. COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO EN TITANIO PURO CON OPCIÓN A DOBLE MOVILIDAD CON POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO. DEBE INCLUIR CERCLAJE ÓSEO, CON INSTRUMENTALES PARA CADERA. CERTIFICACIÓN CE Y FDA - EVIDENCIA CLÍNICA 5 AÑOS COMO MÍNIMO.</p> <p>CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE OFERTAR PRÓTESIS MODULAR EN TITANIO CON BLOQUE DISTAL Y/O PROXIMAL, PARA PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos por la Convocante, y la urgencia en la provisión de estos bienes para la Convocante y los beneficiarios en estado de extrema necesidad y vulnerabilidad.		

Consulta 50 - LOTE 3 - PROTESIS TOTAL DE CADERA

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2024
<p>DONDE DICE: DE CADERA HIBRIDA: CABEZA CAMBIABLE EN 28MM/32MM/36MM ALEACIÓN CR-CO-MO. DEBERÁ CONTAR CON 4 MEDIDAS DE CUELLO COMO MÍNIMO (CORTO, MEDIANO, LARGO, EXTRA LARGO). EL COTILO ACETABULAR DEBE POSEER RECUBRIMIENTO DE PLASMA SPRAY O RECUBRIMIENTO RUGOSO DE TITANIO PURO. EL ACETÁBULO DEBERÁ CONTAR CON 6 MEDIDAS COMO MÍNIMO CON POLIETILENO ALTAMENTE RETICULADO, DEBE INCLUIR TORNILLOS EN TITANIO-CR-CO, PARA FIJACIÓN ACETABULAR .EL VÁSTAGO FEMORAL DEBE TENER 6 MEDIDAS COMO MÍNIMO, DEBE INCLUIR RESTRICTOR DE CEMENTO Y CEMENTO CON ANTIBIÓTICO.CERTIFICACIÓN CE Y FDA - EVIDENCIA CLINICA 5 AÑOS COMO MINIMO.</p> <p>CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR CERTIFICADO CE Y/O FDA, DE MANERA A DAR OPORTUNIDAD A LA PARTICIPACIÓN DE MAS OFERENTES.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 51 - Lote 23 Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos de dicho Item ya que este se encuentra claramente dirigido al modelo de la Vaina Ballast de la marca BALT (prueba para demostrar esto en los siguientes links : https://www.debene.com/productos/balt/balt_neuroradiologia_accesos.html y https://baltgroup.com/products/ballast/). Para evitar posibles protestas solicitamos a la convocante ampliar los rangos a : INTRODUCTOR DE 6 FR , DESDE 80 A 100 CM DE LARGO, DIÁMETRO EXTERNO PROXIMAL DE 0.104 a 0.106 Y DISTAL DE 0,97 a 0.100mm, DIÁMETRO INTERNO DE 0.087 a 0.088 CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO COILING O TRENZADO DE 20CM O TOTAL. FDA PARA USO NEUROLOGICO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 52 - Lote 23 Item 3 al 43

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos ampliar los rangos y evitar posibles protestas y que dichas ESPECIFICACIONES de COILS terminen con "LIBERACIÓN ELECTRICA O CONTROLADA" siendo que esta última opción solicitada permite al médico tener mayor seguridad y control en la liberación. Revisar los llamados ID 404756, 430307, 365181 donde claramente solicitan de dichos ítems con el termino "liberación controlada"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 53 - Lote 23 Item 45 y 46

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante sacar ambos ítems del Lote, esto esta dirigido al modelo Hybrid de la marca BALT (acceder a estos link para poder comprobar esto: https://baltgroup.com/products/hybrid/ y https://www.debene.com/productos/balt/balt_neuroradiologia_accesos.html), siendo así los únicos que pueden cumplir con estos dos ítems. entre .007 y .008 practicamente no hay diferencia. Es una estrategia para dejar a todos afuera. revisar ID 365181 lote 11 donde las eett piden .007 a .008 como también ID 430307 Item 8 .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 54 - Lote 23 Item 47

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos y que dichas EETT sean GUÍA PARA MALFORMACIONES EN ARTERIAS Y/O VENAS DE 0.008 DE 200 CM +/- 20 CM DE LARGO. MATERIAL HIDROFILICO. PUNTA RECTA o PREFORMABLE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 55 - Lote 23 Item 48

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos y que dichas EETT sean GUÍA PARA MALFORMACIONES EN ARTERIAS Y/O VENAS DE 0.008 DE 200 CM +/- 20 CM DE LARGO. MATERIAL HIDROFILICO. PUNTA J O PREFORMABLE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 56 - Lote 23 Item 52

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser : MICRO CATETER, PARA ANEURISMA. LARGO ÚTIL DESDE 130 A 155 CM PARA USO MÁXIMO CON GUÍA DE 0.014. DIÁMETRO DE 1,9 A 2,4 FRENCH. DEBE SER COMPATIBLE CON LAS MICROGUÍAS Y LOS COILS OFERTADOS HELICOIDAL Y TRIDIMENSIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 57 - Lote 23 Item 52

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos ampliar los rangos para mayor participacion de foerentes y evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser : MICRO CATETER, PARA ANEURISMA. LARGO ÚTIL DESDE 130 A 155 CM PARA USO MÁXIMO CON GUÍA DE 0.014. DIÁMETRO DE 1,9 A 2,4 FRENCH. DEBE SER COMPATIBLE CON LAS MICROGUÍAS Y LOS COILS OFERTADOS HELICOIDAL Y TRIDIMENSIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 58 - Lote 23 Item 55

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos par amayor participacion de oferentes y que dichas EETT pasen a ser : MICRO CATETER, PARA ANEURISMA. LARGO ÚTIL 150 a 160 CM PARA USO MÁXIMO CON GUÍA DE 0.012 A 0.014. DIÁMETRO DISTAL DE 2,2 a 2,4 FRENCH PROXIMAL DE 2.5 a 2,7 FRENH. DEBE SER COMPATIBLE CON LAS MICROGUÍAS Y LOS COILS OFERTADOS HELICOIDAL Y TRIDIMENSIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 59 - Lote 23 Item 54

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT sean MICRO CATETER, PARA ANEURISMA. LARGO ÚTIL 155 CM PARA USO MÁXIMO CON GUÍA DE 0.012 A 0.014. DIÁMETRO DISTAL DE 1.7 a 1.9 FRENCH PROXIMAL DE 2.1 a 2.2 FRENH. DEBE SER COMPATIBLE CON LAS MICROGUÍAS Y LOS COILS OFERTADOS HELICOIDAL Y TRIDIMENSIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos de la ADENDA.		

Consulta 60 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Donde dice: Los bienes adjudicados deberán ser entregados dentro de los tres (03) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra. Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a 15 (quince) días hábiles posterior a la recepción de orden de compra. Esto debido a los tiempos de importación de los productos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva		

Consulta 61 - Lote 23 Item 56

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos ya que este item esta dirgido al cateter Sonic de Balt (https://baltgroup.com/products/sonic/) y que las EETT pasen a ser MICROCATETER DE FLUJO DEPENDIENTE PARA MALFORMACIONES. LARGO TOTAL 165 a 190 CM CON DIÁMETRO DISTAL DE 1.2 A 1.5 FR, CON PUNTA DESPRENDIBLE. COMPATIBLE DMSO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva		

Consulta 62 - Lote 23 Item 57

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para evitar posibles protestas y que las EETT pasen a ser : MICROCATETER DE FLUJO DEPENDIENTE PARA NAVEGACIÓN SUPER SELECTIVA EN MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS LARGO TOTAL 170 a 180CM CON DIÁMETRO EXTERNO DE 2.7 A 1.5FR, DIAMETRO INTERNO PARA MICROGUIAS DE 0.008", CON PUNTA NO DESPRENDIBLE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva		

Consulta 63 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
MUESTRAS -Consultamos a la convocante aclarar si se puede presentar una medida del ítems como muestra y presentar catálogo de las demás medidas solicitadas para los siguientes lotes: Lote 18 STENT REVESTIDO LOTE 19 - BALÓN CORONARIO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
La Convocante aclara que las muestras están a consideración del Comité de Evaluación y el oferente se encuentra supeditado a disponerlo según sea el requerimiento.		

Consulta 64 - Lote 23 Item 58

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante sacar dicho Item , esta dirigido (Magic https://baltgroup.com/products/magic/) y el único que cumple con esto es la marca BALT . Como es un lote , es estrategia para dejar a todos afuera. El ítem 57 del mismo lote sería prácticamente lo mismo que esto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante teniendo en cuenta que los bienes solicitados son utilizados diariamente por pacientes recurrentes a la DIBEN.		

Consulta 65 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Muestras para el LOTE 17 - MARCAPASOS: Solicitamos a la convocante aceptar catálogos de los ítems 1 al 7 del lote 17 en vez de la presentación de muestras debido al costo de los marcapasos y los accesorios de los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
La Convocante aclara que las muestras están a consideración del Comité de Evaluación y el oferente se encuentra supeditado a disponerlo según sea el requerimiento.		

Consulta 66 - Lote 23 Item 59

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante sacar dicho Item , esta dirigido (Squid 12 https://baltgroup.com/products/squid/) y el único que cumple con esto es la marca BALT . Como es un lote , es estrategia para dejar a todos afuera. El ítem 60 del mismo lote sería prácticamente lo mismo que esto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos ya establecidos por la Convocante teniendo en cuenta que los bienes solicitados son utilizados diariamente por pacientes recurrentes a la DIBEN.		

Consulta 67 - Lote 23 Item 62

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y evitar posibles protestas y que dichas EETT pasen a ser : CATÉTER GUÍA INTERMEDIO, CEREBRAL DE 4.2 a 4.7 FR A 4.2 a 3.9 FR, DE DIAMETRO INTERNO DE 1.02 a 1.13 MM, DE 120 A 135 CM DE LARGO. PUNTA RECTA O MULTIPROPOSITO. DESCARTABLE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva.		

Consulta 68 - Lote 23 Item 65

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y evitar posibles protestas y que dichas EETT pasen a ser : BALONES DE OCLUSIÓN PARA ANEURISMAS MALFORMACIONES. CATÉTER DE 150 a 160 CM BALÓN DE 3 A 7 MM X 10 A 30 MM. Abarcando asi mas medidas para el médico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva.		

Consulta 69 - Lote 23 Item 64

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y evitar posibles protestas y que dichas EETT pasen a ser : CATÉTER GUÍA CEREBRAL DE 6 FR DE DIAMETRO INTERNO DE 0.070 a 0.072 INCHES Y DIAMETRO EXTERNO DE 6 FR. PUNTA TIPO VERTEBRAL O MULTIPROPOSITO. DESCARTABLE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva.		

Consulta 70 - Lote 23 Item 66

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y evitar posibles protestas y que dichas EETT pasen a ser : CATÉTER GUÍA CEREBRAL DE 5 a 6 FR DE DIAMETRO PROXIMAL CON 4.9 a 5 FR DE DIAMETRO DISTAL, DIAMETRO INTERNO DE 1.46 a 1.47 MM . Abarcando asi mas medidas para el médico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva.		

Consulta 71 - Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
El pliego indica El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:24horas. Solicitamos a la convocante extender el plazo de reposición a 72horas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva		

Consulta 72 - Lote 23 Item 67

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y evitar posibles protestas y que dichas EETT pasen a ser : CATÉTER GUÍA CEREBRAL DE 6 F DE DIAMETRO PROXIMAL CON 6 F DE DIAMETRO DISTAL, 95 CM DE LARGO, PUNTA MULTIPROPOSITODIAMETRO INTERNO DE 1.78 a 1.8 MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva		

Consulta 73 - Lote 23 Item 68

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y evitar posibles protestas y que dichas EETT pasen a ser : BALONES DE OCLUSIÓN DE UN LUMEN O DOBLE LUMEN. BALÓN DE 5 A 7 MM POR 7 A 20 MM. Abarcando asi mas medidas para el médico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva		

Consulta 74 - Lote 23 item 69

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y evitar posibles protestas y que dichas EETT pasen a ser : STENT DIVERSOR DE FLUJO AUTOEXPANSIBLE CEREBRAL, PARA ANEURISMAS SIN CUELLO O DISECCIONES. CON NITINOL O CROMOCOBALTO. DEBE SER RECUPERABLE PARCIAL O TOTALMENTE, DIAMETRO DE 2,5 A 6 MM Y LARGO DE 10 A 50 MM. DEBE CABER POR MICROCATETER DE TAMAÑO 0,017 A 0,027, INCLUIR MICROCATETER Y MICROGUÍA COMPATIBLE PARA COLOCACIÓN. DESCARTABLE. KIT.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva		

Consulta 75 - Lote 23 Item 71

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participacion de oferentes y evitar posibles protestas y que dichas EETT pasen a ser : STENT PARA TROMBECTOMIA MECÁNICA AUTOEXPANDIBLE, CEREBRAL DE 3 A 6 MM DE DIAMETRO Y DE LARGO 20 A 40 MM. DEBE INCLUIR MICROCATETER Y MICROGUÍA COMPATIBLE PARA COLOCACIÓN. DESCARTABLE. KIT.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva.		

Consulta 76 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 17 ITEM 2. Componentes

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
ELECTRODO DE MARCAPASO UNICAMERAL 58 CM. LIBERACIÓN DE ESTEROIDES. Solicitamos a la Convocante habilitar la posibilidad de ofertar ELECTRODO DE MARCAPASO UNICAMERAL 58 CM CON o SIN LIBERACIÓN DE ESTEROIDES. Ya que este requisito es irrelevante y no ofrece ventaja para conseguir los umbrales necesarios para la estimulación y sensado del dispositivo implantado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos por la Convocante, en consideración a la situación crítica y/ o urgencia de los recurrentes de contar con la provisión de estos bienes para uso inmediato.		

Consulta 77 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 17 ITEM 5. Componentes

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL 58 CM. FIJACIÓN PASIVA CON LIBERACIÓN DE ESTEROIDES Solicitamos a la Convocante habilitar la posibilidad de ofertar ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL 58 CM. FIJACIÓN PASIVA CON o SIN LIBERACIÓN DE ESTEROIDES. Ya que este requisito es irrelevante y no ofrece ventaja para conseguir los umbrales necesarios para la estimulación y sensado del dispositivo implantado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos por la Convocante, en consideración a la situación crítica y/ o urgencia de los recurrentes de contar con la provisión de estos bienes para uso inmediato.		

Consulta 78 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 17 ITEM 2. Medidas

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
ELECTRODO DE MARCAPASO UNICAMERAL 58 CM. LIBERACIÓN DE ESTEROIDES. Solicitamos a la Convocante modificar la medida ampliando la posibilidad de ofertar ELECTRODO DE MARCAPASO UNICAMERAL a 58 + 3 CM y especificando que se trata de un Electrodo Ventricular..		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos por la Convocante, en consideración a la situación crítica y/ o urgencia de los recurrentes de contar con la provisión de estos bienes para uso inmediato.		

Consulta 79 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 17 ITEM 4. Componentes

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL 52 CM. FIJACIÓN ACTIVA CON LIBERACIÓN DE ESTEROIDES Solicitamos a la Convocante habilitar la posibilidad de ofertar ELECTRODO DE MARCAPASO UNICAMERAL 52 CM CON o SIN LIBERACIÓN DE ESTEROIDES. . Ya que este requisito es irrelevante y no ofrece ventaja para conseguir los umbrales necesarios para la estimulación y sensado del dispositivo implantado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos por la Convocante, en consideración a la situación crítica y/ o urgencia de los recurrentes de contar con la provisión de estos bienes para uso inmediato.		

Consulta 80 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 17 ITEM 4. Medidas

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
-----------------	--------------------------	------------

ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL 52 CM. FIJACIÓN ACTIVA CON LIBERACIÓN DE ESTEROIDES
Solicitamos a la Convocante modificar la medida ampliando ampliando las EE.TT. con la posibilidad de ofertar ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL de 52 + 2 CM y especificando que se trata de un Electrodo Auricular.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los términos iniciales ya establecidos por la Convocante, en consideración a la situación crítica y/ o urgencia de los recurrentes de contar con la provisión de estos bienes para uso inmediato.

Consulta 81 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 17 ITEM 5. Medidas

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
-----------------	--------------------------	------------

ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL 58 CM. FIJACIÓN PASIVA CON LIBERACIÓN DE ESTEROIDES.
Solicitamos a la Convocante modificar la medida ampliando la posibilidad de ofertar ELECTRODO DE MARCAPASO BICAMERAL a 58 + 3 CM y especificando que se trata de un Electrodo Ventricular.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los términos iniciales ya establecidos por la Convocante, en consideración a la situación crítica y/ o urgencia de los recurrentes de contar con la provisión de estos bienes para uso inmediato.

Consulta 82 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS- ITEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: PINZA SELLADOR DE VASOS LAPAROSCÓPICO 5 MM X 44 CM TIPO MARYLAND
CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR PINZA PARA SELLADOR DE VASOS LAPAROSCOPICO 5MM (+/-1MM) X 44CM (+/-1CM) TIPO MARYLAND. LLEVANDO EN CUENTA QUE CON LA VARIACIÓN SOLICITADA EN LAS MEDIDAS , EL PRODUCTO TAMBIÉN CUMPLE CON LA FINALIDAD DEL USO.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar la ADENDA respectiva.

Consulta 83 - LOTE 21 -SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS-ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: PINZA PARA SELLADOR DE VASOS 5MM X 37 CM TIPO MARYLAND
CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PINZA SELLADOR DE VASOS 5MM (+/-1 MM) X 37 CM (+/-1CM) TIPO MARYLAND . LLEVANDO EN CUENTA QUE CON LA VARIACIÓN SOLICITADA EN LAS MEDIDAS , EL PRODUCTO TAMBIÉN CUMPLE CON LA FINALIDAD DEL USO.

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar la ADENDA respectiva

Consulta 84 - Lote 5 – PROTESIS TOTAL DE RODILLA – CERTIFICACION

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
<p>Para el lote 5 PROTESIS TOTAL DE RODILLA, la convocante solicita los certificados CE y/o FDA, dejando opcional la presentación de uno de ellos.</p> <p>Sin embargo, para los lotes de prótesis de cadera (lotes 1, 2, 3, 4 y 5) y lote N° 6 Prótesis total de Rodilla de Revisión, si es indispensable la presentación de ambos certificados (CE y FDA). Entendemos que el propósito de la convocante es garantizar la mejor calidad en la adquisición de los lotes correspondientes a traumatológicos.</p> <p>Por lo cual solicitamos a la convocante, aclarar cual es el criterio que se utiliza en cuanto a certificaciones internacionales para la adquisición de prótesis? Ya que en algunos lotes solicitan ambos certificados y en otros solo uno de ellos de manera opcional?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva		

Consulta 85 - Lote 1,2,3,4,5 – PROTESIS DE CADERA – CERTIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
<p>Para los lotes 1, 2, 3, 4 y 5 PRÓTESIS DE CADERA, la convocante solicita la presentación de los certificados CE y FDA.</p> <p>Solicitamos a la convocante considerar la certificación de FDA de forma opcional y no excluyente para todos los lotes de prótesis de cadera (1, 2, 3, 4 y 5) de manera a unificar el criterio en cuanto a certificaciones para todos los lotes de prótesis de cadera y rodilla, ya que la certificación CE garantiza la calidad y seguridad de altos estándares exigidos por la Unión Europea y de esa manera dar oportunidad a la participación de mas oferentes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva		

Consulta 86 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA EL LOTE 19 ÍTEM 1 AL 2 Y LOTE 23 ÍTEM 1 AL 71 , que En caso de ofertarse en un mismo lote varios ítems del mismo tipo de material y/o insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el lote-ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada. también eceptuar las muestras de los STEN debido a su excesivo costo, y en remplazo presentar catálogos.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
La Convocante aclara que las muestras están a consideración del Comité de Evaluación y el oferente se encuentra supeditado a disponerlo según sea el requerimiento.		

Consulta 87 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
SOLICITAMOS AMPLIAR LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 3 DÍAS HÁBILES A 15 DÍAS HÁBILES, YA QUE LOS INSUMOS A ENTREGAR SON IMPORTADOS Y TIENEN SU TIEMPO DE ENTREGA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva		

Consulta 88 - LOTE 23 ITEM 70

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y evitar posibles protestas y que dichas EETT pasen a ser : STENT AUTOEXPANSIBLE CEREBRAL, PARA ANEURISMAS SIN CUELLO O DISECCIONES. DEBE SER RECUPERABLE PARCIAL O TOTALMENTE, DIÁMETRO DE 2,2 A 6 MM Y LARGO DE 20 A 40 MM. DEBE INCLUIR MICROCATETER Y MICROGUÍA COMPATIBLE PARA COLOCACIÓN. DEBE CABER POR MICROCATETER DE TAMAÑO 0,017 A 0,027, INCLUIR SISTEMA DE LIBERACIÓN EN CASO DE REQUERIR EL PRODUCTO PARA DESPRENDER STENT. DESCARTABLE. KIT.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la ADENDA respectiva		

Consulta 89 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
<p>Donde dice: Demostrar la experiencia en la provisión de insumos y/o dispositivos médicos, con contratos y/o facturaciones de ventas, por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto máximo del/los lote/lotes ofertados, ejecutados dentro de cualquiera de los siguientes años (2021, 2022, 2023). Para el volumen total de contratos y/o facturaciones de ventas, se tendrán en cuenta lo siguiente: Se calculará el 30% de los montos máximos correspondientes a cada lote ofertado, y este resultado con la sumatoria de los montos de los contratos y/o facturaciones de venta presentados.</p> <p>Consulta: Sugerimos a la convocante solicitar experiencia en la provisión de bienes de la misma naturaleza (según lo cotizado) de esta forma la institución se asegura de que el proveedor tenga los años de EXPERIENCIA en la provisión de los implantes cotizados y del mismo modo tener los materiales de calidad ya comprobada por los años en el uso. Y así poder brindar a los profesionales médicos como a los pacientes, materiales que no solo tienen precios absolutamente razonables, sino una calidad indiscutible.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos por la Convocante.		

Consulta 90 - EETT - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
SE PODRIA OFERTAR SUTURA LINEAL CORTANTE DE 60 MM CON 2 FILAS DE GRAPAS A CADA LADO DEL BISTURI CON 2 FILAS DE GRAPAS A CADA LADO DEL BISTURÍ, ALTURA DE GRAPA de 3,8 MM Y/O 4.8 MM"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la Adenda respectiva.		

Consulta 91 - EETT - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
CONSULTA: SE PODRIA OFERTAR SUTURA LINEAL CORTANTE DE 80 MM, CON 2 FILAS DE GRAPAS A CADA LADO DEL BISTURÍ, ALTURA DE GRAPA de 3,8 MM Y/O 4.8 MM"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la Adenda respectiva.		

Consulta 92 - EETT - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
SE PODRIA AMPLIAR LAS EETT, PERMITIENDO OFERTAR PINZA PARA SELLADO DE VASOS DE 5 MM X 44 CM +/- 1 CM TIPO MARYLAND O CURVA? ADEMAS ¿DEBE SER COMPTIBLE CON MONITORIZACION DE TEJIDOS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la Adenda respectiva.		

Consulta 93 - EETT - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
CONSULTA: Se podría ampliar las EETT permitiendo ofertar "TROCAR DE 11 MM +/- 1 MM DE DIÁMETRO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la Adenda respectiva.		

Consulta 94 - EETT - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
CONSULTA: SE PODRIA AMPLIAR LAS EETT, PERMITIENDO OFERTAR PINZA PARA SELLADO DE VASOS DE 5 MM X 37 CM +/- 1 CM TIPO MARYLAND O CURVA? ADEMAS ¿DEBE SER COMPTIBLE CON MONITORIZACION DE TEJIDOS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la Adenda respectiva.		

Consulta 95 - EETT - LOTE 21 - SUTURAS VARIAS Y/O MECÁNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2024
SE PODRIA AMPLIAR LAS EETT, PERMITIENDO OFERTAR PINZA PARA SELLADO DE VASOS DE CABEZA Y CUELLO PUNTA CURVA DE 14 HASTA 23 CM PUNTA CURVA? ADEMAS ¿DEBE SER COMPTIBLE CON MONITORIZACION DE TEJIDOS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2024
Favor considerar la Adenda respectiva.		

Consulta 96 - Formulario de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2024
----------	-------------------	------------

Favor aclaración, para el formulario de oferta, ¿es necesario presentar todos los lotes o solo lo que la empresa estará ofertando? gracias

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2024
-----------	--------------------	------------

La Convocante aclara que se debe presentar solo en los lotes ofertados.