

## Consultas Realizadas

# Licitación 445744 - LPN Nº 74/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL

### Consulta 1 - LOTE 111

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Se solicita a la convocante para lograr mayor competitividad entre posibles convocantes y a su vez habilitar de posibilidad de ofertar Sistema ELFA para las distintas determinaciones además de ELISA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

### Consulta 2 - LOTE 61

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Favor verificar y corregir datos de la planilla de precios/ items solicitados ya que se encuentra incompleto segun EETT del PBC		

### Consulta 3 - LOTE 111

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Se solicita a la convocante para lograr mayor competitividad entre posibles proveedores, habilitar la posibilidad de ofertar Sistema ELFA para las distintas determinaciones solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2024
Se solicita ajustarse al pliego de bases y condiciones, los equipamientos fueron solicitados teniendo en cuenta la infraestructura, recursos humanos y capacidad del servicio.		

### Consulta 4 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
La convocante solicita "Conforme atribuciones del Comité de Evaluación, si lo considera necesario solicitará las muestras a los oferentes en concurso, la presentación de los bienes ofertados se realizará en un plazo que no deberá ser mayor a 1 (UN) DÍA HÁBIL, luego de recibida la solicitud. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación" Solicitamos a la convocante aclarar en dicho apartado que solo será requerido para los Insumos ya que para Reactivos sería imposible la presentación de muestras ya que el mismo siempre es cotejado solamente con los insertos de los mismos.		

### Consulta 5 - item 136 Campo adhesivo quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Especificaciones tecnicas: Tipo Antialergico con microporosidad. Con medidas aproximada de 5.0 cm x 5 m. Estimados, como empresa fabricante de campos quirurgicos en sus distintas combinaciones me pemitto solicitar aclaracion sobre lo solicitado en el item 136. Se refiere a un campo de incision con el adhesivo impregnado de lod o se refieren a un campo en material SMS, SMMS, SMMMS cual seria su gramaje? con cintas adhesivas en los costados?		

## Consulta 6 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Solicitamos a la convocante ampliar el Precio referencial del Lote 2 - Kit para electrolitos y gasómetro teniendo en cuenta la cantidad de equipos solicitados y la tecnología requerida a GS. 55.000. La convocante podrá remitirse a antecedentes pasados como la LPN N° 56/21 - ID 400678 o bien no tener en cuenta solo la adjudicación pasada debido a que se encuentra muy por debajo de lo establecido en el mercado actual, sino más bien promediar o buscar otras adjudicaciones tal y como establece la legislación.</p>		

## Consulta 7 - Precio Referencial - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Solicitamos a la convocante ampliar el Precio referencial del Lote 2 - Kit para electrolitos y gasómetro teniendo en cuenta la cantidad de equipos solicitados y la tecnología requerida a GS. 55.000. La convocante podrá remitirse a antecedentes pasados como la LPN N° 56/21 - ID 400678 o bien no tener en cuenta solo la adjudicación pasada debido a que se encuentra muy por debajo de lo establecido en el mercado actual, sino más bien promediar o buscar otras adjudicaciones tal y como establece la legislación.</p>		

## Consulta 8 - Lote 10 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Teniendo en cuenta que en el presente lote, se solicita un equipo con capacidad de procesamiento de 240 test/hora para el Analizador automatizado de Orina, se solicita a la convocante revisar esta solicitud, ya que carece de fundamento técnico. Ya que teniendo en cuenta la cantidad total de tiras solicitadas, que es de 220.000 unidades para un ejercicio fiscal de 2025 y 2026 totalizando 24 meses y realizando una división simple de 220.000/24meses se obtiene el valor de 9.166 tiras por mes, por lo que nos daría en promedio diario en base a 30 días al mes 305,5 tiras diarias. Por este motivo, se solicita a la convocante, que el equipo a comodato solicitado tenga una capacidad mínima de 120 test/h, con lo que se cubriría de forma más que suficiente la necesidad diaria del servicio.</p>		

## Consulta 9 - Lote 6 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Podría la convocante aceptar para el Lote 6, ítem 2 un equipo independiente de Hemoglobina Glicosilada por HPLC ya que es el método con mayor precisión y exactitud, reconocido como el estándar de referencia. Además de detectar variantes de hemoglobina, se encuentra avalado por organizaciones internacionales garantizando estandarización y comparabilidad global, cruciales para el monitoreo adecuado de pacientes con diabetes. En caso de aceptar dicho pedido solicitamos que dicho ítems se encuentre en un lote independiente.</p>		

## Consulta 10 - Frascos estéril para cultivo

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
<p>Podría la convocante aclarar si lo solicitado en el ítem n° 78 se podrá cotizar frascos estéril de orina de capacidad de 80 ml ya que no alteraría en la finalidad de lo requerido.</p>		