

## Consultas Realizadas

### Licitación 450262 - Adquisición de Reactivos e Insumos para El Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos con Provision de Equipos en Comodato

#### Consulta 1 - Especificaciones Técnicas; Lote 04, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Se solicita amablemente a la convocante considerar tanto presentaciones en casete como en tiras. Esta consideración permitirá la participación de un mayor número de oferentes y ofrecerá un rango más amplio de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2024
Se aclara al potencial oferente que puede cotizar la presentación de cassette y/o tiras para muestra de orina y sangre.		

#### Consulta 2 - Especificaciones Técnicas; Lote 06, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Se solicita amablemente a la convocante definir cuáles son las 10 determinaciones necesarias en las tiras reactivas de orina debido a que en las especificaciones técnicas no se menciona.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las 10 determinaciones necesarias en las tiras son: sangre, glucosa, proteínas, cuerpos cetónicos, pH, bilirrubina, densidad, nitritos, urobilinógenos y leucocitos.		

#### Consulta 3 - Especificaciones Técnicas; Lote 08, Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Se solicita amablemente a la convocante considerar la posibilidad de presentar también test rápido de Dengue NS1(ANTIGENO) y el test rápido de Dengue IGG/IGM (ANTICUREPOS) por separado. Esta separación no afecta a los resultados y se respetaría la cantidad solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2024
Se aclara al potencial oferente que puede presentarse por separado.		

#### Consulta 4 - Especificaciones Técnicas; Lote 09, Ítem 1,2:

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Se solicita amablemente a la convocante especificar la presentación solicitada, y considerar el test rápido para Influenza A+B (combinado). Esta consideración no afectaría los resultados y se respetaría la cantidad solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-07-2024
Se aclara al potencial oferente que se puede considerar el test rápido combinado, influenza A y B		

## Consulta 5 - Especificaciones Técnicas; Lote 10, Item1

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Se solicita amablemente a la convocante especificar si el test rápido para VIH es para la determinación de antígeno o anticuerpos. También si se podría considerar aceptar la presentación combinada del test rápido para VIH Ag/Ab.		

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Se solicita cotizar test rápido para anticuerpos de HIV 1/2. Lo requerido se ajusta a las necesidades del servicio. Por lo expuesto, se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 6 - Especificaciones Técnicas; Lote 11, item 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Se solicita amablemente a la convocante considerar tambien la presentación 20 determinaciones por presentación. Esta consideración no afectaría a los resultados obtenidos y se respetaría la cantidad solicitada.		

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Se aclara al potencial oferente que la presentación puede ser de 20 determinaciones respetando la cantidad solicitada.		

## Consulta 7 - Plan de Entrega de los Bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Según la columna de fecha de entrega, se establece: "Todos los equipos en comodato y el 5% de la cantidad mínima adjudicada de reactivos e insumos deben ser entregados y puestos en funcionamiento correcto en el local del Laboratorio del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero y en el Hospital Regional Santa Rosa de Lima de la ciudad de Cnel. Oviedo, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de la firma del contrato".		

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Se aclara al potencial Oferente que todos los equipos en comodato y el 5% de la cantidad total adjudicada de reactivos e insumos deben ser entregados y puestos en funcionamiento correcto en el local que se indique, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de la firma del contrato.		

## Consulta 8 - Plan de Entrega de los Bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Según la columna de fecha de entrega, se establece: "Todos los equipos en comodato y el 5% de la cantidad mínima adjudicada de reactivos e insumos deben ser entregados y puestos en funcionamiento correcto en el local del Laboratorio del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero y en el Hospital Regional Santa Rosa de Lima de la ciudad de Cnel. Oviedo, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de la firma del contrato". Se solicita amablemente a la convocante especificar a qué se refiere con "cantidad mínima adjudicada", ya que en esta licitación no se especifican cantidades mínimas ni máximas, solo se presenta la cantidad total solicitada		

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2024
Se aclara al potencial Oferente que todos los equipos en comodato y el 5% de la cantidad total adjudicada de reactivos e insumos deben ser entregados y puestos en funcionamiento correcto en el local que se indique, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de la firma del contrato.		

## Consulta 9 - Plan de Entrega de los Bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	
Según la columna de fecha de entrega, se establece: "Todos los equipos en comodato y el 5% de la cantidad mínima adjudicada de reactivos e insumos deben ser entregados y puestos en funcionamiento correcto en el local del Laboratorio del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero y en el Hospital Regional Santa Rosa de Lima de la ciudad de Cnel. Oviedo, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de la firma del contrato". Se solicita amablemente a la convocante especificar a qué se refiere con "cantidad mínima adjudicada", ya que en esta licitación no se especifican cantidades mínimas ni máximas, solo se presenta la cantidad total solicitada	25-06-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial Oferente que todos los equipos en comodato y el 5% de la cantidad total adjudicada de reactivos e insumos deben ser entregados y puestos en funcionamiento correcto en el local que se indique, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de la firma del contrato.	03-07-2024	

## Consulta 10 - Especificaciones Técnicas; Lote 54, Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita amablemente aclarar los 14 parametros que el modulo de quimica debe ser capaz de procesar se refiere a los parametros de la tira reactiva de orina mas los parametros reportables por el modulo de quimica del equipo automatizado integrado para Urianalisis	27-06-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial oferente que el modulo de quimica debe ser capaz de reportar como minimo 14 parametros compuestos por los parametros de la tira reactiva mas los capaces de reportar el modulo de quimica del equipo.	03-07-2024	

## Consulta 11 - Especificaciones Técnicas Lote 45

Consulta	Fecha de Consulta	
Se puede ofertar placa de petri de POLIESTIRENO.	01-07-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial Oferente que si puede ser ofertado.	03-07-2024	

## Consulta 12 - Plan de Entrega - para insumos

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita aumentar el plazo de entrega a 30 (treinta) días, favor tener en cuenta que el aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas	01-07-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. El plazo de entrega establecido es la que se ajusta a las necesidades de la institución.	03-07-2024	

## Consulta 13 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
<p>En el apartado de Experiencia Requerida, en el punto 2 donde dice: "Demostrar haber suministrado satisfactoriamente la Provisión de Reactivos e Insumos con Provisión de Equipos en comodato para el servicio de laboratorio de análisis clínicos y de bacteriología para Instituciones Pùblicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2021-2022-2023) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total máximo ofertado" solicitamos amablemente a la convocante que para los Lotes 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 48 y 49 sea considerado demostrar haber suministrado satisfactoriamente la Provisión de Reactivos e Insumos para el servicio de laboratorio de análisis clínicos o de bacteriología para Instituciones Pùblicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2021-2022-2023) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total máximo ofertado; considerando que en estos lotes no son requeridos equipos en comodato por la convocante y así además dar apertura a esta licitación para la participación de potenciales oferentes en igualdad de condiciones regidas por la ley de contrataciones. Solicitamos que el apartado de experiencia requerida quede de la siguiente manera: " Demostrar haber suministrado satisfactoriamente la Provisión de Reactivos e Insumos con Provisión de Equipos en comodato para el servicio de laboratorio de análisis clínicos y de bacteriología para Instituciones Pùblicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2021-2022-2023) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total máximo ofertado; y para los Lotes 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 48 y 49 demostrar haber suministrado satisfactoriamente la Provisión de Reactivos e Insumos para el servicio de laboratorio de análisis clínicos o de bacteriología para Instituciones Pùblicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2021-2022-2023) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total máximo ofertado".</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2024
<p>Se aclara al potencial Oferente que la experiencia requerida es para la provisión de reactivos y equipos en comodato, lo que posibilita la participación de potenciales oferentes que comercializan reactivos y/o insumos en comodato.</p>		

## Consulta 14 - Lote 48 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
<p>En el apartado de especificaciones técnicas para el lote 48, ítem 1 donde dice "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Capacidad de realizar entre 25 y 50 determinaciones por presentación", solicitamos aclarar amablemente a la convocante que la expresión entre 25 y 50 determinaciones por presentación se refiere a la cantidad de determinaciones presentes por caja, y en caso de ser afirmativo solicitamos ajustar el rango de la cantidad de determinaciones entre 20 y 50 por caja, dando así participación a potenciales oferentes. Solicitamos que la especificación quede de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Capacidad de realizar entre 20 y 50 determinaciones por caja del producto".</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2024
<p>Se aclara al potencial oferente que puede ofertarse entre 20 y 50 determinaciones por caja.</p>		

## Consulta 15 - LOTEC49 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
<p>: En el apartado de especificaciones técnicas para el lote 49, ítem 1 donde dice "Test rapido inmunocromatografico en un solo paso. Para deteccion cualitativa in vitro de antigenos de rotavirus en materia fecal human. Con 98% de sensibilidad y de 98% de especificidad. Con certificado de realizar un mínimo de 20 determinaciones por presentacion", teniendo en cuenta que para este tipo de test rápido la realización de la determinación es individual por cada paciente, es decir una determinación por cada unidad de presentación, solicitamos en consecuencia que la descripción de las especificaciones técnicas quede de la siguiente manera "Test rapido inmunocromatografico en un solo paso. Para deteccion cualitativa in vitro de antigenos de rotavirus en materia fecal humano. Con 98% de sensibilidad y de 98% de especificidad."</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2024
<p>Se aclara al potencial Oferente que la capacidad mínima es de 20 determinaciones por caja del producto (presentación).</p>		

## Consulta 16 - LOTE 4 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de especificaciones técnicas para el lote 04, ítem 1 donde dice "HCG CUALITATIVO", aclarar a los potenciales oferentes si el producto a ser ofertado debe ser en presentación de tiras o casete		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial Oferente que acepta la oferta en tiras o casete.		

## Consulta 17 - Lote 6b EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de especificaciones técnicas para el Lote 06, ítem 1 donde dice "Tiras para Orina x 10 parametros" solicitamos amablemente a la convocante señale cuáles son los 10 parametros en las tiras reactivas de orina debido a que en las especificaciones técnicas no se menciona, y son necesarias la cotización del lote y así como también no dejar a interpretaciones subjetivas. Citamos a continuación como ejemplo ácido ascórbico, glucosa, bilirrubina, cetona, gravedad específica, sangre, pH, proteína, urobilinógeno, nitrito, leucocitos.		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial oferente que las 10 determinaciones necesarias en las tiras son: sangre, glucosa, proteínas, cuerpos cetónicos, pH, bilirrubina, densidad, nitritos, urobilinógenos y leucocitos.		

## Consulta 18 - Lote 8 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de especificaciones técnicas para el lote 08, ítem 1 solicitamos amablemente a la convocante permita como opción la cotización de Dengue NS1 y Dengue IgG/IgM, de tal manera a dar apertura al lote para la participación de potenciales oferentes, y sugerimos que las especificaciones queden de la siguiente manera: "DENGUE NS1 IgG, IgM o Dengue NS1 y Dengue IgG/IgM".		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial oferente que puede presentarse por separado.		