

Consultas Realizadas

Licitación 441995 - ADQUISICIÓN DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA DIGITALIZADORES POR CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

Consulta 1 - ÍTEM 1 Y 2 PLACAS RADIOGRAFICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2024
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE ADMITIR IMPRESORAS EN COMODATO, CON EL FIN DE DAR MAYOR PARTICIPACIÓN A OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2024
<p>Con el fin de utilizar los digitalizadores en funcionamiento óptimo que ya posee el Hospital según código patrimonial mencionado durante el proceso y de acuerdo al espacio físico con el que cuenta el servicio, la convocante solicita adecuarse al PBC.</p> <p>Cabe mencionar que las placas utilizadas con los equipos que ya posee el Hospital cumplen con la calidad de imágenes requeridas en el servicio.</p> <p>La experiencia con el sistema en comodato nos demostró que no todas las placas radiográficas tienen la misma calidad de imágenes conforme las necesidades del Hospital.</p>		