

Consultas Realizadas

Licitación 450488 - Adquisición de Útiles y Materiales Medico-Quirúrgico y de Laboratorio para la DISERSANFA

Consulta 1 - Ítem 34

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2024
En el PBC solicitan Filtro capilar para hemodiálisis Adulto. De polisulfona o poliéster sulfona 1.7 Solicitamos a la convocante que permita ofertar Filtro capilar para hemodiálisis Adulto. De polisulfona o poliéster sulfona 1.7 - 1,8		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), utiliza el filtro con diámetro de 1.7. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.		

Consulta 2 - Ítem 22

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2024
En el PBC solicitan Jeringa desechable con aguja 20 ml.... graduado cada 0,5 ml. Solicitamos a la convocante que permita ofertar Jeringa desechable con aguja 20 ml.... Graduado cada 1 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), utiliza graduado en 0.5ml para sus mediciones. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.		

Consulta 3 - Ítem 20

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2024
En el PBC solicitan Jeringa desechable con aguja 5 ml.... graduado cada 0,5 ml. Solicitamos que la convocante permita ofertar Jeringa desechable con aguja 5 ml.... graduado cada 0,2 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), utiliza graduado en 0.5ml para sus mediciones. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.		

Consulta 4 - Ítem 12

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2024
En el PBC solicitan Compresa de vientre..... confeccionada en Gasa de 16 Hebras x cm2. Solicitamos a la convocante que permita ofertar Compresa de vientre..... confeccionada en Gasa de 15 Hebras x cm2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), utiliza Gasa de 16 Hebras x cm2. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.		

Consulta 5 - Ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2024
En el PBC solicitan Esparadrapo... Medidas: 7,5 cm x 4,5 mts. Solicitamos a la convocante que permita ofertar Esparadrapo.... Medidas 5 cm x 9 mts		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), utiliza esparadrapo de medidas 7,5 cm x 4,5mts. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.		

Consulta 6 - Ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2024
En el PBC solicitan Esfigmomanómetro o tensiómetro, Adulto..... Rango de medición de 0 a 300 mmHg Solicitamos a la convocante que permita ofertar Esfigmomanómetro o tensiómetro, Adulto..... Rango de medición de 20 a 300 mmHg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), utiliza Esfigmomanómetro o tensiómetro, Adulto.... Rango de medición de 0 a 300 mmHg. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.		

Consulta 7 - Ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2024
En el PBC solicitan Contenedor para objetos corto punzantes, 13 litros Solicitamos a la convocante que permita ofertar Contenedor para objetos corto punzantes, 14 litros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), utiliza Contenedor para objetos corto punzantes, 13 litros. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.		

Consulta 8 - Ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2024
En el PBC solicitan Catéter intravenoso periférico 22 GA.... que permita flujos iguales o mayores a 35 ml/min Solicitamos a la convocante que permita ofertar Catéter intravenoso periférico 22 GA.... que permita flujos iguales o mayores a 34 ml/min		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), utiliza Catéter intravenoso periférico 22 GA.... que permita flujos iguales o mayores a 35 ml/min. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.		

Consulta 9 - Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2024
En el PBC solicitan Catéter intravenoso periférico N° 20 G.....que permita flujos iguales o mayores a 60 ml/min Solicitamos a la convocante que permita ofertar Catéter intravenoso periférico N° 20 G.....que permita flujos iguales o mayores a 50 ml/min		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), utiliza Catéter intravenoso periférico N° 20 G.....que permita flujos iguales o mayores a 60 ml/min. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.		

Consulta 10 - Precio referencial-Esfigmomanometro o tensiometro

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
Solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia del ítem N°9 Esfigmomanómetro o tensiómetro, la misma se encuentra fuera del precio del mercado, llevando en cuenta la importancia de adquirir equipos de buena calidad y duradero.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, los precios Referenciales fueron elaborados por la UNIDAD solicitante , dando cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 454/2024 " POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.-		

Consulta 11 - Precio Referencil ítem N° 10

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
Solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia, la misma se encuentra fuera del precio del mercado, llevando en cuenta la importancia de adquirir equipos de buena calidad y duradero.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, los precios Referenciales fueron elaborados por la UNIDAD solicitante , dando cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 454/2024 " POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.-		

Consulta 12 - ítem 10 - Precio referencial

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
Solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia del ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR, la misma se encuentra fuera del precio que se maneja en el mercado, llevando en cuenta la importancia de adquirir equipos de buena calidad y duradero.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, los precios Referenciales fueron elaborados por la UNIDAD solicitante , dando cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 454/2024 " POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.-		

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
En las especificaciones técnicas en el ITEM 2 Bolsa para extracción de sangre triple con anticoagulante se solicita lo siguiente: Las Bolsas Triples para colecta de Sangre debe ser C/anticoagulante: CPDA 1 (adenina) 500 cc con equipo infusor y bolsa de muestreo. Con equipos en comodato con las siguientes EETT Dos equipo sellador selladores de mesa para tubuladura de las bolsas. Dos equipo homogeneizadores para colecta de sangre, con sistema de control de volumen o peso final, detención automática de la extracción y alarma, piezas lavables. El proveedor tiene que garantizar el funcionamiento permanente de todos los equipos, accesorios y complementos, en caso de fallas u otras situaciones o eventos que pongan en peligro la continua prestación de los servicios y operatividad de los equipos, el proveedor deberá solucionar en un plazo no mayor de 24 horas de comunicada la ocurrencia. Los costos por servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y la instalación del equipo deben estar a cargo del proveedor quien tiene que efectuar una prueba de funcionamiento en presencia del responsable del área. La instalación no debe exceder los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de servicio. El proveedor deberá realizar actividades de entrenamiento y capacitación dirigidas a profesionales usuarios del equipo y brindar asesoría permanente con personal idóneo sin costo para la institución. Debe incluir todos los equipos necesarios para la correcta obtencion de la bolsa de Sangre final. Al respecto solicitamos a la convocante ampliar de la siguiente manera: Las Bolsas Triples para colecta de Sangre debe ser C/anticoagulante: CPDA 1 (adenina) 500 cc +-50 con equipo infusor y bolsa de muestreo. Con equipos en comodato con las siguientes EETT Dos equipo sellador selladores de mesa para tubuladura de las bolsas. Dos equipo homogeneizadores para colecta de sangre, con sistema de control de volumen o peso final, detención automática de la extracción y alarma, piezas lavables. El proveedor tiene que garantizar el funcionamiento permanente de todos los equipos, accesorios y complementos, en caso de fallas u otras situaciones o eventos que pongan en peligro la continua prestación de los servicios y operatividad de los equipos, el proveedor deberá solucionar en un plazo no mayor de 24 horas de comunicada la ocurrencia. Los costos por servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y la instalación del equipo deben estar a cargo del proveedor quien tiene que efectuar una prueba de funcionamiento en presencia del responsable del área. La instalación no debe exceder los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de servicio. El proveedor deberá realizar actividades de entrenamiento y capacitación dirigidas a profesionales usuarios del equipo y brindar asesoría permanente con personal idóneo sin costo para la institución. Debe incluir todos los equipos necesarios para la correcta obtención de la bolsa de Sangre final. A fin de cumplir con el artículo 4° inciso d) Igualdad y libre competencia de la ley n° 70/21 de Suministros y Contrataciones Públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), necesita para el servicio las Especificaciones Técnicas estipuladas dentro del PBC. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.-		

Consulta 14 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
En las especificaciones técnicas en el ITEM 11 Esparadrapo la convocante solicita lo siguiente: Esparadrapo 7,5 cm. Cinta quirúrgica de acetato con masa adhesiva de caucho (Tela adhesiva de adhesión fuerte) Medidas: 7,5 cm x 4,5 mts color marrón. Al respecto consultamos a la convocante si se podría ofertar de la siguiente manera: Esparadrapo la convocante solicita lo siguiente: Esparadrapo 7,5 cm. Cinta quirúrgica de acetato con masa adhesiva de caucho (Tela adhesiva de adhesión fuerte) Medidas: 7,5 cm x 4,5 mts color marrón y/o blanco.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), necesita para el servicio las Especificaciones Técnicas estipuladas dentro del PBC. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.-		

Consulta 15 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
En las especificaciones técnicas en el ITEM 28 se solicita lo siguiente: Venda elástica de 15cm de ancho x 4mtrs de largo en reposo. Al respecto consultamos a la convocante si se podría oferta de la siguiente manera: Venda elástica de 15cm de ancho x 3mtrs como mínimo de largo en reposo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), necesita para el servicio las Especificaciones Técnicas estipuladas dentro del PBC. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.-		

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
En las especificaciones técnicas en el ITEM 29 se solicita lo siguiente: Venda elástica de 10cm de ancho x 4mtrs de largo en reposo. Al respecto consultamos a la convocante si se podría ofertar de la siguiente manera: Venda elástica de 10cm de ancho x 3mtrs como mínimo de largo en reposo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC) necesita x 4metros de largo. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.-		

Consulta 17 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
En las especificaciones técnicas en el ITEM 30 se solicita lo siguiente: Venda elástica de 20cm de ancho x 4mtrs de largo en reposo. Al respecto consultamos a la convocante si se podría ofertar de la siguiente manera: Venda elástica de 20cm de ancho x 3mtrs como mínimo de largo en reposo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC) necesita x 4metros de largo. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.-		

Consulta 18 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
En las especificaciones técnicas en el ITEM 32 se solicita lo siguiente: Venda semielástica de 15cm de ancho x 4,5mtrs de largo en reposo. Al respecto consultamos a la convocante si se podría ofertar de la siguiente manera: Venda semielástica de 15cm de ancho x 2,5mtrs como minimo de largo en reposo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC) necesita x 4,5metros de largo. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.-		

Consulta 19 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
En las especificaciones técnicas en el ITEM 33 se solicita lo siguiente: Venda semiclásica de 20cm de ancho x 4,5mtrs de lago en reposo. Al respecto consultamos a la convocante si se podría ofertar de la siguiente manera: Venda semiclásica de 15cm de ancho x 2,5mtrs como mínimo de lago en reposo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), necesita x 4,5metros de lago. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.-		

Consulta 20 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
En las especificaciones técnicas en el ITEM 34 se solicita lo siguiente: Filtro Capilar p/ Hemodialisis Adulto. De polisulfona o poliéster sulfona 1.7 Al respecto consultamos a la convocante si se podría ofertar de la siguiente manera: Filtro Capilar p/ Hemodialisis Adulto. De polisulfona o poliéster sulfona 1.7 A 1.8		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), utiliza el filtro con diámetro de 1.7. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.-		

Consulta 21 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
ITEM 2 Bolsa para extracción de sangre triple con anticoagulante: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 600.000 debido a que los equipos que se solicitan en carácter de comodato tienen un alto valor, por lo tanto el precio referencial se encuentra desfasado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, los precios Referenciales fueron elaborados por la UNIDAD solicitante , dando cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 454/2024 " POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.-		

Consulta 22 - DATOS DE LA LICITACION

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
Solicitamos a la convocante aclarar el nombre de la licitación teniendo en cuenta que en la resolución de aprobación del PBC dice LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL No 08/2024 PARA LA „ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA LA DISERSANFA" ID No 450488, sin embargo en el dictamen técnico dice LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2024 "ÚTTLES Y MATERTALES MEDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO'		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a la denominación del llamado, seria de la siguiente manera, según estable la RESOLUCION DE PBC N° 40 /24 de fecha 13 de junio LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL No 08/2024 PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA LA DISERSANFA" ID No 450488		

Consulta 23 - Ítem 7 Clips para Videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2024
¿Se podría cotizar LT300, medium o clips medium / Large?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), necesita médium. Favor ajustarse a la necesidad de la misma.-		

Consulta 24 - Ítem 9 Esfignomanometro o Tensiometro

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2024
Item No 9 Esfignomanometro o tensiómetro, solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia de dicho Item, la misma se encuentra totalmente fuera de rango con relación al precio del mercado, mas aun teniendo en cuenta el detalle de las especificaciones técnicas solicitadas. favor aumentar el valor referencial del Item.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, los precios Referenciales fueron elaborados por la UNIDAD solicitante , dando cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 454/2024 " POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.-		

Consulta 25 - Ítem No 10 Estetoscopio bi auricular

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2024
Item No 10 Estetoscopio bi auricular, solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia de dicho Item, el mismo se encuentra totalmente fuera de rango con relación al precio del mercado, mas aun teniendo en cuenta el detalle de las especificaciones técnicas solicitadas. favor aumentar el valor referencial del Item.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, los precios Referenciales fueron elaborados por la UNIDAD solicitante , dando cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 454/2024 " POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.-		

Consulta 26 - Ítem 25 Sonda de Aspiracion

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
En las especificaciones técnicas solicitan Sonda de aspiración tipo k66, favor aclarar la medida de la sonda (ejemplo 2 metros o 3 metros); y si desean con interruptor o sin interruptor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
Las medidas necesarios para el Servicio del Parque de Sanidad son las siguientes: las medidas 1,8 m a 3 m, con pico irrigador.		

Consulta 27 - Ítem 8 Gluralheído Solucion

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
En las especificaciones técnicas solicitan Glutaralheído Solución Activa. Favor especificar de cuantos litros seria el bidón que solicitan.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
Para el Servicio del Parque de Sanidad se solicitan bidones de 5 litros.-		

Consulta 28 - Ítem 1 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 1 “Aguja Raquídea” solicitan: “Aguja espinal p/anestesia raquídea punta lápiz N°25G x 3 1/2 C/INTROD. Estéril Descartable Tribicelada Tipo WHITAKRE” Solicitamos a la convocante descartar el término “tribicelada” ya que las agujas punta lápiz “tipo Whitacre” por diseño y funcionalidad no cuentan con bisel y dicho término puede prestarse a confusiones. Las agujas raquídeas tribiceladas son las agujas espinales “tipo Quincke”. Por tal motivo, solicitamos modificar a: “Aguja espinal p/anestesia raquídea punta lápiz N°25G x 3 1/2 C/INTROD. Estéril. Descartable. Tipo WHITAKRE”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC), necesitan para el servicio aguja espinal para anestesia raquídea punta lapiz N 25 G X 3 ½ 90mm con introductor Esteril. Descartable.		

Consulta 29 - Ítem 1 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
Solicitamos a la convocante la revisión del precio referencial del ítem 1 “Aguja Raquídea” ya que difiere considerablemente del precio actual del mercado. Sugerimos modificar a Gs. 50.000.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, los precios Referenciales fueron elaborados por la UNIDAD solicitante , dando cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 454/2024 " POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.-		

Consulta 30 - Especificaciones Técnicas del ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 1 “Aguja Raquídea” solicitan: “Aguja espinal p/anestesia raquídea punta lápiz N°25G x 3 1/2 C/INTROD. Estéril Descartable Tribicelada Tipo WHITAKRE” Solicitamos a la convocante descartar el término “tribicelada” ya que las agujas punta lápiz “tipo Whitacre” por diseño y funcionalidad no cuentan con bisel y dicho término puede prestarse a confusiones. Las agujas raquídeas tribiceladas son las agujas espinales “tipo Quincke”. Por tal motivo, solicitamos modificar a: “Aguja espinal p/anestesia raquídea punta lápiz N°25G x 3 1/2 C/INTROD. Estéril. Descartable. Tipo WHITAKRE”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
El servicio solicitante (Departamento del parque de sanidad del HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC),aguja espinal para anestesia raquídea punta lápiz N 25 g x 3 ½ 90 mm con inductor. Estéril. Descartable.		

Consulta 31 - Precio referencial del ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
Solicitamos a la convocante la revisión del precio referencial del ítem 1 "Aguja Raquídea" ya que difiere considerablemente del precio actual del mercado. Sugerimos modificar a Gs. 50.000.-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, los precios Referenciales fueron elaborados por la UNIDAD solicitante , dando cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 454/2024 " POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.-		

Consulta 32 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
En la página 19 del PBC dice: Experiencia requerida Demostrar experiencia en provisión de productos farmacéuticos, materiales médico - quirúrgico y de laboratorio; y medicamentos con facturaciones de venta de acuerdo a los ítems cotizados por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2019, 2020 y 2021. Solicitamos al Convocante que permita la presentación de Contratos para para demostrar la experiencia. En caso de aceptar esta solicitud, quedaría redactada de la siguiente forma: Demostrar experiencia en provisión de productos farmacéuticos, materiales médico - quirúrgico y de laboratorio; y medicamentos con Contratos y/o facturaciones de venta de acuerdo a los ítems cotizados por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2019, 2020 y 2021.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, en el apartado del PBC REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA, EXPRESA LO SIGUIENTE: FAVOR AJUSTARSE AL PBC 1. Copia de Contratos ,facturaciones y/o recepciones finales ejecutados de provisión de bienes en medicamentos varios y/o insumos médicos quirúrgicos , de los 3 (tres) últimos años (2021,2022,2023), cuya sumatoria asciendan a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación 2. Constancia de RUC emitida por la SET. 3. Patente comercial vigente		

Consulta 33 - Multas

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
En la pagina 48 del PBC dice: Porcentaje de multas El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,50 % Otras instituciones públicas, tales como el MSPyBS e I.P.S., aplican una tasa del 0,01%, por lo que consideramos que este Convocante puede aplicar la misma tasa. Por lo dicho, solicitamos al Convocante reducir el porcentaje de multa a 0,01% por cada día de atraso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, en el PBC esta estipulado lo siguiente: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,50 % La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Tasa de interés por Mora En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: 0,50 La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago. Favor ajustarse a lo estipulado		

Consulta 34 - Autorización del Fabricante.

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
En la Página 11 del PBC dice: Autorización del Fabricante. Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: Para Representante de Productos Importados: Documento que acredite la representación invocada. Para Distribuidores de Productos Importados: Autorización expedida por el representante para el Paraguay de la marca ofertada, acompañada del documento que acredite la representación invocada. Solicitamos al Convocante que las autorizaciones de los fabricantes se encuentren inscritas en la Dirección General de los Registro Público Sección Persona Jurídica y Comercio; al momento de la presentación y apertura de Oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, favor ajustarse al PBC, ya que la misma se rige en su Artículo 4°.- Principios rectores d) Igualdad y Libre Competencia: todo potencial oferente que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria para responder a los compromisos que supone la contratación con el Estado paraguayo y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley, en su reglamento, en las bases y condiciones y en las demás disposiciones administrativas, tendrá la posibilidad de participar sin restricciones y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública		

Consulta 35 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
En la página 19 del PBC dice: Experiencia requerida Demostrar experiencia en provisión de productos farmacéuticos, materiales médico - quirúrgico y de laboratorio; y medicamentos con facturaciones de venta de acuerdo a los ítems cotizados por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2019, 2020 y 2021. Solicitamos al Convocante que actualice los años de referencia, a por lo menos entre los años (2020,2021,2022).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, favor ajustarse a lo que estipula el PBC exigido por este Convocante en los siguientes puntos: Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar experiencia en provisión de productos farmacéuticos, materiales médico - quirúrgico y de laboratorio; y medicamentos con facturaciones de venta de acuerdo a los ítems cotizados por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2019, 2020 y 2021. Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia 1. Copia de Contratos ,facturaciones y/o recepciones finales ejecutados de provisión de bienes en medicamentos varios y/o insumos médicos quirúrgicos , de los 3 (tres) últimos años (2021,2022,2023), cuya sumatoria asciendan a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación 2. Constancia de RUC emitida por la SET. 3. Patente comercial vigente		

Consulta 36 - Datos de la Licitación

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
Importante: Solicitamos a la convocante aclarar el nombre de la licitación teniendo en cuenta que en la resolución de aprobación del PBC dice LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL No 08/2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA LA DISERSANFA" ID No 450488, sin embargo, en el dictamen técnico dice LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2024 "ÚTILES Y MATERTALES MEDICOS QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a la denominación del llamado, sería de la siguiente manera, según estable la RESOLUCION DE PBC N° 40 /24 de fecha 13 de junio LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL No 08/2024 PARA LA "ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA LA DISERSANFA" ID No 450488		

Consulta 37 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
ÍTEM 09 - Esfigmomanometro o tensiómetro. PRECIO REFERENCIAL El precio referencial para este ítem se encuentra muy por debajo de los precios de mercado, teniendo en cuenta las características técnicas solicitadas en el Pliego. Por lo brevemente expuesto, solicitamos respetuosamente al Convocante, elevar el precio referencial, esto permitirá la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, los precios Referenciales fueron elaborados por la UNIDAD solicitante , dando cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 454/2024 " POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.-		

Consulta 38 - ÍTEM 09 - Esfigmomanometro o tensiómetro

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
ÍTEM 09 - Esfigmomanometro o tensiómetro. SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS En la Página 25 del Pliego de Bases y Condiciones en su apartado de Suministros y Especificaciones Técnicas en un punto dice: Estuche de plástico. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar estuche de plástico o estuche suave blando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, favor ajustarse al PBC estipulado por la CONVOCANTE y publicado por la DNCP, el servicio solicitante (HMC) necesita para su PARAQUE SANITARIO del ítem 09 - Esfigmomanometro o tensiómetro, Manómetro tipo reloj con indicación analogica de fácil lectura. Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire. Sistema de manguera que comunique el brazalete con el manometro. Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad. Brazalete adulto con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo velcro lavable hasta una temperatura de 60° C. Estuche de plástico de fácil lavado y desifección. Principio de medición por metodo Riva-Rocci y Korotkoff. Partes metálicas cromadas. Rango de medición de 0 a 300 mmHg.		

Consulta 39 - ÍTEM 09 - Esfigmomanometro o tensiómetro

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
ÍTEM 09 - Esfigmomanometro o tensiómetro. SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS En la Página 25 del Pliego de Bases y Condiciones en su apartado de Suministros y Especificaciones Técnicas en un punto dice: Brazalete adulto con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar funda de tejido de poliamida o nailon.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, favor ajustarse al PBC estipulado por la CONVOCANTE y publicado por la DNCP, el servicio solicitante (HMC) necesita para su PARAQUE SANITARIO del ítem 09 - Esfigmomanometro o tensiómetro, Manómetro tipo reloj con indicación analogica de fácil lectura. Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire. Sistema de manguera que comunique el brazalete con el manometro. Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad. Brazalete adulto con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo velcro lavable hasta una temperatura de 60° C. Estuche de plástico de fácil lavado y desifección. Principio de medición por metodo Riva-Rocci y Korotkoff. Partes metálicas cromadas. Rango de medición de 0 a 300 mmHg.		

Consulta 40 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
ÍTEM 10 - ESTETOSCOPIO BI. PRECIO REFERENCIAL El precio referencial para este ítem se encuentra muy por debajo de los precios de mercado, teniendo en cuenta las características técnicas solicitadas en el Pliego. Por lo brevemente expuesto, solicitamos respetuosamente al Convocante, elevar el precio referencial, esto permitirá la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
En cuanto a su consulta, los precios Referenciales fueron elaborados por la UNIDAD solicitante , dando cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 454/2024 " POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.-		

Consulta 41 - ÍTEM 10 - ESTETOSCOPIO BI.

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
ÍTEM 10 - ESTETOSCOPIO BI. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS En la Página 26 del Pliego de Bases y Condiciones en su apartado de Suministros y Especificaciones Técnicas en un punto dice: Características Técnicas: Partes metálicas cromadas. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar: Partes metálicas cromadas o acero inoxidable.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
AJUSTARSE AL PBC. El servicio solicitante necesita Fonendoscopio con membranas de excelente sensibilidad, intercambiables, de alta flexibilidad y resistencia de tamaño adulto Concepto modular con partes intercambiables. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Accesorios por equipo: Manual de operación en español. Estuche plástico o cuerina resistente de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento. Características Técnicas: Partes metálicas cromadas.		

Consulta 42 - ÍTEM 10 - ESTETOSCOPIO BI.

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2024
ÍTEM 10 - ESTETOSCOPIO BI. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS En la Página 26 del Pliego de Bases y Condiciones en su apartado de Suministros y Especificaciones Técnicas en un punto dice: Características Técnicas: Estuche plástico o cuerina resistente de fácil limpieza. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar: Estuche plástico o cuerina resistente de fácil limpieza o caja de cartón duro		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
Respuesta: AJUSTARSE AL PBC. Fonendoscopio con membranas de excelente sensibilidad, intercambiables, de alta flexibilidad y resistencia de tamaño adulto Concepto modular con partes intercambiables. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Accesorios por equipo: Manual de operación en español. Estuche plástico o cuerina resistente de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento. Características Técnicas: Partes metálicas cromadas.		

Consulta 43 - ítem 34 Filtro capilar para hemodialisis

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2024
Solicitamos amablemente a la convocante solicitar Filtro Capilar p/ Hemodialisis Adulto. De polisulfona o poliestersulfona 1.7 (+0,1)m2.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
AJUSTARSE AL PBC. EL SERVICIO SOLICITANTE (HMC) PARQUE DE SANIDAD , UTILIZA ESE DIAMETRO DE FILTRO.		

Consulta 44 - ítem 34 Filtro capilar para hemodialisis

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2024
Solicitamos amablemente a la convocante permitir la cotización de Filtro Capilar p/ Hemodiálisis Adulto. De polisulfona o poliestersulfona 1.7 (- 0,1)m2.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2024
AJUSTARSE AL PBC. EL SERVICIO SOLICITANTE UTILIZA ESE DIAMETRO DE FILTRO Capilar p/ Hemodialisis Adulto. De polisulfona o poliester sulfona 1.7		